

关于医疗设备采购（硬性纤维乳管内窥镜）  
（LBXBZC2024-J1-00013-KWZB）  
质疑答复函

质疑供应商：南宁市康之民贸易有限公司

地址：南宁市良庆区玉洞大道 28 号盛邦珑湖 21 号楼一层 115 号商铺

联系人：曾雪英

联系电话：19195836895

南宁市康之民贸易有限公司：

你公司关于医疗设备采购（硬性纤维乳管内窥镜）（LBXBZC2024-J1-00013-KWZB）的政府采购质疑函，我公司于 2024 年 6 月 20 日收悉。经与采购单位核实，现对质疑事项答复如下：

质疑事项 1：硬性纤维乳管内窥镜要求技术参数第 1 条 1、▲产品采用组合式、可拆卸设计，由组合目镜、主镜、长度移位器、手柄、镜鞘组成；

事实依据：目前市面上符合此技术参数要求的国产品牌只有一家，此技术参数具有明显倾向性。

质疑事项 1 答复：经核查，此项技术参数是根据采购项目的特点并结合采购人的实际需求提出，经市场调查，目前市面上有不少于三家品牌的产品能满足上述参数要求，上述参数不存在倾向性及唯一性，不存在限制或者排斥潜在供应商的情况，该项质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项 2：硬性纤维乳管内窥镜要求技术参数第 2 条▲主镜外径 约 0.55mm，镜鞘有 $\geq 3$  种规格

事实依据：目前市面上符合此技术参数要求的国产品牌只有一家，此技术参数具有明显倾向性。

质疑事项 2 答复：经核查，此技术参数是根据采购项目的特点并结合采购人的实际需求提出，且以上参数规格要求均为范围值，供应商提供等于或优于上述参数的产品均可接受，经市场调查，目前市面上有不少于三家品牌的产品能满足



上述参数要求，上述参数不存在倾向性及唯一性，不存在限制或者排斥潜在供应商的情况，该项质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项 3：硬性纤维乳管内窥镜要求技术参数第 5 条▲视场角为  $60^{\circ} \pm 9^{\circ}$ ；

事实依据：目前市面上符合此技术参数要求的国产品牌只有一家，此技术参数具有明显倾向性。

质疑事项 3 答复：经核查，此技术参数是根据采购项目的特点并结合采购人的实际需求提出，经市场调查，目前市面上有不少于三家品牌的产品能满足上述参数要求，上述参数不存在倾向性及唯一性，不存在限制或者排斥潜在供应商的情况，该项质疑缺乏事实依据，质疑不成立。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

特此复函。

广西科文招标有限公司  
2024年6月27日

