

质疑函

致：中兴桂（北京）国际招标有限公司

东兴市人民医院

一、质疑供应商基本信息

质疑人（投标人）名称：广西鑫恩医疗科技有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12、13号房屋

联系人及电话：吴武龙 13707889749



二、质疑项目具体情况

被质疑人（投标人）名称：江西崇顺贸易有限公司

项目名称：东兴市人民医院2024年第一批医疗设备采购

项目编号：FCZC2024-J1-50313-XGZB

三、质疑事项具体内容

事实依据：江西崇顺贸易有限公司所投产品是深圳市菲森科技有限公司生产的CBCT（品牌：菲森，型号：M6600）。

质疑事项1：根据招标文件第四章 采购项目技术规格、参数及要求(P21页)4、扫描参数和图像质量▲（1）CT最大扫描视野：16cm×17cm，江西崇顺贸易有限公司投标的产品：菲森 /型号：M6600，其拍摄视野是16*16，无法满足招标文件实质性要求。

事实依据：菲森 /型号：M6600其拍摄视野是16*16视野（见本质疑函第2页），不符合招标文件中，低于招标文件要求。

证明材料如下：（数据来自深圳市菲森科技有限公司）：

官网地址：<https://www.fussengroup.com/products/cbct-m6600>



技术参数

CBCT-M6600			
球管电压	140 kVp	X光曝光方式	APR
球管电流	4.75 mA	CT图像重建时间	1~2.5s
Fov (直径*高度)	5cm*5cm, 8cm*9cm, 10cm*10cm, 16cm*10cm, 16cm*16cm	建议安装空间	1800mm*1800mm*1700mm (不含设备)
灰度	16-bit	设备尺寸	1800mm*1800mm*1700mm (不含设备)
总帧数	12 frame/s	焦点尺寸	2.0mm
患者定位	5-秒快速	空间分辨率 (体系)	0.6CTDIvol, 0.6mSv, 0.6mSv, 0.6mSv

法律依据：1、招标文件要求第四章（招标文件P20页第四章第4点）4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。

质疑事项2：根据招标文件第四章 采购项目技术规格、参数及要求 (P21页)

4、扫描参数和图像质量 ▲（2）CT拍摄视野可选择：16cm×17cm, 16cm×11cm, 12cm×8cm, 8cm×8cm, 8cm×5cm, 5cm×5cm；江西崇顺贸易有限公司投标的产品：菲森 /型号：M6600，其拍摄视野为：5*5, 8*9（模扫），10*10, 16*10, 16*16（（见本质疑函第3页）），视野可选无法满足招标文件技术需求。

事实依据：菲森 /型号：M6600其拍摄视野可选5*5, 8*9（模扫），10*10, 16*10, 16*16（见本质疑函第3页），不符合招标文件中，低于招标文件要求。

证明材料如下：（数据来自深圳市菲森科技有限公司）：

官网地址：<https://www.fussengroup.com/products/cbct-m6600>



技术参数

↓

CBCT M6600			
球管电压	60-120 kV	X光曝光方式	曝光
球管电流	4.5mA	CT图像重建时间	1.5s
Fov (直径*高度)	9.5cm (种植) / 11.2cm (口腔) / 16cm	建议安装空间	2.5m (L) * 1.8m (W) * 2.2m (H)
灰度	16bit	设备尺寸	850mm (L) * 500mm (W) * 1000mm (H)
总滤过	2.5mmAl	焦点尺寸	0.7mm
患者定位	空气辅助	空间分辨率 (体素)	0.125mm (L) * 0.125mm (W) * 0.125mm (H)

法律依据：1、招标文件要求第四章（（招标文件P20页第四章第4点））4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。



四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

1、招标文件要求第四章（（招标文件P20页第四章第4点））4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。根据质疑事项1，江西崇顺贸易有限公司投标的产品：菲森 /型号：M6600，其拍摄视野是16*16，无法满足招标文件实质性要求，虚假应标。请判定响应文件作无效处理。

2、招标文件要求第四章（（招标文件P20页第四章第4点））4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。根据质疑事项2，

江西崇顺贸易有限公司投标的产品：菲森 /型号：M6600，其拍摄视野可选5*5，8*9（模扫），10*10，16*10，16*16，无法满足招标文件实质性要求，虚假应标。请判定响应文件作无效处理。

质疑人：广西鑫恩医疗科技有限公司

日期：2024年6月11日



附法人身份证以及公司公章

姓名 吴武龙
性别 男 民族 壮
出生 1992 年 12 月 11 日
住址 广西防城港市防城区华石镇那湾村食六坝组33号
公民身份号码 450603199212111818



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 防城港市公安局防城分局
有效期限 2020.02.21-2040.02.21



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20190087号

企业名称：广西鑫恩医疗科技有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12号、13号

经营场所：广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12号、13号

库房地址：广西南宁市江南区星光大道4号广西文创大厦8层12号、13号

统一社会信用代码：91450105MA5NJ9H54R

法定代表人：吴武龙

企业负责人：张丽丽

经营方式：批发

经营范围：

6846植入材料和人工器官；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；01有源手术器械；02无源手术器械；04骨科手术器械；05放射治疗器械；06医用成像器械；16眼科器械；17口腔器械；21医用软件

许可期限：自 2024 年 2 月 4 日 至 2029 年 2 月 3 日

发证部门：南宁市行政审批局
发证日期：2024 年 2 月 4 日



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南食药监械经营备20190115号

企业名称	广西鑫恩医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91450105MA5NJ9H54R
法定代表人	吴武龙
企业负责人	张丽丽
住 所	广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12、13号房屋
经营方式	批发
经营场所	广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12、13号房屋
库房地址	广西壮族自治区南宁市江南区星光大道4号8层12、13号房屋
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6810, 6813, 6815, 6816, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂除外), 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 吴武龙



备案部门(公章): 南宁市市场监督管理局
备案日期: 2022年05月10日