

关于东兴市人民医院 2024 年第一批医疗设备采购的质疑答复函

质疑供应商：广西鑫恩医疗科技有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市江南区星光大道 4 号 8 层 12、13 号房屋

联系人：吴武龙

联系电话：13707889749

我公司于 2024 年 6 月 14 日收到贵公司以邮寄的方式递交了东兴市人民医院 2024 年第一批医疗设备采购（项目编号：FCZC2024-J1-50313-XGZB）的质疑函。针对贵公司提出的问题，我公司进行了认真核实，现对质疑事项答复如下：

质疑事项：成交供应商江西崇顺贸易有限公司所投产品“口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备”是深圳市菲森科技有限公司生产的 M6600 型号，采购文件第四章《采购项目技术规格、参数及要求》中设备技术需求是“三、主要技术规格：4、扫描参数和图像质量▲（1）CT 最大扫描视野：16cm×17cm，单次扫描最大视野：16cm×11cm；▲（2）CT 拍摄视野可选择：16cm×17cm，16cm×11cm，12cm×8cm，8cm×8cm，8cm×5cm，5cm×5cm；”，深圳市菲森科技有限公司生产的 M6600 型号低于该技术需求，不满足采购要求，实质性响应的技术需求未能响应，视为无效竞标。

质疑事项答复：经过采购人复核江西崇顺贸易有限公司的投标（响应）文件及竞争性谈判文件，江西崇顺贸易有限公司所投产品“口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备”是深圳市菲森科技有限公司生产的 M6600 型号，该型号设备 CT 最大扫描视野为 16cm×16cm；CT 拍摄视野可选择：5cm×5cm，8cm×9cm（模扫），10cm×10cm，16cm×10cm，16cm×16cm；低于采购文件第四章《采购项目技术规格、参数及要求》中设备技术需求，且该两点技术需求为实质性响应的指标，江西崇顺贸易有限公司所投产品深圳市菲森科技有限公司生产的 M6600 型号实质性响应的技术指标不响应，根据采购文件规定，视为无效竞标。质疑事项成立。

经复核，合格的供应商不符合法定数量，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）第十六条（二）规定，本项目将重新开展采购。如质疑供应商认为本答复不满意，可在质疑答复后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！特此回复！

采购人：东兴市人民医院

采购代理机构：中兴桂（北京）国际招标有限公司

2024 年 6 月 20 日