

广西科联招标中心有限公司

中心负压吸引系统、中心空气压缩机系统主机采购及安装

(GXZC2024-G1-004650-KLZB)

质疑答复函

质疑人：广西汇泉医疗设备有限公司

地 址：广西壮族自治区玉林市容县容州镇站前大道容州新城 12 幢 7 号房 1 层

法定代表人：李明珍

联系电话：17776721062

授权代表：侯远福

联系电话：18176052901

质疑人于 2024 年 10 月 8 日以现场递交的方式递交了关于中心负压吸引系统、中心空气压缩机系统主机采购及安装（项目编号：GXZC2024-G1-004650-KLZB）的《质疑函》，经本公司审查符合规定，予以受理。

质疑人对本项目的中标结果提出了质疑。针对质疑人提出的质疑，我公司要求被质疑单位针对质疑事项作出书面答复且提供相关证明材料。收集相关材料后组织原评标委员会协助答复质疑，结合原评标委员会意见，并经采购人认真核实、同意，现对质疑事项答复如下：

质疑事项 1：2024 年 9 月 27 日发布的中标结果公告：珠海联创医疗科技有限公司的开标一览表第 2 项货物名称：真空排气灭菌器 品牌：好凯德、型号：GZZ-300X、制造商：东莞市雅之雷德机电科技有限公司 投标虚假响应▲参数及虚假响应或伪造提供的▲检测报告、骗取中标。

质疑答复 1：珠海联创医疗科技有限公司在开标一览表中填写投标货物“真空排气灭菌器”的规格型号为“GZZ-300X”，品牌为“好凯德”，制造商为“东莞市雅之雷德机电科技有限公司”，但该公司提供的“真空排气灭菌器”的检测报告中的样品规格型号为“GZZ-25X、GZZ-55X”，生产厂家为“佛山百策机电设备有限公司”。招标文件技术参数及配置中规定“▲1. 参照国卫办医函【2020】104 号文件医用真空泵排气口增设消毒灭菌装置，具有通过第三方检测报告”的技术条款要求提供所投产品检测报告。珠海联创医疗科技有限公司未按招标文件要求提供所投产品的检测报告。另外，质疑人提供的质疑材料不能证明珠海联创医疗科技有限公司存在虚假响应等情形。综上所述，该质疑事项部分成立。

质疑事项 2：2024 年 9 月 27 日发布的中标结果公示，中标供应商：珠海联创医疗科技有限公司的开标一览表第 1 项货物名称：医用真空负压机组、品牌：好凯德、型号：YMV-A 的▲资质响应资料属于非法获取、非法冒用。

质疑答复 2：珠海联创医疗科技有限公司在投标文件中提供了能证明其通过正常途径获

得了医用真空负压机组制造商的相关材料，质疑人所提供材料不能证明珠海联创医疗科技有限公司所提交的资料属非法获取、非法冒用，综上所述，质疑事项 2 不成立。

质疑事项 3：根据招标文件中▲商务条款交货时间珠海联创医疗科技有限公司的开标一览表及招标文件▲商务条款中的售后服务要求和交货时间及地点条款合同所必需的设备和专业技术能力。合同签订后 40 日内完成安装调试，并交付使，属于虚假响应、骗取中标。

质疑答复 3：珠海联创医疗科技有限公司的投标文件对售后服务要求、交货时间及地点的响应符合招标文件规定。质疑人所提供材料不能证明珠海联创医疗科技有限公司为虚假响应，综上所述，质疑事项 3 不成立。

质疑事项 4：2024 年 9 月 27 日发布的中标结果公告的珠海联创医疗科技有限公司中小企业声明函真空排气灭菌器制造商为东莞市雅之雷德机电科技有限公司属于提供虚假不实中小企业声明函骗取中标。

质疑答复 4：珠海联创医疗科技有限公司在提交的“《质疑函回复》”中说明其投标文件中开标一览表中第二项投标货物“真空排气灭菌器”品牌与生产厂家填写错误。质疑人所提供材料不能证明珠海联创医疗科技有限公司提供了虚假不实的中小企业声明函。综上所述，该质疑事项部分成立。

综上所述，质疑人质疑事项 1、4 部分成立，质疑事项 2、3 不成立。该项目将根据政府采购相关法律法规的规定做进一步处理。

以上是对贵公司所提质疑的答复，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十七条规定，如质疑人对本次答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

答复函签收回执

你单位送来的《质疑答复函》我公司已收悉。

供应商名称：广西汇泉医疗设备有限公司

经办人签字：



2024 年 ____ 月 ____ 日