

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西光汉电子科技有限公司
地址：南宁市科园大道 31 号财智时代公寓 A-1711 号 邮编：530000
联系人：梁永照
授权代表：无
联系电话：无



地址：南宁市科园大道 31 号财智时代公寓 A-1711 号 邮编：530000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：2024 年南宁市为民办实事教育惠民工程——中小学学生体质健康训练测试项目（二期）

质疑项目的编号：NNZC2024-G1-991283-KLZB

包号：分标 1、分标 2、分标 3、分标 4

采购人名称：南宁市现代教育技术中心

采购文件获取日期：2024 年 9 月 13 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：第四章 评标方法及评分标准 第三节 评分标准：设备参数及性能配置分“本项目核心产品第 1 项产品“立定跳远测试仪（含垫子）”、第 2 项产品“仰卧起坐测试仪（含垫子）”主要技术参数：主机应具有通用性，可储存数据优于产品最低要求的 100 万条，投标文件中提供了有资质的检测机构出具的有效检测报告或原厂技术规格说明书等其他有效证明材料并加盖投标人公章，每项产品得 1.5 分，满分 3 分。”

事实依据：本项目核心产品适用《中小学体育器材和场地第 12 部分：学生体质健康测试器材》（GB/T 19851.12-2005），要求提供非国家标准检测报告，且将其作为评审因素，同时响应时间仅 28 日，自项目公告之日（2024 年 9 月 10 日）起至递交投标文件之日（2024 年 10 月 8 日）止（期间包含中秋、国庆假期），未给予潜在供应商及潜在供应商所投产品的生

产厂家准备检测报告的必要时间；具有此类检测报告的潜在供应商是否至少三家，要求提供多项非国家标准的检测报告，如果每项检测报告不满足三家供应商符合条件，无法形成有效竞争；综上所述，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，设定特定参数指向特定供应商。

法律依据：《政府采购需求管理办法》第九条，采购需求可以引用国家标准、行业标准等，也可以根据项目目标提出更高的要求。

根据《政府采购需求管理办法》第三十一条第一款第二项竞争性审查，主要审查是否确保充分竞争，包括应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式；采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形；采购需求的内容是否完整、明确，是否考虑后续采购竞争性；评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当。

《中华人民共和国政府采购法》第五条 任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技

术、服务等要求。

《检验检测机构资质认定管理办法》第十五条 资质认定证书内容包括：发证机关、获证机构名称和地址、检验检测能力范围、有效期限、证书编号、资质认定标志。检验检测机构资质认定标志，由 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval 的英文缩写 CMA 形成的图案和资质认定证书编号组成。式样如下：



第十九条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。第二十一条 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上标注资质认定标志。



质疑事项 2：第四章 评标方法及评分标准 第三节 评分标准：设备参数及性能配置分“本项目核心产品第 1 项产品“立定跳远测试仪（含垫子）”、第 2 项产品“仰卧起坐测试仪（含垫子）”主要技术参数：主机显示屏优于产品最低要求的 10.0 寸彩色液晶屏。投标文件中提供了有资质的检测机构出具的有效检测报告或原厂技术规格说明书等其他有效证明材料并加盖投标人公章，每项产品得 1.5 分，满分 3 分。”

事实依据：本项目核心产品适用《中小学体育器材和场地第 12 部分：学生体质健康测试器材》（GB/T 19851.12-2005），要求提供非国家标准检测报告，且将其作为评审因素，同时响应时间仅 28 日，自项目公告之日（2024 年 9 月 10 日）起至递交投标文件之日（2024 年 10 月 8 日）止（期间包含中秋、国庆假期），未给予潜在供应商及潜在供应商所投产品的生产厂家准备检测报告的必要时间；具有此类检测报告的潜在供应商是否至少三家，要求提供多项非国家标准的检测报告，如果每项检测报告不满足三家供应商符合条件，无法形成有效竞争；综上所述，属于以不合理的条

件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，设定特定参数指向特定供应商。

法律依据：《政府采购需求管理办法》第九条，采购需求可以引用国家标准、行业标准等，也可以根据项目目标提出更高的要求。

根据《政府采购需求管理办法》第三十一条第一款第二项竞争性审查，主要审查是否确保充分竞争，包括应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式；采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形；采购需求的内容是否完整、明确，是否考虑后续采购竞争性；评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当。

《中华人民共和国政府采购法》第五条 任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：**（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。**采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：**（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。**

《检验检测机构资质认定管理办法》第十五条 资质认定证书内容包括：发证机关、获证机构名称和地址、检验检测能力范围、有效期限、证书编

号、资质认定标志。检验检测机构资质认定标志，由 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval 的英文缩写 CMA 形成的图案和资质认定证书编号组成。式样如下：



第十九条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。第二十一条 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上标注资质认定标志。

质疑事项 3：第二章采购需求 分标 1：A（区域：市直属） 序号 1 立定跳远测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

序号 2 仰卧起坐测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

分标 2：B（区域：武鸣区、横州市、宾阳县、兴宁区） 序号 1 立定跳远测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

序号 2 仰卧起坐测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

分标 3: C（区域：西乡塘区、江南区、良庆区）序号 1 立定跳远测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

序号 2 仰卧起坐测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

分标 4: D（区域：上林县、马山县、隆安县、邕宁区、高新区、青秀区）序号 1 立定跳远测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

序号 2 仰卧起坐测试仪（含垫子）“▲8. 主机具备 ≥ 4 个 USB 标准接口（非外接扩展），可直接插入 U 盘导入 ≥ 300000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。其他功能性接口 RS232 接口 ≥ 1 个、Type-C 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个、3.5mm 音频接口 ≥ 1 个。”

事实依据：国内众多优质品牌体质健康测试设备均不设计多个 USB 接口，1 个 USB 标准接口能够完成所有的数据传输，不会对中小学生的体质健康训练测试项目产生影响，故不应对主机的 USB 标准接口数量做局限性。此项参数具有唯一指定性、排他性，旨在为核心产品设置排斥其他潜在投标人的准入门槛，严重影响了潜在投标人公平参与投标，违反了公平竞争原则。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条，第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项 4：第四章 评标方法及评分标准 第三节 评分标准：设备参数及性能配置分“本项目核心产品第 1 项产品“立定跳远测试仪（含垫子）”、第 2 项产品“仰卧起坐测试仪（含垫子）”主要技术参数：配置通用无线 LED 显示屏，应具备通用性，支持三色三行显示，可内置电池工作优于产品最低要求的 10 小时，无需额外供电。投标文件中提供了有资质的检测机构出具的有效检测报告或原厂技术规格说明书等其他有效证明材料并加盖投标人公章，每项产品得 1.5 分，满分 3 分。”

事实依据：本项目核心产品适用《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材》（GB/T 19851.12-2005），要求提供非国家标准检测报告，且将其作为评审因素，同时响应时间仅28日，自项目公告之日（2024年9月10日）起至递交投标文件之日（2024年10月8日）止（期间包含中秋、国庆假期），未给予潜在供应商及潜在供应商所投产品的生产厂家准备检测报告的必要时间；具有此类检测报告的潜在供应商是否至少三家，要求提供多项非国家标准的检测报告，如果每项检测报告不满足三家供应商符合条件，无法形成有效竞争；综上所述，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，设定特定参数指向特定供应商。

法律依据：《政府采购需求管理办法》第九条，采购需求可以引用国家标准、行业标准等，也可以根据项目目标提出更高的要求。

根据《政府采购需求管理办法》第三十一条第一款第二项竞争性审查，主要审查是否确保充分竞争，包括应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式；采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形；采购需求的内容是否完整、明确，是否考虑后续采购竞争性；评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当。

《中华人民共和国政府采购法》第五条 任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及

为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

《检验检测机构资质认定管理办法》第十五条 资质认定证书内容包括：发证机关、获证机构名称和地址、检验检测能力范围、有效期限、证书编号、资质认定标志。检验检测机构资质认定标志，由 China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval 的英文缩写 CMA 形成的图案和资质认定证书编号组成。式样如下：



第十九条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。第二十一条 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上标注资质认定标志。

质疑事项 5: 第四章 评标方法及评分标准 第三节 评分标准：信誉及业绩分（满分 19 分）“拟投入项目人员具备体育教学或云计算与大数据或信息安全相关专业的中级及以上职称资格的，每有 1 名得 2 分，（投标文件中提供聘书和专家职称证书原件复印件）本项最高得 6 分，（满分 6 分）。”

事实依据: 本项目为货物类招标，要求提供云计算与大数据或信息安全相关专业的中级及以上职称资格不合理，属于设置与采购实际需求不相适应、与本项目所提供的货物质量无关、与合同履行无关的条件。

法律依据: 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、

技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（一）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；（二）擅自提高采购标准的；（三）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（四）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；（五）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；（六）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：为维护采购当事人、所有潜在投标人的合法权益，请求修改建议如下：

1、为保障潜在供应商合法权益，给予潜在供应商准备检测报告的必要时间，请调整、修改采购需求、评分标准中关于检测报告的要求；标注采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；明确对检验检测机构的资质要求；为保证政府采购的有效竞争性，请咨询、调查、核实具有此类检测报告的潜在供应商是否至少三家。

2、为保证政府采购的有效竞争性，请咨询、调查、核实立定跳远测试仪“主机具备 ≥ 4 个USB标准接口（非外接扩展）”、仰卧起坐测试仪“主机具备 ≥ 4 个USB标准接口（非外接扩展）”的潜在供应商或生产厂家是否至少三家。

签字(签章)：梁永照

公章：广西光汉电子科技有限公司



日期：2024年9月14日