

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西佳泽科技有限公司

地址：南宁市高科路8号南宁高新区高科路电子产业园1号楼六层
603号厂房A-619号

邮编：530000

联系人：何先良

联系电话：18007712725

授权代表：何先良

地址：南宁市高科路8号南宁高新区高科路电子产业园1号楼六层
603号厂房A-619号

邮编：530000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：胸痛中心心电一张网采购项目

质疑项目的编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY

采购人名称：马山县人民医院

采购文件获取日期：2024年08月05日11时02分

提出质疑的日期：2024年08月20日

三、质疑事项具体内容

招标文件要求2、“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

以下几项中标公司所投产品不能完全满足以下要求内容，故中标产品为不能实质性满足招标要求，为无效投标。

根据网站公示中标公司南宁智格医疗科技有限公司所投产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12，期中该型号结构组成为：1、型号：PENGYANG-EU12；a) 硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b) 软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。

中标 南宁智格医疗科技有限公司
[企业详情](#) > [相似供应商](#)

2个 联系人 [立即查看](#)

707人 可引荐人脉 [立即引荐](#)

8条 历史招投标信息 [立即监控](#)

- 一、项目编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY
- 二、项目名称：胸痛中心心电一张网采购项目
- 三、中标（成交）信息

1. 中标结果：

序号	中标（成交）金额（元）	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价：441000（元）	南宁智格医疗科技有限公司 <small>企业</small> 信息	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4楼及地下室942号

2. 废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	胸痛中心心电一张网采购项目	胸痛中心心电一张网采购项目	北京蓬阳45	45	9800	便携式心电图机：PENGYANG-EU12 心电信息管理系统：MedSum-MECG

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

苏莲红（自行抽取），杨震群（自行抽取），刘丽萍（自行抽取）

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）收费标准计取，代理费不足捌仟的按捌仟计取。

2. 代理服务收费金额（元）：8000



境内医疗器械(注册) —— “京械注准20232070469” 基本信息

注册证编号	京械注准20232070469
注册人名称	北京蓬阳丰业科技有限公司
注册人住所	北京市东城区永定门内大街中里9-17号南主楼206室
生产地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼15层
产品名称	便携式心电图机
管理类别	第二类
型号规格	PENGYANG-EU12, PENGYANG-EU18, PENGYANG-EB12, PENGYANG-EB18.
结构及组成/主要组成成分	1、型号: PENGYANG-EU12; a)硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。2、型号: PENGYANG-EU18; a)硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。3、型号: PENGYANG-EB12; a)硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。4、型号: PENGYANG-EB18; a)硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。
适用范围/预期用途	该产品适用于医疗机构测量、采集、显示、记录患者的心电信号, 供临床诊断。
产品储存条件及有效期	5年
附件	产品技术要求
其他内容	其它内容
备注	
申报部门	北京市药品监督管理局
批准日期	2023-07-19
生效日期	2023-07-19
有效期至	2028-07-18



根据国家药品监督管理局网站公示,北京蓬阳丰业科技有限公司便携式心电图机共以下四个型号:

1、型号: PENGYANG-EU12; a) 硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。

2、型号: PENGYANG-EU18; a) 硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线。b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。

3、型号: PENGYANG-EB12; a) 硬件部分: 包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、锂电池、碱性电池(选配)。b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。

4、型号：PENGYANG-EB18；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池（选配）。
b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。

质疑事项 1：便携式心电图机招标要求▲1、同步 12 导联心电图采集、传输、诊断。

事实依据：1、根据中标公示南宁智格医疗科技有限公司所投产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12，该型号结构组成为：1、型号：PENGYANG-EU12；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。

2、这里面型号为 PENGYANG-EU12，该型号为同步 12 导联采集、传输，不能实现在便携式心电图机上招标对诊断需求。投标产品软件部分包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。这里面的分析软件安装光盘盒加密狗为 WINDOWS 系统电脑端的分析软件和加密狗，不能用光盘安装在平板电脑和手机 APP 端上面使用。（招标文件要求有平板电脑和手机 APP，招标▲6、采集盒与平板电脑、手机 APP 通过蓝牙连接。）

3、故此项便携式心电图机不能满足同步 12 导联心电图采集、传输、诊断。

4、附网上公示和国家药品监督管理局网上截图



中标 南宁智格医疗科技有限公司
 企业详情 > 相似供应商 >

2个 联系人 立即查看

707人 可注册人数 立即注册

8条 历史中标信息 立即监控

一、项目编号: NNZC2024-J1-240215-GXHY
 二、项目名称: 胸痛中心心电一张网采购项目

三、中标(成交)信息

1. 中标信息:

序号	中标(成交)金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价: 441000(元)	南宁智格医疗科技有限公司 企业 信息	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4楼及地下室942号

2. 废标信息:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
 / / / /

四、主要标的信息

次竹类主要标的信息:

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	胸痛中心心电一张网采购项目	胸痛中心心电一张网采购项目	北京瑞阳45	9800		便携心电采集机: PENGYANG-EU12 心电信息管理系统: MedSum-MECC

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

苏连红(自行抽取), 杨爱群(自行抽取), 刘朋洋(自行抽取)

六、代理服务收费金额(元)及金额:

1. 代理服务收费标准: 按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)收费标准计取, 代理费不足捌仟元的按捌仟计取。

2. 代理服务收费金额(元): 8000




数据查询



境内医疗器械(注册) —— “京械注准20232070469” 基本信息

注册证编号	京械注准20232070469
注册人名称	北京惠阳丰业科技有限公司
注册人住所	北京市东城区永定门内大街中里9-17号南主楼206室
生产地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼15层
产品名称	便携式心电图机
管理类别	第二类
型号规格	PENGYANG-EU12, PENGYANG-EU18, PENGYANG-EB12, PENGYANG-EB18,
结构及组成/主要组成成分	1、型号: PENGYANG-EU12; a) 硬件部分: 包括心电采集盒、心电导联线、心电电极、数据线; b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。2、型号: PENGYANG-EU18; a) 硬件部分: 包括心电采集盒、心电导联线、心电电极、数据线、转换线; b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。3、型号: PENGYANG-EB12; a) 硬件部分: 包括心电采集盒、心电导联线、心电电极、数据线、锂电池、碱性电池(选配); b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。4、型号: PENGYANG-EB18; a) 硬件部分: 包括心电采集盒、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池(选配); b) 软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。
适用范围/预期用途	该产品适用于医疗机构测量、采集、显示、记录患者的心电信号, 供临床诊断。
产品储存条件及有效期	5年
附件	产品技术要求
其他内容	其它内容
备注	
审批部门	北京市药品监督管理局
批准日期	2023-07-19
生效日期	2023-07-19
有效期至	2028-07-18



质疑事项2: 便携式心电图机招标要求▲2、结构组成: 心电采集盒、软件以及可选附件(心电导联线、心电电极)组成。

事实依据：1、根据中标公示南宁智格医疗科技有限公司所投产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12，期中该型号结构组成为：1、型号：PENGYANG-EU12；a) 硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b) 软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。资料见上面质疑 1 里面公示截图。

2、故中标产品和招标要求不符合，不能满足招标要求。

质疑事项3：便携式心电图机招标要求▲3、心电采集，支持 USB 有线（物联网）、蓝牙无线（无线网络）两种采集方式。支持 12/15/18 导联采集模式，支持 Windows、Android 系统。提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电波形。

事实依据：1、中标产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12，国家药品监督管理局数据查询资料显示结构组成仅有数据线，代表仅支持 USB 有线，不支持物联网、蓝牙无线（无线网络）。

2、中标产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12，不支持招标要求 12/15/18 导联采集模式，该机器为 12 导联机器，不能往上兼容 15 导联和 18 导联心电图机的采样模式，投标产品公司的 EU18 和 EB18 这两个型号才可以采集 12/15/18 导联采集。

附投标公司另外两个产品型号才可以满足此项需求具体型号如下：2、型号：PENGYANG-EU18；a) 硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线。b) 软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。4、

型号：PENGYANG-EB18；a) 硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池（选配）。b) 软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。

附国家药品监督管理局数据查询截图

国家药品监督管理局 National Medical Products Administration		数据查询	首页	政务服务门户
境内医疗器械（注册）——“京械注准20232070469”基本信息				
注册证编号	京械注准20232070469			
注册人名称	北京德和丰业科技有限公司			
注册人住所	北京市东城区永定门内大街中里9-17号南主楼206室			
生产地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区19号楼15层			
产品名称	便携式心电图机			
管理类别	第二类			
型号规格	PENGYANG-EU12, PENGYANG EU18, PENGYANG-EB12, PENGYANG-EB18.			
结构及组成/主要组成成分	1、型号：PENGYANG-EU12；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。2、型号：PENGYANG-EU18；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线。b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。3、型号：PENGYANG-EB12；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、锂电池、碱性电池（选配）。b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。4、型号：PENGYANG-EB18；a)硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池（选配）。b)软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。			
适用范围/预期用途	该产品适用于医疗机构测量、采集、显示、记录患者的心电信号，供临床诊断。			
产品贮存条件及有效期	5年			
附件	产品技术要求			
其他内容	其它内容			
备注				
审批部门	北京市药品监督管理局			
批准日期	2023-07-19			
生效日期	2023-07-19			
有效期至	2028-07-18			

3、中标产品便携式心电图机为 PENGYANG-EU12 不支持 Windows、Android 系统。

根据国家药品监督管理局数据查询公开资料显示型号：PENGYANG-EU12；a) 硬件部分：包括心电采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b) 软件部分：包括心电图分析软件安装光盘（含加密狗）。这里面仅仅提示软件包含分析软件安装光盘（含加密狗），能通过光盘安装和接入加密狗的只能是 WINDOWS 系统的台式计算机。中标产品不能安装于

Android系统的平板电脑和智能手机APP上实现心电图采集、传输、诊断全过程。（招标要求有平板电脑和手机APP▲6、采集盒与平板电脑、手机APP通过蓝牙连接。）。

境内医疗器械（注册）——“京械注准20232070469”基本信息	
注册证编号	京械注准20232070469
注册人名称	北京德昂丰业科技有限公司
注册人住所	北京市东城区永定门内大街中里9-17号南主楼206室
生产地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼15层
产品名称	便携式心电图机
管理类别	第二类
型号规格	PENGYANG-EU12, PENGYANG-EU16, PENGYANG-EB12, PENGYANG-EB16.
结构及组成/主要组成成分	1. 型号: PENGYANG-EU12; a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。2. 型号: PENGYANG-EU16; a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。3. 型号: PENGYANG-EB12; a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电导联线、心电电极、数据线、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。4. 型号: PENGYANG-EB16; a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电导联线、心电电极、数据线、转换线、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。
适用范围/预期用途	该产品适用于医疗机构测量、采集、显示、记录患者的心电信号, 供临床诊断。
产品储存条件及有效期	5年
附件	产品技术要求
其他内容	其它内容
备注	
审批部门	北京市药品监督管理局
批准日期	2023-07-19
生效日期	2023-07-19
有效期至	2028-07-18

质疑事项 4: 便携式心电图机招标要求▲6、采集盒与平板电脑、手机APP通过蓝牙连接。

事实依据: 中标产品便携式心电图机为PENGYANG-EU12, 该型号结构组成为: 1、型号: PENGYANG-EU12; a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电导联线、心电电极、数据线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。这里面数据线是采集盒和台式或笔记本电脑连接的, 并不是用于连接平板电脑和智能手机, 招标要求采集盒和平板电脑、手机APP通过蓝牙连接, 蓝牙连接属于无线连接, 不需要数据线连接。附公开资料如下:

一、项目编号: NNZC2024-J1-240215-GXH7

二、项目名称: 胸痛中心心电一张网采购项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号	中标(成交)金额 (元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价: 441000 (元)	南宁智格医疗科技有限公司企业 信息	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙湖2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室942号

2.废标结果:

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	胸痛中心心电一张网采购项目	胸痛中心心电一张网采购项目	北京盛阳	45	9800	便携式心电图机: PENGYANG-EU12 心电信息管理系统: MedSum-MECC

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

苏连红(自行抽取), 杨毓群(自行抽取), 刘邵萍(自行抽取)

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)收费标准计取, 代理费不足捌仟的按捌仟计取。

2.代理服务收费金额(元): 8000

国内医疗器械(注册) —— “京械注准20232070469” 基本信息

注册证编号	京械注准20232070469
注册人名称	北京盛阳丰业科技有限公司
注册人住所	北京市东城区永定门内东中里9-17号楼主楼206室
生产地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼15层
产品名称	便携式心电图机
管理类别	第二类
型号规格	PENGYANG-EU12, PENGYANG-EU18, PENGYANG-EB12, PENGYANG-EB16.
结构及组成/主要组成成分	1、型号: PENGYANG-EU12: a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电图导线、心电图板、数据线。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。2、型号: PENGYANG-EU18: a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电图导线、心电图板、数据线、转换器。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。3、型号: PENGYANG-EB12: a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电图导线、心电图板、数据线、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。4、型号: PENGYANG-EB18: a)硬件部分: 包括心电图采集器、心电图导线、心电图板、数据线、转换器、锂电池、碱性电池(选配)。b)软件部分: 包括心电图分析软件安装光盘(含加密狗)。
适用范围/预期用途	该产品适用于医疗机构测量、采集、显示、记录患者的心电信号, 供临床诊断。
产品储存条件及有效期	5年
附件	产品技术要求
其他内容	其它内容
备注	
审批部门	北京市药品监督管理局
批准日期	2023-07-19
生效日期	2023-07-19
有效期至	2028-07-18



四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: 根据相关法律法规要求, 招标公司和采购人或评标专

家查阅中标公司所投产品 PENGYANG-EU12 标书所附资料是不是该型号的资料，是不是用其他型号资料冒充所投产品资料。

公章：广西佳泽科技有限公司

签字：何先良

日期：2024年08月20日



附我方投标授权资料如下：