

广西华义展工程项目管理有限公司关于胸痛中心心电一张网采购项目质疑答复函

质疑供应商：南宁智格医疗科技有限公司

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室942号

联系人：陆愈学

联系电话：18577167446

我公司于2024年9月18日收到贵公司以邮寄形式递交的胸痛中心心电一张网采购项目（项目编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY（重））的质疑函。针对贵公司提出的质疑内容，我公司高度重视，并进行了认真核实，经与采购人研究讨论，现对质疑事项答复如下：

质疑事项1：第二章采购需求一览表采购清单及货物参数：一、序号2-第▲3.采集软件系统支持 Windows、Ios、Android（提供注册证明），提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电波形。二、序号2-第▲7.采用3.7V锂电池，容量3000mAh（提供证明材料）。三、序号3-第▲3.采集软件系统支持 Windows、Ios、Android（提供注册证明），提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电波形。四、序号4-第18.可对心电数据进行可视化监管。五、序号4-第▲20.系统具有经过IHE心电系统测试和功能角色的测试证书（提供证书）。评分标准对产品参数要求为明显设置投标门槛，所要求的参数目前行业内只有个别供货商能满足，带有明显的倾向性性和排斥潜在投标人。

质疑事项1答复：本项目根据实际需求编制采购需求参数，未指定具体品牌名称，且能够满足以上几项技术参数要求的潜在供应商不少于3家，不存在倾向性和排斥潜在投标人的情形。依据《政府采购质疑和投诉办法》第十二条，贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑事项1不成立。

质疑事项2：第二章采购需求一览表采购清单及货物参数：一、序号2-第1.同步12导联心电图采集、传输。二、序号2-第▲6.心电采集支持12/15/18导联采集模式，支持Windows系统，采集结束后自动上传，操作方便。提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电波形。参数设置具有误导



性。潜在投标人不能根据上述两条参数设置，准确判断参数设置是针对硬件要求还是硬件配套的分析软件要求。只有参数设置所倾向的投标人才能准确提供对应的响应参数。

质疑事项 2 答复：采购需求已经明确写明同步 12 导联，支持 12/15/18 导联采集模式，不存在参数设置具有误导性，不存在倾向性和排斥潜在投标人的情形。依据《政府采购质疑和投诉办法》第十二条，贵公司质疑事项缺乏事实依据，质疑事项 2 不成立。

如贵公司对本质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公司工作的关心和支持！

采购代理机构：广西华义展工程项目管理有限公司

日期：2024 年 9 月 20 日

