

# 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 南宁智格医疗科技有限公司

地址： 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号

南宁万科大厦3栋4栋及地下室942号 邮编： 530000

联系人： 陆愈学 联系电话： 18577167446

授权代表： 陆愈学

联系电话： 18577167446

地址： 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号

南宁万科大厦3栋4栋及地下室942号 邮编： 530000

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 胸痛中心心电一张网采购项目

质疑项目的编号： NNZC2024-J1-240215-GXHY（重）

采购人名称： 马山县人民医院

质疑事项：  采购文件 采购文件获取日期： 2024年

9月9日

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1： 一、第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号2-第▲3.采集软件系统支持 Windows、

Ios、Android（提供注册证明），提供稳定信号质量，多种

数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同

时确保心电波形；

二、第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 2-第▲7. 采用 3.7V 锂电池，容量 3000mAh(提供证明材料)；

三、第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 3-第▲3. 采集软件系统支持 Windows、Ios、Android(提供注册证明)，提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电图波形；

四、第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 4-第 18. 可对心电数据进行可视化监管；

五、第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 4-第▲20. 系统具有经过 IHE 心电系统测试和功能力角色的测试证书。(提供证书)；

事实依据：评分标准对产品参数要求为明显设置投标门槛，所要求的参数目前行业内只有个别供货商能满足，带有明显的倾向性和排斥潜在投标人。

法律依据：一、违反了《中华人民共和国招标投标法》第二十条规定“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”；

二、违反了《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三

十二条规定“招投标人不得以不合理的条件限制，排斥潜在的投标人或者投标人：（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招投的项目以特定行政区域或特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。”；

三、违反了《中华人民共和国政府采购法》第二十五条规定“政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。”

质疑事项 2：第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 1-第 1. 同步 12 导联心电图采集、传输；第二章采购需求-采购需求一览表-采购清单及货物参数-序号 1-第▲6. 心电采集支持 12/15/18 导联采集模式，支持 Windows 系统，采集结束后自动上传，操作方便。提供稳定信号质量，多种数字滤波器，提供心电图反走样技术，在滤除各种干扰的同时确保心电波形；

事实依据：参数设置具有误导性。潜在投标人不能根据上述两条参数设置，准确判断参数设置是针对硬件要求还是硬件配套的分析软件要求。只有参数设置所倾向的投标人才能准确提供对应的响应参数。

法律依据：一、违反了《中华人民共和国招标投标法》第六条之规定“依法必须进行招标投标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。”

二、违反了《中华人民共和国招标投标法》第二十条规定“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”

三、违反了《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在的投标人或者投标人：（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标投标的项目以特定行政区域或特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。”

四、违反了《中华人民共和国政府采购法》第二十五条规定“政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。”

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：此次招标为本项目的第二次招标。第一次招标我司为中标方，但因第一次招标的投标人投诉，造成第一次招标废标。而第二次（本次）招标参数发生的明显变化，并明显具

有倾向性设置参数，以排斥我司再次参与投标。为保护政府采购单位和业主单位及所有参与此项目供应商的合法权益，请贵单位按照相关法律法规就上述质疑事项调查核实后作出回复并予以严肃处理，政府采购当事人不应相互串通损害国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益，目前已明显排斥其他供应商参与竞争。

签字(签章):

陆学敏

公章：南宁智格医疗科技有限公司

日期：2024年9月14日



## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

委托人：（南宁智格医疗科技有限公司）

法定代表人/主要负责人：（陆学敏、董事长）

受委托人之一：（陆愈学、销售总监）

现委托上述受委托人代理我（南宁智格医疗科技有限公司）处理（胸痛中心心电一张网采购项目、项目编号：NNZC2024-J1-240215-GXHY（重））的质疑事宜。代理人具体权限：递交质疑材料、参加质询或质证、签署与本采购项目质疑有关的一切文件等，代理期限：自递交有关质疑材料起至质疑答复完毕止，相关事项 1. 递交质疑材料、2. 参加质询或质证、3. 签署与本采购项目质疑有关的一切文件。

代理人身份证信息（正面、反面）

