

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西集硕贸易有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道82号嘉和南湖之都8层820室

邮编：

联系人：彭良荣 联系电话：13005921585

授权代表：彭良荣（法人代表）

联系电话：13005921585

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程（能力提升部分）

质疑项目的编号：GLZC2024-G1-250233-DCZX

包号：标项5：血透室配套设备

采购人名称：兴安县中医医院

采购文件获取日期：2024年9月26日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：标项5、序号3血液透析机“*19、超滤曲线：可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。”

根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招

标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：贝朗 Dialog+彩页

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
- 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
- 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
- 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

质疑事项 2：标项 5、序号 3 血液透析机“35、后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用 ≥ 20 分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。”根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不

能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
- 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
- 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
- 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

质疑事项 3：标项 5、序号 3 血液透析机“29、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少 20 次病人”

根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不

能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：贝朗 Dialog+说明书 5-13 页

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
 - 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
 - 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 - 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。
- 质疑事项 4：标项 5、序号 4 血液透析滤过机 “*17、超滤曲线：可存储设定曲线，10 种固定曲线，20 种自定义曲线，满足个性化透析。”

根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：贝朗 Dialog+彩页

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
 - 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
 - 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 - 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。
- 质疑事项 5：标项 5、序号 4 血液透析滤过机“27、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少 20 次病人”

根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：贝朗 Dialog+说明书 5-13 页

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
 - 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
 - 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
 - 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。
- 质疑事项 6：标项 5、序号 4 血液透析机 “34、后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用 ≥ 20 分钟，并且

不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。”

根据市场调查，本条参数是贝朗厂家设别的独家参数，不能满足三家，具有唯一性和排它性，指向性明显。本次招标违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

事实依据：

法律依据：

- 1、依据《中华人民共和国招标投标法》第六十五条，投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
- 2、依据《中华人民共和国招标投标法》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
- 4、依据《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
- 5、依据《中华人民共和国政府采购法》第五条，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：本次挂网招标参数具有唯一性和排它性，指向性明显，违反了《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》。希望医院可以废除本次招标活动，严格按照国家标准和行业标准重新起草招标参数，给各厂家公平的竞争机会。

希望我司上述请求能得到贵单位的支持，给医疗器械行业提供良性的发展平台，促进民族医疗器械产业的健康发展。


签字(签章)：彭良荣

日期：2024.9.26

公章：



统一社会信用代码
91450103MA5PC47G03 (2-2)



营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 广西集硕贸易有限公司

注册资本 贰佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2020年03月24日

法定代表人 彭良荣

营业期限 长期


经营范围

销售：医疗器械（涉及许可的，具体项目以审批部门批准的为准）、安防设备、数码产品、电子产品、建筑材料、装饰材料（以上两项除危险化学品、五金交电、家居用品、日用百货、机械电子设备、金属制品（除国家禁止经营外）、汽车配件、水暖器材、电线电缆、消防器材、办公用品、家具、计算机软硬件；建筑劳务分包；建筑工程、给排水工程、城市及道路照明工程、通信工程、土石方工程、室内装饰装修工程的设计及施工；工程设计咨询，工程造价咨询；办公设备租赁、消防安全评估技术服务；工程技术服务；室内装饰设计服务；计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务；通信信号设备维修服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所

南宁市青秀区民族大道82号嘉和·南湖之都8层820号

登记机关




第二类医疗器械经营备案凭证


备案编号：桂南药监械经营备20201693号

企业名称	广西集硕贸易有限公司
统一社会信用代码	91450103MA5PC47G03
法定代表人	彭良荣
企业负责人	彭良荣
住所	南宁市青秀区民族大道82号嘉和·南湖之都8层820号
经营方式	批发
经营场所	南宁市青秀区民族大道82号嘉和·南湖之都8层820号
库房地址	南宁市江南区同乐大道53号泉港·江南企业总部2号厂房六层601、602号房（委托广西通达医疗供应链服务有限公司贮存、配送）
经营范围	6801, 6803, 6807, 6809, 6810, 6815, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6840（诊断试剂除外）， 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门（公章）：南宁市市场监督管理局
备案日期：2023年9月4日





医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20200513号

统一社会信用代码：91450103MA5PC47G03

企业名称：广西集硕贸易有限公司

法定代表人：彭良荣

住所：南宁市青秀区民族大道82号嘉和·南湖之都8层820号

企业负责人：彭良荣

经营场所：南宁市青秀区民族大道82号嘉和·南湖之都8层820号

经营方式：批发

库房地址：南宁市江南区同乐大道53号泉港·江南企业总部2号厂房六层601、602号房（委托广西通达医疗供应链服务有限公司贮存、配送）

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂除外），
6845, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2023 年 9 月 7 日
至 2025 年 10 月 26 日

发证部门：南宁市行政审批局
发证日期：2023 年 9 月 26 日

