

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯江学
	职称: 主任医师
	工作单位: 广西肾科医院
项目信息	项目名称: GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 维护保养服务
	项目预算金额: 399 万/3 年 (133 万/年)
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司
专业人员论证意见	广西医科大学第一附属医院购买的 GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) Discovery M1 设备, 原厂家为通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司。GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 的维护保养服务满足因使用不可替代的专利, 且有技术垄断性, 从而某一特定供应商处采购的要求, 原因如下: 1. 原厂针对该设备所独有的前瞻预警远程序维护功能, 能通过远端监测设备, 提供自动预警主动预防维护和维修方案。但只有原厂可以提供该款 PET/CT Discovery M1 设备的技术参数架构。 2. 该款 PET/CT 机球管涉及时间专利问题, 该款球管包含 GE 多个独家专利技术, 如球管旋转轴承的增强层障技术, 放射线断层扫描装置技术、控制方法技术等专利, 球管是高价耗材件,

	该款PET/CT机球管后期的维护和检修,唯有原厂才能提供,因为GE的售后服务,在中国大陆地区执行任何第三方授权此球管的技术及维保更换。 综合上述,GE牌正电子发射型断层扫描仪(PET/CT)维护保养服务符合桂财规(2021)4号《广西北壮侗自治区财政厅关于进一步完善政府采购单一来源采购方式管理的通知》中单一来源采购方式的适用情形第(一)种情形:只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,导致只能从某一特定供应商处采购。建议采用单一来源采购方式,从通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司采购此服务。	
专业人员签字	马江学	日期2025年3月17日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李文
	职称: 主管技师
	工作单位: 广西区疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 维护保养服务
	项目预算金额: 399 万/3 年 (133 万/年)
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司
专业人员论证意见	广西医科大学第一附属医院已购买的GE正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 设备, 其生产厂家为通用电气医疗系统 (上海) 有限公司。 GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 维护保养内容包括保养、维修过程中对球管、探测器等备件、耗材的更换, 提供远程服务等。该设备因使用不可替代的专利、专有技术, 其维护保养必须是专利、专有技术对应的服务: 1、专利、专有技术属性, 必须对此相关远程守护功能, 24小时不间断检测设备运行状况, 定时主动进行维护和维修故障, 部分故障远程修复; 2、该 PET/CT 机球管为高值损耗件, 由于受到独家专利技术

	的限制必须做到主机专用。否则探头不对 子嘴，是降无法使用；3. 核心部件，如 探测器，同样必须做到主机专用，确保 PET/DMT 质量性能，达到国家相应标 准要求；3. 专利、专有技术、软件等 具有不可替代性，决定了维护保养服务 的唯一性，且在中国大陆从未向任何第 三方授权探测器技术。 综上，GE 电子电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 维保服务符合《中华人民共和国政府采购 法》第二十一条第一款适用情形，同时符合 财库〔2021〕4号《政府采购货物和服务招标投标 管理办法》第二十一条第一款适用情形， 管财的告知》中单一来源方式的适用情 形第(一)项情形：只能从唯一供应商处采购 的，即因使用不可替代的专利、专有技术， 导致只能从某一特定供应商处采购。 建议采用单一来源方式从通用电气医 疗系统贸易发展(上海)有限公司采购此 服务。
专业人员签字	 日期 2025 年 3 月 7 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭召平
	职称: 副主任技师
	工作单位: 九三医院
项目信息	项目名称: GE 牌正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) 维护保养服务
	项目预算金额: 399 万/3 年 (133 万/年)
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司
专业人员论证意见	广西医科大学第一附属医院GE正电子发射型断层扫描仪 (PET/CT) Discovery MI生产厂家为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司,维护保养服务满足不可替代的专利,专有技术导致只能从某一特定供应商处采购的要求: 一、符合项目功能的客观定位的专利,专有技术或服务,而非采购人的主观要求: 1. 球管专利涉及该款设备专用GE液态轴承球管,在该款球管中包含GE多个独家专利技术,如:相关专利名称为:用于液态金属轴承的增强屏障,放射线断层摄影装置,控制方法及程序,具有最小偏转的螺旋槽轴承组件等技术专利。 二、符合项目使用的专利,专有技术或服

	务具有不可替代性的要求和符合因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性,导致无法由其他供应商分别实施或提供,只有由某一特定的供应商提供的要求。GCE牌正电子发射型断层扫描仪在中国大陆地区未向任何第三方授权探测器技术及开放此相关配件的维保授权。 综上所述,GCE牌正电子发射型断层扫描仪维护保养服务符合《桂财规〔2021〕4号:广西壮族自治区财政厅关于印发<进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知>中单一来源采购方式的适用情形第(一)种情形:只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,导致只能从某一特定供应商处采购。建议采用单一来源采购方式从通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司采购此服务。	
专业人员签字	郭召平	日期2025年3月17日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。