

关于忻城县人民医院彩色多普勒超声诊断仪 【LBXCZC2024-J1-00534-HXZB】的质疑答复函

一、质疑人的基本情况：

质疑人：广西康本健医疗科技有限公司

地 址：南宁市青秀区金州路 25 号太平洋世纪广场 A 座 21 层 2101 号
B-27

法定代表人：肖勇

授权代表：陈硕

联系电话：13481006917

二、项目名称及编号

项目名称：忻城县人民医院彩色多普勒超声诊断仪

项目编号：LBXCZC2024-J1-00534-HXZB

三、质疑答复书内容：

广西康本健医疗科技有限公司：

我院于 2024 年 7 月 19 日收到了贵公司递交的《质疑函》一份，对贵公司提出的问题，我院高度重视，经认真核实贵公司提出的质疑。现答复如下：

质疑事项：以下几条偏向于独家公司佳能公司的产品性能，而且市场上完全具备，同时满足此所有性能的不足 3 家。

一、▲1. 高分变率液晶显示器 ≥ 23 英寸，分辨率 $\geq 1080p$ ，采用灵活、可调节支撑臂。

二、2. 操作面板具备液晶触摸屏 ≥ 12 英寸，可通过滑动触摸屏幕进行翻页，触摸屏位置角度可调节。

三、▲（1）多倍信号接收及处理技术，接收信号的方向 ≥ 62 个



(2) 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， $A/D \geq 14\text{bit}$ ；

(3) 增益调节：TGC ≥ 8 段，LGC ≥ 6 段；

(5) 扫描线：最大每帧线密度 ≥ 500 超声线（线阵探头）；

四、▲(3) 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-25^{\circ}+25^{\circ}$ ；

五、▲(5) 取样宽度及位置范围，宽度0.5mm至20mm，分15级。

六、12. 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

七、▲9. 微细血流成像或超微血流成像三维模式，具有高分辨率、低噪音的特点。彩色标尺具有速度范围显示；常规检查条件下成像帧频 ≥ 50 帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量。

八、▲27. 声衰减成像，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估。

九、(1) 凸阵探头1把<单晶体探头>：频率1.0-8.0MHz；(2) 相控阵探头1把：频率2.0-5.0MHz；(3) 线阵探头1把：频率5.0-18.0MHz；(4) 腔内探头1把：频率4.0-11.0MHz。

十、3(6) 弹性成像功能，具有图像、压力曲线显示，组织弹性测量分析功能，支持凸阵、线阵和腔内等探头；

十一、16(2) 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI (HDMI)、USB接口，USB接口 ≥ 5 个，用于图像传输。

十二、19. 硬盘HDD $\geq 1\text{TGB}$ ，固态硬盘SDD $\geq 128\text{GB}$ 。

答复如下：

针对贵公司提出的以上问题，本项目已于2024年7月22日发布了《延期公告》，以便能有足够的时间做充分的市场调研。



如质疑人对上述答复不满意的，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财
政部令第94号）的规定，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府
采购监督管理部门投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

