

# 关于关节镜手术系统、脊柱椎间孔镜手术系统、开放式脊柱内镜下融合手术系统采购项目【GXZC2024-G1-004035-JGJD】分标 2 质疑答复函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：三方顺控股股份有限公司

地址：南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部基地一期 B 组团 B3 栋 3-1 区

邮编：530000

联系人：李贵

联系电话：18070941601

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：关节镜手术系统、脊柱椎间孔镜手术系统、开放式脊柱内镜下融合手术系统采购项目

项目编号：GXZC2024-G1-004035-JGJD

分标：分标 2

采购人名称：广西壮族自治区人民医院

## 三、关于质疑的答复

我公司于 2024 年 7 月 10 日上午 10 时 34 分收到三方顺控股股份有限公司现场递交的关于关节镜手术系统、脊柱椎间孔镜手术系统、开放式脊柱内镜下融合手术系统采购项目

【GXZC2024-G1-004035-JGJD】项目分标 2 采购结果的《质疑函》，我中心对贵公司所提出的质疑内容高度重视，已第一时间将该质疑函报送采购人，经与采购人共同核查，采购人确认，现就质疑事项答复如下：



**质疑事项 1:** 分标 2 中标人广西安迈德医疗器械有限公司中标货物山东康盛 ZJK 型脊柱椎间孔镜手术系统产品为虚假应标，根据招标文件第二章 采购需求 分标 2: 中的要求：

二、腰椎后路手术系统配置单：1. 椎间盘镜 1 支镜管直径 $\geq 3\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 105\text{mm}$ ，视向角 $\leq 25^\circ$ ，视场角 $\leq 85^\circ$ ；根据山东康盛品牌官方发布的产品彩页来看康盛品牌椎间孔镜仅有 3.75\*181、4.3\*181、7.1\*125 规格的产品，并没有招标文件中要求的直径 $\geq 3\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 105\text{mm}$ ，视向角 $\leq 25^\circ$ ，视场角 $\leq 85^\circ$  规格；明显跟招标要求不符，为虚假应标

**质疑事项 2** 根据招标文件第二章 采购需求 分标 2: 中的要求： 二、腰椎后路手术系统配置单:48. 固定臂 1 个 软臂+硬臂组合,可在任意位置锁紧固定;49. 工作套管 1 支 9mm $\times$ 75.5mm, 单路环形冲洗; 50. 工作套管 1 支 12mm $\times$ 75.5mm, 单路环形冲洗; 51. 工作套管 1 支 16mm

×75.5mm，单路环形冲洗；52.调整架1个 直径4.5mm，单路环形冲洗用调整架；53.扩张管1支 9mm×120mm，单路环形冲洗工作套管用；54.扩张管1支 12mm×120mm，单路环形冲洗工作套管用；55.扩张管1支 16mm×120mm，单路环形冲洗工作套管用，根据国家食品药品监督管理局数据查询网站查询的康盛品牌 ZJK 型椎间孔镜配套器械并没有上述参数中要求的固定臂、单路环形冲洗用工作套管、调整架及单路环形冲洗工作套管用扩张管产品属于虚假应标

四、质疑答复：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料。经核查，中标人广西安迈德医疗器械有限公司的投标文件中提供了所投产品山东康盛医疗器械股份有限公司关于上述产品参数的相关证明材料，证明材料中也明确响应招标文件的参数，评审时评标委员会也认定了中标人广西安迈德医疗器械有限公司投标文件中提供的证明材料，符合招标文件参数要求。其中招标文件“第二章 采购需求 分标2：▲二、商务要求表 其它要求中 产品资料及说明文件：投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或在食品药品监督管理局备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料）”也说明了，体现技术参数的，可以从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或在食品药品监督管理局备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料，并没有限制体现技术参数的只有生产厂家网页下载的PDF或HTML文件。综上所述，贵公司提出的质疑事项缺乏事实依据，故所质疑事项1、2不成立，对质疑请求予以驳回。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定，有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。感谢质疑人对本项目工作的关注与支持。

特此复函！

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2024年7月19日

