

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：广西建采项目管理有限公司/贺州学院：

我 黄雅婷 系 广西赛多科技有限公司 的 (法定代表人/负责人/自然人本人)，现授权 黄雅婷 以我方的名义提交 贺州学院 2024 年碳酸钙中试研究基地设备采购项目 (非集采部分)，项目编号：GXZC2024-J1-004452-JCXM 项目的质疑文件材料活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有质疑程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人 (签字)： 黄雅婷

法定代表人 (签字或者盖章)： 黄雅婷

委托代理人身份证号码： 450122197701031547

供应商 (盖公章)： 广西赛多科技有限公司

日期： 2024 年 7 月 11 日



法人及委托代理人有效身份证正反面复印件



质疑函

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: 广西赛多科技有限公司
地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼六层606号房
邮编: 530201
联系人: 黄雅婷
联系电话: 15978066996
授权代表: 黄雅婷
联系电话: 15978066996
地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼六层606号房 邮编: GXSDKJ0603@163.com



二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: 贺州学院2024年碳酸钙中试研究基地设备采购项目(非集采部分)
质疑项目的编号: GXZC2024-J1-004452-JCXM
采购人名称: 贺州学院
质疑事项: **质疑中标人虚假投标**
 采购文件 采购文件获取日期:
 采购过程
 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1: 我公司作为投标方于2024年7月11日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第3项 桌面3D打印丝实验机存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函;招标参数第2.1机筒螺杆直径:420mm,东莞科锐的螺杆直径:350mm,为负偏离。CREE-1802B系列都无法完全满足标的指标参数,所以为负偏离无法响应标的。详见以下东莞科锐官方网站链接:
<http://www.dgskryq.com/sljcsb/325.html>
<http://www.dgskryq.com/sljcsb/343.html>



东莞市科锐仪器科技有限公司

我要认领

在线联系 下载报告 风险监控 关注

开业 A级纳税人(2023) 小微企业 质量管理体系认证(ISO9000) 自身风险6条 司法案件4条 涉诉关系1个

在售商品 599个

2024-07-05更新

企业认证 我要编辑企业信息

统一社会信用代码: 914419003382436088 更多工商信息
法定代表人: 刘勇明 TA有3家企业 >
注册资本: 200万(元)
注册时间: 2015-04-29
主营: 硫化仪, 拉力试验机, 生胶门尼粘度仪
简介: 东莞市科锐仪器科技有限公司成立于2015年04月29日,注册地位于广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室,法定代表人为刘勇明... 展开 >

电话: 1365018**** 更多8 同电话企业 隐藏
邮箱: 3****@qq.com 获取更多邮箱 隐藏
网址: www.dgskryq.com 更多网址
地址: 广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室 附近公司

设备参数		
型号	CREE-1802B-25	CREE-1802B-35
螺杆直径	25mm	35mm
设计产量	0.1-2KG/h	0.1-3KG/h
机器尺寸	0.76*0.2*0.5m	0.76*0.2*0.5m
重量	40kg	50kg
挤出中心高	300mm	
挤出方向	右→向左出	
电机功率	250w	300w
电压	220V 50HZ	
LD	14:1	12:1
加热温度	常温-300	
喂料区带静音冷却装置		
螺杆机筒材质	38Crmo1a, 氮化处理 Nitrided	

型号	CREE-1802B系列
螺杆直径	16mm
设计产量	0.1-1.5KG/h
机器尺寸L*W*H	640mm*300mm*550mm
重量	45kg
挤出中心高	300mm
挤出方向	右→向左出
电机功率	370w
电压	220V 50HZ
LD	21:01
加热温度	常温-350℃
螺杆机筒材质	38Crmo1a, 氮化处理 Nitrided
温区	3个

法律依据： 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；
- (四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投

标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避。↵

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵



17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采(2022)30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,竞谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 2: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 4 项电热单调速双辊开炼机有多处存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函;招标参数第 2. 温度范围: 常温~300℃, 东莞科锐的是常温~250℃ 为负偏离;
第 11. 转速比: 1:1.27 东莞科锐的是 1:1.25 为负偏离;
第 13. 辊筒间距: 0.1~10mm 可调, 东莞科锐为 0.1~6mm 可调, 为负偏离。详见以下东莞科锐官网链接: <http://www.dgskryq.com/xjjcsb/235.html>



东莞市科锐仪器科技有限公司

我要认领

在线联系 下载报告 风险监控 关注

开业 | A级纳税人(2023) | 小微企业 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 自身风险 6条 | 司法解析 4条 | 涉诉关系 1个 | 在销商品 509个

2024-07-05更新

企业认证

统一社会信用代码: 914419003382436088 更多工商信息

法定代表人: 刘勇明 TA有 3家企业 >

注册资本: 200万(元)

注册时间: 2015-04-29

电话: 1365018**** 更多8 同电话企业 隐藏

邮箱: 3****@qq.com 获取更多邮箱 隐藏

网址: www.dgskryq.com 更多网址

地址: 广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室 附近公司

主营: 硫化仪、拉力试验机、生胶门尼粘度仪

简介: 东莞市科锐仪器科技有限公司成立于2015年04月29日,注册地位于广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室,法定代表人为刘勇明... 展开 >

我要编辑企业信息

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

项目 \ 型号	CREE-6015D-2.5	CREE-6015D-3
辊筒直径 (公制/英制)	65mm/2.5in	100mm/3in
辊面宽度	230mm	400mm
混合容量【软胶】	0.1~1kg	0.1~1.5kg
接料装置	SUS304 不锈钢料斗	SUS304 不锈钢料斗
辊筒温度 【选一种以报价为准】	常温/常温-250℃	常温/常温-250℃
温度均匀性	1.5℃	1.5℃
温控器	欧姆龙	欧姆龙
辊筒速比【定速】	1:1.25	1:1.25
辊筒硬度	50~60HRC	50~60HRC
辊筒处理	镜面抛光镀铬	镜面抛光镀铬
辊筒间距	0.1~6mm 可调	0.1~6mm 可调
间距显示方式	刻度	刻度
安全装置	碰撞式紧急停止器	碰撞式紧急停止器
安全装置数量	2个	2个
特殊功能	紧急停止	紧急停止
电机功率	2W*1	2.2W*1
电源电压	3φ, AC220V	3φ, AC220V
机台尺寸	650【长】×320【宽】×490mm 【高】	730【长】×400【宽】×550mm 【高】
整机重量	≈75kg	≈85kg

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(一) 提供虚假材料谋取中标的；

(二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；

(四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 3: 我公司作为投标方于2024年7月11日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第6项转矩流变仪存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函:招标参数第7.操作温度:室温~350℃ 东莞科锐的是室温-250℃为负偏离。详见以下东莞科锐官方网站链接: <http://www.dgskryq.com/sljcsb/279.html>



东莞市科锐仪器科技有限公司

我要认领

在线联系 下载报告 风险监控 关注

4501080459 2024-07-05更新

企业认证

统一社会信用代码: 914419003382436088 更多工商信息

法定代表人: 刘勇明 TA有3家企业 >

注册资本: 200万(元)

注册时间: 2015-04-29

主营: 硫化仪、拉力试验机、生胶门尼粘度仪

简介: 东莞市科锐仪器科技有限公司成立于2015年04月29日,注册地位于广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室,法定代表人为刘勇明... 展开 >

电话: 1365018**** 更多0 同电话企业 隐藏

邮箱: 3****@qq.com 获取更多邮箱 隐藏

网址: www.dgskryq.com 更多网址

地址: 广东省东莞市寮步镇寮步创新一路3号6号楼101室 附近公司

主营产品

- 橡胶检测设备
- 塑料检测设备
- 力学检测设备
- 环境检测设备

联系方式
CONTACT INFORMATION

联系人: 杨先生
手机: 0769-27384623
电话: 13192058877
邮箱: dgskerui@163.com
网址: www.dgskryq.com
地址: 东莞市寮步镇创新一路3号B栋

首页 >> 主营产品 >> 塑料检测设备



产品名称: CREE-1905A半固化片流动性试验机【10T】
型号: CREE-1905A
容量: 10T
外形尺寸: 长650*宽600*高1780
重量: 230kg
电压: 220V 50HZ
联系方式:

ISO 9001认证
CE认证
灵活、方便
控温精确
可非标定制

详细说明 工厂视频

点击人工咨询

一. 概述

产品特点:

半固化片流动性试验机适用于树脂、橡胶、胶黏。各式产品之流动度测试、设备由液压部分和控制系统组立专用机械。

适用范围:

- *实验室半固化片流动性;
- *塑料粒压薄片测试、薄胶片热粘合压接;
- *适用于大面积热成型产品的生产使用。

产品特点:

- *采用四柱三板型钢构, 活动板与工作面平行及四柱配合精密导套, 精度高;
- *压力、行程、速度、保压时间等可按压制工艺要求调整;
- *上下发热板温度单独控制, 采用RKC智能温控仪, 温度控制精确±1℃;
- *采用台湾品牌气压、电器元件和日本NOK密封件, 经久耐用;
- *双手制操作, 设有紧急停止按钮, 便于安装调校模具, 安全性高;
- *工作台下方配有脚轮和脚杯座, 移动轻便、省力高效;
- *另可选装安全光电保护装置, 人性化, 工作更安全放心;
- *非标工作台尺寸和大压力机型等特殊要求可接受定制。

二、技术参数

型号:CREE-1905A-010T
机台容量:350kg-10T【触摸屏设置】ton
气缸压力:8KG以内kg/cm²
压板面积:300*300mm
最大行程:150mm
开口高度: 150mm
加热时间: 0-30mm
温度范围: 室温-250±1℃
电热管功率: 4.8kw
电机功率: 1.5kw
使用电源:220V
重量(参考):230kg
外形尺寸:长600*宽600*高1680mm

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的, 处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以公示, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的;
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的;

(四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

26	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵



17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,竞谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 4: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 7 项 5L 聚合反应釜存在虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据郑州豫华仪器制造有限公司官网资料;找遍郑州豫华官方网站有关 5L 聚合反应釜的资料均不能完全满足招标参数要求。详见以下郑州豫华仪器制造有限公司官方网站链接: <http://www.zzyhyq.com>

郑州豫华仪器制造有限公司 在线联系 下载报告 风险监控 关注

豫华仪器 开业 曾用名 A级纳税人(2022) 质量管理体系认证(ISO9000) 自身风险 1条 司法解析 2条 涉诉关系 1个 在购商品 19个 一键更新企业数据

企业认证 我要编辑企业信息

统一社会信用代码: 91410106571037181N 更多工商信息

法定代表人: 刘鼎瀚 TA有 2家企业 >

注册资本: 2,000万(元)

注册时间: 2011-03-23

电话: 1598184**** 更多5 隐藏

邮箱: !****@126.com 获取更多邮箱 隐藏

网址: www.zzyhyq.com 更多网址

地址: 郑州市上街区孟津路68号 附近公司 复制

主营: 高低温循环装置、单层玻璃反应釜、双层玻璃反应釜、精馏反应釜、低温冷却液循环泵、磁力搅拌器系列、高压反应釜、... 展开


简介: 郑州豫华仪器制造有限公司成立于2011年03月23日,注册地位于郑州市上街区孟津路68号,法定代表人为刘鼎瀚。经营范围包括生产、销售... 展开

产品列表

- ② 单层玻璃反应釜系列
- ② 双层玻璃反应釜系列
- ② 精馏装置
- ② 高低温循环装置
- ② 循环水真空泵系列
- ② 旋转蒸发仪系列
- ② 低温冷却液循环泵系列
- ② 防爆系列
- ② 玻璃分液器系列
- ② 高压反应釜系列
- ② 磁力搅拌器系列
- ② 冷冻干燥机系列
- ② 干燥箱系列
- ② 微波化学反应器系列
- ② 电热套系列
- ② 水、油浴锅系列
- ② 水热合成反应釜系列
- ② 旋片式真空泵
- ② 控温仪系列
- ② 紫外分析仪
- ② 超声波清洗器系列
- ② 离心机系列
- ② 玻璃气流烘干机系列
- ② 显微熔点测定仪系列
- ② 四氟搅拌棒、塞、搅拌子
- ② 振荡器系列
- ② 升降台系列
- ② 真空抽滤器

单层玻璃反应釜系列


河南郑州豫华仪器制造有限公司秉承“科技先行，服务至上”的经营理念，以客户为中心、市场为基础，精益求精、永无止境的服务于客户，并期望与客户在共同的事业中获得彼此的发展！电话：0371-69600221




单层玻璃反应釜1L-2L




单层玻璃反应釜5L




单层玻璃反应釜10L




单层玻璃反应釜20L



单层玻璃反应釜30L



单层玻璃反应釜50L



型号	F-5L
物料容量 (L)	5
转速 (rpm)	50-680
浴锅功率(KW)	2
静态温控范围及精度 (°C)	0-180 ±0.2°C
PTFE组合密封	标配
变频调速	标配
转速数显	标配
温度数显	可选配
加料阀	标配
测温管	标配
蒸馏/回流装置	标配
恒压滴液漏斗	标配
浴锅放液	标配
冷却盘管	2L、5L不配 10L—50L可选配
防爆电机	选配
防爆控制器	选配
电源 (V/HZ)	220/50

网站链接: http://www.zzyhyq.com/html/201410162014220131_883.html

Q 不安全 | www.zzyhyq.com/html/Class_378.html

☆

现在和于丰,正是所有同道中人的信任和支持,给了英峪子华在这数越年代理大步前行的勇气。


我们,在机遇与挑战中,奋勇争先,我们,于时间的洪流里,恒久坚立。我们,在未来的创建中,大展宏图。我们,期待着你的选择,你的加入!

产品列表


- 单层玻璃反应釜系列
- 双层玻璃反应釜系列
- 精馏装置
- 高低温循环装置
- 循环水真空泵系列
- 旋转蒸发器系列
- 低温冷却液循环泵系列
- 防爆系列
- 玻璃分液器系列
- 高压反应釜系列
- 磁力搅拌器系列
- 冷冻干燥机系列
- 干燥箱系列
- 微波化学反应器系列
- 电热套系列
- 水、油浴锅系列
- 水热合成反应釜系列
- 旋片式真空泵
- 控温仪系列
- 紫外分析仪
- 超声波清洗器系列
- 离心机系列
- 玻璃气流烘干机系列
- 显微熔点测定仪系列
- 四氟搅拌棒、塞、搅拌子

双层玻璃反应釜系列


河南郑州豫华仪器制造有限公司秉承“科技先行,服务至上”的经营理念,以客户为中心、市场为基础,精益求精、永无止境的服务于客户,并期望与客户在共同的事业中获得彼此的发展!电话:0371-69600221




20升双层玻璃反应釜




NKF系列双层玻璃反应釜




小试双层玻璃反应釜




F-5L型单层玻璃反应釜




FD-50L型单层玻璃反应釜




1-5L单层玻璃反应釜




SF10-50L双层玻璃反应釜



S212B-10(20, 30, 50)



SF2L-5L型玻璃反应釜



S212A-10L型玻璃反应釜

双层玻璃反应釜基本参数:

	型号	TFD-1	TFD-2	TFD-3	TFD-5	TFD-10	TFD-20	TFD-30	TFD-50
基本参数	反应瓶(L)	1	2	3	5	10	20	30	50
	瓶口数	5	5	5	5	5	5	5	5
	搅拌功率(W)	90	90	90	120	120	250	250	370
	转速(rpm)	30-1300	30-1300	30-1300	30-1700	30-1720	30-1720	30-1720	30-1720
	转矩(Ncm)	50	50	50	80	80	160	160	160
	电源电压(V)	220	220	220	220	220	220	220	220
	外形尺寸(cm)	50x38x85	50x38x85	50x38x95	50x38x105	50x48x115	55x48x115	60x52x115	65x52x115
功能配置	下出料口	●	●	●	●	●	●	●	●
	转速数显	●	●	●	●	●	●	●	●
	变频调速	●	●	●	●	●	●	●	●
	PTFE搅拌棒	●	●	●	●	●	●	●	●
	加料活塞	●	●	●	●	●	●	●	●
	测温管	●	●	●	●	●	●	●	●
	回流冷凝	●	●	●	●	●	●	●	●
	放料活塞	●	●	●	●	●	●	●	●
	多功能口	/	/	/	/	/	●	●	●
	安全阀	/	/	/	/	/	●	●	●
	防护罩	/	/	/	/	/	●	●	●
1L滴加	/	/	/	/	/	○	○	○	

链接: http://www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_735.html

- ☑ 超声波清洗器系列
- ☑ 离心机系列
- ☑ 玻璃气流烘干机系列
- ☑ 显微熔点测定仪系列
- ☑ 四氟搅拌棒, 塞, 搅拌子
- ☑ 振荡器系列
- ☑ 升降台系列
- ☑ 真空抽滤器

站内公告



电话: 16838052547

多功能反应釜可在恒温条件下进行各种生化反应和合反应, 也可以不同油度下做回流或蒸馏。

多功能反应釜技术参数

型号	F1L	F2L	F3L	F5L	FA-10L	FB-10L	FC-10L	FD-10L	FA-20L	FB-20L	FC-20L	FD-20L
搅拌功率 (w)	40w				90W减速电机							
转速 (rpm)	0-1350				0-660							
搅拌轴径 (mm)	8				12							
浴锅功率 (KW)	1	1.8							3	5		
电源、电压 (v)					220v/50hz							
外形尺寸 (mm)	390×330×1000				550×550×1200				550×550×1300			
备注	FA普通型, FB普通型, FC高低温智能数显, FD电热式											

链接: http://www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_616.html

- ☑ 双层玻璃反应釜系列
- ☑ 精馏装置
- ☑ 高低温循环装置
- ☑ 循环水真空泵系列
- ☑ 旋转蒸发器系列
- ☑ 低温冷却液循环泵系列
- ☑ 防爆系列
- ☑ 玻璃分液器系列
- ☑ 高压反应釜系列
- ☑ 磁力搅拌器系列
- ☑ 冷冻干燥机系列
- ☑ 干燥箱系列
- ☑ 微波化学反应器系列
- ☑ 电热套系列
- ☑ 水、油浴锅系列
- ☑ 水热合成反应釜系列
- ☑ 旋片式真空泵
- ☑ 控温仪系列
- ☑ 紫外分析仪
- ☑ 超声波清洗器系列
- ☑ 离心机系列
- ☑ 玻璃气流烘干机系列
- ☑ 显微熔点测定仪系列
- ☑ 四氟搅拌棒, 塞, 搅拌子
- ☑ 振荡器系列
- ☑ 升降台系列
- ☑ 真空抽滤器

站内公告

户, 并期望与客户在共同的事业中获得彼此的发展! 电话: 0371-69600221

15L单层玻璃反应釜



电话: 16838052547

F系列单层、SF系列双层反应釜

规格	F、SF0.5-1L	F、SF-2L	F、SF-3L	F、SF-5L	F、SF-10L	F、SF-20L	F、SF-30L	F、SF-50L
容量(L)	0.5-1	2	3	5	10	20	30	50
功率(W)	40	40	40	90	120	120	180	250
转速(RPM)	60-900	60-900	60-900	60-900	60-780	60-780	60-780	60-780
真空度	≥-0.095MPA							
标配玻璃接口	24#/24#/19#/14# 29#/24#/24#/19# 29#/29#/24#/24#			24#/34#/40#/40#				

链接: http://www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_613.html

不安全 | www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_608.html

☆

油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

特点

- 1.★双层玻璃反应釜变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
- 2.SF-1L—100L双层玻璃反应釜全玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
- 3.★双层玻璃反应釜玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
- 4.SF-1L—100L双层玻璃反应釜可在常压下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
- 5.★双层玻璃反应釜下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
- 6.SF-1L—100L双层玻璃反应釜四口反应釜盖,特大口设计便于清洗,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。

产品特点:

大径放料阀,可放固体、液体

蒸馏、回流可同时进行

进口变频调速或电子无极调速,交流精密调速电机驱动搅拌,搅拌力度强,无电刷,无火花

玻璃彩GG17优质高硼硅材料,又有良好的化学、物理性能

整体不锈钢框架和地板式构架两种,搅拌稳定可靠

地地角采用带刹脚轮,移动方便

注:可根据用户需要做不同规格的系列产品:1L、2L、5L、10L、20L、30L、50L、80L、100L等。

技术参数

型号	SF-1L	SF-2L	SF-5L	SF-10L	SF-20L	SF-30L	SF-50L	SF-100L
搅拌功率 (w)	25W调速电机	25W调速电机	90W调速电机	90W调速电机	90W调速电机	120W调速电机	120W调速电机	180W调速电机
转速 (rpm)	0-1400	0-1400	0-1400	0-680	0-680	0-680	0-680	0-680
搅拌轴径 (mm)	φ5	φ5	φ12	φ12	φ12	φ12	φ12	φ12
电源、电压 (v)	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ	220/50HZ
外形尺寸 (mm)						580×800×2100	600×820×2400	600×820×2500
备注			地板式			地板式	304全不锈钢框架	

链接: http://www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_608.html

不安全 | www.zzyhyq.com/html/Class_374.html

☆

现在和未来,正是所有同道中人的信任和支持,给了英翰予华在这激越年代里大步前行的勇气。

我们,在机遇与挑战中,奋勇争先。我们,在时间的洪流里,恒久坚立。我们,在事业的创建中,大展宏图。我们,期待着你的选择,你的加入!

产品列表

- ② 单层玻璃反应釜系列
- ② 双层玻璃反应釜系列
- ② 精馏装置
- ② 高低温循环装置
- ② 循环水真空泵系列
- ② 旋转蒸发器系列
- ② 低温冷却液循环泵系列
- ② 防爆系列
- ② 玻璃分液器系列
- ② 高压反应釜系列
- ② 磁力搅拌器系列
- ② 冷冻干燥机系列
- ② 干燥箱系列
- ② 微波化学反应器系列
- ② 电热套系列
- ② 水、油浴锅系列
- ② 水热合成反应釜系列
- ② 旋片式真空泵
- ② 控温仪系列
- ② 紫外分析仪
- ② 超声波清洗器系列
- ② 离心机系列
- ② 玻璃气流烘干燥器系列
- ② 显微熔点测定仪系列
- ② 四氟搅拌棒、塞、搅拌子
- ② 振荡器系列
- ② 升降台系列
- ② 真空抽滤器

高压反应釜系列

河南郑州德华仪器制造有限公司秉承“科技先行,服务至上”的经营理念,以客户为中心、市场为基础,精益求精、永无止境的服务于客户,并期望与客户在共同的事业中获得彼此的发展!电话:0371-69600221



FCF系列反应釜




简易高压釜



简易不锈钢高压釜



实验室用小型高压反应



FCF系列反应釜

- 循环水真空泵系列
- 旋转蒸发器系列
- 低温冷却液循环泵系列
- 防爆系列
- 玻璃分液器系列
- 高压反应釜系列
- 磁力搅拌器系列
- 冷冻干燥机系列
- 干燥箱系列
- 微波化学反应器系列
- 电热套系列
- 水, 油浴锅系列
- 水热合成反应釜系列
- 旋片式真空泵
- 控温仪系列
- 紫外分析仪
- 超声波清洗器系列
- 离心机系列
- 玻璃气流烘干机系列
- 显微熔点测定仪系列
- 四氟搅拌棒, 塞, 搅拌子
- 振荡器系列
- 升降台系列
- 真空抽滤器

站内公告



主要特点采用静密封结构, 搅拌器与电机传动间采用磁力耦合连接, 由于其无接触的传递力矩, 以静密封取代动密封, 能彻底解决搅拌存在的泄漏问题, 使整个介质和搅拌部件完全处于绝对密封的状态中进行工作, 因此, 更适用于各种易燃、易爆、剧毒、贵重介质及其它渗透力极强的化学介质进行搅拌反应, 是石油、化工、有机合成、高分子材料聚合、食品等工艺中进行硫化、氯化、氟化等到反应理想的无泄漏反应设备。

实验室用小型高压反应釜技术指标

型号	容积	设计压力Mpa	设计温度℃	控温精度℃	搅拌力矩N.cm	加热功率KW	材质
CFJ-0.05	0.05	22	350	±1	120	0.6	1Gr18Ni9Ti
CFJ-0.1	0.1	22	350	±1	120	0.6	1Gr18Ni9Ti
CFJ-0.25	0.25	22	350	±1	120	0.8	1Gr18Ni9Ti
CFJ-0.5	0.5	22	350	±1	120	1.5	1Gr18Ni9Ti
CFJ-1	1	22	350	±1	120	1.5	1Gr18Ni9Ti
CFJ-2	2	22	350	±1	120	2	1Gr18Ni9Ti
CFJ-3	3	22	350	±1	120	2.5	1Gr18Ni9Ti
CFJ-5	5	22	350	±1	120	4	1Gr18Ni9Ti
CFJ-10	10	22	350	±1	120	7	1Gr18Ni9Ti

链接: http://www.zzyhyq.com/html/Class_374.html

产品列表

- 单层玻璃反应釜系列
- 双层玻璃反应釜系列
- 精馏装置
- 高低温循环装置
- 循环水真空泵系列
- 旋转蒸发器系列
- 低温冷却液循环泵系列
- 防爆系列
- 玻璃分液器系列
- 高压反应釜系列
- 磁力搅拌器系列
- 冷冻干燥机系列
- 干燥箱系列
- 微波化学反应器系列
- 电热套系列
- 水, 油浴锅系列
- 水热合成反应釜系列**
- 旋片式真空泵
- 控温仪系列
- 紫外分析仪
- 超声波清洗器系列
- 离心机系列
- 玻璃气流烘干机系列
- 显微熔点测定仪系列
- 四氟搅拌棒, 塞, 搅拌子
- 振荡器系列
- 升降台系列
- 真空抽滤器

水热合成反应釜系列

河南郑州豫华仪器制造有限公司秉承“科技先行, 服务至上”的经营理念, 以客户为中心, 市场为基础, 精益求精, 永无止境, 并期望与客户在共同的事业中获得彼此的发展! 电话: 0371-69600221



KH系列水热合成反应釜



- ☐ 防爆系列
- ☐ 玻璃分液器系列
- ☐ 高压反应釜系列
- ☐ 磁力搅拌器系列
- ☐ 冷冻干燥机系列
- ☐ 干燥箱系列
- ☐ 微波化学反应器系列
- ☐ 电热套系列
- ☐ 水、油浴锅系列
- ☐ 水热合成反应釜系列
- ☐ 旋片式真空泵
- ☐ 控温仪系列
- ☐ 紫外分析仪
- ☐ 超声波清洗器系列
- ☐ 离心机系列
- ☐ 玻璃气流烘干机系列
- ☐ 显微熔点测定仪系列
- ☐ 四氟搅拌棒、塞、搅拌子
- ☐ 振荡器系列
- ☐ 升降台系列
- ☐ 真空过滤器

站内公告



用途:

水热合成釜是在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中，是高校教学、科研单位进行科学研究的常用小型反应器。

主要特点

水热合成反应釜采用不锈钢加工而成。釜体与釜盖密封采用均置螺线密封和螺旋压盖型两种。采用方式：以体积小，有利于将多个反应釜置于同一反应操作温度的箱中加热。水热合成反应釜内配聚四氟乙烯衬套，外型美观结构合理、操作方便，是高校实验室科研领域的理想产品，水热合成反应釜也叫消解罐。水热合成反应釜是在密闭体系中以水为溶剂在一定温度时在自生压强下，原始混合物进行的反应过程。可耐酸，碱合质的腐蚀。根据单位操作人员的需求，釜体内可配置多个规格的衬套。（如：100ml的釜体内，配100ml和150ml时套各1套，50ml的釜体内，配50ml和125ml时套各1套），经济实用。可根据用户需要定做特殊的型号，如150ml、200ml、250ml、300ml、350ml、400ml、450ml、500ml等，安全温度为200℃，最高压力为3MPa。

链接：http://www.zzyhyq.com/html/201303082013162206_688.html

法律依据：1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
 - （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
 - （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；
 - （四）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
 - （五）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
 - （六）拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的
- 投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知中的要求：

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30 号)第一条第五款的规定，未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起 4 个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起 4 个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竟谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。



质疑事项 5: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果，我们结合标书要求对中标结果持有异议，我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 8 项微型双螺杆挤出机存在负偏离虚假响应标书，参数未实质响应招标要求。该中标结果有

悖于政府采购的公开、公平、公正原则，为了维护用户单位的利益，我们提出正式质疑，敬请核实。

事实依据：依据东莞市宝品精密仪器有限公司官网资料；招标参数第 4. 机筒材质：抗氧化钢渗氮 HV750 换算成 HRC 约等于 62；东莞宝品的是 HRC60，为负偏离。详见以下东莞市宝品精密仪器有限公司官方网站链接：<http://www.dgbaopin.com/product/848.html>

东莞市宝品精密仪器有限公司

在线联系 下载报告 风险监控 关注

开业 A级纳税人(2023) 科技型中小企业(2023) 小微企业 变更提醒 4条 司法解析 1条 涉诉关系 1个

在库商品 544个

一键更新企业数据

我要编辑企业信息

企业认证

统一社会信用代码: 91441900076706747C 更多工商信息

电话: 1382916**** 更多15 隐藏

法定代表人: 周荣 TA有 1 家企业 >

邮箱: 4****@qq.com 更多邮箱1 隐藏

注册资本: 300万(元)

网址: www.dgbaopin.com 更多网址

注册时间: 2013-08-26

地址: 广东省东莞市厚街镇港口大道厚街段29号之三10... 附近公司

主营: 开炼机、平板硫化机、密炼机、实验室流延薄膜机、螺杆挤出机、吹瓶机、吹膜机、管材挤出线、3D打印耗材挤出线、... 展开 >

简介: 东莞市宝品精密仪器有限公司成立于2013年08月26日,注册地位于广东省东莞市厚街镇港口大道厚街段29号之三101室,法定代表人为周荣... 展开 >

不安全 | www.dgbaopin.com/product/848.html

产品中心 / Product

- 压片机系列 >
- 开炼机系列 >
- 密炼机系列 >
- 单螺杆挤出机系列 >
- 吹膜机系列 >
- 流延膜机组 >
- 管材挤出机组 >
- 片材挤出机组 >
- 3D线材挤出机组 >
- 过滤性测试机 >
- 小型注塑机 >
- 小型吹瓶机 >
- 小型纺丝机 >
- 转矩流变仪 >
- 毛细管流变仪 >

BP-8177-ZB

双螺杆挤出机/侧向喂料/矢量喂料

所属分类: 双螺杆挤出机
浏览次数: 67
发布时间: 2024-05-29 10:45:10

产品用途 我要询价

本机采用PLC可编程控制器称量系统,可精确的计量色母、色粉及添加剂的添加比例,以确保挤出产品性能一致性。

产品概述

1. 温度范围: 0-300°C
2. 螺杆直径: $\phi 20$
3. 长径比: 1:40可选
4. 螺杆转向: 啮和型平行同向
5. 螺杆转速: 0-280rpm
6. 螺 杆: 芯轴采用40 CrNiMoA铬钼合金工具钢, 螺纹组件采用W6Mo5Cr4V2耐磨合金钢, 硬度HRC60,具有输送块, 混炼块, 剪切块, 密炼块, 捏合块, 逆流块, 积木式串联组件, 与芯轴渐开花键联结,可根据任何物料排比组合,以满足不同工艺挤出过程的需要
7. 筒 体: 5段料筒采用45#氮化钢锻件制造, 内衬a301耐磨合金套, 硬度HRC60, 经氮化, 调质和超精研磨等工艺处理, 表面粗糙度Ra $\leq 0.4\mu m$,耐磨损耐腐蚀
8. 组合方式: 螺杆套件为积木式螺旋组合, 机筒多段组合式, 具备自洁功能
9. 加 热 区: 筒体5区铸铝加热器, 机头1区加热器, 每段加热功率1kw,外置安全防护风罩
10. 冷 却 区: 筒体全段采用软水循环冷却系统, 各段冷却水流量大小可调, 配备自吸式循环水泵, 304不锈钢水箱和进水管及电磁阀等组件, 可实行每段筒体单元独立的控温冷却
11. 真 空 区: 水循环真空排气装置, 配备水环真空泵 真空形成无堵塞抽湿排气系统

HV750等于大约62HRC。

硬度是材料抵抗表面压痕或划痕的能力，不同的硬度测试方法提供了不同的硬度单位，如维氏硬度 (HV)、布氏硬度 (HB)、洛氏硬度 (HRC) 等。在转换不同硬度单位时，需要了解它们之间的换算关系。根据提供的信息，HV750与HRC62之间有一个大致的对应关系。这种对应关系在多个应用场景中得到验证，例如在导向轴镀硬铬的材质中，其表面硬度为HV750，这相当于HRC62。此外，激光强化与修复的矿用机械零件截齿中，激光淬火截齿的平均显微硬度为HV750，对应的洛氏硬度为62HRC。这些数据表明，HV750与HRC62之间存在一个相对稳定的对应关系，这在材料科学和工程应用中是一个重要的参考数据 1 2

法律依据： 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(一) 提供虚假材料谋取中标的；

(二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；

(四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

26	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵
	符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵



7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第一条第五款的规定，未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 6: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果, 我们结合标书要求对中标结果持有异议, 我公司认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 11 项 熔融指数仪存在负偏离虚假响应标书, 参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则, 为了维护用户单位的利益, 我们提出正式质疑, 敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函; 招标参数第 1. 控温范围: 100℃~450℃, 东莞科锐的为室温-400℃为负偏离。详见以下东莞科锐官方网站链接: http://www.dgskryq.com/sl_jcsb/54.html

The screenshot shows the product page for the CREE-1006B melt flow index instrument. The page includes a navigation menu with categories like '橡胶检测设备' (Rubber testing equipment), '塑料检测设备' (Plastic testing equipment), '力学检测设备' (Mechanical testing equipment), and '环境检测设备' (Environmental testing equipment). The main content area features a large image of the instrument with the text 'CREE-1006B 熔融指数测定仪' (CREE-1006B Melt Flow Index Instrument). To the right of the image, the product specifications are listed: '产品名称: CREE-1006B 熔融指数仪/流动速率仪', '型号: CREE-1006B', '容量: 常温-400℃', '外形尺寸: 250×350×510 (长×宽×高)', '重量: 45kg', '电压: 220V 50HZ', and '联系方式: 0769-27384623/13192058877'. A '详细说明书' (Detailed manual) and '工厂视频' (Factory video) link are also visible. A red circular stamp is overlaid on the page, containing the text '科锐仪器' (Kerei Instrument) and the number '4501080459501'.

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条投标人有下列情形之一, 处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以公示, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

(一) 提供虚假材料谋取中标的;

(二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

(三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的;

(四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的;

(五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同, 或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第 (一) 至 (五) 项情形之一的, 中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求:

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 7: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我公司认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 12 项 热变形、维卡软化点温度测定仪存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函;招标参数第 5. 形变测量范围: $-0.2\text{mm}\sim 10\text{mm}$, 东莞科锐的是 $0\sim 2\text{mm}$ 为负偏离。详见以下东莞科锐官方网站链接: http://www.dgskryq.com/sl_jcsb/317.html

▲ 不安全 | www.dgskryq.com/sl_jcsb/317.html

🔍 ☆ 🔄 | 🌐 📄

主营产品

- 橡胶检测设备
- 塑料检测设备
- 力学检测设备
- 环境检测设备

联系方式
CONTACT INFORMATION

联系人: 杨先生
手机: 0769-27384623
电话: 13192058877
邮箱: dgskerui@163.com
网址: www.dgskryq.com
地址: 东莞市寮步镇创新一路3号B栋

首页 >> 主营产品 >> 塑料检测设备

Kreui 美特科锐 CREE-1008A

**桌上型热变形
维卡软化点温
度测定仪**

ISO 9001认证

CE认证

灵活、方便
控温精确

可非标定制



产品名称: CREE-1008A 桌上型热变形、维卡软化点温度测定仪

型号: CREE-1008A

容量: 0—2mm

外形尺寸:


重量: 95kg

电压: 220V 50HZ

联系方式: 13192058877

点击人工咨询

详细说明 工厂视频



四、技术参数:

- 温度控制范围: 环境温度—300℃
- 升温速率: (120±10)℃/h (12±1)℃/6min
(50±5)℃/h
(5±0.5)℃/6min
- 温度示值误差: 0.1℃
- 温度控制精度: ±0.5℃
- 最大形变示值误差: ±0.001mm
- 变形测量范围: 0—2mm
- 试样架个数: 3个
- 负载杆及托盘质量: 68g
- 加热介质: 甲基硅油或变压器油
- 冷却方式: 150以上自然冷却, 150以下水冷或自然冷却
- 加热功率: 4kw

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的, 处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以公示, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的;
 - (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
 - (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
 - (四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的;
 - (五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同, 或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;
 - (六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的
- 投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的, 中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求:

26	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	谈判的顺序: 按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵
	符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判, 未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利, 其响应文件按无效响应处理。↵
	评标价相同时, 按照最后报价由低到高顺序依次推荐; 最后报价相同时, 按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。



17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第一条第五款的规定，未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 8: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果, 我们结合标书要求对中标结果持有异议, 我公司认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 13 项 10kN 微机控制电子万能试验机存在负偏离虚假响应标书, 参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则, 为了维护用户单位的利益, 我们提出正式质疑, 敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函: 招标参数第 5. 测试系统分辨率: 1/10000000 东莞科锐的为 1/500000 为负偏离;
第 4. 位移控制速率范围: 0.001~500mm/min 东莞科锐是 0.01~500mm/min 为负偏离
详见以下东莞科锐官方网站链接: <http://www.dgskryq.com/lxjcsb/240.html>

▲ 不安全 | www.dgskryq.com/lxjcsb/240.html

⌂ ☆ 🔄 🌐

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型号	CREE-8003B
最大负荷	20kN以内自选
精度等级	0.5级
有效测力范围	0.4%~100% (0.5级)
测力精度	示值的±0.5%以内
试验机分辨率	MAX负荷1/500000, 内外不分档, 且全程分辨率不变
负荷传感器	基本配置: 拉、压传感器 (MAX负荷) 一只 扩展配置: 可加配多个传感器
有效拉伸空间	1000mm (可按客户要求加高)
有效测试宽度	420mm (可按客户要求加宽)
试验速度范围	0.01~500mm/min
位移测量精度	示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内
变形测量系统 (根据需求选配)	扩展配置: 大变形: MIN标距10mm、变形范围: 1000mm 扩展配置: 小变形: 标距25mm、50mm、100mm 变形范围: 5mm、10mm、25mm
变形测量精度	示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形)

链接:

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的, 处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以公示, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

(一) 提供虚假材料谋取中标的;

(二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

(三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的;

(四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的;

(五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同, 或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

(六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的, 中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求:

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵



17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 9: 我公司作为投标方于2024年7月11日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第23项 超声波清洗器存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据冠森生物科技(上海)有限公司官网资料。招标参数第6. 超声功率: 250W 冠森的是240W 为负偏离; 第9. 加热功率: 600W 冠森生物的是400W 为负偏离。详见以下冠森生物官方网站链接: http://www.kuanson17.com/images_81/189.html



冠森生物科技(上海)有限公司

我要认领

在线联系 下载报告 风险监控 关注

一键更新企业数据

我要编辑企业信息

企业认证

统一社会信用代码: 91310114312150569J 更多工商信息

电话: 1812107**** 更多20 同电话企业 隐藏

法定代表人: 郑翠翠 TA有3家企业 >

邮箱: 5****@qq.com 更多邮箱1 隐藏

注册资本: 600万(元)

网址: www.kuanson17.com 更多网址

注册时间: 2014-08-13

地址: 上海市嘉定区安亭镇潭翔路1288号1幢1-199 附近公司

简介: 冠森生物科技(上海)有限公司成立于2014年08月13日,注册地位于上海市嘉定区安亭镇潭翔路1288号1幢1-199,法定代表人为郑翠翠。展开 >

商民关注热度

- 超声液类仪器
- 实验制样设备
- 实验室常规类仪器
- 生物类仪器

相关文章

- 赛德项目编号ZKBHYNZB-2022-0172...
- 赛德项目编号GS/Y-ZC2019161 马弗炉...
- 液体比重天平厂家谈液体密度测量外在因...
- 粉末冶金密度计与粉末冶金的混合工艺概...
- 粉末冶金密度计厂家概述粉末冶金理论应...
- 液体比重天平的使用编程及养护要点

- 超声波换能器采用更长寿命的金铝结构，减少发热，输出平滑。
- 超声定时设定更改为一分钟递增，相比以前的五分钟调整更加人性和准确。
- 发热元件改用普通式加热器，相较于贴膜式加热器，效率更高，寿命更长。
- 清洗篮采用不锈钢网筛成型，提高清洗效果。
- 清洗器外壳采用304不锈钢板制作，美观大方。
- 清洗槽采用304不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好。
- 排水系统6L及以上机型均安装排水球阀，散热系统10L及以上均安装效率高的散热风扇。

技术参数:

产品型号	UCM-3K	UCM-5K	UCM-6K	UCM-10K	UCM-15K	UCM-22K	UCM-30K
容量 (L)	3	4.5	5	10	14.5	22.5	30
内槽尺寸 (mm)	240*135*100	300*150*100	300*150*150	300*240*150	300*240*200	500*300*150	500*300*200
外形尺寸 (mm)	270*170*160	330*180*190	330*180*270	330*270*270	330*270*320	550*330*270	550*330*320
超声功率(W)	120	120	180	240	300	480	600
功率可调范围	0-100% (手动按钮调节, 无功率显示)						
加热功率(W)	200	200	400	400	400	800	1000
超声频率(KHz)	40						
超声定时方式	数显						
定时范围 (min)	1-30						
控温范围 (°C)	室温-80						
精密电子	有						
电源	单相 AC220V 50Hz						
排水	无	无	有	有	有	有	有
重量 (Kg)	4	4.2	6	9	9	13	15

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
 第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(一) 提供虚假材料谋取中标的；
 (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
 (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；
 (四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
 (五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
 (六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的
 投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：



	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 10: 我公司作为投标方于 2024 年 7 月 11 日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第 24 项压片机存在负偏离虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据东莞市科锐仪器科技有限公司官网资料及厂家出具的证明函;招标参数第 2. 压力范围: 0~24T(0~34Mpa) 东莞科锐的最大的是 20T 为负偏离。详见东莞科锐官方网站链接: <http://www.dgskryq.com/xjjcsb/81.html>

项目 \ 型号	CREE-6014H-5	CREE-6014H-10	CREE-6014H-20
压力容量	5T	10T	20T
压力表	液压表手动控制		
压板尺寸 (mm 公制)	250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500 【mm】		
热压板材质	耐高温进口钢板,表面碳化淬火,特殊处理导热快,压力平行不变型,耐磨。		
压板硬度	50~60HRC		
压板平整度	≤0.03mm		
压板平行度	≤0.16mm		
温度范围【选一种以报价单为准】	常温~250℃【可定制最高温度 500 度】		
温度均匀性	1.5℃【压板越大温度越高温度均匀性越差】		
温度控制器	欧姆龙温度控制器 2 个		
控温方式	PID 自整定配合高精度传感器,控温精度: ±1.0℃。		
计时器	LED 时间范围 0.15~99min~9.9hr		
加热器	加热模具内置圆柱型【根据压板面积配置不同功率包装压板温度均匀性,非同一种功率】		
升温时间	常温~160℃约需 15min		
热板两块	热板分别可设置控制温度		
加热方式	电加热		
冷却方式	自然冷却		
油压系统	采用 CREE.1 手动液压控制系统,油泵驱动高性能配合 4 柱导向之活塞执行试验,具有压力平稳、载荷力强,升降平稳,保压,卸压,方便,等优点。		
油缸行程	Max 100mm【可定制】		
油缸速率	5mm/s【手动】		
压力表	0~200kg/cm		

法律依据: 1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的；
 - (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
 - (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；
 - (四) 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
 - (五) 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
 - (六) 拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的
- 投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 ↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明↵

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。↵

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。↵

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。↵

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：↵

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；↵
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；↵
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；↵
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；↵
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。↵

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。↵

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)第一条第五款的规定,未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还;成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

质疑事项 11: 我公司作为投标方于2024年7月11日获悉该项目公示的中标结果,我们结合标书要求对中标结果持有异议,我认为芜湖金丰机电工程有限公司所投产品第30项 多功能传感器阵列电学性能测试系统存在虚假响应标书,参数未实质响应招标要求。该中标结果有悖于政府采购的公开、公平、公正原则,为了维护用户单位的利益,我们提出正式质疑,敬请核实。

事实依据: 依据湘潭市仪器仪表有限公司官网资料;中标方投的标的物是湘潭市仪器仪表有限公司的 ZRPY-300 型,从湘潭市仪器仪表有限公司官方网站公布的信息中有且只有一款 ZRPY-300 名称是:热机械分析仪 和招标参数中要求的仪器名称和招标文件要求的完全是两个类型的仪器;技术参数和招标参数也完全不一样,应用方向和范围也不一样,一个是做热分析一个是做电学性能测试。详见以下湘潭仪器官方网站链接:
<http://www.xtyqyb.com/Products/D40556.html>



湘潭市仪器仪表有限公司

我要认领

在线联系 下载报告 风险监控 关注

企业认证

我要编辑企业信息

统一社会信用代码: 91430300738989441M 更多工商信息
法定代表人: 贺小华 TA有 2 家企业 >
注册资本: 500万(元)
注册时间: 2002-06-12

电话: 0731-5855***... 更多9
邮箱: x***@163.com 更多邮箱1 隐藏
网址: www.xtyqyb.com 更多网址
地址: 湘潭市雨湖区潭邵路519号 附近公司


主营: 导热系数仪、膨胀仪、元素分析仪、陶瓷检测仪、玻璃检测仪、耐火材料检测仪、石墨炭素检测仪、弹性模量仪、抗压抗折仪... 展开 >

简介: 湘潭市仪器仪表有限公司成立于2002年06月12日,注册地位于湘潭市雨湖区潭邵路519号,法定代表人为贺小华。经营范围包括机电产品... 展开 >

陶瓷检测仪器

- 卫浴陶瓷检测仪器
- 日用陶瓷及陶瓷砖成品检测仪
- 陶瓷原料检测仪器
- 多孔陶瓷工程陶瓷测试仪
- 材料理化试验仪器
- 实验电炉
- 石墨炭素材料检测仪器
- 玻璃耐火材料检测仪器
- 化学成份分析仪
- 研磨设备
- 实验室制样设备

湘科TM-4道瑞氏石材耐磨试验机




ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软

湘科仪器CJY-II影像式烧结点测试仪 耐火度测定仪 高温物



DZW系列电阻温度特性测定仪

湘科CHY材料荷重软化温度测定仪 耐火制品压溃变试验仪



WSB系列台式数显白度计 智能白度仪

湘科DTM-II金属石墨炭素材料动态热杨氏弹性模量测试仪




湘科SKZ-500数显式材料抗折仪



SG玻璃析晶梯度电炉



湘科ZQJ分子筛颗粒磨耗率测定仪




湘科SQW-A材料高温强度试验机



湘科TM石材耐磨试验机, 道瑞氏耐磨试验机



湘科仪器ZRY-3矿物棉及其制品热分析综合测试仪(荷重收



湘科LZY路面砖透水系数测试仪



湘科XK-RG88饱和蒸汽温度压力及超临界相态可视化仪

ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软化温度综合测试仪) 湘科仪器, 防护热流法导热仪、热线法导热仪、耐火材料导热系数仪、快速导热仪、多元氮快速分析仪、硅酸盐成分分析仪、化学成分分析仪、陶瓷原料分析仪、耐火材料成份分析仪、陶瓷检测仪、抗压强度仪、弯曲强度试验机、数显式抗折仪、陶瓷抗折仪

<http://www.app17.com/c1419/products/d40532.html>

一、ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软化温度综合测试仪) 产品用途

该仪器主要用于测定塑料的膨胀系数、玻璃化温度、热塑性维卡软化温度三个热物理指标。玻璃化温度测试符合GB11998-89 (塑料玻璃化温度测定方法-热机械分析法), 热塑性塑料维卡软化温度测定符合GB/T1633-2000 ISO 306: 1994 (热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定。仪器广泛应用在材料生产企业、质检单位、高校、科研院所等实验室作塑料等的热机械分析。

二、ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软化温度综合测试仪) 技术参数

1. 电炉温度: 室温-300°C;
2. 大加荷: 10N.
3. 电源电压: 220V±10%, 50HZ
4. 大功耗: 小于0.5KW
5. 位移测量: 0-3mm, 分辨率0.1um
6. 温度测量: 分辨率0.1°C

7、试样尺寸:

- a. 膨胀系数试样: 小于等于Φ10×20mm
- b. 玻璃化温度试样:
 - 圆柱形试样Φ (4.5±0.5) × (6.0±1.0) mm
 - 正方形试样 (4.5±0.5) × (4.5±0.5) × (6.0±1.0) mm

c. 维卡软化温度试样: 试样厚3-6.5mm, 边长10mm的正方形或直径10mm的圆柱形

8、全过程由计算机控制, 记录测试结果并自动生成测试报告, 并可打印输出。

ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软化温度综合测试仪) 标准配置: 含ZRPY-300测试主机壹台, 测试软件壹套, 通讯接口及数据线壹套, 砝码壹套, 台式电脑壹套 (按合同配置)。

ZRPY-300热机械分析仪 (塑料膨胀、玻璃化温度、维卡软化温度综合测试仪) 产品相册

法律依据：1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十一以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公示，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串标的；

（四）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督或者提供虚假情况的

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2、根据招标文件中的第二章 供应商须知的要求：

	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。↵
	技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。↵
26↵	谈判的顺序：按广西政府采购云平台系统的编号顺序。↵ 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。↵
	评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。↵

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17. 谈判保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2 谈判保证金的退还

根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第一条第五款的规定，未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：希望广西建采项目管理有限公司能够按照政府采购的相关法律法规从公开、公平、公正的原则，维护纳税人和投标人的合法权益就上述质疑事项调查核实后作出回复。

签字(签章)： 公章：

日期：2024年7月11日

附：东莞市科锐仪器科技有限公司 证明函

证明函

致：广西建采项目管理有限公司/贺州学院

我司东莞市科锐仪器科技有限公司，地址：东莞市寮步镇创新一路3号B栋。关于贵方组织的项目名称：贺州学院2024年碳酸钙中试研究基地设备采购项目（非集采部分）项目编号：GXZC2024-J1-004452-JCXM项目招标采购活动中标公告中出现我公司品牌现做出如下声明：

- 1、我公司未收到过芜湖金丰机电工程有限公司对本项目任何产品相关的咨询，也未出具过任何与本项目相关的授权书和技术证明函等资料。
- 2、芜湖金丰机电工程有限公司所投标的第11项熔融指数仪 科锐6CREE-1006B 东莞市科锐仪器科技有限公司 我公司没有该型号仪器。
- 3、我公司符合该项目参数指标的只有标的第15项 树脂硬化时间测试仪凝胶流变仪且型号为 CREE-6001F。

特此证明!

东莞市科锐仪器科技有限公司

2024年7月11日

