

广西科文招标有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：医用设备采购

项目编号：GXZC2025-J1-000558-KWZB

采购人：广西壮族自治区荣誉军人康复医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025 年 3 月 27 日

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 采购需求	21
第四章 评审程序和评定成交的标准	46
第五章 响应文件格式	51
第六章 合同文本	78

第一章 竞争性谈判公告

广西科文招标有限公司医用设备采购（GXZC2025-J1-000558-KWZB）竞争性谈判公告

项目概况

医用设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取（下载）竞争性谈判文件，并于 2025 年 4 月 9 日上午 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-000558-KWZB

项目名称：医用设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：108.16 万元（01 分标：89.86 万元；02 分标：18.3 万元）。

最高限价：108.16 万元（01 分标：89.86 万元；02 分标：18.3 万元）。

采购需求：医用设备 1 批采购及安装（如有），其中 01 分标为医用设备 1 批采购及安装；02 分标为手术包 20 套采购。

本合同履约期限：自签订合同之日起 30 日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。

项目（否）接受联合体。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：供应商根据竞标货物所属医疗器械分类类别提供药品监督管理部门颁发有效的医疗器械经营许可证或者备案凭证【《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令（第 739 号）规定免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）】。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 3 日，每天上午 08:00-12:00；下午 12:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0 元。

四、响应文件提交

- 1、首次响应文件提交截止时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 点 30 分（北京时间）
- 2、地点：通过“广西政府采购云”平台在线提交。

五、开启

- 1、首次响应文件开启时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 点 30 分（北京时间）
- 2、地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、竞标保证金（人民币）：01 分标为 8900 元；02 分标为 1800 元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（www.zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

- 5、本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）政府采购促进残疾人就业政策。
- （4）政府采购支持监狱企业发展。
- （5）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

- 6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）一办事服务一下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记]，并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

(2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见**广西政府采购云**电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：[//helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx](http://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx)；及时完成 CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云 CA 证书办理操作指南）。

(3) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，供应商只需办理其中一家 CA 数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

(4) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

7、CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“**广西政府采购云**”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“**广西政府采购云**”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“**广西政府采购云**”平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西壮族自治区荣誉军人康复医院

地址：广西柳州市鱼峰区荣军路 181 号

联系方式：邹志勇 联系电话：0772-3839701

2. 采购代理机构

名称：广西科文招标有限公司

地址：柳州市潭中中路 6 号 4 栋 2 楼

联系方式：邝坚 联系电话：0772-2620289

3. 项目联系方式

项目联系人：邝坚

电话：0772-2620289

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内 容
3	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格证明文件。
6.2	本项目不允许分包。
12.1.1	资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（<u>2024 年 10 月以来任意 1 个月</u>的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提

	供，否则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年10月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、供应商财务状况报告（2023年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，提交截止时间前一个月的月财务报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、供应商直接控股关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、供应商根据竞标货物所属医疗器械分类类别提供药品监督管理部门颁发有效的医疗器械经营许可证或者备案凭证【《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令（第739号）规定免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）】；（除外的必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： （1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 （2）竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字（或盖章）并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 （3）供应商直接控股、管理关系信息表必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 （4）联合体竞标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。
12.1.2	报价商务技术文件 1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

	4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（非法定代表人参加时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 10、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
15.2	竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）
16.2	竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起 60 天内。
17.1	本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 谈判保证金（人民币）：01 分标为 8900 元；02 分标为 1800 元。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行跃进路支行，银行账号：702012011010200001008）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注：

	(1) 响应文件提交截止时间后提交的, 或者未足额交纳的, 或者保函额度不足的, 视为无效竞标保证金。 (2) 供应商采用现钞方式或者从个人账户 (自然人竞标除外) 转出的竞标保证金, 视为无效竞标保证金。 (3) 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的, 视为无效竞标保证金。 (4) 保函有效期低于竞标有效期的, 视为无效竞标保证金。 (5) 竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的, 视为无效竞标保证金。
18.2	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制, 并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。
20.1	首次响应文件提交截止时间: 详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点: 详见竞争性谈判公告。
24.1	谈判小组的人数: 3 人。
25.2	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令, 供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的, 视为响应文件无效。
26	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 01、02 分标 <u>0</u> 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 01 分标 <u>4</u> 项, 02 分标 <u>2</u> 项。
	谈判的顺序: 按“广西政采云”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判, 未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利, 其响应文件按无效响应处理。
	评标价相同时, 按照最后报价由低到高顺序依次推荐; 最后报价相同时, 按技术指标高优先、商务响应优优先的顺序依次推荐。
28.1	☐ 本项目不收取履约保证金 ☒ 履约保证金金额: 按合同价款的2%。(01 分标收取, 02 分标不收取) 在合同签订前交到甲方财务管理部门。 履约保证金指定账户: 开户名称: <u>广西壮族自治区荣誉军人康复医院</u> 开户银行: <u>农行柳州分行天山支行</u> 银行账号: <u>20109501040003821</u> 签订合同后, 如乙方不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿。 履约保证金符合退还条件的, 甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 <u>15</u> 天内退 还履约保证金 (无息), 如未在规定时间内退还的, 乙方可予以催告, 甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

	注：履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为无效履约保证金。
29.1	签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
31.2	接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司柳州分公司，质疑联系人：邝工 联系电话：0772-2620289，通讯地址：柳州市潭中中路6号4栋2楼。 业务时间：工作日上午9时-12时，下午15时-17时30分。
32.1	1、采购代理服务收费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务收费以收费基准价格收取。 2、账户信息 开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司 开户银行：柳州银行跃进路支行 账 号：702012011010200001057
33.1	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
33.2	1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章、CA电子签章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定

	签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4. 自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
--	--

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告;
- (2) 供应商须知;
- (3) 采购需求;
- (4) 响应文件格式;
- (5) 合同文本;
- (6) 评审程序和评定成交的标准。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求,如供应商对谈判文件有疑问的,如要求采购人作出澄清或者修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出,否则,由此产生的后果由供应商自行负责。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,在原公告发布媒体上发布更正公告;不足3个工作日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况,变更首次响应文件提交截止时间,并在原公告发布

媒体上发布更正公告。

10.3 谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 最后报价超过竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按“广西政采云”平台的要求编制、加密、上传。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 响应文件的加密、解密

19.1 电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20. 响应文件的提交

20.2 本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记]，并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云

平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3 未在规定时间内上传或者未按“广西政采云”平台的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政采云”平台将拒收。

20.4 电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政采云”平台将予以拒收。

22. 首次响应文件的退回

22.1 在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据“广西政采云”平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1 供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政采云”平台电子开标大厅签到并

在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 26.2 电子交易活动的中止。）

25.3 成功解密响应文件的供应商不足 3 家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.7 条规定的情形除外。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知

所有参加采购活动的供应商。

27.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过 25 日）。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第 27.5 条的规定执行。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- （1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容

32.1 代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2 代理服务费收费计算标准：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

- (1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
- (2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。
- (3) 代理服务费参照原国家计委计价格[2002]1980 号及国家发改委发改价格[2011]534 号文规定的

标准费率计算收取。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 $\times 1.5\% = 1.5$ 万元

(150 - 100) 万元 $\times 1.1\% = 0.55$ 万元

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05 (万元)

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行跃进路支行

账 号：702012011010200001057

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理。

01 分标

一、项目技术要求					
序号	货物名称	数量	单位	所属行业	主要技术参数及性能（配置）要求
1	红外线治疗仪	2	台	工业	1、采用红外线光源发热体技术，智能触摸按键。 2、电源条件:220V~/50Hz。 3、时间调节:0-99min(连续可调)。 4、额定功率:250VA。 5、强度调节:1-5 档。 6、熔断器参数:T5AL250V。
2	注射泵	12	台	工业	1、注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 普通已注册注射器。 2、两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。 3、流速范围

					5mL 注射器：0.1 mL/h~100mL/h；10mL 注射器：0.1 mL/h~400mL/h；20mL 注射器：0.1mL/h~700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h~1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1mL/h~2000mL/h 流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B 通道的参数可以单独设定。 4、流速误差$\leq \pm 2\%$。 5、预置量范围：0.1mL~9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL 变化。 6、丸剂量注射速度： 6.1 5mL 注射器：100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h~400mL/h；20mL 注射器：100mL/h~700mL/h；30mL 注射器：100 mL/h~1000mL/h；50mL/60mL 注射器：100mL/h~2000mL/h。 6.2 除 5mL 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h 变化。 6.3 丸剂量范围：1mL~20mL 最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：$\leq \pm 2\%$。 ▲7、快排功能： 5mL 注射器：100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h~400mL/h；20mL 注射器：100 mL/h~700mL/h；30mL 注射器：100 mL/h~1000mL/h；50mL/60mL 注射器：100 mL/h~2000mL/h，快排功能最小可按 1mL/h 变化。 8、阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整。 9、声光报警：高亮报警灯柱，支持 10 类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。
3	测压表（气管切开）	1	个	工业	适用于对气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管、喉罩等产品的气(套)囊进行充气、放气、压力测量和调节。
4	护理床	19	张	工业	1、床体的制作材料有：碳钢，粉末喷塑，高档医用级 ABS 工程塑料等。 2、床面采用 1.0mm 冷扎钢板一次冲压成型。 3、护理床框架采用碳钢金属 40*80*1.2（mm）矩形管材焊接成型，床体金属表面采用静电喷涂。 4、床头/床尾采用 ABS 高级工程塑料一次注塑成型，板锁扣式安装于病床上，铝合金护栏。 5、双摇护理床，配备两组摇杆系统；可实现背部和腿部升

					降的功能。 6、脚轮采用中控 5 寸豪华静音轮，一踩制动，四轮刹车。 7、床垫，天然机压环保椰棕+海绵，外套采用防水布，经高温消毒，防虫处理，防止变形。 8、手摇式病床内径尺寸：2000*900*520（mm），外径尺寸：2060*1020*600±10（mm），背部倾斜度：0 ° -75° ±5 ° ，0 ° -45° ±5 ° 。
5	不锈钢洗澡椅	4	台	工业	1、304 不锈钢材质。 2、座高 500mm, 座宽 500mm, 座深 440mm, 扶手高 200mm, 靠背高 400mm。 3、车宽 500mm 车长 530mm, 车高 1000mm。 4、前轮 100mm 后轮 100mm。
6	电动流产吸引器	1	台	工业	一、技术指标： 1、无油免维护负压。 2、要求工作稳定、寿命长、噪音低。 3、自动防溢流装置。 4、紧急泄压装置。 5、液晶数字显示工作负压。 6、带有气控防浸脚踏开关，便于手术中操作。 二、技术参数： 1、极限负压值：-0.09MPa。 2、负压调节范围：-0.01MPa~-0.09MPa 3、抽气速率：30L/min 4、电源：AC220V±10%/50HZ±2%。 5、输入功率：150VA。 6、噪声：≤50dB(A)。
7	光固化树脂灯	2	台	工业	1、两种工作模式：标准模式(P2)，时间定时有 4 种。为 5s、10s, 15s、20s15a；高光强模式(P1)，时间定时有两种，为 1S 和 3s。 2、恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。 3、大容量电池，一次性充满电，光照 10 秒/次。可连续使用 400 次以上。
8	智能手康复训练仪 用手套（中号）	4	只	工业	1、仿生手部正常抓握，可同时训练五指。
9	湿化器	2	台	工业	1、挂式数字显示型, 由主机、湿化水罐、转接头和温度传感器组成。

				2、正常工作条件 环境温度 18℃~26℃； 相对湿度 ≤80%； 大气压力 86KPa~106KPa； 输入气体温度 18℃~26℃。 3、静态温度控制范围 环境温度范围：10℃~30℃。 湿化器静态温度控制范围，1~9 档可调水罐内水温。 4、湿化系统 （1）测试的工作环境温度：18℃~26℃，输入气体温度：18℃~26℃； （2）管路要求：Φ22mm×60cm+Φ22mm×60cm 的硅胶管路，中间加接水杯； 5、电气 供电电源 220V±22V/AC。 使用频率 50Hz±1Hz。 电源电流 1A Max。 输入功率 <120VA+10%。 加热盘功率 ≤85W。 加热盘热切断 110±5℃。 6、湿化水罐特性 最大工作压力 ≤6kPa。 最大水位线储水容量 350mL。 顺应性 6mL/KPa~12mL/KPa。 泄漏量 ≤10mL/min。 7、高温报警：当患者口温度≥41℃时，立即产生声光报警。	
10	电动减重步态训练系统	1	台	工业	1、减重架电动推杆最大推不小于 3000N；最大拉力不小于 2000N。 2、减重架电动推杆行程：0~400mm。 3、减重架额定减重质量不小于 135kg。 4、减重架起降速度不低于 500mm/min。 5、减重架扶手调节范围：上下调节 68~158cm。 6、减重架底座离地面高度不大于：15cm。 7、减重架配有 2 个带刹车的 4 寸万向轮。 8、减重架吊袋为优质布料，可移动可升降。 9、跑台有效跑步面积不小于：1260*420*1.6（mm）。

					10、跑台速度范围：医疗慢速跑步：0.1—6.0km/h 普通跑步：1.0—14.0km/h。 11、跑台额定载重不小于 120kg。
11	隔物灸仪	3	台	工业	▲1、同时使用 6 个灸头，每个灸头单独控制温度和时间，6 个灸头亦可同时治疗。 2、电源输入电压和频率。 a) 电源电压：AC220V±22 V b)，电源频率：50Hz±1Hz； c) 输入额定功率：200VA。 3、输出参数 a) 输出额定电压：15 V±10%； b) 单个灸头功率：7.5W±10% c) 灸头阻抗 30 Ω ±10%。 3、电气安全性能 a) 外壳漏电流：<0.1mA； b) 患者漏电流：<0.1mA； c) 电介质强度：4kV。 4、环境条件 a) 环境温度：+5℃~+40℃； b) 相对湿度：≤80%； c) 电源为 AC220V±22 V、50Hz±1Hz。
12	输液泵	4	台	工业	1、显示：4.2 寸大屏幕高清晰彩色 LCD 液晶显示，数值显示有小数位防错设计。 2、输液器规格：输液器档位 1-6 档可选。 3、输液速度：流速范围：1ml/h~1100ml/h，可按 1ml/h 递增或递减。 4、流速误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到 ±3%。 5、预置量范围：1ml~9999ml，以 1ml 递增或递减。 6、输液量误差：±5%（普通输液器）。 7、快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度为 700ml/h。 8、保持静脉开放（KVO）速度：4ml/h，当输液速度大于 KVO 速度时，输液完成以 KVO 速度运行；当输液速度小于 KVO 速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 9、气泡灵敏度：输液器中的气泡大于 40 μL，用声音文字发光报警提示。

					10、阻塞灵敏度三档可选：1 档 0.06MPa~0.1MPa，2 档 0.1MPa~0.14MPa，三档 0.14MPa~0.18MPa。 11、报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。 12、安全分类：II 类、带内部电源的 BF 型普通设备，防水等级：IPX3。 13、使用电源：交流输入：220V~ 50Hz，内部电池：11.1V 2000mAh。 14、内部电池工作时间：充电完成后，在 25ml/h 流速下连续工作不小于 3 小时。 15、设备输入功率：$\leq 28VA$。
13	不锈钢洗澡车	2	辆	工业	1、304 不锈钢材质。 2、技术规格：1950mm×600mm×600mm。
14	洗澡用铝合金轮椅	1	辆	工业	1、铝合金车架。 2、16 寸实心后轮，6 寸万向前轮，双重刹车。 3、座位宽度：45cm，总宽 58cm，总高 90.5cm，座位高度 50.5cm。 4、折叠长度 88cm，折叠宽度 29cm，折叠高度 90.5cm。
15	全躺铝合金轮椅	1	辆	工业	1、铝合金材质。 2、座位宽度 46cm，座位深度 42cm，折叠长度 91cm×31cm×92cm。 3、后轮直径 8 寸，前轮直径 24cm。
16	抢救车	1	台	工业	1、车体由耐冲击的工程塑料 ABS 材质拼装组成，边缘园角设计。 2、顶部：配置一体式护栏，防滑保护垫，配置可变换位置的仪器台，仪器固定带带有可伸缩输液架，四爪钩设计。 3、左侧：配置隐藏式副工作台，档案盒。 4、右侧：配置斜筐(含利器盒两个)，配置双色垃圾桶。 5、五抽屉款配置五层抽屉，2 个小号抽屉，2 个中号抽屉，1 个大号抽屉：所有抽屉内置 3x3 分隔片，自由分隔，分段式金属抽滑轨。 6、带锁定装置/一次性锁扣。 7、背面：配置外接电排，配置心肺复苏板，伸缩式氧气瓶托架，氧气瓶固定带。

					8、底部:4个静音脚轮,两个带刹车。
17	治疗车	3	台	工业	1、车体由耐冲击的工程塑料 ABS 材质拼接组成,边缘圆角设计。 2、顶部:配置一体式护栏,防滑保护垫。 3、配置圆形污物桶 2 个,可上下 360° 调节位置选配。 4、斜筐(含利器盒两个),双色垃圾桶。 5、抽屉内置 3X3 分隔板,可自由分隔。 6、分段式金属抽屉滑轨,抽拉要求轻松顺滑。 7、底部:4个双片减震静音脚轮,两个带刹车。
18	光子治疗仪	1	台	工业	1、适用范围:皮肤疾病的消炎、镇痛、加速伤口愈合;辅助治疗痤疮。 2、光源材料:点阵集成式半导体固态光源。 3、输出光波模块:红光模块: 630nm±10nm; 中心波长 630nm; 蓝光模块: 465nm±10nm; 中心波长 460nm。 4、光斑直径: ≥ 300mm。 ▲5、光功率的不稳定度:治疗头输出光功率的不稳定度 ≤ ±10%。 光功率密度:红光输出最大光功率密度:>110mW/cm²; 蓝光输出最大光功率密度:>145mW/cm²; 红、蓝光源同时工作时的最大光功率密度:>245mW/cm²。 6、输出强度调节:红光治疗强度 1-20 档可调;蓝光治疗强度 1-20 档可调;混合光治疗强度 1-20 档可调。 7、升降动力装置:电动升降、500mm 三维立体空间可调。 8、有效照射距离: ≤300mm; 有效照射面积: 800cm²。 ▲9、红光治疗强度 1-20 档可调;蓝光治疗强度 1-20 档可调;混合光治疗强度 1-20 档可调。 ▲10、电动升降、500mm 三维立体空间可调。 11、治疗头红、蓝一体式设计,红蓝光切换无需更换光源头。
19	医用骨科牵引床	12	张	工业	1、四轮采用豪华静音 ABS 脚轮。 2、易拆洗式 ABS 床头床尾版。 3、护理床规格,长宽高: 200X90x50CM,手动三摇。 4、五档铝合金护栏,起背位置上方 2 个手环,腿部上方 2 个直滑轮,床尾 2 个弯滑轮。 5、不锈钢牵引龙门架,整体高 150cm,长度 200cm。 6、包含床垫。

20	病人监护仪	2	台	工业	1、监护参数：心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SP02）、脉率（PR）、呼吸（RESP）、体温（TEMP）。 2、工作环境：工作电压：100-240V，工作频率：50/60 Hz，湿度：0-93%；温度：0-40 度。 3、显示器：12.1 " 真彩高清晰 TFT 显示；分辨率：800*60。 4、采用全新 A9 操作平台，四核处理系统，准确高速的信号处理能力。 5、支持中英文输入，可外接鼠标和键盘。 6、整机无风扇设计，降低噪音干扰。 7、1000 小时趋势图、趋势表。 8、21 种药物浓度计算及滴定表功能。 9、采用 MIT/BIH 数据库测试 QRS 侦测准确率达 99.8%。 10、多种显示模式可选：全导联界面/标准界面/大字体界面/呼吸氧合图界面/无创血压回顾界面。 11、内置可充电锂电池，不间断工作，配备成人、儿童袖带各两条。
21	床单位臭氧消毒机	1	台	工业	1、*产品特点:5 寸彩色中英文触摸屏操作运行监控系统，可预先设置(抽真空、充臭氧、消毒、解析)四个程序、一键式操作、自动运行、关键元器件工作累时显示、关键元器件故障报警、具有显示功能、臭氧发生器功率电流显示(杀菌因子强度显示) 2、*适用于≤2 床床位数的床上棉织物用品消毒 3、电源:220V/50HZ 4、功率:≤200W 5、消毒袋内臭氧浓度最高值为 3304.254mg/m³。臭氧出气口 A 臭氧浓度平均值为 3142.284 mg/m³，臭氧出气口 B 臭氧浓度平均值为 3073.871 mg/m³。臭氧发生管出气口臭氧浓度平均值为 3517.797mg/m³(提供检测报告) 6、臭氧产量 5g*2 套 7、消毒时间:0-120min 可调 8、臭氧管使用寿命:≥20000 小时 9、安全防护分类:I 类 B 型设备 15、不锈钢搪瓷臭氧管+模块电源 10、*内置温度传感器，实时监控机器运行是否正常，运行参数实时可查
22	麻醉机	1	台	工业	1、工作条件及基本配件

	(核心产品)			1.1 操作环境，温度：10° C-40° C，湿度：15%- 95%。 1.2 电源：220-240V， 50Hz/60Hz。 ▲1.3 后备电池最短供电时间：单节电池≥120 分钟，双节电池≥240 分钟(使用新的充满电的电池，环境温度 25° C)。 1.4 具有 HL7、2 个 SB 接口、3 个辅助电源接口等接口。 ▲1.5 非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能。 2、气源 2.1 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源。 2.2 快速充氧范围 25 - 75 l/min。 3、流量计 3.1 双管机械流量计。 3.2 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于 25%。 4 挥发罐 4.1 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位。 4.2 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌且挥发罐通过 CE 和 FDA 认证，具备压力、流速和温度补偿。 4.3 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。 5、呼吸回路 5.1 回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染。 5.2 二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要。 5.3 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 5.4 流量传感器监测频率为 1000 次/秒。 5.5 具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5.6 具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。 6、呼吸机 6.1 气动电控呼吸机，全中文操作显示。 6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力
--	--------	--	--	---

					控制模式、手动通气、电子 PEEP。 6.3 容量控制 (VCV) 模式下潮气量设置范围: 20ml-1500ml。 6.4 吸气压力设置范围: 5-60cmH₂O。 ▲6.5 呼吸频率: 4-100 次/分钟。 6.6 吸呼比: 4:1-1:8。 6.7 压力限制范围: 10-100cmH₂O。 6.8、吸气暂停: OFF, 5%-60%吸气时间。 7、数字和波形监测 7.1 具备三级声光报警功能, 有红黄报警灯显示。 ▲7.2 主机内置触摸显示屏, 非主机外展屏幕, 不易影响其他设备使用, 屏幕尺寸≥10.4 英寸, 可同屏显示 3 通道波形和选配至少一个环图。 7.3、插件可在监护仪和麻醉机之间通用。 7.4、同屏幕可显示 3 通道任意波形 (压力时间波形, 流速时间波形/容量时间波形, 可选呼末 CO₂ 波形) 和一个环图 (P-V, F-V, P-F)。 7.5 潮气量监测范围: 0-1500ml。 7.6 分钟通气量监测范围: 0-100L/min。
23	麻醉车	1	台	工业	1、双排麻醉车对开门新款 850 (中冠轮)。 2、车体由耐冲击的工程塑料 ABS 材质拼装组成。 3、顶部: 双排升降式麻醉架, 台面配置防滑保护垫。 4、左侧: 配置隐藏式副工作台, 档案盒, 方便护士记录使用。 5、右侧: 配置斜筐 (含利器盒两个), 配置双色垃圾桶。 6、抽屉: 分段式金属抽屉滑轨, 内置 3x3 分隔片, 自由分隔; 底部对开门设计; 配置中控锁/一次性锁扣。 7、底部: 4 个静音脚轮 (两个带刹车)。
24	无影灯	1	台	工业	一、结构设计要求 1、具有中轴安全旋转装置。 2、灯罩壳为铝型材质, 一体化 ABS 内嵌式操作拉手设计, 采用流线型超薄设计, 最厚处不能超过 18cm, 以获较好层流效果。 3、无影灯各旋转轴位置, 采用蝶形刹车阻尼装置, 保证无漂移现象。 4、消毒手柄处无一颗螺丝外露, 轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸, 脱卸式聚焦手柄可作高温高压 134° 消毒。 5、调焦系统装置, 使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆

					调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 6、每个 LED 灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性。 7、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，提升无影效果。 二、技术规格 1、照度（Lux）：母灯≤160,000 子灯≤160,000。 2、色温可调（K）3500-4500。 3、演色性指数（CRI）96。 4、红色还原指数（Ra）96。 5、调光范围 10—100%。 6、灯泡数量母灯 48LEDs，子灯 48LEDs。 7、高度调整≥118cm。 8、LED 灯杯散热片≥33mm。 9、LED 灯头散热盖母灯≥130mm，子灯≥130mm。 10、弧形拉手尺寸≥270mm。 11、聚光板灯盘≤4 等分。 12、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm 子灯≥280mm。 13、中轴护罩高度≥48mm。 14、电源输入 100-240VAC, 50/60Hz。 15、功率母灯 70W，子灯 70W。
二、项目商务要求					
报价要求	1. 本项目竞标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。				
合同签订时间要求	自成交通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同。				
质保期	货物（耗材除外）自验收合格正常使用后不少于一年的免费质保期（本表中如有特别要求的按其要求，同时若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修），定期回访；按国家规定和厂家承诺实行“三包”。质保期内货物发生一般故障时，维修响应时间 2 小时内，维修到达现场时间 48 小时内，如在 48 小时内未能解决维修故障的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，如需更换零部件成交供应商须保证提供优惠价格的配件供应和服务，24 小时内响应。				
验收标准	1、国家强制性技术标准及有关规定。				

及要求	2、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作。 3、本项目因成交供应商提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由成交供应商承担相应的法律责任。 4、为保证本表中带有“▲”实质性及其他重要的技术指标和性能达到竞争性谈判文件要求并与合同、竞标响应文件相符，如采购人对成交供应商所竞货物的技术指标有质疑，签订合同后五个日历日内提供设备测试，并按照其竞标响应文件进行现场设备性能测试，以确认是否达到合同、竞争性谈判文件、响应文件中所规定的技术功能要求，合格的方进行安装及后续工作；如成交供应商未能提供现场测试或技术功能、配置不能达到要求的属于违约行为，所有损失由成交供应商承担，采购人有权解除双方签订的合同，并向政府采购监督部门报告。 5、验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由成交供应商承担。
售后服务要求	1、竞标供应商提供的货物必须是具有合法销售途径的原装全新合格产品。产品符合国家行业有关标准及安全规定；若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 2、成交供应商负责免费送货至用户使用安装地点、安装、调试。 3、培训：成交供应商提供免费技术培训；负责采购单位操作及维修人员的免费培训服务，在安装调试过程应让采购单位操作人员参与，并进行现场培训，使相关人员具备熟练操作设备、了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障的能力； 4、成交供应商必须提供包含设备生产商编写的中（英）文版的性能参数描述文件；提供操作、维护、安装手册。
交付使用期及交货地点	1、交付使用时间：自签订合同之日起 30 日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 2、交货地点：柳州市内采购单位指定的地点。
付款条件	本项目无预付款,全部货物交货及安装调试完毕，经验收合格交付使用之日起 7 个工作日内，凭成交供应商开具的全额发票按程序一次性支付完全部合同款。采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
备品备件及耗材等要求	配套符合安全、环保要求的包装。
产品厂商授权	本项目核心产品为：“麻醉机”，为确保该项货物质量及原厂品质，成交供应商在签订合同后正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。造成的违约损失由成交供应商负责。

其他要求	竞标时，供应商可提供包含货物生产商编写的中（英）文版的性能参数描述文件（可以从网页下载的 PDF 或 HTML 文件及生产厂家正式对外发布的印刷宣传彩页），以便评审时核对；当竞争性谈判响应文件技术响应、偏离情况说明表中的货物技术性能参数、配置等与该货物生产商提供的宣传材料性能、医疗用品注册证书及附件参数不相符合时，以货物生产商提供的宣传材料性能、医疗用品注册证书及附件参数为准。
核心产品	本项目核心产品为：第 22 项“麻醉机”。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后最终报价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；最终报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组确定一个供应商获成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
三、进口产品说明	
▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的，响应文件按无效响应处理。	

02 分标

一、项目技术要求

序号	货物名称	数量	单位	所属行业	▲主要技术参数及性能（配置）要求																																								
1	肌力肌张力调整术包（二期）	2	套	工业	每套货物包含如下产品：																																								
					<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>规格</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>不锈钢碗</td><td>304 不锈钢、Φ 140mm</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>不锈钢碗</td><td>304 不锈钢、Φ 160mm</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>药杯</td><td>40ml</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>弯盘</td><td>190*116*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>弯盘</td><td>204*130*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>拉钩</td><td>双头型 150*14*16mm</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>手术刀柄</td><td>7#</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>海绵钳</td><td>250*10mm 弯头有齿</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>持针钳</td><td>窄头型 180mm TC</td><td>2</td></tr></table>	序号	产品名称	规格	数量	1	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 140mm	1	2	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 160mm	2	3	药杯	40ml	2	4	弯盘	190*116*25mm	1	5	弯盘	204*130*25mm	1	6	拉钩	双头型 150*14*16mm	1	7	手术刀柄	7#	2	8	海绵钳	250*10mm 弯头有齿	2	9	持针钳	窄头型 180mm TC	2
					序号	产品名称	规格	数量																																					
					1	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 140mm	1																																					
					2	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 160mm	2																																					
					3	药杯	40ml	2																																					
					4	弯盘	190*116*25mm	1																																					
					5	弯盘	204*130*25mm	1																																					
					6	拉钩	双头型 150*14*16mm	1																																					
					7	手术刀柄	7#	2																																					
8	海绵钳	250*10mm 弯头有齿	2																																										
9	持针钳	窄头型 180mm TC	2																																										

						<table><tr><td>10</td><td>医用镊</td><td>直头带钩型 140mm 1*2 齿</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>医用镊</td><td>直头型 140mm</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>止血钳</td><td>弯头型 220mm</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>止血钳</td><td>弯头型 180mm</td><td>4</td></tr><tr><td>14</td><td>止血钳</td><td>弯头型 140mm</td><td>2</td></tr><tr><td>15</td><td>止血钳</td><td>弯头型 125mm</td><td>4</td></tr><tr><td>16</td><td>手术剪</td><td>直圆头 160mm</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>组织钳</td><td>180mm</td><td>4</td></tr><tr><td>18</td><td>帕巾钳</td><td>140mm</td><td>2</td></tr><tr><td>19</td><td>止血钳</td><td>直头有钩型 180mm</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>手术剪</td><td>弯圆型 160mm</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>剥离器</td><td>双头型 160*7mm</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>拉钩</td><td>双头型 160*7*8.5mm 钝</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>海绵钳</td><td>250*10mm 直头无齿</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>针盒</td><td>20ML</td><td>1</td></tr></table>	10	医用镊	直头带钩型 140mm 1*2 齿	1	11	医用镊	直头型 140mm	1	12	止血钳	弯头型 220mm	2	13	止血钳	弯头型 180mm	4	14	止血钳	弯头型 140mm	2	15	止血钳	弯头型 125mm	4	16	手术剪	直圆头 160mm	1	17	组织钳	180mm	4	18	帕巾钳	140mm	2	19	止血钳	直头有钩型 180mm	1	20	手术剪	弯圆型 160mm	1	21	剥离器	双头型 160*7mm	1	22	拉钩	双头型 160*7*8.5mm 钝	1	23	海绵钳	250*10mm 直头无齿	1	24	针盒	20ML	1																																							
10	医用镊	直头带钩型 140mm 1*2 齿	1																																																																																																						
11	医用镊	直头型 140mm	1																																																																																																						
12	止血钳	弯头型 220mm	2																																																																																																						
13	止血钳	弯头型 180mm	4																																																																																																						
14	止血钳	弯头型 140mm	2																																																																																																						
15	止血钳	弯头型 125mm	4																																																																																																						
16	手术剪	直圆头 160mm	1																																																																																																						
17	组织钳	180mm	4																																																																																																						
18	帕巾钳	140mm	2																																																																																																						
19	止血钳	直头有钩型 180mm	1																																																																																																						
20	手术剪	弯圆型 160mm	1																																																																																																						
21	剥离器	双头型 160*7mm	1																																																																																																						
22	拉钩	双头型 160*7*8.5mm 钝	1																																																																																																						
23	海绵钳	250*10mm 直头无齿	1																																																																																																						
24	针盒	20ML	1																																																																																																						
2	颈动脉外膜剥脱术 (CPS) 手术包 (核心产品)	2	套	工业	<table><tr><td colspan="4">每套货物包含如下产品:</td></tr><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>不锈钢碗</td><td>304 不锈钢、Φ 140mm</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>不锈钢碗</td><td>304 不锈钢、Φ 160mm</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>药杯</td><td>40ml</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>弯盘</td><td>190*116*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>弯盘</td><td>204*130*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>拉钩</td><td>双头型 120*9mm</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>拉钩</td><td>单头型 160*16*6mm</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>骨科撑开器</td><td>多钩式 140mm 3*4 钝齿</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>手术刀柄</td><td>7#</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>海绵钳</td><td>环型 250*10mm 弯头有齿</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>持针钳</td><td>窄头型 180mm TC</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>医用镊</td><td>直头带钩型 140mm 1*2 齿</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>医用镊</td><td>直头型 140mm</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>止血钳</td><td>弯头型 140mm</td><td>4</td></tr><tr><td>15</td><td>止血钳</td><td>弯头型 180mm</td><td>4</td></tr><tr><td>16</td><td>止血钳</td><td>弯头型 140mm</td><td>2</td></tr><tr><td>17</td><td>止血钳</td><td>弯头型 125mm</td><td>4</td></tr><tr><td>18</td><td>止血钳</td><td>角弯型 180mm</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>手术剪</td><td>直圆型 160mm</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>组织钳</td><td>有钩型 180mm</td><td>4</td></tr><tr><td>21</td><td>帕巾钳</td><td>尖头型 140mm</td><td>2</td></tr><tr><td>22</td><td>医用剪</td><td>弯圆头</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>针盒</td><td>20ML</td><td>1</td></tr></table>	每套货物包含如下产品:				序号	产品名称	规格	数量	1	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 140mm	1	2	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 160mm	1	3	药杯	40ml	2	4	弯盘	190*116*25mm	1	5	弯盘	204*130*25mm	1	6	拉钩	双头型 120*9mm	1	7	拉钩	单头型 160*16*6mm	2	8	骨科撑开器	多钩式 140mm 3*4 钝齿	1	9	手术刀柄	7#	1	10	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	2	11	持针钳	窄头型 180mm TC	3	12	医用镊	直头带钩型 140mm 1*2 齿	1	13	医用镊	直头型 140mm	1	14	止血钳	弯头型 140mm	4	15	止血钳	弯头型 180mm	4	16	止血钳	弯头型 140mm	2	17	止血钳	弯头型 125mm	4	18	止血钳	角弯型 180mm	1	19	手术剪	直圆型 160mm	1	20	组织钳	有钩型 180mm	4	21	帕巾钳	尖头型 140mm	2	22	医用剪	弯圆头	1	23	针盒	20ML	1
每套货物包含如下产品:																																																																																																									
序号	产品名称	规格	数量																																																																																																						
1	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 140mm	1																																																																																																						
2	不锈钢碗	304 不锈钢、Φ 160mm	1																																																																																																						
3	药杯	40ml	2																																																																																																						
4	弯盘	190*116*25mm	1																																																																																																						
5	弯盘	204*130*25mm	1																																																																																																						
6	拉钩	双头型 120*9mm	1																																																																																																						
7	拉钩	单头型 160*16*6mm	2																																																																																																						
8	骨科撑开器	多钩式 140mm 3*4 钝齿	1																																																																																																						
9	手术刀柄	7#	1																																																																																																						
10	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	2																																																																																																						
11	持针钳	窄头型 180mm TC	3																																																																																																						
12	医用镊	直头带钩型 140mm 1*2 齿	1																																																																																																						
13	医用镊	直头型 140mm	1																																																																																																						
14	止血钳	弯头型 140mm	4																																																																																																						
15	止血钳	弯头型 180mm	4																																																																																																						
16	止血钳	弯头型 140mm	2																																																																																																						
17	止血钳	弯头型 125mm	4																																																																																																						
18	止血钳	角弯型 180mm	1																																																																																																						
19	手术剪	直圆型 160mm	1																																																																																																						
20	组织钳	有钩型 180mm	4																																																																																																						
21	帕巾钳	尖头型 140mm	2																																																																																																						
22	医用剪	弯圆头	1																																																																																																						
23	针盒	20ML	1																																																																																																						
3	脊神经根后根部分切除术 (FSPR) 手术包	2	套	工业	<table><tr><td colspan="4">每套货物包含如下产品:</td></tr><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>抓钳</td><td>环型 250*10mm 弯头有齿</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>止血钳</td><td>弯头型 180mm</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>止血钳</td><td>弯头型 140mm</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>止血钳</td><td>弯头型 125mm</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>海绵钳</td><td>环型 250*10mm 弯头有齿</td><td>4</td></tr></table>	每套货物包含如下产品:				序号	产品名称	规格	数量	1	抓钳	环型 250*10mm 弯头有齿	2	2	止血钳	弯头型 180mm	2	3	止血钳	弯头型 140mm	2	4	止血钳	弯头型 125mm	6	5	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	4																																																																								
每套货物包含如下产品:																																																																																																									
序号	产品名称	规格	数量																																																																																																						
1	抓钳	环型 250*10mm 弯头有齿	2																																																																																																						
2	止血钳	弯头型 180mm	2																																																																																																						
3	止血钳	弯头型 140mm	2																																																																																																						
4	止血钳	弯头型 125mm	6																																																																																																						
5	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	4																																																																																																						

					6	手术刀柄	7#	1
					7	手术刀柄	4#	1
					8	吸引管	直型 260*φ 3. 0mm	1
					9	吸引管	直型 260*φ 5. 0mm	1
					10	帕巾钳	尖头型 140mm	4
					11	手术剪	弯圆型 160mm	1
					12	药杯	40ml	2
					13	不锈钢碗	φ 140mm	2
					14	不锈钢碗	φ 160mm	1
					15	椎板咬骨钳	外槽式 230*110° *4mm	1
					16	椎板咬骨钳	外槽式 230*110° *3mm	1
					17	椎板咬骨钳	外槽式 230*110° *5mm	1
					18	医用镊	枪状直头型 180mm	1
					19	神经剥离子	带槽型 260*4mm	1
					20	持针钳	窄头型 180mm TC	3
					21	弯盘	190*116*25mm	2
					22	咬骨钳	微弯头型 220*3mm	1
					23	咬骨钳	双关节型 260*16mm	1
					24	骨科撑开钳	单钩式 210*60mm	2
					25	骨科撑开钳	多钩式 195mm 4*4 锐齿 35mm	1
					26	剥离器	方头型 230*15mm	1
					27	剥离器	方头型 230*10mm	1
					28	骨科撑开器	多钩式 140mm 3*4 钝齿	1
					29	显微剪	弯尖 160mm	1
					30	精细镊	15mm	1
					31	医用镊	直头型 140mm	1
					32	手术剪	直圆型 180mm	1
					33	手术剪	直圆型 160mm	1
					34	骨科撑开钳	活动式 200mm 3*4 钝齿	1
					35	骨科撑开钳	活动式 320mm 4*5 钝齿	1
					36	神经剥离子	大弯	1
					37	神经剥离子	小弯	1
					38	神经剥离子	4mm	1
					39	神经剥离子	2. 5mm	1
					40	医用剪	弯圆头	1
					41	针盒	20ML	1

4	上肢手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品：			
					序号	产品名称	规格	数量
					1	S 拉钩	小号	2
					2	皮肤拉钩	双头型 240 mm	2
					3	骨膜剥离器	方头型 230*15mm	1
					4	骨膜剥离器	方头型 230*10mm	1
					5	钢丝钳	20cm	1
					6	咬骨钳	双关节 220*5 mm-侧弯	1
					7	咬骨钳	双关节 220*5 mm-直弯	1
					8	持骨钳	上肢	2
					9	动脉钳	中号	1
					10	骨锤	550g	1
11	尺	200 mm	1					

						12	复位钳	15cm	2
						13	复位钳	14cm	1
						14	撬骨板（中）	中号	1
						15	撬骨板（小）	小号	1
						16	骨挫	19cm-直	1
						17	刮匙	弯头 15° -5mm	1
						18	骨刀（中）	22cm-10mm	1
						19	骨刀（小）	22cm-5mm	1
						20	骨凿（中）	17cm-6mm	1
						21	骨凿（小）	17cm-8mm	1
						22	克氏针	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0(各 10 枚)	60
5	下肢手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品：				
					序号	产品名称	规格	数量	
					1	S 拉钩	中号	2	
					2	皮肤拉钩	双头型	2	
					3	骨膜剥离器	方头型 230*15mm	1	
					4	骨膜剥离器	方头型 230*20mm	1	
					5	钢丝钳	20cm	1	
					6	咬骨钳	双关节 220*6 mm-弯	1	
					7	咬骨钳	双关节 220*6 mm-直	1	
					8	持骨器	下肢	2	
					9	动脉钳	16cm	1	
					10	骨锤	750g	1	
					11	尺	40cm	1	
					12	复位钳	16cm	1	
					13	带尖复位钳	22cm	1	
					14	撬骨板（大）	大号	1	
					15	撬骨板（中）	中号	1	
					16	撬骨板（小）	小号	1	
					17	骨挫	24cm	1	
					18	刮匙	弯头 15° -6mm	1	
					19	骨刀（中）	28cm-12mm	1	
					20	骨刀（小）	28cm-8mm	1	
					21	骨凿（中）	18cm-10mm	1	
					22	骨凿（小）	18cm-8mm	1	
					23	克氏针	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0(各 10 枚)	60	
6	小器械手术包	6	套	工业	每套货物包含如下产品：				
					序号	产品名称	规格	数量	
					1	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	1	
					2	海绵钳	环型 250*10mm 弯头无齿	1	
					3	帕巾钳	尖头型 140mm	4	
					4	组织钳	有钩型 180mm	4	
					5	弯止钳	弯头型 140mm	4	
					6	弯止钳	弯头型 160mm	4	
					7	弯止钳	弯头型 180mm	4	
8	弯止钳	弯头型 200mm	4						

					9	弯止钳	弯头型 125mm	4
					10	医用镊	直头带钩型 140mm 1*2 齿	1
					11	医用镊	直头型 140mm	1
					12	皮肤拉钩	双头型	2
					13	甲状腺拉钩	双头型 120*9mm	2
					14	手术剪	180mm 直型	1
					15	组织剪	180mm 直型	1
					16	精细剪	180mm 直型	1
					17	持针器	窄头型 180mm TC	2
					18	弯盘	190*116*25mm	1
					19	弯盘	204*130*25mm	1
					20	碗（大）	大弯	1
					21	碗（中）	中号	1
					22	碗（小）	小号	1
					23	药杯	40ml	3
					24	手术刀柄	4#	1
					25	手术刀柄	7#	1
					26	针盒	中	1
7	取内固定手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品：			
					序号	产品名称	规格	数量
					1	S 拉钩	小号	2
					2	S 拉钩	中号	2
					3	鹰嘴咬骨钳	23cm-5mm	1
					4	咬骨钳	22cm-5mm	1
					5	老虎钳	20cm	1
					6	园骨凿	22cm-7mm	1
					7	平骨凿	27cm-6mm	1
					8	剥膜离器	25cm-10/12mm	2
					9	神经根剥离子	26cm	1
					10	撬骨板	双头骨翘	2
					11	骨锤	750g	1
					12	刮匙	30cm-6mm 弯头 25°	1
					13	吸引头	26cm-Φ 3.5	2
8	关节镜手术包	2	套	工业	每套货物包含如下产品：			
					序号	产品名称	规格	数量
					1	海绵钳	环型 250*10mm 弯头有齿	1
					2	海绵钳	环型 250*10mm 弯头无齿	1
					3	帕巾钳	140mm	4
					4	组织钳	180mm	2
					5	组织钳	160mm	2
					6	弯钳	180mm	2
					7	弯钳	160mm	4
					8	弯钳	140mm	2
					9	直钳	180mm	4
					10	直钳	160mm	4
					11	拉钩	双头型 150*14*16mm	2
					12	甲状腺拉钩	双头型 120*9mm	2

						13	有齿镊	160mm	1
						14	手术剪	160mm	1
						15	组织剪	180mm	1
						16	脑膜剪	180mm	1
						17	持针器	160mm	2
						18	无齿镊	160mm	1
						19	手术刀柄	4#	1
						20	手术刀柄	7#	1
						21	弯盘	190*116*25mm	1
						22	弯盘	204*130*25mm	1
						23	碗（大）	大	1
						24	碗（中）	中	1
						25	药杯	40ml	3
						26	克氏针	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0(各 10 枚)	60
9	胸腰椎手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品：				
					序号	产品名称	规格	数量	
					1	动脉钳	18cm	2	
					2	脑膜剪	18cm	1	
					3	S 拉钩	330*25mm	2	
					4	皮肤拉钩	各 1	2	
					5	椎板拉钩	各 1	2	
					6	神经根剥离子	圆钝 5mm	1	
					7	神经根剥离子	圆刃 5mm	1	
					8	神经根拉钩	各 1	2	
					9	双关节咬骨钳	直头 240*3.0mm	1	
					10	双关节咬骨钳	弯头 240*3.0mm	1	
					11	双关节咬骨钳	弯头 240*4.0mm	1	
					12	量尺	20cm	1	
					13	长镊	18cm	1	
					14	枪状镊	18cm	1	
					15	球拍剥离子	32cm	2	
					16	骨凿	26cm-6mm/26cm-10mm	2	
					17	骨刀	28cm-6mm/28cm-8mm/28cm-10mm/28cm-12mm	4	
					18	金属吸引器头	26cm-Φ3.5	2	
					19	骨膜剥离器	23cm-10mm/23cm-15mm	2	
					20	骨锤	450g	1	
					21	乳突撑开器	3X4 齿钩 18cm	1	
					22	髓核钳（弯头）	220x3mm	1	
					23	髓核钳（直）	22cm-2.5mm	1	
					24	髓核钳（直）	22cm-3mm	1	
					25	髓核钳（直）	26cm-4mm	1	
					27	椎板咬骨钳	220×110° ×3.5mm	1	
					28	椎板咬骨钳	220×110° ×4mm	1	
					29	椎板咬骨钳	220×130° ×3mm	1	
					30	刮匙	弯头 15° 5 个型号各 1	5	
10	手外手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品：				

					<table><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>海绵钳</td><td>25cm</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>海绵钳</td><td>25cm</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>帕巾钳</td><td>11cm</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>弯止血钳</td><td>125 mm</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>弯止血钳</td><td>140 mm</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>弯止血钳</td><td>160 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>持针器(小)</td><td>16cm</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>线剪(小)</td><td>140 mm</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>组织剪(小)</td><td>140 mm</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>甲状腺拉钩</td><td>21cm</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>显微镊</td><td>12.5cm</td><td>2</td></tr><tr><td>12</td><td>拉钩</td><td>16cm 钝</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>剥离子</td><td>7mm</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>骨锤(小)</td><td>450g</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>咬骨钳(小)</td><td>6mm</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>骨刀(小)</td><td>6mm</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>刀柄</td><td>4#</td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>刀柄</td><td>7#</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>药杯</td><td>40ml</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>弯盘</td><td>190*116*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>弯盘</td><td>204*130*25mm</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>碗</td><td>Φ 140mm</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>碗</td><td>Φ 160mm</td><td>1</td></tr></table>	序号	产品名称	规格	数量	1	海绵钳	25cm	1	2	海绵钳	25cm	1	3	帕巾钳	11cm	4	4	弯止血钳	125 mm	6	5	弯止血钳	140 mm	4	6	弯止血钳	160 mm	2	7	持针器(小)	16cm	2	8	线剪(小)	140 mm	1	9	组织剪(小)	140 mm	1	10	甲状腺拉钩	21cm	2	11	显微镊	12.5cm	2	12	拉钩	16cm 钝	2	13	剥离子	7mm	1	14	骨锤(小)	450g	1	15	咬骨钳(小)	6mm	1	16	骨刀(小)	6mm	1	17	刀柄	4#	1	18	刀柄	7#	1	19	药杯	40ml	3	20	弯盘	190*116*25mm	1	21	弯盘	204*130*25mm	1	22	碗	Φ 140mm	1	23	碗	Φ 160mm	1
序号	产品名称	规格	数量																																																																																																		
1	海绵钳	25cm	1																																																																																																		
2	海绵钳	25cm	1																																																																																																		
3	帕巾钳	11cm	4																																																																																																		
4	弯止血钳	125 mm	6																																																																																																		
5	弯止血钳	140 mm	4																																																																																																		
6	弯止血钳	160 mm	2																																																																																																		
7	持针器(小)	16cm	2																																																																																																		
8	线剪(小)	140 mm	1																																																																																																		
9	组织剪(小)	140 mm	1																																																																																																		
10	甲状腺拉钩	21cm	2																																																																																																		
11	显微镊	12.5cm	2																																																																																																		
12	拉钩	16cm 钝	2																																																																																																		
13	剥离子	7mm	1																																																																																																		
14	骨锤(小)	450g	1																																																																																																		
15	咬骨钳(小)	6mm	1																																																																																																		
16	骨刀(小)	6mm	1																																																																																																		
17	刀柄	4#	1																																																																																																		
18	刀柄	7#	1																																																																																																		
19	药杯	40ml	3																																																																																																		
20	弯盘	190*116*25mm	1																																																																																																		
21	弯盘	204*130*25mm	1																																																																																																		
22	碗	Φ 140mm	1																																																																																																		
23	碗	Φ 160mm	1																																																																																																		
11	特殊补充手术包	1	套	工业	每套货物包含如下产品: <table><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>胸腔止血钳</td><td>角弯 16cm</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>骨科撑开器</td><td>双关节型 140mm 3*4 钝齿</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>医用电钻</td><td>空心电钻</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>钻头</td><td>2.5*115</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>钻头</td><td>2.0*115</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>钻头</td><td>1.8*115</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>骨锤</td><td>550g</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="14">8</td><td colspan="3">断钉取出专用器械包</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(十字型) 0.5mm</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(四方型) 1.1mm</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(四方型) 1.2mm</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(四方型) 1.5mm</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW1.5</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW2.0</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW2.5</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW3.0</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW3.5</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW4.0</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW4.5</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW5.0</td><td>1</td></tr><tr><td>骨科用螺丝刀</td><td>(六角型) SW5.5</td><td>1</td></tr></table>	序号	产品名称	规格	数量	1	胸腔止血钳	角弯 16cm	2	2	骨科撑开器	双关节型 140mm 3*4 钝齿	2	3	医用电钻	空心电钻	2	4	钻头	2.5*115	3	5	钻头	2.0*115	3	6	钻头	1.8*115	3	7	骨锤	550g	1	8	断钉取出专用器械包			骨科用螺丝刀	(十字型) 0.5mm	1	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.1mm	1	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.2mm	1	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.5mm	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW1.5	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW2.0	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW2.5	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW3.0	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW3.5	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW4.0	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW4.5	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW5.0	1	骨科用螺丝刀	(六角型) SW5.5	1																					
序号	产品名称	规格	数量																																																																																																		
1	胸腔止血钳	角弯 16cm	2																																																																																																		
2	骨科撑开器	双关节型 140mm 3*4 钝齿	2																																																																																																		
3	医用电钻	空心电钻	2																																																																																																		
4	钻头	2.5*115	3																																																																																																		
5	钻头	2.0*115	3																																																																																																		
6	钻头	1.8*115	3																																																																																																		
7	骨锤	550g	1																																																																																																		
8	断钉取出专用器械包																																																																																																				
	骨科用螺丝刀	(十字型) 0.5mm	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.1mm	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.2mm	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(四方型) 1.5mm	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW1.5	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW2.0	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW2.5	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW3.0	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW3.5	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW4.0	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW4.5	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW5.0	1																																																																																																		
	骨科用螺丝刀	(六角型) SW5.5	1																																																																																																		

						骨科用螺丝刀	(梅花型)T2.3	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T2.7	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T3.2	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T3.4	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T3.8	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T4.3	1
						骨科用螺丝刀	(梅花型)T5.3	1
						螺钉打滑取出器	(直型) SW2.5 细	1
						螺钉打滑取出器	(直型) SW2.5	1
						螺钉打滑取出器	(直型) SW3.5	1
						螺钉打滑取出器	(直型) SW4.0	1
						骨锯	(空心环型) Φ2.7	1
						骨锯	(空心环型) Φ3.0	1
						骨锯	(空心环型) Φ4.0	1
						骨锯	(空心环型) Φ5.0	1
						骨锯	(空心环型) Φ6.5	1
						骨锯	(空心环型) Φ8.0	1
						骨锯	(空心环型) Φ10.0	1
						螺钉打滑取出器	(直型) Φ3.5	1
						螺钉打滑取出器	(直型) Φ4.5	1
						螺钉打滑取出器	(直型) Φ6.0	1
						螺钉打滑取出器	(直型) Φ6.5	1
						骨科用螺丝刀	(一字型) 3.0mm	1
						骨科用螺丝刀	(一字型) 7.0mm	1
						骨科钻头	(直型) Φ4.0	1
						骨科钻头	(直型) Φ6.0	1
						骨科钻头	(直型) Φ8.0	1
						钩针	直型杆	1
						骨铰刀	锥刃型	1
						取钉器	T 型	1
						骨刀	半圆直型 8mm	1
						取钉器	T 型 3.5	1
						取钉器	T 型 4.5	1
						取钉器	直型	1
						快装手柄	T 型	1
						快装手柄	直型	1
						器械箱	/	1
				9		钢丝剪	24cm	1
				10		大力剪	56cm	1
				11		持物筒	中	4
				12		海绵钳	环型 250*10mm 弯头 有齿	4

二、项目商务要求

报价要求	1. 本项目竞标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。
合同签订时间要求	自成交通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同。

质保期	货物（耗材除外）自验收合格正常使用后不少于一年的免费质保期（本表中如有特别要求的按其要求，同时若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修），定期回访；按国家规定和厂家承诺实行“三包”。质保期内货物发生一般故障时，维修响应时间 2 小时内，维修到达现场时间 48 小时内，如在 48 小时内未能解决维修故障的，需提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，如需更换零部件成交供应商须保证提供优惠价格的配件供应和服务，24 小时内响应。
验收标准及要求	1、国家强制性技术标准及有关规定。 2、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作。 3、本项目因成交供应商提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由成交供应商承担相应的法律责任。 4、验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由成交供应商承担。
售后服务要求	1、竞标供应商提供的货物必须是具有合法销售途径的原装全新合格产品。产品符合国家行业有关标准及安全规定；若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 2、成交供应商负责免费送货至用户使用安装地点、安装、调试。 3、培训：成交供应商提供免费技术培训；负责采购单位操作及维修人员的免费培训服务，在安装调试过程应让采购单位操作人员参与，并进行现场培训，使相关人员具备熟练操作设备、了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障的能力； 4、成交供应商必须提供包含设备生产商编写的中（英）文版的性能参数描述文件；提供操作、维护、安装手册。
交付使用期及交货地点	1、交付使用时间：自签订合同之日起 30 日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 2、交货地点：柳州市内采购单位指定的地点。
付款条件	本项目无预付款,全部货物交货及安装调试完毕，经验收合格交付使用之日起 7 个工作日内，凭成交供应商开具的全额发票按程序一次性支付完全部合同款。采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
备品备件及耗材等要求	配套符合安全、环保要求的包装。
产品厂商授权	为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在签订合同后正式供货时必须提供生产厂家针对本项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。造成的违约损失由成交供应商负责。

其他要求	竞标时，供应商可提供包含货物生产商编写的中（英）文版的性能参数描述文件（可以从网页下载的 PDF 或 HTML 文件及生产厂家正式对外发布的印刷宣传彩页），以便评审时核对；当竞争性谈判响应文件技术响应、偏离情况说明表中的货物技术性能参数、配置等与该货物生产商提供的宣传材料性能、医疗用品注册证书及附件参数不相符合时，以货物生产商提供的宣传材料性能、医疗用品注册证书及附件参数为准。
核心产品	本项目核心产品为：第 2 项“脊神经根后根部分切除术（FSPR）手术包”。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后最终报价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；最终报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组确定一个供应商获成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
三、进口产品说明	
▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的，响应文件按无效响应处理。	

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等

			(制冷量>14000W)	级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风
			(制冷量≤14000W)	管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)

		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前

(3) 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

(4) 信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(3) 响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

(4) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家(本章3.7条规定除外)的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题

表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- 3) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
- 4) 响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

- 6) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
- 8) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的；

11) 技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13) 谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15) 谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16) 未响应谈判文件实质性要求;

17) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的;

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的;

3) 供应商未进行竞标报价或者存在漏项报价的; 供应商未就竞标的单项内容作唯一报价的; 供应商未就所竞全部内容作完整唯一总价报价的; 供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外);

4) 最后报价超过竞标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

5) 修正后的报价, 供应商不确认的; 或者经供应商确认修正后的最后报价超过规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审, 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目, 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时, 采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部 74 号令) 第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的, 不得进入谈判环节, 应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”第 26 条确定的顺序, 集中与单一供应商分别进行谈判, 并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判, 未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利, 其响应文件按无效响应处理。

4.2 在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容, 实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件, 并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的, 若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时, 必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的, 必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的, 视同退出谈判, 其响应文件按无效响应处理。

4.5 谈判中, 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查, 通过审查的合格供应商不足 3

家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，除本章第 3.7 条外，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6 谈判小组收齐最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞标报价给予 20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即 $\text{评标价} = \text{最后报价} \times (1 - \text{扣除比例})$ 。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾

人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 除上述情况外，评标价=最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

响 应 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

分标号

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或者盖章）：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

联合体竞标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

.....

日期： 年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1. 报价商务技术文件封面格式

响 应 文 件

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

分标号：

年 月 日

2. 报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价, 或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交, 或者事先约定由某一特定供应商成交, 然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年 月 日

竞 标 报 价 表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____

分标号： 01 分标

单位：元

序号	标的的名称	商标 品牌	规格 型号	生产 厂家	数量 ①	单位	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	预算 单价
1	红外线治疗仪				2	台			2000
2	注射泵				12	台			9000
3	测压表（气管切开）				1	个			2500
4	护理床				19	张			4500
5	不锈钢洗澡椅				4	台			4500
6	电动流产吸引器				1	台			25000
7	光固化树脂灯				2	台			3000
8	智能手康复训练仪用手套（中号）				4	只			1800
9	湿化器				2	台			4000
10	电动减重步态训练系统				1	台			40000
11	隔物灸仪				3	台			2000
12	输液泵				4	台			8000
13	不锈钢洗澡车				2	辆			3000
14	洗澡用铝合金轮椅				1	辆			1600
15	全躺铝合金轮椅				1	辆			1800
16	抢救车				1	台			4000

17	治疗车				3	台			2000
18	光子治疗仪				1	台			97000
19	医用骨科牵引床				12	张			5000
20	病人监护仪				2	台			36000
21	床单位臭氧消毒机				1	台			12000
22	麻醉机 (核心产品)				1	台			239000
23	麻醉车				1	台			7000
24	无影灯				1	台			50000
合计金额大写：人民币_____（¥_____）									

分标号： 02 分标

单位：元

序号	标的的名称	商标 品牌	规格 型号	生产 厂家	数量 ①	单位	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	预算 单价
1	肌力肌张力调整 术包（二期）				2	套			4100
2	颈动脉外膜剥脱 术(CPS)手术包 (核心产品)				2	套			5600
3	脊神经根后根部 分切除术（FSPR） 手术包				2	套			22000
4	上肢手术包				1	套			10600
5	下肢手术包				1	套			10600
6	小器械手术包				6	套			4600
7	取内固定手术包				1	套			8600

8	关节镜手术包				2	套			3000
9	胸腰椎手术包				1	套			30500
10	手外手术包				1	套			6700
11	特殊补充手术包				1	套			19000
合计金额大写：人民币_____（¥_____）									

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章，否则其响应文件按无效响应处理。
2. 供应商的各项货物竞标单价均不能超过预算单价，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
5. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

(非联合体竞标格式)

(如有委托时)

致：(采购人名称)：

我(姓名)系(供应商名称)的(□法定代表人/□负责人/□自然人本人)，
现授权(姓名)以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理
针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代
理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字)： 法定代表人(签字或者盖章)：

委托代理人身份证号码：

供应商(盖公章)：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上
亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

(联合体竞标格式)
(如有委托时)

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

分标号：_____

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明

注：

- 1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的“项目商务要求”逐条明确响应，并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：_____

项目名称：_____

分标号：_____

序号	货物名称	数量及 单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指 标及配置

注：

货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

技术要求偏离表

采购项目编号：_____

购项目名称：_____

分标号：_____

序号	货物名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的“项目技术要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标服务响应情况及承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：

1、受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、判供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出质疑，质疑
事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

合同编号：

采购人（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____

项目名称：_____ 项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

本合同为中小企业预留合同：（否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无

第五条 交付和验收

1. 交付时间： ；交付地点：甲方指定地点

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：一般公共预算资金。

2. 付款方式：本项目无预付款, 全部货物交货及安装调试完毕, 经验收合格交付使用之日起 7 个工作日内, 凭乙方开具的全额发票按程序一次性支付完全部合同款。甲方未收到合格有效发票的, 有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票, 并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

第九条 履约保证金

01 分标履约保证金金额：按合同价款的2%；02 分标不收取。

在合同签订前交到甲方财务管理部门。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区荣誉军人康复医院

开户银行：农行柳州分行天山支行

银行账号：20109501040003821

签订合同后, 如乙方不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿。

履约保证金符合退还条件的, 甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 15 天内退 还履约保证金（无息），如未在规定时间内退还的, 乙方可予以催告, 甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担, 合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 采购需求；
3. 竞标声明书；
4. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
5. 应答文件（如有）和最终报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：

电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码: