

# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：  
本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5. 本项目采购标的所属行业：租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

一、技术要求			
序号	标的的名称	数量及单位	技术要求
1	医疗设备资产管理服务	2年	<p>1. 医疗设备的技术保障要求</p> <p>1.1 总体要求</p> <p>1. 1. 1 采购人为中标人提供办公场地、维修间及备件储备仓库，中标人需在采购人处建立服务中心，并派驻院服务工程师，配合采购人现有作息制度建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，为采购人提供7*24小时全天候医疗设备服务。</p> <p>1. 1. 2 中标人工程师应树立为采购人，病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人或采购人设备科维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行。</p> <p>1. 1. 3 中标人的服务工程师要遵守采购人的规章制度，听从采购人指派人员的指导。工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。非中标人造成的人为故意破坏、摔坏、不按设备操作规范要求造成设备损坏、采购人配套设施（水、电、空调等）不符合设备运行要求造成设备损坏及不可抗力造成设备损坏维保所需备件不在中标人服务范围内，但需提供技术支持。</p> <p>1. 1. 4 中标人须对需维保的设备制定“保养维护维修规范”或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据（有标准值、有实测值）、有判断、有结论。每次维修保养服务，服务工程师必须填写维修保养工作单（必须使用采购人认可的格式），工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件等内容，并按采购人医院规定流程验证签名确认，交采购人医院负责人保存。</p> <p>1. 1. 5 中标人在本项目服务过程中及服务结束后，在未得到采购人允许的情况下，均不得以任何形式向第三方泄漏与该项目相关的任何信息、数据、图表等资料，如有违反，采购人有权向中标人追究相关法律责任及相关经济损失。</p> <p>▲1. 1. 6 本项目所有服务由中标人独立完成，不允许转包给第三方，</p>

		<p>特殊大型医疗设备及采购人要求由原厂提供保修的设备除外。合同签订后如发现分割转包现象，采购人有权依法终止合同。</p> <p>1.2 服务人员要求</p> <p>▲1.2.1 中标人需为采购人提供不少于3名定点工程师，其中包含一名项目管理人员。定点服务工程师应具备医疗设备维修或电子工程或生物医学工程等相关专业背景或三年以上医疗设备维保工作经验。投标人须在投标文件中提供不少于3名定点工程师的学历/职称证书、工作经验证明、或由设备厂家或相关机构颁发的培训合格证书等任何能证明其专业能力的材料，否则按无效投标处理。</p> <p>1.2.2 中标人需围绕采购人医疗设备服务要求聘用工作人员，驻院工程师必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。</p> <p>1.2.3 有特殊要求的设备，如特种设备、射线装置等，检查、保养、维修必须严格遵守和执行特种设备安全法等相应安全规范、规定及要求，服务人员必须具备相应作业资格证，严禁无证作业。对其他需要专业资质证的维保作业，中标人必须安排或聘请有相应资质证的人员执行作业。否则算严重违章违约行为，将予以处罚。</p> <p>1.2.4 若中标人驻院工程师不能解决的故障，中标人支援工程师需在24小时内到场为故障现场提供协助。</p> <p>▲1.2.5 中标人对服务人员应严格按国家有关法律、法规的要求交纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤和生育险等福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人的服务人员应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。</p> <p>1.3 维修工作要求</p> <p>▲1.3.1 响应时间要求：中标人收到设备使用部门报修需求后，驻场服务工程师需在20分钟内到达设备故障现场；生命支持类设备报修，驻场服务工程师需在10分钟内到达故障现场；非工作时间的紧急报修，驻场服务工程师需在2小时内到达故障现场。</p> <p>▲1.3.2 开机率要求：中标人需保障项目参保的医疗设备年平均开机率≥95%（一年按365天计算），每低于1%保修期顺延3天。 开机率定义说明：开机率=（365天-设备停机时间）/365天。设备停机时间是指：设备因故障导致的在工作时间内无法正常使用的时间，不含科室假期停诊及设备正常保养、检测、计量的正常停机时间。</p> <p>1.3.3 中标人具备可视化远程维修服务支持平台，对于现场不能解决处理完成的设备问题，可通过远程服务支持平台，及时指导修复设备。</p> <p>1.3.4 同一故障一个月内若超过三次无法修复，采购人有权选择原厂或第三方工程师前来维修，所产生的费用由中标人支付。</p> <p>1.3.5 一般性故障要求即时修复，不能即时修复的较复杂故障原则上三日内完成，不能自行修复的复杂故障原则上一周内修复，如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，尽量减少对使用科室的影响。</p> <p>1.3.6 对于采购人配备数量有限的生命支持类设备维修，若超过24小时不能修复的，中标人需提供备用设备，避免影响采购人正常诊疗工作。</p> <p>1.4 巡检工作要求</p> <p>1.4.1 中标人需通过每月定期巡检对医疗设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患并及时进行处理，</p>
--	--	---

		<p>避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。</p> <p>1. 4. 2 中标人需针对采购人项目服务范围内的医疗类型设备建立巡检计划，高压特种设备、大型医疗设备与重点设备（放射类影像设备及采购人制定的重点设备）每月至少巡检一次，其他设备每季度至少巡检一次。</p> <p>1. 4. 3 巡检内容：设备摆放位置检查、设备外观检查、设备开机运行状态（功能、性能、噪音、电池寿命等）检查、设备使用环境检查、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查等。</p> <p>1. 4. 3 巡检记录：巡检人员应定期记录设备使用当前的状态，同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关记录，有问题及时处理。</p> <p>1. 5 保养工作要求</p> <p>采购人需为项目范围内的医疗设备建立三级保养工作计划及服务规范，严格按国家相关规范及设备厂家维护保养手册进行维护保养工作。</p> <p>1. 5. 1 一级保养：</p> <p>一级保养主要由设备使用人员完成，主要内容为对设备每天进行的一种常规、简单的检查。一般检查设备开关机是否正常，运行有无异常，是否缺少附件，表面的除尘、清洁、设备的存放和保存，并做好使用记录。</p> <p>中标人需定期对设备使用人员提供技术支持及相关培训。中标人须帮助采购人各科室建立、完善一级保养工作机制。</p> <p>1. 5. 2 二级保养：</p> <p>(1) 外观检查：首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。</p> <p>(2) 清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。</p> <p>(3) 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。</p> <p>(4) 安全检查：</p> <p>a) 电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。</p> <p>b) 机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。</p> <p>(5) 保养周期：</p> <p>a) 纳入定期保养的设备（如生命急救类、大型及特种设备等）要求驻场工程师每季度至少进行一次设备的点检保养，特殊情况按照采购人要求的周期进行保养。</p> <p>b) 未纳入定期保养的其他医疗设备（如常规护理设备）要求驻场工程师每半年至少进行一次设备的保养维护校准。</p> <p>c) 特种设备严格按照国家《特种设备管理办法》维护保养并协助报检、陪检。</p> <p>d) 计量设备、压力表等严格按照国家规定维护保养并协助报检、陪检。</p> <p>e) 放射诊疗场所严格按照国家规定协助报检、陪检。</p> <p>1. 5. 3 三级保养要求</p>
--	--	---

		<p>(1) 由中标人对重点设备的主体部分或主要组件进行检查, 调整精度, 必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件, 抽样检查一些性能变差的电子元器件, 提前进行更换。</p> <p>(2) 更换易损件: 对已达到使用寿命及性能下降, 不合要求的元器件或使用说明中规定的定期更换的配件, 要及时更换, 预防可能发生的故障扩大或造成整机故障, 排除设备明显的和潜在的各种故障。</p> <p>(3) 性能测试校准: 对设备进行必要的校准和调整, 以保证仪器各项技术指标达到标准, 确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。</p> <p>(4) 保养周期: 大型医疗设备与重点设备至少每年保养一次, 特殊情况, 按照采购人要求进行保养。</p> <p><b>1. 5. 4 保养记录</b></p> <p>(1) 大型医疗设备与重点设备提供每年<math>\geq 1</math> 次的定期维护、保养、校准服务, 应提供详细的定期保养报告, 计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查, 以及非紧急性质的预防性维修, 并定期对设备的数据进行备份, 以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。保养报告上交设备科, 并做好记录。</p> <p>(2) 利用医疗设备管理软件系统, 建立医疗设备维修保养巡检的全过程记录。</p> <p>(3) 认真填写设备定期保养项目的内容, 做好设备的维修、保养记录, 包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。</p> <p>(4) 每次保养后记录单放回相应的档案内, 通过查看记录可以了解使用科室对维保服务情况的满意度。</p> <p>(5) 根据维保记录表的内容, 分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障, 追踪设备的故障和维修情况, 动态掌握和分析设备故障的原因, 了解配件的更换情况。</p> <p><b>1. 6 质量控制要求</b></p> <p>1. 6. 1 根据采购人医院等级管理的要求, 中标人需协助采购人对相关设备进行质量控制管理及不定期的筛查, 制定合理的质量控制方案。</p> <p>1. 6. 2 风险管理, 医学装备在临床使用过程中存在物理风险、临床风险、技术风险等, 为了达到避免风险发生或者降低发生的概率、减少风险发生时造成伤害的目的。中标人须根据 YY/T0316-2016 与 IS 014971 做好医学装备风险等级评估和管理。</p> <p>1. 6. 3 规范操作, 中标人派驻的人员严格按照设备操作规范进行操作, 禁止胡乱操作损毁设备。</p> <p>1. 6. 4 中标人需根据采购人生命急救类设备的储备情况, 建立备用机管理制度, 对于采购人保有量少的生命急救类设备建立备用机管理制度, 对维修时长超过 24 小时的生命支持类设备, 需 24 小时内调派备用机供采购人使用。</p> <p>1. 6. 5 中标人需协助采购人完成设备送检、迎检工作, 并将计量、校准的记录统一归档和管理。</p> <p>1. 6. 6 人员培训, 中标人可根据采购人需求, 不定期对设备操作使用人员再培训, 解决操作使用人员独立使用设备或仪器过程中遇到的技术问题, 提高他们对设备各项功能及临床运用的实操能力, 并引领他们对设备日常基本维护保养的一些技巧进行深入的学习。</p> <p><b>▲1. 6. 7 投标人须具备为采购人提供大型医疗设备 (如 CT、DSA 等) 及常用生命支持类设备质量控制与性能检测服务的全面能力。该服务可由中标人直接提供, 亦可由其协调具备法定资质 (如 CMA/CNAS)</b></p>
--	--	---

		<p>的第三方机构完成，但中标人须承担全部组织、协调与归档责任。为证明具备此能力，投标人须在投标文件中提交有效证明，如自身 CMA/CNAS 资质证书、与第三方检测机构的合作协议、或过往成功案例（合同及验收报告）等。未能提供有效证明的，按无效投标处理。</p> <p>1.7 配件及耗材要求：</p> <p>1.7.1 中标人负责对采购人院内参保设备零配件（非一次性使用的）的更换，所更换的零配件须符合医疗设备运行参数的全新合法配件。对于一次性耗材、消耗性耗材、手术器械耗材不在项目范围内，相关费用由采购人承担，其他常规耗材及高值易耗品由中标人承担。</p> <p>1.7.2 一次性耗材、消耗性耗材及手术器械耗材包含范围主要内容如下：</p> <p>1.7.3 一次性耗材：设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料，主要为用于诊疗过程中与病人接触且只用一次的耗材。如口罩、呼吸面罩、鼻塞、手套、输液管路、注射器、电极片、一次性血气氧探头、样品杯等。</p> <p>1.7.4 消耗性耗材：主要指用于设备附件设备或辅助诊疗的材料，如：胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、再生剂（活性炭、树脂、石英砂）、钠石灰、钙石灰、血透细菌过滤器、负极板、高低温包装材料、电池（氧电池）、电刀笔、单极电凝线、盐、真空油、钬激光光纤等。</p> <p>1.7.5 手术器械类耗材：主要指手术耗材及检验类附件，如：活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械。</p> <p>1.7.6 超声探头及内窥镜镜头属于设备附属部件，只修不换。</p> <p>1.7.7 对于服务过程中双方界定有争议的设备耗材，双方另行协商确定。</p> <p>1.8 医疗设备管理软件要求：</p> <p>中标人须向采购人提供一套医疗设备管理软件用于日常设备管理工作，中标人需具备设备管理软件维护与更新能力。医疗设备管理信息系统在资产盘查完成经采购人审核通过签订合同后一个月内安装调试运行，该系统须能为采购人提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，可以按采购人要求定制报表。管理软件涵盖功能包括：采购管理、安装验收、出入库管理、设备管理、维修管理、保养巡检管理、计量管理等模块。</p> <p>1.9 协助采购人等级评审工作要求</p> <p>1.9.1 中标人需协助采购人按照《医院评审标准实施细则》相关条款解读内容，做好支撑资料的整理，以 PDCA 为准线：维修、巡检、保养、计量、考核、培训、风险管理、应急调配、事故预案及演练、三级安全教育等支撑资料的完善及整理。</p> <p>1.9.2 按照相关规定及要求协助采购人做好等级评审及验证工作，提供设备维修记录、历史维修汇总分析、巡检保养执行及汇总分析、科室培训及考核监管、应急事件及应急调配处理及预案、现场及工作环境符合 6S 相关规定。</p> <p>2. 设备管理清单详见本章附件 1《设备清单》。</p>
--	--	---

## 二、商务条款

合同履行期限和地点	1. 合同履行期限：2 年。 2. 服务地点：北海市中医医院（新旧两院区），具体地点由采购人指定。
合同签订	自中标通知书发出之日起 25 日内签订。

时间	
报价要求	<p>1. 本项目采购预算为人民币 5000000.00 元；投标报价超过采购预算的，按无效投标处理。</p> <p>2. 本项目的投标报价应包括但不限于提供本次采购范围内整体管理服务产生的所有成本、所需工具辅材、部分配件、调试、检验、维护、与医院现有信息管理系统对接的接口费用、系统及相应升级、培训、验收、税金、利润等本项目实施所涉及的一切费用，投标人应综合考虑在投标报价中。</p>
付款方式	签订合同后，按季度平均支付（如有罚款的，须扣除相应罚款后再支付）。支付期限为服务期每满一季度满后，中标人向采购人开具合法等额发票，采购人收到发票后 10 个工作日按以下方式无息支付。
保密要求	采购人和中标人双方在采购和履行合同过程中所获悉的信息属于保密内容，采购人和中标人双方均有保密义务。
包装和运输	无要求。
保险	满足项目实施要求。
服务质量考核内容	采购人采取每年定期考核的方式对中标人进行考核（详见附件 2《服务质量考核表》）。采购人依据考核服务标准及内容、本项目需求、中标人投标文件承诺以及双方签订的政府采购合同，每季度末和每年底均对中标人进行考核，以 80 分作为合格分数线，80 分以下每低一分扣除该季度服务金额的 3%（罚款的费用从每季度的款项中扣除），罚款标准上限为该季度合同金额的 3%，当得分低于 70 分时，采购人有权依法终止合同。
权利保障	中标人所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标人的法律责任，其不利后果由中标人全部承担。
验收标准	<p>1. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及本标项的招投标文件要求。</p> <p>2. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>3. 采购人验收时将对照招标文件的技术要求及投标文件响应情况进行全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>4. 招标项目有其他要求的按其要求。</p>
<b>二、与实现项目目标相关的其他要求</b>	
<b>(一) 供应商的履约能力要求</b>	
业绩要求	2023 年 1 月 1 日以来至投标文件递交截止日期止（以合同签订日期为准），投标人提供同类项目业绩，符合第四章“评标方法及评标标准”的可予以加分。
履约能力要求	投标人可针对本项目特点，投入相应的专业技术人员，同时须指定一名项目负责人。
<b>(三) 采购人的特殊要求及说明</b>	
<b>1. 现场考察</b>	
本项目涉及对医院相关设备维修保养及系统建设维护，因涉及维保设备及系统建设内容复杂，无法就其内容做出完整的文字描述，将统一组织所有中标人进行现场考察。现场考察所有发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：	
1. 现场考察统一集合时间：2025 年 11 月 26 日上午-时-分至-时-分（由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，不利后果由投标人自行承担）。	
2. 现场考察集合地点：北海市中医医院大门口（北海市新建路 1 号）	

3. 联系人：秦工，联系电话：0779--2026427。
4. 参与现场考察的人员为法定代表人本人的，须提供相应身份证复印件及主体资格证明（如营业执照）副本复印件（须加盖单位公章）；参与现场考察的人员为委托代理人的还须同时提供授权委托书原件及委托代理人身份证复印件前往并签到（签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。
5. 投标人参加现场考察时有义务详细了解项目现状。投标人一旦成交，即视为已充分理解并认可招标文件所述的全部要求及现场条件。双方履约的基础以招标文件、投标文件及合同为准。如因招标文件存在明显错误或遗漏，双方应本着诚实信用原则协商解决。

#### **（四）其他要求**

投标人针对本项目提供的自行编制项目实施方案、项目质量控制措施（如有）、拟投入人员管理方案（如有）及服务承诺，同时可根据第四章“评分内容”的要求提供企业实力（如有）等相关证明材料，符合评分要求的，予以加分，不提供不作废标处理。

## 附件 1：《设备清单》

医疗设备资产总值约 1.11 亿元（不含检验设备），数量约 4250 台（套），含医用成像设备、呼吸麻醉和急救设备、医用诊断和护理设备、检验设备、血透设备、手术器械、中医诊疗设备、口腔科设备、医用康复器械、医用消毒灭菌设备、供氧中心及制剂室设备等，详情如下（具体数量以双方最终盘点后确认设备数量为准）。

设备名称	设备型号	数量
病历夹	不详	20
JK279RB 钢针剪	220 镊片	5
0 度鼻内窥镜	4mm/175mm	2
0 度鼻内窥镜	BE-1	3
0 度鼻内窥镜	不详	1
0 度耳内窥镜	2. 7mm/110mm	3
0 度耳内窥镜	EE-1	2
1. 5T 磁共振成像系统	Achieval. 5T	1
12. 5cm 敷料镊	不详	6
12. 5cm 弯钳	不详	12
12. 5cm 直钳	不详	12
12. 5cm 组织镊	不详	6
12 导心电图机	R12	1
14#直钳	不详	6
14cm 持针钳	不详	4
14cm 弯尖剪刀	不详	2
14cm 弯钳	不详	12
14cm 直尖剪刀	不详	2
16#碗	不详	6
16 排 CT 机	BSES (16 排)	1
18#卵圆钳	不详	6
24 小时动态心电图机	百惠 CT-086S	1
24 小时动态心电图机	不详	1
3#刀柄	不详	6
4F 鼠齿抓钳	不详	2
4K27 寸高清液晶监视器	LMD-X2705N	1
50mm 厚纯色地垫 (63 平米)	HY-DD	1
5F 硬性取石钳	不详	1
60 格病历车	不详	1
70 度鼻内窥镜	4mm/175mm	1
70 度喉内窥镜	HE-1	2
70 度喉内窥镜 (带手柄)	6mm/185mm	2
9cm 布巾钳	不详	10
ABS 病历夹本	不详	60
ABS 单摇病床	不详	6
CT 双筒高压注射器	ANT200200L	1
C 形臂 X 射线机 (骨科购买)	OEC850	1
DR 工作站软件	不详	1
GE 多参数监护仪	DASH2500	3
GQ105 管式离心机	GQ105	1
J18BX 电脑中频 (透热) 治疗仪	不详	2

JK279RB 钢针剪	220, 镶片	5
JK279RB 钢针剪	220 镶片	5
LED 冷光源	5166001	1
LP10 呼吸机	LP10	1
MRI 高压注射器	ANT065115	1
MRI 膝关节 MRI 线圈	KN80	1
MRI 足踝关节线圈	FA80	1
MR 专用无磁转运床	XD-2064	1
o 型输液架	不详	1
PICCO 监测模块	迈瑞	1
PT 椅	BR-PTD-C1	5
PT 治疗床	BR-PTC-01	2
Q 开关激光治疗仪	KL-M	1
TDP 特定波治疗仪	大灯	1
YDQ-6S 制丸机 (加轮子)	YDQ-6S	1
ZC037RN 精细手术剪	100, 直尖, 小血管	6
ZC039RN 精细手术剪	100, 弯尖, 小血管	14
ZC037RN 精细手术剪	100, 直尖, 小血管	6
ZC039RN 精细手术剪	100, 弯尖, 小血管	14
ZD668MB 整形镊	125×0.6, 直, 有钩, 精细型	20
ZE016R 组织钳	160, 直	20
ZE440R 帕巾钳	160, 尖头	40
ZH442R 止血钳	160, 直, 全齿	10
ZK042R 骨锤	200/75g	5
ZK114R 平骨凿	125*4, 直形, 圆柄	2
ZK114R 平骨凿	125×4, 直形, 圆柄	2
ZK115R 平骨凿	125×6, 直形, 圆柄	3
ZK115 平骨凿	125*6, 直形, 圆柄	3
ZK165R 骨科复位钳	190. 带尖	4
ZK166R 骨科复位钳	210. 带尖	2
ZK186R 骨科复位钳	155, 带尖	4
ZK186R 骨科复位钳	155. 带尖	2
ZK232R 骨科复位钳	260, 髌骨	6
ZK232R 骨科复位钳	260. 髌骨	2
ZK273R 钢针剪	200×Φ1.2	5
ZK275R 钢针剪	350*(1-4Φ)	1
ZK275R 钢针剪	350× (Φ1-Φ4)	1
ZK803R 骨刮匙	160*3*4, 锐, 双头	4
ZK803R 骨刮匙	160×3×4, 锐, 双头	4
ZK847R 骨刮匙	200*Φ6/5*10 双头	2
ZK847R 骨刮匙	200×Φ6 / 5×10, 双头	2
ZK848R 骨刮匙	200*Φ8/7*14 双头	2
ZK848R 骨刮匙	200×Φ8 / 7×14, 双头	2
ZK849R 骨刮匙	200*Φ10/9*17 双头	2
ZK849R 骨刮匙	200×Φ10 / 9×17, 双头	2
ZQ317R 骨锤	230/270g	15
ZQ687R 骨膜剥离器	180*10. 弯. 平刃	2

ZQ687R 骨膜剥离器	180*8. 弯. 平刃	2
ZQ687R 骨膜剥离器	180*9. 弯. 平刃	1
ZQ687R 骨膜剥离器	180×8, 弯, 平刃	5
ZQ771R 骨膜剥离器	270*12*15	5
安图流水线制水机泵	不详	1
按摩床	HY-AMC	1
奥林巴斯 CX23 光学显微镜	不详	1
奥林巴斯 CX23 生物显微镜	CX23+2000 万成像系统	1
奥林巴斯腹腔镜冷光源线	不详	1
拔牙钳	右上颌成人	3
拔牙钳	阻生牙成人	3
拔牙钳	左上颌成人	3
拔牙钳 (成人型)	222#	2
拔牙钳 (成人型)	48#	2
拔牙钳 (成人型)	65#	2
拔牙钳 (儿童型)	1#	2
拔牙钳 (儿童型)	2#	2
拔牙钳 (儿童型)	3#	2
拔牙钳 (儿童型)	4#	2
拔牙钳 (儿童型)	5#	2
拔牙钳 (儿童型)	8#	2
白内障手术器械	不详	1
白内障手术器械一批	不详	1
板框过滤器	不详	1
半环形肛门镜	不详	2
包装蓝框	230×370×50	10
背部仿真针刺练习平台	GD/C00022	2
被服污车	不详	1
鼻窦镜	不详	4
鼻窦内窥镜	0 度	4
鼻窦内窥镜	不详	1
鼻喉内窥镜图像系统	不详	1
鼻内镜消毒盒	不详	8
鼻腔咬骨钳	反咬 360 度	1
鼻腔咬切钳	0 度	2
鼻腔组织钳	30 度	2
臂式电子血压计	不详	3
臂式电子血压计	欧姆龙	2
臂式血压计	不详	1
臂式血压计	欧姆龙	2
砭灸工具套装	北京五星康科技	2
扁桃体治疗器	不详	1
变频便捷式体外膈肌起搏器	DiaHealth-S	1
便捷式吸痰器	鱼跃 7E-C	2
便捷式氧气筒	2L	1
便捷式氧气筒	2 升	1
便携式彩超多普勒超声	不详	1

便携式除颤仪	不详	2
便携式灌装氧气筒	2L	1
便携式呼吸机	无创	1
便携式呼吸机	有创 510	1
便携式心电图机	ECG90A	1
便携式氧气瓶	鱼跃 2L	1
便携式氧气筒 4L	不详	1
便携式医用氧气瓶	LA-M4	2
表式血压计	不详	2
冰帽	不详	1
病床	不详	26
病床	带轮	1
病历车	25 格	1
病历车	40 格	1
病历车	60	1
病历车	60 格	2
病历车	不详	1
病历夹	不详	75
病历夹车	60 格	7
病历夹车	不详	1
玻珠	BR-BQ	10
剥离器直头宽 1	耳科术中用	1
剥离器直头宽 1.5	耳科术中用	1
哺乳期女性乳房模型	GD/A15111	1
不锈钢二层推车	大号	2
不锈钢妇科诊断床	不详	4
不锈钢急救车	不详	1
不锈钢夹层锅	300L	2
不锈钢器械推车	不详	1
不锈钢器械柜	E107	1
不锈钢器械柜	不详	1
不锈钢器械推车	不详	1
不锈钢抢救车	不详	2
不锈钢三折病床	不详	1
不锈钢扇形手术器械台	C101	1
不锈钢升降抢救床	不详	2
不锈钢手术升降圆凳	C103	3
不锈钢输液椅	不详	12
不锈钢踏脚凳	450*350*200	3
不锈钢推车	不详	1
不锈钢推车	二层	2
不锈钢推车	三层	3
不锈钢碗	内径 16cm	2
不锈钢污物车	不详	2
不锈钢下收送车	不详	1
不锈钢治疗车	HYD-105(加大)	1
不锈钢治疗车	不详	14

布巾钳	14cm	20
布巾钳	16#	10
采购液体分装机	不详	1
彩超	魅力 60	1
彩超机	DC-7	1
彩色 B 超	不详	1
彩色床边监护仪	T5	3
彩色多普勒超声系统	LOGIQ E9	1
彩色多普勒超声系统	Resona8	1
操作台 (带万向轮)	1800*1100*800	8
侧面操纵式综合手术台	不详	5
产床	WX-C1280	3
产床对接车	不详	2
产前宫颈变化与产道关系模型	GD/F20G	1
铲式担架	YJK-A-4	1
铲式担架	不详	5
场效应治疗仪	CG-200B	5
场效应治疗仪	YC-E0IIB	6
场效应治疗仪	不详	21
场效应治疗仪	广东羊城	3
场效应治疗仪	天水	2
超短波电疗机	DE-C-BII	2
超短波电疗机	DL-CB2	2
超声波清洗机	不详	1
超声波雾化器	WH-2000	2
超声波雾化器	WH-2000 型	6
超声波眼镜清洗机	WZ-JP124	1
超声刀换能器	TD-TB400	1
超声刀头	HK1405NCA	2
超声刀头	HK2305NCA	2
超声刀头	HK230A	5
超声刀头	HK3605NCA	2
超声刀头	HK360A	5
超声多普勒胎心检测仪	不详	3
超声多普勒胎心仪	SRF618D	1
超声多普勒胎心仪	TX100LQ	2
超声骨密度仪	不详	1
超声清洗机	MLQ-1800	1
超声软组织切割止血设备	G600	1
超声雾化机	420AI	4
超声雾化机	不详	14
超声雾化器	420AI	1
超声雾化器	WH-2000	2
超声雾化器	不详	12
超微破壁振动磨粉碎机	ZD-20	1
车载呼吸机	不详	1
成人麻醉咽喉镜	SKJ. MHP	3

成人全身无菌操作模拟人	GD/LV19B	1
持针钳	16cm 尖头	8
持针钳	粗头 14cm	20
齿轮泵双头液体分装机	双头, 齿轮泵	1
冲击波治疗仪	不详	1
抽湿机	TD-626L	1
臭氧发生器	不详	1
出诊箱	不详	2
除颤监护仪	5221C	1
除颤起搏监护仪	D2	2
除颤起搏监护仪	迈瑞 D2	1
除颤心电监护仪	TEC-5521C	1
除颤仪	AED7000	1
除颤仪	BeneHeartD1	1
除颤仪	TEC-5621	1
除颤仪	不详	1
除颤仪	迈瑞	1
除颤仪	普美康 XDIxe	1
储物槽	不锈钢	10
储物槽	直径 23cm 高 20cm	5
传呼分机	山东亚华	6
传呼器	BEY2000G	3
传呼器	YH-968	5
传呼器	不详	1
传呼器 (1 套)	BEY2000G	2
床边监护仪	T5	1
床边心电监护仪	UMEC12	3
床旁消毒机	CXJ-2	1
床头柜	480*480*750	9
纯水处理器	MERO-2000L	1
纯水机	不详	1
磁灸疗仪	不详	10
磁振热治疗仪	YS2002T	1
磁振热治疗仪	不详	1
打包机	不详	1
打包筐	200*300*70cm	10
打包筐	250×170×70	6
打包筐	340*250*70cm	10
打包筐	340×250×70cm	10
打粉机密封圈	不详	1
打粉机筛网	80 目	1
带警示透明洗胃机制模型	GD/H7-1	1
担架	不详	1
担架车	不详	3
单臂托盘	不详	1
单抽治疗车	不详	2
单导心电图机	ECG-101G	1

单导心电图机	ECG-6511	1
单道注射泵	TCI-II	2
单极电凝钩 (配单极电凝线)	3mm	1
单极电凝钩 (配单极电凝线)	康基 3mm	1
单架车	不详	2
单架推车	5600SF	1
单架推车	不详	1
挡眼板	不详	10
导光束	不详	1
德尔格麻醉机	FABIUSPLUS	1
等离子刀	朗迈	3
等离子空气消毒机	MMY-1000	2
低速直、弯气动机头	不详	1
低温等离子多功能手术系统	不详	1
低温等离子灭菌器	CASP-80A	1
电磁波治疗 (神灯)	重庆中芝 CQ-BS8	2
电磁波治疗仪	CQ-29P	2
电刀推车	不详	1
电动产床	JHDC-99B-1	1
电动打磨机	不详	1
电动打磨机	南韩 90	1
电动流产吸引器	YB-LX-3	1
电动流产吸引器	不详	1
电动流产吸引器	鱼跃 7A-23D	1
电动气压止血仪	ATS-1 单路	3
电动气压止血仪	ATS-1 双路	1
电动升降起立床	HB-701	1
电动吸痰机(旧)	7A-23D	1
电动吸痰器	7A-23D	2
电动吸痰器	7E-A	1
电动吸痰器	不详	1
电动吸引器	7A-23D	10
电动吸引器	不详	3
电动吸引器	鱼跃 7A-23D	5
电动吸引器负压	不详	1
电动洗胃机	不详	2
电动血压计	不详	1
电动血压计	欧姆龙	2
电动液压综合手术台	不详	1
电光分析天平	TG328A	1
电脑气压止血仪	ATS-I	1
电脑远红外按摩理疗床	ALC-1	1
电脑止血仪	ATS-I	2
电脑中频治疗仪	HB-ZPI	3
电脑中频治疗仪	J18B	3
电脑中频治疗仪	J18BX	1
电脑中频治疗仪	J48A	2

电热高温接种消毒器	不详	1
电热恒温鼓风发干燥箱	不详	1
电热蒸汽发生器	ZFQ-T-60D	1
电针机	SDZ-II	5
电针机	SDZ-II	15
电针机	SDZ-II 型	2
电针机(新)	6805	2
电针仪	6805	16
电针仪	KWD-808	2
电针仪	SDZ-II	2
电针治疗仪	6805	2
电针治疗仪	SDZ-II	3
电针治疗仪	SDZ-II	2
电针治疗仪	XYD-I	1
电子肠镜	CV70	1
电子秤	JSB-01	7
电子秤	JSB3-01	6
电子交流稳压器	不详	5
电子内窥镜图像处理器	电子镜主机 RCV-M1000	1
电子人体气管插管训练模型	GD/J5S	1
电子体温枪	不详	1
电子天平	精度 0.01g	2
电子胃肠镜	奥林巴斯 H170	1
电子胃镜	CV150	1
电子血压计	6111	6
电子血压计	HEM-601	1
电子血压计	hem6182	4
电子血压计	hem7136	4
电子血压计	臂式	8
电子血压计	臂式(欧姆龙)	2
电子血压计	臂式 7136	2
电子血压计	不详	4
电子血压计	欧姆龙	2
电子血压计	欧姆龙(臂式)	1
电子血压计	腕式	8
电子血压计	鱼跃	2
电子血压计(臂式)	HEM-7135	1
电子血压计(臂式)	不详	3
电子血压计(臂式)	欧姆龙	2
电子血压计(欧姆龙)	上臂式	1
电子血压计(腕式)	HEM-6230(代替 6200)	2
电子血压计(腕式)	HEM-8613	1
电子阴道镜	深圳理邦 C3HD	1
电子针灸仪	SDZ-11 型	1
调整眼镜使用加热烘筒	WZ-JP188P	1
丁字型开口器	不详	6
动静态平衡功能测评训练系统	LGT-5300B	1

动脉硬化检测仪	不详	1
督脉灸盒	不详	2
督脉灸灸盒（带盖子）	宽 12CM	3
短柄超声刀	TB-0520FC	1
短波治疗仪	D-L-BII	1
多参数监护仪	PM-7000	1
多参数监护仪	康泰	1
多参数心电监护仪	M9b	1
多参数心电监护仪	PM-7000	1
多参数心电监护仪	不详	2
多参数心电监护仪	迈瑞 3000	3
多功能病床	不详	1
多功能低频治疗仪	西安华亚 DY-I	2
多功能动力系统	OSSEOUNO	1
多功能呼吸机	SH200	1
多功能监护仪	不详	2
多功能监护仪	迈瑞 U10	2
多功能静脉穿刺输液手臂模	GD/HS2+	2
多功能麻醉机	Aes+iva7100	1
多功能牵引床	YHZ-IV	1
多功能升降床	不详	5
多功能提取罐	600L	1
多功能提取浓缩机	不详	1
多功能透明洗胃训练模型	GD/H80. 100	1
多功能透明洗胃训练模型（带瞳孔对光反射）	GD/H80. 100	1
多功能微波治疗机	WE2102-1	1
多功能小手术训练工具箱	GD/LV5	2
多功能治疗车	不详	5
多功能自助取片机	SDP-2H	4
多功能自助取片机	SDP-8T	2
多体位医用诊疗床	XY-K-SF-3	1
鹅颈灯	不详	13
儿科康复评估软件	不详	1
儿童步行训练用倾斜板	HY-QXB	1
儿童滑轨悬吊训练系统	SETPLUS4HY	1
儿童型简易呼吸囊	不详	2
儿童言语评估和训练系统	HY-ZQY	1
耳鼻喉科用手术器械一批	不详	1
耳鼻喉内窥镜	不详	5
耳鼻咽喉科 内镜系统+内镜	RT600、RT300、BJ1010、EJ2003、HJ3001	1
耳部、鼻腔术后清理器械	一批	1
耳部全息刮痧板	S 型	5
耳朵模型	约 22cm, pvc	2
耳朵穴位模型	19cm	1
耳科手术器械一批	不详	1

耳内窥镜	不详	1
耳穴模型	22cm	1
耳用(乳突)吸引管	2.0mm	3
耳用吸引管	1.8cm	5
二氧化碳激光治疗机	JC-100D	1
二氧化碳激光治疗仪	不详	1
二氧化碳瓶+气	不详	1
二叶肛门镜	不详	1
发光弹力球	BR-TLQ-01	10
发药车	不详	1
翻转式蒸汽夹层锅	600L	1
反光灯	不详	1
防辐射裙	铅当量 0.5	2
防辐射围领	铅当量 0.5	2
防护巾	不详	1
防褥疮气垫	不详	4
防褥疮气垫床	不详	3
仿真食品模型	上海申已	1
仿真水果	BR-FSG	3
放置叉	25#	10
非接触眼压计	不详	1
分光分度计	不详	1
分离钳(双动弯钳)	3mm	2
分离钳(双动弯钳)	康基 3mm	2
分指器	BR-FZB-01	1
粉碎机	PFZ-37-2	1
缝合练习模块	GD/LV3-1	10
缝合练习模块工具箱	GD/LV3	1
扶梯	不详	2
扶阳凳	成人型	2
扶阳罐	大(普及型 CLHG-1)	8
扶阳罐	小(点灸型 CLHG-4)	4
浮标式氧气吸入器	不详	2
俯卧位分离式垫	不详	1
负极板回路垫	不详	1
负压袋不锈钢架	2L	5
负压吸引	YF-X1	30
负压吸引(6套)	YF-X1	6
负压吸引表+配件(挂式单桶)	不详	3
负压吸引器	YF-X1	24
负压吸引器	不详	8
负压吸引终端	YF-X1	5
负压引流瓶挂瓶	不详	6
负压引流装置挂式单桶	不详	11
妇产科盆底治疗仪的线缆	2条主线,十条治疗线	1
妇产科用手术器械一批(腹腔镜)	不详	1
妇科检查手术床	JHC-06B	2

妇科射频治疗仪	BBT-RF-F	1
腹壁缝合钳	钩式	1
腹壁缝合钳	康基扁平	1
腹壁缝合钳	康基钩式	1
腹部拉钩	不详	1
腹腔穿刺仿真病人模型	GD/L261	2
腹腔镜穿刺器	3mm 磁片式	2
腹腔镜穿刺针	不详	2
腹腔镜胆囊抓钳	不详	2
腹腔镜电凝棒（带吸引）	不详	2
腹腔镜分离钳	90°	2
腹腔镜高清广角内窥镜	8935.442	1
腹腔镜甲状腺拉钩	不详	2
腹腔镜气腹机	不详	1
腹腔镜器械	不详	1
腹腔镜手术模拟训练系统	GD/W200	1
腹腔镜手术器械一批（桐庐优视）	不详	1
腹腔镜无损伤抓钳	不详	2
腹腔镜抓钳	鸭嘴	2
腹式缝合钳	扁平	1
感觉按摩球	BR-WWQ	2
感应水龙头	不详	2
干涉波疼痛治疗	LGT-280JV2	1
干式荧光免疫分析仪	不详	1
肛肠等离子治疗仪	9590	1
肛肠综合检查治疗系统	不详	1
高级 30 周早产儿模型	GD/FT331B	1
高级电子上臂肌内注射训练模型	GD/HS20E	1
高级电子臀部注射训练模型	GD/HS10A	1
高级动脉穿刺手臂模型	GD/HS4E	1
高级儿童气管切开护理模型	GD/H24	1
高级耳部冲洗模型	GD/LV40	1
高级分娩与母子急救模拟人	GD/F55	1
高级会阴切开缝合技能训练模型	GD/F3A	1
高级瘘管造口术护理模型	GD/H38	1
高级手臂血压测量训练模型	GD/HS7	1
高级手摇分娩机制示教模型	GD/F53	1
高级外科缝合手臂模型	GD/LV1	2
高级外科缝合腿模型	GD/LV2	2
高级吸痰练习模型	GD/H85	1
高级心肺复苏训练模拟人（全身）	GD/CPR10180	1
高级新生儿脐带护理模型	GD/H132	1
高级压疮（褥疮）护理模型	GD/H90E	1
高级婴儿护理模型	GD/H130	1
高级婴儿头皮静脉穿刺训练模型	GD/HS6E	2
高级幼儿静脉穿刺手臂模型	GD/HS33	2
高级着装式老年偏瘫护理模拟服	GD/H240	1

高级着装式老年行动模拟服	GD/H230	1
高级自动电脑心肺复苏模拟人(含笔记本电脑)	GD/CPR10350+	1
高流速输液泵	驼人 1100ml/h	1
高频电刀	POWER-420D	1
高频电刀	POWER-420X	1
高频电刀	不详	1
高频双极电刀	不详	1
高清电子胃肠镜系统	EPK-i5000、EG-2990i、EC-3890F、UW600	1
高清腹腔镜+外科能量系统(奥林巴斯)	腹腔镜 OTV-S7Pro 能量系统 USG-400	1
高清竖屏	不详	2
高清显示屏	不详	12
高效液相色谱仪	TV-1901	1
高压灭菌消毒器	不详	1
高智能数字网络化心电图模拟教学系统	GD/ZXD1900 教师机	1
高智能婴儿模拟人(男女)	GD/FT330	2
膏体包装机	YB10-50A	1
隔音室	不详	1
根管测量仪	不详	1
根管测量仪	啄木鸟 DPEXV	1
根管扩大机	啄木鸟 End of Smart	1
功能监护仪	不详	1
供氧器	鱼跃 2L	1
股四头肌训练器	BR-GST-C1	1
股四头肌训练椅	XYGS-2	1
骨创治疗仪	PT9801AL	1
骨导耳机	不详	1
骨科关节直钻头(西山)	GZT13040QH 关节镜用磨钻头	2
骨科尖嘴钳	上海金钟	5
骨科空心电钻	不详	5
骨科空心钻	YDJZ-II	1
骨科刨刀(西山)	GPD13040A 关节镜用刨削刀	3
骨科器械、神经外科器械	不详	1
骨科牵引床	不详	20
骨科牵引手术床	不详	1
骨科手术牵引床	不详	1
骨科手术显微镜系统(骨科购买)	不详	1
骨盆测量仪	不详	2
骨钻	JD-1007	1
骨钻	JD1008	3
骨钻	JD-1008	1
鼓风干燥箱	101-3-BS-II	1
刮痧治疗仪	xs-998G	1
关节镜	施乐辉	1
关节镜镜头	30 度	1

关节镜磨钻头	西山	3
关节镜刨削刀	西山	3
观片灯	单联	4
观片灯	双联	3
观片灯	四联	1
观片灯(双联)	GPD-2	3
观片灯(双联)	不详	1
光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型	MAW-170E	1
光固化机	不详	5
光固化机	啄木鸟 F 型	1
光固化机	啄木鸟型	2
光学相干断层扫描仪 (OCT)	拓普康 TPCON	1
棍针套盒	CNA112Q	2
过床板	不详	2
海尔冰箱	BCD-213KAN ZMD	1
豪华单摇病床	不详	4
恒速注射泵	TCI-II	2
恒温恒湿箱	HWS-50	1
恒温水浴箱	不详	1
恒温循环解冻箱	不详	1
红外偏振光治疗仪	ZZIR-ID	1
红外线接种环灭菌器	可调节档位	2
红外线治疗仪	不详	2
喉镜	不详	1
喉内窥镜	70 度	4
喉内窥镜 (70 度)	不详	4
喉内窥镜 (90 度)	不详	1
呼吸机	900C	1
呼吸机	PB760	2
呼吸机	Shangrila510S	1
呼吸机	SV300	1
呼吸机	科曼 V2A	1
呼吸机	迈瑞 SV300	1
呼吸机	谊安 VG70	1
呼吸机 (中央补助项目, 卫生厅配送)	迈柯唯 servo-i	2
呼吸加温湿化器	MR810	1
虎符铜砭刮痧板	大号	2
虎符铜砭刮痧板	小号	2
虎符铜砭刮痧板 (小)	小号	4
护理车	90*45*860	1
护理车	不详	3
护理床	不详	2
沪通高频电刀	不详	1
化学泄露应急处置箱	LQ1125A	1
踝关节抗阻训练	BR-HGJ-C1	2
黄疸治疗箱	戴维	1
活动紫外线车	不详	1

火龙罐	不详	3
火龙罐	大	2
火龙罐	大中小	1
火龙罐	小	1
火龙罐	小 (银)	2
火龙罐	小佛手金	2
火龙罐	中	3
火龙罐 (紫砂玄石)	不详	1
火烫术套装	CNA-HY01	1
机械助力盐水架	不详	2
机用马达	不详	1
激光坐浴机	不详	1
急救包	不详	2
急救保健箱	47cm*36.5cm*18cm 长度: 45-55cm	1
急救车	不详	1
急救箱	不详	4
集菌仪	杭州川一	1
几何拼图	BR-JHT-02	2
脊柱板	DT-PE007	1
脊柱板	不详	1
脊柱内镜下手术器械	不详	1
脊柱手术通道器械, 逐级撑开套筒	不详	2
加大治疗车	不详	1
加压输液器	不详	2
甲状腺检查训练模型	GD/LV51	1
肩抬举训练器	BR-JTJ	1
监护仪 (捐赠)	U10	2
煎药、包装一体机	WJB20	2
煎药、包装一体机	YJX2012	1
煎药包装一体机	YJ20/1+1	1
煎药机	YJ20/1+1 (50-250)	1
检眼镜	不详	2
检眼镜 (无线式)	YZIID	1
检影镜	不详	2
检影镜 (充电式、无线)	YZ24B	2
减压干燥箱	FZG-6	1
减重步态康复平台	XY-K-G3	1
剪刀 (双动弯剪)	3mm	1
剪刀 (双动弯剪)	康基 3mm	1
剪切波组织定量超声诊断仪	FT-3000	1
简单呼吸气囊	不详	1
简单呼吸气囊	鱼跃	1
简易版蜡疗机	D-392	1
简易负压吸引器	YF-X1	4
简易呼吸囊	不详	2
简易呼吸囊	台湾彦大	1

简易呼吸气囊	不详	7
简易呼吸气囊 (新)	不详	1
简易呼吸气器	不详	1
简易呼吸器	不详	4
简易呼吸器	成人	2
简易呼吸器	成人+儿童	2
简易呼吸器	大号成人型	1
简易呼吸器	鱼跃	1
简易呼吸器 (成人型)	PVCLL 型	1
简易呼吸器具	不详	1
交互式上肢止血急救训练系统(单机版)	GD/J109-I. 100	1
交互式下肢止血急救训练系统(单机版)	GD/J109-I. 200	1
焦度计 (带打印)	GM-300	1
洁净室云差表	0-60pa	5
结肠途径治疗仪	HW-3003	1
金科威监护仪	不详	3
进口呼吸机	PB760	1
浸油煮沸机	JK-DRJ1000	1
经皮黄疸测量仪	JH20-1A	1
经皮黄疸仪	JH20-IB	1
经皮肾镜	8968405	2
经皮肾镜消毒盒	45*20*7	2
精密清洗篮筐	215×155×50cm	2
精细训练穿绳	BR-CCL-01	2
精子计数板	不详	1
颈托	DT-CC001A	1
颈椎牵引凳	豪华款	1
颈椎牵引椅	B05	1
颈椎牵引椅	DFS-4	3
颈椎牵引椅 (手动)	YX-B	2
净化工程设备	不详	1
痉挛肌治疗仪	KJ-9100A	1
静脉切开包	SA0080	5
静脉切开模型	GD/LV9-1	1
镜片箱	不详	2
镜头保护盒	不详	1
镜子盒	300*80*40 新华	5
镜子盒	700*160*100 新华	1
九齿铜梳	九齿	2
救护车载单架车	DDC-3	1
局麻训练工具箱	GD/LV4	1
绝缘检测仪	ST-6	1
开放式中药方剂学多媒体教学系统	GD/MTV013	1
开口器	不详	1
开颅钻	型号 XGZ-DZ-II 编号 HD10002	1
开水车	D780*480*900	1
康复三角垫	BR-QXD	3

康复设备	不详	1
康复训练滚筒	BR-GT-1	2
颗粒机	YK400	1
可变量程单道移液器	量程: 0.5-5 $\mu$ L	2
可变量程单道移液器	量程: 100-1000 $\mu$ L	1
可变量程单道移液器	量程: 1-10 $\mu$ L	1
可变量程单道移液器	量程: 20-200 $\mu$ L	5
可变量程单道移液器	量程: 2-10 $\mu$ L	1
可变量程单道移液器	量程: 5-50 $\mu$ L	2
可调试 OT 桌	HB-OTZ	1
可升降治疗床	BR-PTC-02	1
可视喉镜	不详	1
可视化电生理诊断和治疗系统	不详	1
可移动紫外线消毒车	不详	2
客观听觉测试平台	Eclips	1
客观听力测试仪	M. E. S	1
空调压缩机	不详	1
空气波压力循环治疗仪	HB910A	1
空气波压力治疗仪小腿气囊	不详	2
空气波压力治疗仪足底气囊	不详	2
空气消毒机	AJ/YXD	3
空气消毒机	KT-C100	1
空气消毒机	不详	4
空气消毒机	四川奥洁 AJ/YXD	1
空气消毒机	移动性	2
空气压力波治疗仪	LB-KQB-Q9000A	1
空气压力循环治疗仪	不详	1
口部构音运动训练器	HY-KBG	1
口服药车	不详	4
口服药车(旧)	不详	1
垃圾车	60*58.8*48.8	1
拉杆出诊箱	不详	2
喇叭口肛门镜	不详	3
朗迈射频等离子手术电极	L031101-TS379013	3
雷磁 PH 计	PHS-3D	1
肋木	BR-LMU-C1	1
泪道冲洗模型	GD/LV31	1
冷链包	20L	6
冷链箱	不详	1
离心机	TD4C	1
连续式电磁感应封口机	适应瓶高 20-300mm	1
连续性肾脏替代治疗仪	金宝 Prismaflex	1
两煎常压煎药包装机	GJY-2K	1
裂隙灯显微镜	SLM-5E	1
裂隙灯显微镜	拓普康	1
流水式超微粉碎机	不详	1
卤钨灯泡	不详	5

卵圆钳	25#、无齿	10
卵圆钳	有齿，弯 18cm	10
轮椅	FS873-46	6
轮椅	G25	1
轮椅	HBG25	2
轮椅	不详	14
轮椅(旧)	不详	1
轮椅(新)	不详	1
轮椅 (新)	FS873-46	1
轮椅车	不详	2
落地输液架	不详	1
麻醉呼吸回路消毒机	JB-88-X	1
麻醉机	Carestation620	1
麻醉机	科曼 K5	1
麻醉机	迈瑞 WATO EX-55	1
麻醉机	迈瑞 WATOEX65	1
麻醉机	迈瑞 WATOEX-65	2
麻醉咽喉镜	不详	3
迈瑞麻醉机	EX-55	1
脉冲电疗仪	KWD-808I	1
脉冲电疗仪	不详	5
脉冲针灸治疗仪	KWD-8081	19
脉动真空灭菌器	MMQ-JD	2
毛巾车	BN-A01	1
门铃室外机	不详	1
门诊手术器械一批	桐庐	1
泌尿外科内窥镜治疗系统	NQ-II	1
木质小台阶	BR-CTJ-01	1
男科挂图(泌尿生殖系统、男性盆底)	不详	1
男性、女性外两性互换肌肉内脏背部开放式 头颈躯干模型	GD/A10003	1
男性生殖系统 3D 模型	不详	1
男性新生儿护理模型	GD/FT13	2
脑功能治疗仪	YS-7004	1
脑瘫儿童助行器	HY-ZXQ-C	1
脑循环功能治疗仪	LF-V	1
内窥镜图像处理系统 RT-600(HD-700)	主机、摄像头	1
内窥镜转运车	不详	2
内窥镜转运车	泰州祥瑞	1
尿酸测试仪器	不详	3
镍钛垂直加压器	不详	4
凝胶垫	SK-22-1	1
凝胶垫	SK-22-2	1
凝胶垫	SK-26	1
女性新生儿护理模型	GD/FT13	2
欧姆龙电子血压计(臂式)	不详	3
排队机及监控设备	不详	1

旁流呼末二氧化碳	不详	1
泡沫轴	BR-PMZ	2
陪护椅	不详	2
皮脂厚度计	上海申已	1
拼插板	BR-JHT-01	2
平车	B108	1
平车	不详	9
平衡板	BR-PHB-01	2
平衡杆	不详	2
平头胶钳	上海金钟	10
平行杠及附件	HY-ZLM-A	1
平移手术床	JS802-I-2	1
玻璃瓶洗瓶机	不详	1
剖腹手术切开缝合模型	GD/LV20	2
普美康除颤仪	Defi-B	1
普通手术床	BS	1
脐灸防火布	青岛惠德轩	3
气垫床	不详	2
气动 4 称包装机	FB-4T	1
气动塑料软管封尾机	不详	1
气管插管咽喉镜	成人	2
气囊测压表	不详	1
气排球	PQ-01	2
气瓶推车	不详	2
气枪	LH-Q302	1
气枪	不详	1
气胸处理模型	GD/L66	2
气压泵治疗仪 DVT 八转六导管	不详	1
器械 U 型架	21*17	20
器械车	不详	9
器械柜	不详	3
器械台 (304 不锈钢)	70*50*87-100	8
器械消毒盒	10×10cm	1
器械消毒盒	10x18	5
铅胶帽	不详	1
铅三角巾 (X 线防护用品)	400*350	3
铅围脖	不详	1
铅围脖 (X 线防护用品)	580*140	3
铅围裙 (X 线防护用品)	1000*600	2
铅衣 (X 线防护用品)	1000*600	3
铅衣专用衣架 (4 个机房各一个)	C 型	4
前列腺检查训练仿真模型	GD/L63	1
前庭功能检查系统	丹麦国际 V0425	1
腔镜工作站	NQG-2000	1
腔镜甲状腺手术器械一批	不详	1
抢救车	660*440*860	1
抢救车	不详	17

抢救车	双门 (201 不锈钢)	1
轻便带皮妇检床	不详	3
清创缝合包	A 型	5
清创缝合训练头部模型	GD/LV18B	1
清洗篮筐	450×340×70cm	20
情景沟通认知板	HY-GTB	1
取环勾	25#	10
全功能气道管理模型 (带瞳孔对光反射)	GD/J60+	1
全功能一岁儿童高级模拟人	GD/FT532	1
全日康治疗仪	J18B	1
全日康治疗仪	J18B 型	1
全日康治疗仪 18A	J18A	1
全日康治疗仪 48A	J48b	1
全日康治疗仪操作面板	J18B 型	1
全日康中频脉冲电治疗仪	J188BX	1
全日康中频治疗仪	不详	4
全塑升降急救医疗床车	WSZ-80-64	1
全自动血压计	ABP-1000s (A 型)	1
全自动眼压计	不详	1
热牙胶系统 BL	韩国彼尔生物	1
人工呼吸囊	不详	1
人流吸引器	鱼跃 7C	1
人体称	RGZ-120	1
人体称	不详	2
人体骨骼模具	不详	1
人体骨骼散骨模型 (游离骨) 含箱子	GD/A11103	1
人体经络模型	55cm	1
人体全身层次肌肉附内脏模型	GD/A10001	1
认知、语言测评与训练系统	HB-SL	1
认知卡片	BR-PTR	3
任脉灸	不详	2
妊高症综合监测仪	不详	1
蠕动泵	不详	2
乳房活检与旋切系统	不详	1
乳房检查及乳房切除术后护理模型	GD/F7E	1
软担架	不详	6
三参数监护仪	PM-600	1
三腔二囊管训练模型	GD/H82	1
三维电脑牵引床	LXZ-100B 型	1
三维多功能牵引床	LXZ-100A	1
三叶肛门镜	不详	1
沙袋	BR-SHD-C1	3
上额窦穿刺模型	GD/LV50	1
上下肢主动被动康复训练器	AP-ZXQ-05	1
舌钳	不详	6
射频等离子手术电极	朗迈 L031101-YS379013	3
射频等离子手术电极 (朗迈)	L031101-YS379013 关节镜用	3

	等离子刀	
射频肿瘤治疗仪	TM-RFTI-1	1
身高体重测量仪	DHM-200	1
身高体重仪	上海申已	1
深层肌肉刺激仪	XY-DMA-102B	1
深层肌肉刺激仪	XY-DMA-102C	1
神灯	CQ-23	1
神灯	不详	16
神灯(新)	CQ-23	1
神级肌肉刺激治疗仪	法国杉山	1
神级血管治疗仪(红外光)	不详	1
神经肌肉低频电刺激仪	XY-K-SISS-A	1
升降型平车	HHDIB	1
生化培养箱	SPX-150B	1
生化培养箱	SPX-250B	1
生物安全泄露处置箱	LQ1114A	1
生物阅读器	不详	1
失眠认知行为治疗系统	V1.0	1
十二导心电图机	SE-1200	2
十二道心电图机	SE-1200	1
石膏剪	20cm	3
石膏锯	20.5cm	3
试镜架	不详	2
视力表灯箱	不详	4
视力灯箱(成人)	不详	2
视力灯箱(儿童)	不详	1
视频喉镜	驼人TK2020	1
手臂出血断肢模块	GD/J108-1	1
手持式血气分析仪	I-STAT1	2
手动颈椎牵引椅	YX-B	2
手动三摇护理床	不详	1
手动四摇护理床	不详	1
手动血压计	不详	2
手术床	JS802-I-1	3
手术床	JS802-I-2	1
手术剪	14cm弯尖	5
手术接送车	不详	4
手术器械台	不详	1
手术器械一批	不详	1
手术时钟	POHOVER-N	1
手术台(侧卧位定位系统)	ZH1100-1	2
手术台(截石位腿架)	不详	2
手术台(麻醉架固定夹)	不详	4
手术台(碳纤维牵引架)	不详	1
手术台(万向固定器)	不详	6
手术无影灯	JHDZF-500	1
手术无影灯(简易)	移动式5孔	1

手术显微镜	LeicaM525F50	1
手眼协调器	BR-PHX	2
手摇翻新服务层锅	60 万 ML	1
寿力空压机	37KW	1
输尿管软镜	不详	1
输血输液加温仪	不详	1
输液、输血加压袋	不详	3
输液泵	TR-1100N 输液泵	4
输液泵	XB-Y1000	4
输液泵	ZNB-XD	5
输液架	3 钩	2
输液架	不带轮	4
输液架	不详	44
输液架	不锈钢移动式	15
输液架	带轮	4
输液座椅 (三人座)	加厚扶手皮革	1
输注泵	不详	1
数字化 X 线摄影系统 (DR)	DuraDiagnost	1
数字化 X 线摄影系统 (DR)	VX3733-SYS	1
数字化彩色多普勒诊断仪	HI VISON PREIRUS	1
数字式十二道心电图	iE12A	1
数字式十二道心电图机	理邦 SE-1201	2
数字胃肠透视机	FLEXAVISION	1
甩降器	JY-3	1
甩降器	LH-SB60	1
甩体温计	XK98T	3
甩体温计仪	不详	1
双层器械车	100×50×100cm	5
双抽送药车	不详	2
双床位胎儿监护仪	MD9802	1
双级反渗透设备	0.5T/H	1
双极超声刀	TB-0535fc	2
双极超声刀(奥林巴斯)	TB-0520FC	4
双极电凝镊	FC0-1 (24cm 长)	5
双极电凝钳	康基直双动配螺口塑柄Φ 3. 5 × 330	2
双联观片机	GPD-2	1
双目手术放大镜	HRP	1
双摇病床	有轮	6
双支撑架器械台	70×50× (87-110) cm	5
水处理机	TCH-RD-150	1
水囊 Water Balloon	S2KC	1
水平摇床	不详	1
水枪	LH-Q301	1
四人站立架	HY-SZL-B	1
送物车	不详	1
送药车	不详	3

塑料杯子	BR-SLB	5
胎儿电子监护仪	泰安万迪 MD9802	1
胎头吸引器	不详	1
胎心监护仪	F3	1
特定波治疗仪	CQJ-23	4
特定波治疗仪	CQJ-24	1
特定波治疗仪	不详	18
特定电磁波 (神灯)	重庆中芝	5
特定电磁波治疗器	CQ-29	1
特定电磁波治疗器	不详	2
特定电磁波治疗仪	CQ-BSB	1
特定电磁波治疗仪	不详	2
特定电磁波治疗仪	重庆中芝 BS8	2
特定电磁波治疗仪 (TDP)	CQ-29P	2
体操棒	BR-TCB-03	2
体外振动排痰机	不详	2
体温枪	JXB-178	4
体温枪	JXB-17B	50
体温枪	不详	10
体重称	120 型	1
体重称	RGZ-120	10
体重称	不详	1
体重秤	RGZ-120	1
体重秤	不详	7
天轨输液架	不详	4
听力测试平台 (声阻抗)	丹麦国际 Titan	1
听力计	不详	1
听诊器	不详	5
听诊器	江苏鱼跃	2
听诊器	鱼跃	2
通风柜	TFG-06	1
同步六导便携式心电图	不详	1
铜砭刮痧板	不详	2
铜砭刮痧板	大号	4
铜梳	九齿	1
铜梳	五齿	3
铜蛊	不详	1
瞳距测量仪	WZ-830A	1
瞳孔笔	不详	3
头部固定器	DT-FA001A/B	1
头颈部肌肉、血管附脑模型	GD/A18211	1
透析机	费森尤斯 4008B 透析机	1
透析用水机	600L/H	1
推车	20L 氧气瓶不锈钢	1
推拿床	不详	5
外科缝合包扎展示模型	GD/LV18	2
外科用手术器械一批 (腹腔镜)	不详	1

弯盘清洗篮	不详	2
万向轮	5寸	4
腕式电子血压测量仪	不详	2
腕式电子血压计	不详	1
腕式血压计	HEM-6182	1
腕式血压计	不详	1
微波多功能治疗仪	KWBZ-1B	1
微波治疗仪	HB-W-L	1
微波治疗仪	MTI-5AT	1
微波治疗仪	WB-3100	4
微波治疗仪	WB-3100AI	3
微波治疗仪	不详	3
微波治疗仪(新)	WB-3200A	1
微量注射泵	双泵	11
微型氧气罐	4L	1
微型震荡仪	不详	1
胃肠电图检测仪	EGEG-5D	1
胃肠镜专用储镜柜	XRG-B	1
胃肠镜专用检查床	AX-A5	1
胃镜柜	不详	1
温热中频治疗仪	H-WZ3	3
卧式灌装机	5G-500	1
握力圈	BR-SWQ-01	5
无齿镊	12.5cm	2
无菌柜	不详	1
无菌空气过滤器	不详	1
无孔方盒	6寸	1
无损伤抓钳(双动抓钳)	3mm	1
无损伤抓钳(双动抓钳)	康基3mm	1
无影手术灯	KL01L	1
无影手术灯	不详	1
五功能电动护理床	2150*930*(500-700)mm	2
五功能电动护理床(加宽)	2150*1100*(500-700)mm	1
五指握力器	BR-WLQ-01	2
雾化机	403C	2
雾化机	鱼跃	4
雾化吸入器	420AI	1
西山关节镜手术动力装置配套手柄	DK-0-MCS	1
西山关节镜手术动力装置手柄配套刀头	不详	3
吸顶式空气消毒机	PM-F800D	9
吸痰机	不详	1
吸痰器	7E-A	1
吸痰器	不详	2
吸氧	YF-05A	2
吸引器	康基3mm	1
洗头车	不详	4
洗眼器	不详	2

洗眼器	单口	1
铣刀	DX1816A	4
下肢功率车 (骑式)	XY-1	1
下肢关节康复器	JY-01	1
下肢关节康复器(新)	JY-01	1
下肢康复治疗器	JK-C1	2
下肢康复治疗仪	JK-CI	3
显微喉钳三角形 (管式) 头宽 2	H2B070	2
显微喉钳碗形 (管式) 头宽 2	H2B210	2
消毒盒	28x8	1
消毒盒	不详	2
小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型	GD/H83	1
小儿外科器械	不详	1
小儿吸痰机	YBRX-1	1
小篮子	BR-LZ-01	2
小型输液瓶压盖机	输液瓶压盖	1
小药杯	不详	6
心包穿刺与心内注射模型	GD/L264	2
心电监护	MEC-1000	2
心电监护仪	(迈瑞 N12)	1
心电监护仪	(迈瑞 U12)	8
心电监护仪	10 寸迈瑞 umec10	1
心电监护仪	12 寸	1
心电监护仪	Comen C50	1
心电监护仪	M9b	3
心电监护仪	MEC-1000	3
心电监护仪	Mm9b	1
心电监护仪	PM-900	1
心电监护仪	U10	2
心电监护仪	U12	12
心电监护仪	UE12	1
心电监护仪	UMEC	1
心电监护仪	Umeec10	7
心电监护仪	UMEC12	2
心电监护仪	V10	1
心电监护仪	不详	4
心电监护仪	迈瑞 N12	4
心电监护仪	迈瑞 U12	1
心电监护仪	迈瑞 uMEC10	1
心电监护仪	日本光电	1
心电监护仪	深圳迈瑞 u12	1
心电监护仪 (旧)	M9b	1
心电监护仪 (旧)	M9b	7
心电监护仪 (迈瑞)	Umeec10	1
心电监护仪 (新)	MEC-1000	1
心电监护仪 (新)	MEC-1000	4
心电监护仪血压管	2 米	2

心电监护仪血氧探头	理邦	1
心电图机	ECG-101G	1
心电图机	不详	2
新生儿电动吸引器(手提)	TE-B 鱼跃	2
新生儿辐射台	HKN-9010	1
新生儿喉镜	不详	2
新生儿黄疸治疗箱	XHZ	1
新生儿血氧仪	不详	1
新生儿专用监护仪	C60	1
胸穿包	16/12	5
胸腔穿刺引流模型	GD/L67	1
徐永革 3D 打印颅脑精准定位系统	不详	1
悬吊网架床	BR-QWJ-02	1
旋转椅	不详	2
血滤机	4008S	1
血气分析仪	ABL80FLEX	1
血糖仪	雅培	2
血透机	不详	4
血压计	臂式(7136)	1
血压计	不详	2
血压计	欧姆龙 7121	2
血压计(臂式)	7121	1
血压计(成人)	不详	1
血压计(腕式电子)	6182	1
血压计(小儿)	不详	1
血氧夹	不详	2
血氧仪	不详	1
血液回收机	BW-8100A	1
血液加温仪	贝斯曼 BFW-1000	1
血液透析机	4008B	5
血液透析机	JH-2000	4
训练弹力带	BR-TLD-01	5
训练滑梯	HY-HTI	1
训练用扶梯(三面)	HY-XFT-B	1
压力蒸气灭菌器	BES	1
压片机	单冲压片机	1
压缩机(一拖八)	R120	1
牙科综合治疗机	S035	2
牙科综合治疗机	S2305	2
牙科综合治疗机	安雅 A Y-A3000	1
牙科综合治疗机	不详	1
牙科综合治疗机	西诺 S2305	1
牙挺	1#直圆	5
牙挺	4#弯圆	5
牙用镊子	16cm 有定位	30
牙用探针	2#双头	30
亚低温治疗仪	AemaT1	1

亚低温治疗仪	RBT-Y1	1
亚低温治疗仪	黑马 T2	1
氩气高频电刀	YHA300	1
氩束电极 (肠)	玉华 YH-2330C 肠	1
氩束电极 (胃)	玉华 YH-2325W 胃	1
烟雾净化器	YGE-350STP	1
延陵高频电刀	420B	1
言语功能评估卡片	HY-YYP	1
眼镜加工常规开槽机	WZ-JP800C	1
眼镜加工带 V 槽手磨机	WZ-JP20C-35WV	1
眼科 A/B 超	法国光太 AVISO	1
眼科多功能低频治疗仪	西安华亚 DY-I	2
眼科检眼镜	YZ6E	1
眼科剪	不详	10
眼科器械消毒盒	26*15.5*3.5	1
眼科器械消毒盒	不详	2
眼科手术显微镜	蔡司 LUMERA300S	1
眼科显微手术器械	不详	1
咽喉检查操作模型	GD/LV52	1
咽喉镜	不详	1
氧气表	不详	4
氧气负压设备带	不详	1
氧气瓶	2L	2
氧气瓶	不详	11
氧气瓶手推车	不详	1
氧气瓶推车	不详	2
氧气筒	4 升	1
氧气筒	不详	1
氧气推车	不详	2
氧气吸引(9 套)	YF-05A	9
氧气吸引终端	YF-05A	5
氧气枕	不详	1
氧气装置	不详	5
腰间孔镜器械盒	不详	2
腰椎牵引床	DFK-11A	1
腰椎牵引床	不详	1
腰椎牵引床(手动)	DFS-4	1
腰椎牵引床(手动)(江苏德丰)	DFS-4	1
摇摆式高速中药粉碎机	容量 1000 克	1
药品柜	HYF-108	1
药品柜	不详	1
药品稳定性试验箱	不详	1
药物透入治疗仪	不详	1
液体真空浓缩机	不详	1
一次性隔离膜	UF15*10cm	3
一次性无菌关节刨刀	锌锐 PXGSD35130C-YCW	2
一次性无菌关节刨刀	锌锐 PXGSD40130RC-YCW	2

一次性无菌关节刨刀	锌锐 PXGSD40131C-YCW	2
医疗器械一批	不详	1
医学教学模型	不详	1
医学培训模型(科教科)	北京医模	1
医用冰箱	HYCO-290	1
医用急救箱	16 寸	1
医用空气压缩器	AT60125	1
医用器械干燥柜	MLG-600B	1
医用清洗消毒机	ME-YA360Z	1
医用全自动封口机	EF101-V	1
医用升温毯	PW-1 型	2
医用真空干燥柜	FEST-L50HS	1
医院规培管理系统	不详	1
胰岛素泵	不详	7
移动 DR 机	TOPAZ-40D	1
移动餐桌板	不详	4
移动交互式眼压测量模型	GD/LV15	1
移动式 C 臂 X 射线机	奇目 Ziemh Solo	1
移动式无影灯	不详	1
移动输液架	带轮	4
移动消毒车	ZXC-1	2
移动紫外线车	不详	52
移动紫外线灯	不详	8
移动紫外线消毒车	不详	4
异物钳(优视)	HJQ16381. 6*380	1
异物钳(鱼刺钳)直嘴	不详	3
疫苗冷链温度实时检测器	宁波采视	1
阴道后穹窿穿刺模型	GD/F51	1
婴儿秤	RTE10A	2
婴儿秤	不详	2
婴儿床	不详	15
婴儿辐射保暖台	HKN-90	1
婴儿培养箱	YP-90	1
婴儿气管插管模型	GD/J10	2
婴儿体重称	SH-80B	3
婴儿游泳设备	YHG001	1
有创监护仪	飞利浦 G30	3
有孔方盒	6 寸	2
瑜伽球	BR-BSQ-01	2
瑜伽砖	BR-YJZ-01	5
宇森机扩根管测量仪+配套扩大针	C-SMART	1
远红外线治疗仪	不详	1
远红外治疗仪(神灯)	不详	1
阅片灯	3 联	2
阅片灯	5 联	3
阅片灯(LED 超薄)	YYG-1	1
在线式不间断电源(UPS)	3KVA	2

粘固粉充填器	前牙 2#	10
站立架	不详	2
站立斜坡	BR-JZB	2
掌上彩色超声诊断仪	VINNO P5-7L	1
折叠担架	C-01	3
针刺训练模块	GD/C00017	1
针盒	不详	6
针灸机	不详	2
针灸人	GD/C00006	1
针灸腿部训练模型	GD/C00021	2
针灸训练手臂模型	GD/C00018	2
针灸治疗仪	SDZ-II	3
针灸治疗仪	不详	6
真空泵	ZXZ-2	1
真空干燥箱	DZF-2	1
诊查桌	A140	8
诊床	不详	11
诊疗床	A144	8
振荡器	不详	5
蒸汽夹层锅	500L	1
蒸汽灭菌器	不详	1
蒸汽压力灭菌器	120L	1
支纤气管插管镜	LF-TP	1
肢体康复器	XYM-4	1
直尖剪	14#	30
直剪	12.5cm	4
直立床	XYQ-6	1
直止血钳	14cm	12
直止血钳	16cm	10
止血钳	125, 弯型, 精细	20
止血钳	125, 弯型, 蚊式	40
止血钳	14#	20
止血钳	16cm 弯头	2
止血钳	20#	10
指力器	BR-ZLJ-02	1
制丸机	不详	1
制丸机电机及减速器	不详	1
治疗车	50*40*86	1
治疗车	740×450×850 (304 不锈钢)	1
治疗车	74x45	3
治疗车	ABC 中号双层	1
治疗车	C143	2
治疗车	不详	62
治疗车	不锈钢	1
治疗车	不锈钢 HYD-107	1
治疗车	不锈钢无抽屉	1
治疗车	大	4

治疗车	单抽治疗车 (740*450*850mm)	2
治疗车	小	2
治疗车	中	9
治疗车	中号	2
治疗车(大)	不详	6
治疗车(大)	不详	5
治疗车(旧)	不详	5
治疗车(小)	不详	5
治疗车(小)	ABS 双层双抽屉	2
治疗车(小)	不详	4
治疗车(新)	不详	1
治疗车(新)	不详	1
治疗车(新)	不详	1
治疗床	1. 9m*65cm*65cm	2
治疗床	190*65*65	1
智能测温人脸识别系统	不详	2
智能耳穴仪	GD/IIIA	1
智能护理通讯主机	YH-968K-60	1
智能身高, 体重测量仪	不详	1
中频脉冲治疗仪(新)	J18B	2
中频脉冲治疗仪(新)	J18B	1
中频药物导入仪	HY-D03	5
中频药物导入治疗仪	HY-D01	1
中频药物导入治疗仪	HY-D03	2
中频治疗(J18B)操作面板	不详	1
中频治疗仪	CM2000DV	1
中频治疗仪	J18B	3
中频治疗仪	J18BX	1
中频治疗仪	不详	1
中心负压表	不详	5
中心负压吸引管	不详	3
中心负压吸引器(含负压瓶)	不详	5
中心负压装置	YF-X	5
中心负压装置	不详	2
中心监护系统	迈瑞	1
中心静脉穿刺插管模型	GD/L69B	1
中心吸氧	YF-05A	60
中心吸氧器	YF-05A	27
中心吸氧器(7套)	YF-05A	3
中心装置氧气表	GA-01	5
中药参茸切片机	不详	1
中药场效应治疗	天水	2
中药打粉机	不详	1
中药粉碎机	MY-50	1
中药粉碎机	不详	1
中药粉体分装机	不详	1
中药煎药机	ZKJ-10	2

中药煎煮仪	10 锅	2
中药搅拌机	JB20	1
中药离子导入仪	HY-B03	2
中药离子导入仪	HY-D03	2
中药离子导入仪	不详	1
中药浓缩锅	400 万 ML	1
中药切片机	QY-4	1
中药熏洗机	HB4000	1
中药熏蒸汽自控治疗仪	不详	1
中医拔罐、刮痧、针灸训练模型	GD/ZYIC	1
中医定向透药治疗仪	2 通道	5
中医基本技能操作辅助教学系统	GD/MTV009	1
中医经络检测仪	SHXK-JL-100F	1
中医穴位人体模型	不详	1
周林谱治疗仪	不详	1
主动脉阻断钳	130, 弯	1
主动脉阻断钳	160, 弯	1
主动脉阻断钳	220, 直	1
主流呼末 Co2 模块 (零件)	不详	10
助听器	不详	1
贮槽	直径 24cm 高度 18cm	5
注射泵	ICI-VI	1
注射泵	TCI-II	4
注射泵	TCL-IV-B (双泵)	1
注射泵	TCT-II	1
注射泵	单管	1
注射泵	费森尤斯	6
注射泵	双泵	2
注射泵	双通道	1
转运病人过床板	不详	2
转运平车	可升降 LRFSC-1900 1930*640*540/840mm	1
转运氧气瓶	2L	1
椎间孔镜手术系统 (JoimaxGmbH)	FX63422080	1
子宫颈扩张器	3. 5#	10
子宫颈扩张器	4. 0#	10
子宫颈扩张器	4. 5#	8
子宫扩条	6. 5#	10
子宫扩条	7#	10
子午流注低频治疗仪	不详	1
紫外分析仪	ZF-20D	1
紫外线车	不详	4
紫外线灯消毒车	不详	1
紫外线灭菌器	不详	1
紫外线杀菌车	不详	1
紫外线推车	不详	2
紫外线消毒车	2XC 型	1

紫外线消毒车	SX	1
紫外线消毒车	SX 型	10
紫外线消毒车	ZXC	6
紫外线消毒车	ZXC-1	14
紫外线消毒车	ZXC 型	4
紫外线消毒车	不详	27
紫外线消毒机	ZXC-1	2
紫外线消毒仪	不详	2
自动包装机	不详	1
自动排痰机	V13 型	1
自动气压袖带	特大	8
自动气压袖带	小号	1
自动清洗机	不详	1
自动视野计	日本兴和 AP-7000	1
自动体外模拟除颤训练器	GD/AED99D	2
自动旋光仪	WZZ-ZS	1
综合急救箱	45*33*20	1
阻力棒	BR-ZLB-01	2
组织镊	14#	20
组织钳	14#	1

附件 2:《服务质量考核表》

序号	考核内容	具体考核内容	考核依据	扣除分数	考核情况	考核依据
1	设备开机率(40分)	医疗设备年平均开机率达到95%及以上	以中标人提供的报表及报修系统统计为准	单台最长修复时间超过10个日历日; 按照0.5分/天扣除		维修、保养记录
2		重点保障类医疗设备单独考核,开机率 $\geq 95\%$	以中标人提供的报表及报修系统统计为准	单台维修或更换配件的时间超过合同约定时间的,处以8000元/天罚金; 同时按照1分/天扣除,对医院造成严重影响的可选择依法终止合同,并由中标人承担违约责任		维修、保养记录
3	服务响应(20分)	维修响应不及时【设备出现故障并接到采购人通知后,工作日为1个小时内,非工作日为4小时内工程师及时响应到达现场,急救手术设备在治疗运行中发生故障立即赶往现场(到场时间小于20分钟),并在5个工作日内解决问题】	以中标人医疗设备管理系统显示时间或临床医技科室反映为准	被临床医技科室纸质(或OA)反应,视严重程度扣除0.5-2分/次		维修、保养、巡检、满意度调查、现场考核情况
4		维修不及时(在承保的医疗器械及设备出现故障时,单台最长修复时间不得超过10个日历日)	以中标人医疗设备管理系统显示时间或临床医技科室反映为准	被临床医技科室纸质(或OA)反应,视严重程度扣除0.5-2分/次		维修、保养记录
5	驻场管理人员及工程师工作情况(10分)	主管以上领导手机不24小时开机	设备科或相关领导抽查	视严重程度扣除0.5-2分/次		现场考核情况
6		未按要求上报统计报表、检查维护维修计划	设备科现场检查	扣除0.5-1分/次		现场考核情况
7		与临床医技科室发生冲突,被临床医技科室投诉的	以临床科室纸质(或OA)投诉为准	视严重程度扣除0.5-2分/次		现场考核、满意度情况
8		驻场人员发生违	由设备科核	如违反此条,视严		现场考

		法乱纪、因自身原因造成重大事故；驻场人员缺员，超过 7 天仍无法补足人员或一月内 3 次出现此类现象	实，中标人提供考勤报表（以钉钉或类似软件考核为准）或设备科抽查	重程度扣除 5-10 分/次，对医院造成严重影响的可选择依法终止合同，并由中标人承担违约责任		核、满意度情况
9	巡检保养方面（10 分）	按照巡检及保养计划施行（需事先提供计划及巡检保养具体内容）	以中标人纸质或电子文档上交设备科为准	如一个维保年度内超过两个月未按计划进行巡检及保养，则从第二个月开始，按照 2 分/月扣除，扣完为止。		巡检、保养计划单、巡检保养记录
10	科室满意度（15 分）	每季度进行科室满意度调查	以中标人提供的满意度问卷调查为准（设备科可随机抽查科室）	每出现一个科室满意度低于 90%，扣除 1-5 分		现场考核及满意度调查表
11	其他（5 分）	按照医院要求完成设备科相关事宜	设备科现场核实	视严重程度扣除 0.5-5 分/次		现场考核
备注：考核标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人每季度末和每年底均对中标人进行考核，以 80 分作为合格分数线，80 分以下每低一分扣除该季度服务金额的 3%（罚款的费用从每季度的款项中扣除），罚款标准上限为该季度合同金额的 3%，当得分低于 70 分时，采购人有权依法终止合同。					总分：	考核结果：