

**广西桂水工程咨询有限公司关于医疗设备采购  
(项目编号: HCZC2025-G1-260096-GSZX) 更正公告 (二)**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号: HCZC2025-G1-260096-GSZX

原公告的采购项目名称: 医疗设备采购

首次公告日期: 2025 年 7 月 11 日

**二、更正信息**

更正事项: ☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件“第二章 采购需求”的分标 3 中的“微创针刀镜”的“货物需求一览表”	详见附件	详见附件
2	提交投标文件截止时间、开标时间	2025 年 8 月 5 日 9 时 00 分	2025年8月22日9时00分

更正日期: 2025 年 7 月 31 日

**三、其他补充事宜**

1. 更正理由: 招标文件中凡涉及以上更正内容的均作相应更正, 其它内容不变。

2. 发布公告的媒介: 中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广西·河池) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>)、环江毛南族自治县人民政府门户网站 (<http://www.hjzf.gov.cn/>)。

**四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称: 环江毛南族自治县人民医院

地 址: 广西河池环江县思恩镇桥东路36号

项目联系人: 卢林槐

联系电话: 0778-8760186

**2. 采购代理机构信息**

名 称: 广西桂水工程咨询有限公司

地 址: 河池市金城江区翠竹路78号铭欣景苑2栋1单元1102号房

联系电话: 0778-2308778

**3. 项目联系方式**

项目联系人: 莫蕾、谢嵘

电话: 0778-2308778

更正前内容：

货物需求一览表										
标段		分标 3								
序号	采购 货物 名称	单位	数量	货物参数					最高限 价合计 (万元)	
1	微创针 刀镜	1	套	序 号	名 称	规格项目		数 量	100.00	
				一、医用一体化内窥镜摄像系统部分						
				1	医用一体 化内窥镜 摄像系统	显示 器	22 英寸 LED 医用专业高清显示屏			1 套
						显示 分辨 率	1920×1080			
						显示 器可 视角 度	视角范围 178 度，上下，左右各 89 度			
						显示 器对 比度	1000:1			
						显示 器亮 度	800nit			
						光源 功率	30W			
						光源 色温	3000K~7000K			
						光源 照度	▲≥700,000Lux			
						光源 调节 模式	连续无级可调			
						光源 寿命	▲≥20000 小时，终身免维护			
						其他 功能	几何失真：几何失真不大于 2%			
							亮度：产品的亮度不低于 200cd/m2。			
				线数：产品水平分辨率不低于 800 线，允差为-20%，上限不计。						
				色彩还原：四级或以上。						
				可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，						
						存储介质：外置 SD 卡接口，最高支持 32GB				

						以上标准 SD 卡，连续录制时间≥10 小时，录制格式： H.264，1920*1080P60		
						具有图像冻结功能		
						具有≥4 种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原		
						具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及 GAMMA 调节功能		
						具有自动白平衡、自动背光补偿功能		
						具有图像增强功能		
						界面：实时操作状态显示		
				摄像头	感光芯片	1/2 英寸 逐行扫描 全高清 CMOS 传感器		
					分辨率	1920*1080P60		
					按键功能	摄像头 4 个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节		
二、数据处理中心部分								
			1	数据处理中心	屏幕大小	21.5 英寸		
					屏幕分辨率	1920*1080		
					CPU	双核四线程 4GHz		
					内存容量	≥8GB		1 套
					硬盘容量	500GB		
					其他配置	搭配有线和无线网络接口。		
					软件	配备专业超声、内窥镜工作站管理软件		
三、医用加压器部分								
			1	医用加压器	电 源	AC220V，50Hz		
					功 率	50VA		
					正压范围	10Kpa～50Kpa		1 套
					负压范围	-10Kpa～-50Kpa		
					冲洗量	≥1000ml/min		
					吸气量	▲≥1500ml/min		
四、手术器械部分								
			1	关节冲洗针	1.5mm*5cm*0°	3 支		
			2	关节冲洗针	1.5mm*10cm*0°	3 支		
			3	关节冲洗针	1.5mm*15cm*0°	3 支		
			4	关节冲洗针	2.0mm*5cm*0°	3 支		
			5	关节冲洗针	2.0mm*5cm*15°	3 支		
			6	关节冲洗针	2.0mm*10cm*0°	3 支		
			7	关节冲洗针	2.0mm*10cm*15°	3 支		

				8	关节冲洗针	2.0mm*15cm*0°	3 支	
				9	关节冲洗针	2.0mm*15cm*15°	3 支	
				10	关节冲洗针	2.0mm*15cm*30°	1 支	
				11	关节冲洗针	2.5mm*5cm*0°	3 支	
				12	关节冲洗针	2.5mm*5cm*15°	3 支	
				13	关节冲洗针	2.5mm*10cm*0°	3 支	
				14	关节冲洗针	2.5mm*10cm*15°	2 支	
				15	关节冲洗针	2.5mm*15cm*0°	3 支	
				16	关节冲洗针	2.5mm*15cm*30°	1 支	
				17	关节冲洗针	3.0mm*5cm*0°	3 支	
				18	关节冲洗针	3.0mm*5cm*15°	3 支	
				19	关节冲洗针	3.0mm*10cm*15°	3 支	
				20	关节冲洗针	3.0mm*15cm*0°	4 支	
				21	关节冲洗针	4.0mm*15cm*0°	1 支	
				22	关节冲洗针	▲4.0mm*18cm*0°	1 支	
				23	关节冲洗针	▲4.0mm*18cm*25°	1 支	
				24	刺探针	2.7mm*2.0mm*130mm	2 支	
				25	刺探针	3.7mm*3.0mm*150mm	2 支	
				26	刺探针	▲1.0mm*1.0mm*70mm	2 支	
				27	刺探针	▲1.5mm*1.5mm*80mm	2 支	
				28	刺探针	▲2.0mm*2.0mm*130mm	2 支	
				29	松弛切刀	2.9mm*2.5mm*120mm	2 支	
				30	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm	2 支	
				31	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm*20°	2 支	
				32	拨松针（圆头）	1.0mm*70mm	4 支	
				33	拨松针（圆头）	1.5mm*80mm	4 支	
				34	拨松针（圆头）	2.0mm*130mm	2 支	
				35	拨松针（大圆头）	▲3.0mm*2.5mm*120mm*15°	1 支	
				36	拨松针（大圆头）	▲2.0mm*1.2mm*40mm	1 支	
				37	拨松针（大圆头）	▲2.5mm*1.5mm*50mm	1 支	
				38	兰剪（杆状）直型	3.5mm*165mm	1 把	
				39	关节钳（平口钳）	3.2mm*168mm	1 把	
				40	半月板兰钳左弯	3.3mm*120mm	1 把	
				41	半月板兰钳右弯	3.3mm*120mm	1 把	
				42	剥离钳	2.7mm*65mm	1 把	
				43	冲洗把手	22mm*180mm，进出水双通道	3 把	
				44	关节内窥镜	0°，Φ2.7mm*175mm	2 套	
				45	双阀镜鞘	4.0mm*115mm，配合关节内窥镜使用，带闭孔器	2 套	
				五、配套设备部分				
				1	医用台车	专业医用台车	1 张	
				2	转运包装箱	铝塑材质，抗震、防撞	1 只	
				3	关节内窥镜消毒盒	不锈钢材质	2 只	
				4	打印机	彩色激光打印机	1 台	
				5	器械消毒框	不锈钢材质	2 只	

				6	针具消毒盒	不锈钢材质	3 只	
				7	快速接头	不锈钢材质	7 只	

更正后内容：

货物需求一览表											
标段		分标 3									
序号	采购 货物 名称	单位	数量	货物参数					最高限 价合计 (万元)		
1	微 创 针 刀 镜	1	套	序号	名称	规格项目			数量	100.00	
				一、医用一体化内窥镜摄像系统部分							
				1	医 用 一 体 化 内 窥 镜 摄 像 系 统	显示器	22 英寸 LED 医用专业高清显示屏				1 套
						显示分 辨率	1920×1080				
						显示器 可视角 度	视角范围 178 度，上下，左右各 89 度				
						显示器 对比度	1000:1				
						显示器 亮度	800nit				
						光源功 率	30W				
						光源色 温	3000K~7000K				
						光源照 度	≥700,000Lux				
						光源调 节模式	连续无级可调				
						光源寿 命	≥20000 小时，终身免维护				
						其他功 能	几何失真：几何失真不大于 2%				
							亮度：产品的亮度不低于 200cd/m2。				
							线数：产品水平分辨率不低于 800 线，允差为 -20%，上限不计。				
							色彩还原：四级或以上。				
							可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和 图片的采集， 存储介质：外置 SD 卡接口，最高支持 32GB 以				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					针		
				7	关节冲洗针	2.0mm*10cm*15°	3支
				8	关节冲洗针	2.0mm*15cm*0°	3支
				9	关节冲洗针	2.0mm*15cm*15°	3支
				10	关节冲洗针	2.0mm*15cm*≥15°	1支
				11	关节冲洗针	2.5mm*5cm*0°	3支
				12	关节冲洗针	2.5mm*5cm*15°	3支
				13	关节冲洗针	2.5mm*10cm*0°	3支
				14	关节冲洗针	2.5mm*10cm*15°	2支
				15	关节冲洗针	2.5mm*15cm*0°	3支
				16	关节冲洗针	2.5mm*15cm*30°	1支
				17	关节冲洗针	3.0mm*5cm*0°	3支
				18	关节冲洗针	3.0mm*5cm*15°	3支
				19	关节冲洗针	3.0mm*10cm*15°	3支
				20	关节冲洗针	3.0mm*15cm*0°	4支
				21	关节冲洗针	4.0mm*15cm*0°	1支
				22	关节冲洗针	▲4.0mm*≥15cm*0°	1支
				23	关节冲洗针	▲4.0mm*≥15cm*≥15°	1支
				24	刺探针	2.7mm*2.0mm*130mm	2支
				25	刺探针	3.7mm*3.0mm*150mm	2支
				26	刺探针	1.0mm*1.0mm*70mm	2支
				27	刺探针	1.5mm*1.5mm*80mm	2支
				28	刺探针	2.0mm*2.0mm*130mm	2支
				29	松弛切刀	2.9mm*2.5mm*120mm	2支
				30	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm	2支
				31	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm*≥15°	2支

				32	拨松针（圆头）	1.0mm*70mm	4 支	
				33	拨松针（圆头）	1.5mm*80mm	4 支	
				34	拨松针（圆头）	2.0mm*130mm	2 支	
				35	拨松针（大圆头）	3.0mm*2.5mm*120mm*15°	1 支	
				36	拨松针（大圆头）	2.0mm*1.2mm*40mm	1 支	
				37	拨松针（大圆头）	2.5mm*1.5mm*50mm	1 支	
				38	兰剪（杆状）直型	3.5mm*165mm	1 把	
				39	关节钳（平口钳）	3.2mm*168mm	1 把	
				40	半月板兰钳左弯	3.3mm*120mm	1 把	
				41	半月板兰钳右弯	3.3mm*120mm	1 把	
				42	剥离钳	2.7mm*65mm	1 把	
				43	冲洗把手	22mm*180mm，进出水双通道	3 把	
				44	关节内窥镜	0°，Φ2.7mm*175mm	2 套	
				45	双阀镜鞘	4.0mm*115mm，配合关节内窥镜使用，带闭孔器	2 套	
				<b>五、配套设备部分</b>				
				1	医用台车	专业医用台车	1 张	
				2	转运包装箱	铝塑材质，抗震、防撞	1 只	
				3	关节内窥镜消毒盒	不锈钢材质	2 只	
				4	打印机	彩色激光打印机	1 台	
				5	器械消毒框	不锈钢材质	2 只	
				6	针具消毒盒	不锈钢材质	3 只	
				7	快速接头	不锈钢材质	7 只	