广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

数字x线摄影设备采购项目

「项目编号: GXZC2025-T1-003084-GXRZ]

成交公告

- 二、项目名称:数字x线摄影设备采购项目
- 三、中标(成交)信息

供应商名称	供应商地址	中标(成交)金额	交货期
广西泰谦医疗 科技有限公司	南宁市青秀区东葛路 118 号南 宁青秀万达广场东 9 栋三十三 层 3318、3319、3320 号房	人民币陆拾柒万柒 <u>仟柒佰元整</u> <u>(¥677700.00)</u>	自签订合同之日起 90 日所日内交货, 并安装调试完毕且 通过验收。

四、主要标的信息

序号	标的名称	品牌	数量及单位	单价 (元)	规格型号
1	数字X线摄影设备	深圳迈瑞	1 台	677700.00	DigiEye U7T

五、评审专家名单: 甘宾宾(组长)、陆骞、李培援(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额: 本项目的采购代理服务费参照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号〕和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定货物类,采购代理收费以(□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20%/□收费基准价格上浮 %)收取。代理服务费:人民币捌仟壹佰叁拾贰元整(¥8132.00)。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1、成交公告媒体及日期: http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、

http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)、https://www.gxmu.edu.cn/(广西医科大学)、https://www.gxmuyfy.cn/(广西医科大学第一附属医院)、www.gxruizhen.com(广西瑞真工程造价咨询有限责任公司官网),2025年10月29日。

2、无效响应供应商名称及原因:

- ①"南宁市骏睿商贸有限公司"货物需求偏离表中实质性要求参数项(▲35、▲40项)未响应具体数值,根据竞争性谈判文件货物需求偏离表格式,注:"4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时,响应文件承诺不得直接复制采购需求,响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数的具体数值,否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的,采购人应在此采购需求的数值后标注◆号,对标注◆号的采购需求不适用上述"竞标无效"条款。",竞标无效,不通过符合性审查。
- ②"广西翊星贸易有限公司"货物需求偏离表中"43. 立式胸片架平板探测器拥有垂直电动运动和倾斜电动运动的运动模式,并可以同时进行",不满足"平板探测器拥有电动运动的模式";"45. 具备红外遥控器,遥控实现胸片架电动升降及平板电动倾斜",不满足"红外遥控器,遥控实现平板电动倾斜",负偏离项为8项,超过了竞争性谈判文件要求允许偏离的6项要求,竞标无效,不通过符合性审查。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 广西医科大学第一附属医院

地址:广西南宁双拥路6号

联系人: 徐老师

联系电话: 0771-5634385

2. 采购代理机构信息

名称:广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址: 南宁市青秀区竹溪大道 2 号荣恒名都 A 座 10 层 01 号

项目联系人: 陈雪姣

联系电话: 0771-5800672

