

贵港市农产品质量安全 监督检验检测中心

关于贵港市农产品质量安全监督检验 测试中心反馈采购实验检测耗材、试剂 及电感耦合等离子体质谱仪 谈判结果问题的报告

贵港市财政局：

我单位委托丰汇国际项目管理有限公司组织的实验检测耗材、试剂及电感耦合等离子体质谱仪（项目编号：GGZC 2025-J1-990242-FHGJ）竞争性谈判采购活动，于 2025 年 09 月 30 日完成评审。经谈判小组评审，推荐广西超沃仪器有限公司为分标 1 第一成交候选人，广州科晟进出口有限公司为分标 1 第二成交候选人，南宁汇鑫化玻仪器有限公司为分标 1 第三成交候选人。

一、发现的问题事项及核实情况

在评审工作完成后，我单位发现第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投产品未响应采购文件实质性需求：

问题事项 1：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第 2.1.1 项——标的名称：仪器整体具有八极杆碰撞反应池和四极杆质量分析器的结构。经我单位查证衡昇质谱 iQuad2300 官网链接表明其为六极杆碰撞反

应池，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中技术参数及性能（配置）要求为：仪器整体具有八极杆碰撞反应池和四极杆质量分析器的结构。

问题事项 2：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第▲2.2.4 项--标的名称：排废系统：废液采用重力排出，无需蠕动泵管，减少耗材。经我单位查证衡昇质谱 iQuad2300 官网链接表明其为采用蠕动泵排走废液，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购需求技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中技术参数及性能（配置）要求为：排废系统：废液采用重力排出，无需蠕动泵管，减少耗材。

问题事项 3：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第▲2.3.2 项--标的名称：二次放电消除技术：采用物理接地消除电势，避免锥口放电现象，延长锥使用寿命；对于采用虚拟接地技术需额外提供五套采样锥和截取锥。而衡昇质谱 iQuad2300 不是采用屏蔽炬等物理接地技术消除电势，采用虚拟接地消除电势却不配套五套采样锥和截取锥，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购需求技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中技术参数及性能（配置）要求为：二次放电消除技术：采用物理接地消除

电势，避免锥口放电现象，延长锥使用寿命；对于采用虚拟接地技术需额外提供五套采样锥和截取锥。

问题事项 4：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第▲2.3.3 项--标的名称：氦气气体消耗：等离子体稳定运行时，正常工作模式氦气总流量<11L/min,在 Eco 模式下等离子气流量<5.5L/min（投标文件中提供软件截图证明）。经我单位查证衡昇质谱 iQuad2300 官网链接表明其为需要使用 15L/min 的氦气流量进行测试，且无 Eco 模式，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购需求技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中技术参数及性能（配置）要求为：氦气气体消耗：等离子体稳定运行时，正常工作模式氦气总流量<11L/min,在 Eco 模式下等离子气流量<5.5L/min（投标文件中提供软件截图证明）。

问题事项 5：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第▲2.4.3--标的名称：截取锥项：厂家具有可提供铜、镍、铂三种材质类型的截取锥能力，锥孔孔径 0.35mm,降低高基体样品进入仪器真空腔，兼顾保护分析腔真空度和灵敏度，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。经我单位查证衡昇质谱 iQuad2300 技术白皮书表明其为截取锥锥孔孔径 0.45mm，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购需求技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中货物参数及要求为：截取锥项：厂家具有可提供铜、

镍、铂三种材质类型的截取锥能力，锥孔孔径 0.35mm，降低高基体样品进入仪器真空腔，兼顾保护分析腔真空度和灵敏度，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。

问题事项 6：分标 1 第一成交候选人广西超沃仪器有限公司所投标的产品清单中第▲2.6.1--标的名称：碰撞反应池：八极杆碰撞反应池，除提供消除干扰的池技术外，应有较高的离子传输效。经我单位查证衡昇质谱 iQuad2300 官网链接表明其为六极杆碰撞反应池，属于负偏离，并不能响应谈判文件采购需求技术参数及性能（配置）要求。谈判文件中技术参数及性能（配置）要求为：碰撞反应池：八极杆碰撞反应池，除提供消除干扰的池技术外，应有较高的离子传输效。

二、处理请求与建议

鉴于第一成交候选人广西超沃仪器有限公司经核实不符合本项目采购文件实质性要求，依据中华人民共和国财政部令第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目采购文件相关规定，其不具备成交资格。

鉴于上述情况，特将该情况书面报告你部门，恳请财政部门依法审查并予以指示。

附：1. 不符问题的证明材料

2. 项目采购文件

3. 谈判报告

4. 第一成交候选人相应文件相关页

5. 其他相关文件

