

1. 设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标： 1 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	4mm关节镜	1个	德美德	DA030054KA	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
2	镜鞘	1个	德美德	DP0102	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
3	鞘芯	1个	德美德	DP0202	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
4	2.7mm关节镜	1个	德美德	DA03008HDA	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
5	镜鞘	1个	德美德	DP0105	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
6	鞘芯	1个	德美德	DP0205	德美德（青岛）医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
7	泪滴状篮钳 • 直	1个	智兴医疗	ZXCr8186	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
8	泪滴状篮钳 • 右弯45°	1个	智兴医疗	ZXCr8113	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
9	泪滴状篮钳 • 左弯45°	1个	智兴医疗	ZXCr8112	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
10	微型抓钳 • 直	1个	智兴医疗	ZXCr82810	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
11	微型咬骨钳	1个	智兴医疗	ZXCr81811	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
12	鳄鱼口小抓钳	1个	智兴医疗	ZXCr82811	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
13	多角度缝合系统滑轮手柄	1个	智兴医疗	ZXSB1102	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
14	缝合钩 • 90° - 直弯	1个	智兴医疗	ZXWG3002	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表

15	缝合钩 • 90° - 直弯 - 长型	1个	智兴医疗	ZXWG2002	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
16	缝合钩 • 45° - 右弯	1个	智兴医疗	ZXWG5202	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
17	缝合钩 • 45° - 左弯	1个	智兴医疗	ZXWG4202	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
18	缝合钩 • 90° - 右弯	1个	智兴医疗	ZXWG5402	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
19	缝合钩 • 90° - 左弯	1个	智兴医疗	ZXWG4402	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
20	软骨锥 • 直型	1个	智兴医疗	ZXKK5011	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
21	软骨锥 • 25°	1个	智兴医疗	ZXKK5013	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
22	软骨锥 • 60°	1个	智兴医疗	ZXKK5015	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
23	骨刮匙 • 双面	2个	智兴医疗	ZXGC1662	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
24	骨刮匙 • 单面	2个	智兴医疗	ZXGC1762	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
25	探钩, 3mm	2个	智兴医疗	ZXCL3001	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
26	#2-0握持式推结线剪	4个	智兴医疗	ZXCr7401	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
27	反咬篮钳 • 右	2个	智兴医疗	ZXCr6134	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
28	反咬篮钳 • 左	2个	智兴医疗	ZXCr6133	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
29	定位器手柄	2个	智兴医疗	ZXMZ2301	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
30	定位器套筒	2个	智兴医疗	ZXMZ3103	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
31	前叉点对点定位钩	2个	智兴医疗	ZXMZ1201	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表


32	后叉胫骨定位钩	2个	智兴医疗	ZXMZ1202	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
33	后叉股骨定位钩	2个	智兴医疗	ZXMZ1203	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
34	空心钻头, 4.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1002	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
35	空心钻头, 5.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1003	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
36	空心钻头, 6.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1005	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
37	空心钻头, 7.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1007	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
38	空心钻头, 8.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1009	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
39	空心钻头, 9.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1011	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
40	空心钻头, 10.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1013	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
41	空心球头钻, 5.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1026	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
42	空心球头钻, 5.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1027	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
43	空心球头钻, 6.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1028	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
44	空心球头钻, 6.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1029	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
45	空心球头钻, 7.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1030	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
46	空心球头钻, 7.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1031	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
47	空心球头钻, 8.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1032	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
48	空心球头钻, 8.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1033	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表


49	空心球头钻，9.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1034	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
50	空心球头钻，9.5mm	2个	智兴医疗	ZXZT1035	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
51	空心球头钻，10.0mm	2个	智兴医疗	ZXZT1036	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
52	导丝，1.2mm	2个	智兴医疗	ZXDZ3303	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
53	带孔导针，2.3×38cm(尖角)	2个	智兴医疗	ZXDZ1201	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
54	带孔导针，2.3×31cm	2个	智兴医疗	ZXDZ2101	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
55	推结器(膝)	2个	智兴医疗	ZXDJ1001	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
56	测深尺，带钩	2个	智兴医疗	ZXCL1001	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
57	股骨导向器手柄	2个	智兴医疗	ZXMZ2501	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
58	股骨导向定位钩，5mm	2个	智兴医疗	ZXMZ1101	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
59	股骨导向定位钩，6mm	2个	智兴医疗	ZXMZ1102	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
60	股骨导向定位钩，7mm	2个	智兴医疗	ZXMZ1103	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
61	韧带测量器，闭口	2个	智兴医疗	ZXCL4001	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
62	肌腱刮板，经典型	2个	智兴医疗	ZXGC1555	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
63	PCL保护器	2个	智兴医疗	ZXBL1202	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
64	韧带工作台，便携式(含软组织夹)	2个	智兴医疗	ZX4000	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表
65	软组织夹(韧带工作台)	4个	智兴医疗	ZX4000	青岛智兴医疗器械有限公司	山东青岛	详见技术偏离表

	, 便携式包 含夹子)				公司		
66	界面螺钉改 锥, 6-10mm	2个	智兴医疗	ZXSZ2001	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
67	闭口取腱器 , 7mm	2个	智兴医疗	ZXTQ2001	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
68	开口取腱器 , 7mm	2个	智兴医疗	ZXTQ1001	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
69	定位器手柄 (三代)	1个	智兴医疗	ZXMZ2303	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
70	限深套筒, 3.5mm	1个	智兴医疗	ZXMZ3112	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
71	转换套筒	1个	智兴医疗	ZXMZ3113	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
72	AC关节定位 钩, 左	1个	智兴医疗	ZXMZ1105	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
73	AC关节定位 钩, 右	1个	智兴医疗	ZXMZ1106	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
74	工具消毒盒	4个	智兴医疗	/	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表
75	镜子消毒盒	2个	智兴医疗	/	青岛智兴医 疗器械有限 公司	山东青 岛	详见技术偏离 表

备注:

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致, 否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人(签字/电子签名): 

投标人名称(电子签章):  广西南宁市增飞商贸有限公司

日期: 2025 年 7 月 18 日

2. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

所投分标： 1 分标

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	关节镜配套手术器械	1.1关节镜镜体：2条	1.1关节镜镜体：2条	无偏离
		▲1.1 超高清关节镜，支持高温高压灭菌	▲1.1 超高清关节镜，支持高温高压灭菌	无偏离
		1.2 工作直径≤4.0mm工作长度≥175mm，视向角30°	1.2 工作直径≤4.0mm工作长度≥175mm，视向角30°	无偏离
		1.3 蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损	1.3 蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损	无偏离
		1.4 激光焊接工艺，密封、防雾	1.4 激光焊接工艺，密封、防雾	无偏离
		1.5 相对畸变≤4%	1.5 相对畸变≤4%	无偏离
		1.6 配套双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个	1.6 配套双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个	无偏离
		2 穿刺锥 2个	2 穿刺锥 2个	无偏离
		2.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸30°；	2.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸30°；	无偏离
		2.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固；	2.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固；	无偏离
		2.3 多种角度和长度满足临床不同使用需求；	2.3 多种角度和长度满足临床不同使用需求；	无偏离
		2.4 支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用。	2.4 支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用。	无偏离
		3 双阀镜鞘 2个	3 双阀镜鞘 2个	无偏离
		☆3.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸45°；	☆3.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸45°；	无偏离
		3.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固；	3.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固；	无偏离
		3.3 多种角度和长度满足临床不同使用需求；	3.3 多种角度和长度满足临床不同使用需求；	无偏离