

四、商务条款偏离表

项目名称：西门子大孔径 CT 购买维修服务

项目编号：LZZC2025-C3-990584-GXKL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

项号	竞争性磋商文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
一	1. 服务期限：自签订合同之日起七个工作日维修完成并交付使用。	1. 服务期限：自签订合同之日起七个工作日维修完成并交付使用。	无偏离
二	2. 地点：广西柳州市采购人指定地点。	2. 地点：广西柳州市采购人指定地点。	无偏离
三	3. 基础要求： (1) 维修服务应符合采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。	3. 基础要求响应： (1) 维修服务应符合采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。	无偏离
	(2) 成交供应商应保证所投服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由成交供应商承担。	(2) 我司应保证所投服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由我司承担。	无偏离
	(3) 保证所提供的维修配件为未曾使用过的全新配件；所供配件均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。	(3) 保证所提供的维修配件为未曾使用过的全新包装原厂未拆封配件；所供配件均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。	无偏离

	(4) 成交供应商的响应文件应列明详细的服务及相关维保服务方案。	(4) 我司的响应文件应列明详细的服务及相关维保服务方案。	无偏离
	(5) 响应文件应正确反映所投服务的技术水平和服务细节，与发布的参数要求能一一对应标注正负偏离。	(5) 响应文件应正确反映所投服务的技术水平和服务细节，与发布的参数要求能一一对应标注正负偏离。	
	(6) 未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。	(6) 未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。	无偏离
四	4. 报价要求：响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物的价格；包含所列球管保修期内检查费、维修服务的人工费(含工时费、差旅费、保险等一切费用)所需耗材费、所有配件运输、报关、税费等费用。	4. 报价要求：响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物的价格；包含所列球管保修期内检查费、维修服务的人工费(含工时费、差旅费、保险等一切费用)所需耗材费、所有配件运输、报关、税费等费用。	无偏离
五	5. 付款方式：自合同约定的维保服务起始日起算，采购人收到成交供应商开具的当期增值税普通发票及服务工单后，每半年支付一次，每次支付当年保费的 50%，至合同款项支付完毕。	5. 付款方式：自合同约定的维保服务起始日起算 30 日内，采购人收到我司开具的当期增值税普通发票及服务工单后支付第一笔合同款，每半年支付一次，每次支付当年保费的 50%，至合同款项支付完毕。	无偏离
六	6. 合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。	6. 合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
七	7. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	7. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离
八	8. 售后服务要求： (1) 成交供应商所供球管须按原厂高真空原件保修条例进行保修，质保期	8. 售后服务要求响应： (1) 我司所供球管须按原厂高真空原件保修条例进行保修，质保期需	无偏离

需满足 50 万扫描秒次/一年，扫描秒与质保时间其中一项先到则为质保期结束。	满足 50 万扫描秒次/一年，扫描秒与质保时间其中一项先到则为质保期结束。	
(2) 球管保修服务期内，日常故障响应时间(承诺故障响应时间≤60 分钟，到达现场时间 48 小时)、维保方案等服务满足采购人要求。	(2) 球管保修服务期内，日常故障响应时间(承诺故障响应时间≤60 分钟，到达现场时间 48 小时)、维保方案等服务满足采购人要求。	无偏离
(3) 提供球管保期内维保服务。	(3) 提供球管保期内维保服务。	无偏离
(4) 为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。	(4) 为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。	无偏离
(5) 进行现场安装配件及提供操作培训及维护人员培训;免费提供技术咨询;球管维保服务期内保证所保设备的维修与配件供应。	(5) 进行现场安装配件及提供操作培训及维护人员培训;免费提供技术咨询;球管维保服务期内保证所保设备的维修与配件供应	无偏离

注：

1. 应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：西门子医疗系统有限公司

日期：2025 年 9 月 12 日



七、服务需求偏离表

项目名称: 西门子大孔径 CT 购买维修服务

项目编号: LZZC2025-C3-990584-GXKL

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空): 无

项号	标的名称	竞争性磋商文件采购需求中的服务参数	响应文件响应的服务参数	偏离说明
1	西门子大孔径 CT 购买维修服务	(1) 服务内容 一台西门子CT球管故障维修服务(机器型号:Definition As Open 20, SN:92066), 供应商需保证服务期完成后该设备恢复正常使用。	(1) 服务内容 一台西门子CT球管故障维修服务(机器型号:Definition As Open 20, SN:92066), 供应商需保证服务期完成后该设备恢复正常使用。	无偏离
		(2) 服务技术要求 2.1 工时要求: 包含服务合同期内所需的人工工时费用。签订服务合同的用户/买方享受优先派工(与单次叫修服务相比)。	(2) 服务技术要求 2.1 工时要求: 包含服务合同期内所需的人工工时费用。签订服务合同的用户/买方享受优先派工(与单次叫修服务相比)。	无偏离
		2.2 球管安全检查: 按照原厂要求及当地法规规定执行以下工作: (1) 制定检查计划; (2) 机械安全检查; (3) 电气安全检查; 和 (4) 记录检查结果。	2.2 球管安全检查: 按照原厂要求及当地法规规定执行以下工作: (1) 制定检查计划; (2) 机械安全检查; (3) 电气安全检查; 和 (4) 记录检查结果。	无偏离
		2.3 球管质量检查: 通过(1) 制定质量保证工作计划; (2) 检查图象质量(效果); (3) 评判质量参数结果; (4) 调整/校准至出厂质量标准; (5) 记录并报告设备状况, 以保证设备质量达到原厂质量标准。	2.3 球管质量检查: 通过(1) 制定质量保证工作计划; (2) 检查图象质量(效果); (3) 评判质量参数结果; (4) 调整/校准至出厂质量标准; (5) 记录并报告设备状况, 以保证设备质量达到原厂质量标准。	无偏离

	2.4安全升级:根据采购人要求提供改善设备安全性能及使用性能的升级。	2.4安全升级:根据采购人要求提供改善设备安全性能及使用性能的升级。	无偏离
	2.5零备件供应:承诺国内拥有备件储存仓库与保税仓库,承诺该型号的球管有现货库存,保证按承诺的时间按时到货,保证科室设备正常运行。	2.5零备件供应:承诺国内拥有备件储存仓库与保税仓库,承诺该型号的球管有现货库存,保证按承诺的时间按时到货,保证科室设备正常运行。	无偏离
	2.6服务标准:符合国家有关技术规范和技术标准:满足临床科室使用要求。	2.6服务标准:符合国家有关技术规范和技术标准:满足临床科室使用要求。	无偏离
	2.7技术电话支持:具备全国范围内免费热线电话,有客户服务中心专家提供快速诊断和技术支持服务。24小时*365天技术电话支持。	2.7技术电话支持:具备全国范围内免费热线电话,有客户服务中心专家提供快速诊断和技术支持服务。24小时*365天技术电话支持。	无偏离
	(3)服务质量要求 3.1成交供应商所提供球管必须符合如下参数,球管必须为原厂全新球管且提供制造商认证资料。成交供应商须提供原厂采购球管的采购协议、注册证(在国内已经单独注册的,必须提供单独注册证),进口备件须提供相应的《报关单》,球管原厂证书,采购人验收合格后方可更换,缺任何一样,采购人将拒绝收货,并要求换货。成交供应商必须保证球管来源可追溯,承	(3)服务质量要求 3.1我司所提供球管必须符合如下参数,球管必须为原厂全新球管且提供制造商认证资料。我司须提供原厂采购球管的采购协议、注册证(在国内已经单独注册的,必须提供单独注册证),进口备件须提供相应的《报关单》,球管原厂证书,采购人验收合格后方可更换,缺任何一样,采购人将拒绝收货,并要求换货。我司必须保证球管来源可追溯,承担相应的人工费、运输费	无偏离

	担相应的人工费、运输费、交通费、安装调试费等若由于成交供应商更换的球管出现法律性问题由成交供应商承担全部责任，并赔偿采购人相应损失。	、交通费、安装调试费等若由于我司更换的球管出现法律性问题由我司承担全部责任，并赔偿采购人相应损失。	
	3.2质保期限：成交供应商所提供球管质保期需满足 50万扫描秒次/-年，扫描秒与质保时间其中一项先到则为质保期结束。	3.2质保期限：我司所提供球管质保期需满足 50万扫描秒次/-年，扫描秒与质保时间其中一项先到则为质保期结束。	无偏离
	3.3拟投入本项目提供实施服务的设备工程师>3名，且在本地设有常驻工程师或承诺成交后在本地设有常驻工程师(须在响应文件中提供工程师为供应商员工的证明材料)。	3.3拟投入本项目提供实施服务的设备工程师>3名，且在本地设有常驻工程师或承诺成交后在本地设有常驻工程师(须在响应文件中提供工程师为供应商员工的证明材料)。	无偏离
	(4)验收要求 所有服务内容必须经采购人代表、成交供应商双方现场验收确认；验收合格签发验收单，并作为结算依据。	(4)验收要求 所有服务内容必须经采购人代表、我司双方现场验收确认；验收合格签发验收单，并作为结算依据。	无偏离
	(5)其他：须在响应文件中提供设备现用球管参数清单。	(5)其他：须在响应文件中提供设备现用球管参数清单。	无偏离

注：

1. 应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。