

竞 标 报 价 表

项目名称： 广西壮族自治区医疗器械检测中心实验室检验检测设备采购项目

项目编号： GXZC2024-J1-006329-ZXGC 分标（如有）： 分标 2

供应商名称： 广西宇粟仪器设备有限公司

单位： 元

项 号	标的的 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标 及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	血气分 析仪	1 台	雷度	ABL9	雷度米特 (苏州) 医疗科技 有限公司		■1、实测参数： pH、pO2、pCO2， Na+、K+、Ca2+、 Cl-、Lac、Hct 等 9 项实测参 数。 2、计算参数： Ch+，cHC03 - (P)， cBase (B)， cBase (B, ox)， cBase (Ecf)， cBase (Ecf, ox) , cHC03- (P, st)， ctC02 (P)， ctC02 (B)， cCa2+ (7.40)，	48900.00	48900.00

						Anion Gap (K⁺), Anion Gap, ctO₂, sO₂, ctHb, pO₂ (A), pO₂ (a/A), pO₂ (A - a), pO₂ (a) /FI O₂, R I 等 20 项计算参数。 3、方法学：电流、电位和电导微电极技术。 4、进样方式：自动吸样, 进样针自动清洁。 5、样本体积：全参数检测 70μl。 6、检测时间：80 秒或不带乳酸 70 秒。 7、定标设置：2 点定标：默认 8 小时执行一次, 2 点定标可手动设置。 8、规格/测试数：多种规格测试卡, 根据科室需要自由选择,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						带乳酸或不带乳酸。 9、耗材效期： 测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期155天，上机效期最长60天。 10、待机模式设置：可根据使用情况随时将分析仪设置为休眠模式，减少试剂包消耗费用。 11、实时操作视频导引：操作步骤实时屏幕动画导引，用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作。 12、质控：支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图。 13、屏幕、接口		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP 同等或以上操作系统、以太网端口和 3 个 USB 接口,可外接键盘和 外接条形码扫描器及打印机。 14、耗材储存：常温 2 - 25° C 储存(乳酸测试卡 2 - 8° C)。 15、数据储存与网络连接：患者检测结果:500, 手动质控结果: 500, 2 点定标结果: 500, 事件记录:15000, 用户 ID: 无限定,数据 U 盘下载。有单向、双向连接外部 Lis 软件或网络的能力。 16、耗材类别与更换:只需更换		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						测试卡与试剂包, 更换步骤简单, 无须其他维护工作。 配置: ABL 血气分析仪主机(含操作手册) 一台 热敏打印纸 6 卷 220-240V 电源线 1 条		
2	差压计	1 台	德图	testo 512 -1	 德图仪表(深圳)有限公司	1. 测量范围至少包含 0~2hPa/0~20hPa/0~200hPa/0~2000hPa; 2. 测量精度为 0.5 %满量程; 3. 分辨率为 0.001hPa/0.01hPa/0.1hPa/1hPa。 配置: testo 512 -1 一台 testo 512 -2 一台	18100.00	18100.00
合计金额大写: 人民币 <u>陆万柒仟元整</u> (¥ <u>67000.00</u>) 竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0 %。								

注：1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

6. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西宇奥仪器设备有限公司

日期：2024 年 12 月 16 日

