

1.响应函：（必须提供，否则作无效响应处理）

响应函

致：贵港市覃塘区石卡中心卫生院（采购人名称）：

我方 广西远泽投资有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪B楼4113、4115号。

我方愿意参加贵方组织的 采购医疗设备（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全

部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪B楼4113、4115号

电话：15877114848

传真：/

邮政编码：530022

开户名称：广西远泽投资有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市桂雅支行

银行账号：800105480200020

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西远泽投资有限公司

日期：2025年2月21日



2.响应报价表：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

响应报价表

项目名称：采购医疗设备 项目编号：GGZC2025-T1-040004-GXZA 分标：无

供应商名称：广西远泽投资有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价（元） ②	单项合价 （元） ③ = ① × ②	保质期	备注
1	全自动生化检测仪	品牌：迈瑞；规格型号：BS-860 ★1. 处理能力：光学比色法恒速≥790 测试/小时； 2. 分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等支持单/双波长；，线性和非线性校准可支持 1~4 试剂项目； 3. 仪器可同时支持在线同时分析项目数：≥80 项； ★4. 样本盘：样本位≥170 个，具有不间断冷藏功能； 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）； ★5. 试剂盘：试剂位≥165 个，试剂仓温度 2~8℃，可 24 小时不间断冷藏； 6. 仪器具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；仪器自动扫描试剂条码，参数信息可自动导入，免除了手工输入和繁琐和误差的发生； 7. 最小反应体积可低至 100μl，可以有效节省试剂使用量，降低检测成本； 8. 样本针：加样针具有液位探测、防撞保护、微量跟踪、堵针检测、空排检测和空吸检测功能；支持样本稀释测试； 9. 清洗装置：清洗装置配备≥8 阶温水自动清洗功能，清洗水可自动进行预加热，有效降低携带污染； 10. 具有全血检测 HbA1c 功能：无需前处理，EDTA 全血离心后可直接上级检测 HbA1c； 11. 吸光度线性范围：0~3.5Abs，确保高值异常样本检测； 12. 加样针技术：具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能； 13. 反应杯数量≥160 个；比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达 1：3~150 倍； 14. 反应时间：20 分钟内任意设定，满足不同项目开展需要； 15. 质量认证：同系列产品获得 CE 和 FDA 认证；	1	150000.00	150000.00	1 年	无

	16. 光学系统：光栅后分光，支持≥15个检测波长；光纤光路传输，抗干扰强； ★17. 反应单元温控系统：采用固体直热温控方式，无需添加任何 抑菌剂或温控油等，免除日常维护保养； 18. 操作系统：配备 17 寸全中文液晶操作屏，具有操作软件和数 据管理软件，反应全程实时监测，具备防止项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等；					
2	品牌：迈瑞；规格型号：BC-5380 1. 测量原理：WBC 五分类双通道检测，采用半导体激光散射、细胞化学染色检测；无氰溶血剂测 HGB； 2. 白细胞五分类，测试参数：可提供 27 项参数和 1 个散点图、3 个直方图； ★3. 测试速度：≥50 样本/小时； ★4. 进样模式：全自动进样和手动进样同时具备； 5. 样本：静脉全血、预稀释血 6. 自动进样器容量≥20 个 7. 样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul； 8. 数据输出：具备联网双向通讯功能； 9. 操作软件：全中文操作，及中文报告系统； 10. 资料存储：分析仪主机可存储≥5000 份检查结果，包括散点图、直方图及患者信息；外接电脑，可存储包括所有中文信息和全部散点图及直方图； 11. 售后服务：本省有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，并有专业维修工程师提供服务，实现 24 小时全天候售后服务。 12. 仪器主机配备有内置的稀释器，仪器可以自动加注稀释液，避免手工误差，使操作更方便、更规范； 13. 整机性能、品质保障：生产厂家通过中国 CMA 认证 ★14. 试剂：厂家建立血液标准实验室，实验室经过 CNAS 权威机构认可 15. 工作电压：(100V-240V~) 允差±10%	1	450000.00	450000.00	1 年	无
3	品牌：希莱恒；规格型号：IMS-972 全 C 型 1. 测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH 2. 适用样品：血清、血浆、全血、稀释尿液； 3. 测量技术：离子选择性电极 4. 样品量：60ul-200ul 5. 测量速度：≤30 秒 6. 测量范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L	1	30000.00	30000.00	1 年	无

	Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH 4—9 0.01 7. 仪器设 YES、NO 二个触摸按键，操作简便，全中文菜单，故障自动提示及排除。 8. 具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有 15 个以上的测试位，样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。 9. 储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现； 10. 进样一次，可同时测量出 K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 五项七参数。 11. 自动进样，自动定标，分析速度快，从吸样到显示结果仅需 30 秒。 12. 仪器具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据。 13. 仪器可 24 小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。 14. 可以和 Lis 系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能； 15. 终身技术服务支持，免费软件升级；厂家设有 400 免费服务电话。					
4	品牌：湘仪；规格型号：LT53 ★1. 高清、高亮度 7 寸触摸屏可以直接戴手套进行操作，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。 2. 转速、时间、离心力 (RCF)、升、降速档位可以通过触摸屏直接输入数值进行参数设置，相比传统的旋钮式操作更加简单、快捷、精准。 3. 自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。前板：门盖一次模具成型，流线型外观简洁大方，符合人机工程学。 ★4. 程序设置：通过程序可以轻易的实现实验的重现性，支持对程序进行命名，使用时只需调取对应的名称就可以重现实验的整套方案；可支持 5 级阶梯离心，满足多元化的实验需求。空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。 5. 数据信息：运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。 ★6. 11 种升速曲线，12 种减速曲线，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳（第 10 档可根据实验需求自定义时间）。 ★7. 具有转子自动识别功能，防止超转速使用。	1	14800.00	14800.00	1 年	无

		8. 设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。 9. 0.2ml~250ml 多种适配器选择，是临床化验分析的理想之选。 ★10. 最高转速：5300r/min 11. 最大相对离心力：5010xg 12. 最大容量：4×250ml 13. 转速精度：±20r/min 14. 定时范围：1s-99min59s 或 1 min-99h59min) 15. 整机噪声：≤65dB(A) 16. 电源：AC220V±22V 50/60Hz 17. 整机功率：400W 18. 外形尺寸：436×560×380mm(L×W×H) 外包装尺寸：547×727×432mm(L×W×H) 重量：42kg 19. 配置：4*250ml 水平方杯转子 68*5/7ml 适配器 (最高转速 4000r/min, 3450xg)					
5	高速台式离心机	品牌：湘仪；规格型号：HT1650 1. 微机控制、触摸面板，液晶显示 2. 电子门锁，不锈钢内胆。 ★3. 具有多款转子、适配器可供选择，满足客户的多样化需求。 ★4. 离心机结构紧凑、轻便，拥有可靠的安全性。 5. 最高转速：16500r/min ★6. 最大相对离心力：26054xg 7. 最大容量：6×50ml 8. 转速精度：±30r/min 定时范围：1min~99min59sec 9. 整机噪声：≤65dB(A) 10. 电源：AC220V±22V 50/60Hz 11. 整机功率：400W 12. 外形尺寸：325×420×225(mm) 外包装尺寸：385×640×330(mm) 重量：20kg 13. 配置：24*1.5ml 角转子 (最高转速 16500r/min, 最大相对离心力 26054xg)；	1	9900.00	9900.00	1 年	无
6	可视喉镜	品牌：优亿；规格型号：UBT-A3 1、整机由显示器、手柄部件和喉镜片三部分组成，整机支持拍照录像、数据存取功能。 ▲2、显示器能上下 0°~110°转动，左右 0°~270°转动，可触屏操作。 3、配套一次性使用喉镜片，较 PC 材质，不含双酚 A，透明度高。 ▲4、视场角 60°±15% 5、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度≥800Lux	1	30000.00	30000.00	2 年	无

▲6、液晶屏像素 (PIX): 720*480 7、分辨率≥7.87LP/mm 8、镜片手柄与显示组件的连接: 不费力直插式 9、纺锤型短手柄设计, 握持舒适 10、具有特殊防雾功能 11、手柄防水等级: IPX7 12、具备拍照录像功能, 数据存储, 可存储照片数量>40 万张, 可存储录像时长 16 小时 13、充电器输入: 100-240VAC, 50-60HZ 14、充电器输出: 5V, 1000mA 15、充电时间: <3 小时 16、持续放电时间: >3 小时 17、充电次数: >300 次 18、内置可充电式锂离子聚合物电池 19、由厂家负责售后服务					
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币 <u>陆拾捌万肆仟柒佰元整</u> (¥ <u>684700.00</u> 元)					
验收标准: 符合国家相关验收标准					
优惠及其它: 无					

注:

1. 供应商需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供响应报价表。

2. 如为联合体响应的, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应作无效响应处理。

3. 以上表格要求细分项目及报价, 在“具体货物内容”一栏中, 填写具体货物,, 否则其响应作无效响应处理。

4. 特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和成交金额, 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商, 请填写中小企业声明函。注: 供应商提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称 (电子签章): 广西远泽投资有限公司

日期: 2025 年 2 月 21 日



投标报价明细表

投标人全称（公章） 广西远泽投资有限公司

项目编号及名称 采购医疗设备（GGZB2025-1-040004-GXZA）

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
广西远泽投资有限公司	684600	自合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用/郑静	无	无