

## 竞标报价表

项目名称：凌云县疾病预防控制中心流水线全自动酶联免疫工作站采购（重）

项目编号：BSZC2024-J1-270270-GXLX

分标（如有）：无

供应商名称：广西岁增医疗科技有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	报价合计③=①×②
1	流水线全自动酶联免疫工作站	1台	艾德康	ADC ELISA 200	烟台艾德康生物科技有限公司	山东烟台	<p>1. 基本功能：全自动完成 ELISA 实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验</p> <p>2. 试剂应用范围：完全开放试剂系统</p> <p>3. 加样精度：加样量 100 <math>\mu</math>l 时，精密度 (CV) <math>\leq</math>0.75%，准确度 <math>\leq</math> <math>\pm</math> 1.5%</p> <p>4. 工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做</p> <p>5. 样本位：同时容纳（非连续装载）144 个样本位，满足大标本量需求，减少频繁的样本装载</p> <p>★6. 加样针：2 通道独立加样，使用透明一次性加样头，杜绝使用钢针，避免样品携带污染和液体稀释效应</p> <p>7. 加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能</p> <p>8. 液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测</p>	468000	468000

						<p>9. 同时加样板位：5 块 96 孔微板，并行分配标本的微板数 5 块 96 孔微板</p> <p>10. 加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染</p> <p>★11. 振荡孵育模块：振荡孵育模块 5 个，能够同时孵育 5 块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能</p> <p>12. 洗板机：独立洗板机，配置洗板头采用挂式安装，便于维修维护</p> <p>13. 洗板残留量：≤1 u1/孔</p> <p>14. 机械手功能：采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有抓板检测功能，运行中不掉板，断电不掉板</p> <p>15. 酶标仪：内置 1 台独立酶标仪，滤光片配置 405、450、492 和 630nm 波长</p> <p>16. 试剂仓：可同时放置 24 个试剂仓，每个仓容量 60ml，满足装载 24 种试剂</p> <p>★17. 仪器平台：平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，可方便快捷取放，试验结束后可将整个载架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。另具备支持更改所有载架位置或者数量的功能，无需重新定制，只需微调软件即可，满足多种不同测试需求</p> <p>18. 报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行</p> <p>19. 运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>他模块的正常运行</p> <p>★20. 设备结构：实验舱内具备 2 个机械臂，至少包括 1 个加样臂及 1 个抓手臂。外观结构为封闭式，整机结构采用台式设计，设备只需安置于桌子上即可，有效节省实验室额外的占地空间</p> <p>★21. 使用年限：10 年，满足长周期的使用检测需求，需提供设备铭牌为证。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

竞标总报价：（大写）人民币 肆拾陆万捌仟元整 （小写）¥ 468000

合同履行期限：自签订合同之日起 7 日内交货、安装调试完毕，并按约定的验收程序和方法，完成最终验收，且验收合格并交付正常使用。

- 注：
1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置、单价、合计、竞标总报价、交付使用期”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
  2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。
  3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
  4. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。
  5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
  6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效处理。
  7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人： 刘岁增 （签字）

供应商名称（电子签章）：广西岁增医疗科技有限公司

日期：2024 年 10 月 12 日