

单一来源项目报价表

采购项目名称：射波刀系统（型号：M6）维保服务采购

采购项目编号：GXZC2025-D3-000019-CGZX

序号	项目名称	报 价（元）	数量	单位	服务要求（规格型号）
1	射波刀系统（型号：M6）维保服务采购	9,900,000 元	1	项	一、项目要求 1. 维保设备品牌型号：射波刀系统 CyberKnife（型号：M6）一台 2. 维保范围：X 射线立体定向放射外科治疗系统的所有备件全保（包括但不限于机器人治疗照射系统、全套动态追踪软件、治疗计划系统、数据管理系统等，部分软件升级），第三方产品除外（非 ACCURAY 制造商提供的装置或零件等）。 ▲3. 保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，备件必须是原厂零部件并保证整机匹配性。 4. 锐智云放疗协作云数据平台标准版 4.1.1 锐智云放疗协作平台 锐智云放疗协作云平台基于互联网高速物联网络部署及大数据智慧放疗云平台，提升诊疗全流程效率，为用户提供全方位高速、智能、安全的远程智联平台服务，锐智云放疗协作云平台作为统一数据及流程管理平台集成各个子平台提供用户所需的服务以满足用户各方面的需要。 4.1.2 登录软件授权许可 用户可通过授权用户名密码以 Web 登录方式，只要有网络即可打开应用，随时随地高效办公，支持微软 Windows、

				苹果操作系统（苹果系统浏览器不支持远程协作功能）。 4.1.3 锐智云远程协作授权许可 基于互联网高速网络部署及远程放疗协作管理平台，可实现远程连入进行肿瘤靶区勾画、放疗计划设计，通过平台实现远程单方或多方实时协同操作讨论，为用户提供全方位高速安全的远程协作平台服务。 4.1.4 锐智云虚拟培训中心授权许可 基于互联网高速网络部署及远程培训协作管理平台，可实现远程云培训，发布公开或内部课程，降低外出培训成本，在院内即可获得专家专业技术指导，从而节省医院科室运营成本。 4.1.5 锐智云资料库授权许可 以多媒体技术和互联网技术为支撑，将专业知识、技术经验、文献材料、应用手册等通过网络传送到用户面前，用户也可通过锐智云平台上传分享专业材料，可大幅度降低医院或企业培训费用，同时提高医院的竞争力。 4.2 锐智云安全堡垒系统 4.2.1 锐智云网络安全堡垒系统 锐智云网络安全堡垒系统是一个远程协作、运维管理和审计系统，通过运用IT技术手段对使用人员在网络内操作行为进行监控和记录，以保障网络和数据的安全不受来自外部和内部未经授权人员的入侵和操作破坏。 4.2.2 单并发用户软件应用授权许可 以互联网数据转发服务技术为支
--	--	--	--	--

				撑，通过 IT 技术手段实现用户远程连入工作站，解决多院区访问工作站需求，同时用户也可以不受空间地点和时间限制，连入授权的工作站。 4.2.3 锐智云网络安全堡垒机硬件配置（单台） ThinkCentre M930Q（仅供参考） CPU: Intel i5 硬盘: 1T+256 固态 内存: 16G 六类 CAT6 类网线 HDMI 转 DVI 转换线 KVM USB 网卡 操作系统: Windows 10 注：硬件配置以实际发货为准 4.3 锐智云 5G 物联网网络 锐智云根移动和联通签署物联网网络协议，除锐智云平台外，用户无法访问任何未经授权的网络资源。 4.3.1 硬件配置 联通 CPE 5G 物联网设备 移动或联通 5G 物联网卡 4.4 包含一套专用移动 Welink 终端，支持移动网络的便携式平板电脑，方便用户随时随地安全访问，AIRspace 并执行远程管理操作。 5. 合同期内提供与设备匹配的射波刀原装马甲 6 件（尺寸 S、M、L 各 2 件），原厂马甲追踪线 2 根，射波刀胶片 12 盒（4 盒/年），提供 9 个绩点的培训（每年 3 个绩点）。 二、维保服务技术要求 1. 预防性保养：保修期内，成交供
--	--	--	--	--

				应商应按规定实施对设备的常规保养，每季度应派出工程师对设备系统进行维护保养（每年维护保养次数不能少于4次），每次进行维保工作均应出具正规维保工作报告并由双方相关人员进行签字确认。成交供应商在预期保养时间之前一周内通知采购方工作人员保养时间。 2. 安全检查：成交供应商须每年4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 3. 工时：保修期内，成交供应商免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。 4. 技术支持：保修期内，成交供应商工程师须7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合采购方开展工作。 5. 备件：保修期内，包含机器维修所需备件（含加速管、磁控管、多叶光栅、球管、平板探测器等）。 （1）提供保修所需的备件（消耗品、附件及其他第三方的产品除外）； （2）备件供应要及时、充足； （3）备件必须是原厂的备件； （4）优先运送备件； （5）回收报废备件。 6. 质量保证：保修期内，成交供应商必须保证机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正。保修范围外的系统部件导致的质量不达标除外。
--	--	--	--	--

				三、商务条款 (一) 签订合同时间及地点 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 25 日内。 2. 签订合同地点：采购人指定地点。 (二) 服务期限及地点 1. 服务期限：自合同签订之日起 3 年，具体起止时间以合同约定时间为准。 2. 服务地点：广西中医药大学附属瑞康医院院内。 (三) 售后服务要求 1. 保修的备件免费维修更换免费。 2. 设备发生故障时，接到采购方第一次故障报修，中标供应商必须立即响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，中标人必须在 24 小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。 3. 保修期内，开机率保证$\geq 95\%$(按一年 365 天计算，即每年因故障维修累计停机时间不超过 18.5 天)，每年计算一次，如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于 95%的每一个百分点，合同期限将相应延长 2 个日历日；非中标供应商原因造成停机的停机时间不计算入内。 (四) 付款条件 签订合同后 60 日内支付第一年合同金额的 50%，180 日内支付第一年合同的剩余金额，付款前成交供应商须提供相应金额的发票，第二、三年依次类推，每年的合同金额=合同总金额/3 年。
--	--	--	--	--

