

合同编号：12N4987361962025212

政府采购合同

项目编号：WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称：血液透析机采购项目

采购人（甲方）：梧州市人民医院

供应商（乙方）：广西鸣维科技有限公司

政府采购合同

合同编号：12N4987361962025212

项目名称：血液透析机采购项目

项目编号：WZZC2025-J1-990129-YZLZ

甲方（采购人）：梧州市人民医院

乙方（成交人）：广西鸣维科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 乙方提交的响应文件、报价表和售后服务承诺等全部响应文件
- (3) 项目需求
- (4) 成交通知书
- (5) 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件

2.1 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

2.2 甲、乙双方应将采购文件、响应文件及评审小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物采购内容

序号	货物名称	数量及单位①	品牌、生产厂家及国别	型号规格、详细技术参数、性能配置	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②	备注
1	血液透析机 (带滤过功能)	3 台	威高；威高日机装(威海)透析机器有限公司；中国	DBB-EXA S；详见附件	247000.00	741000.00	/
2	血液透析机	2 台	威高；威高日机装(威海)透析机器有限公司；中国	DBB-EXA ESS A；详见附件	145000.00	290000.00	/
合计： <u>人民币壹佰零叁万壹仟元整（¥1031000.00）</u>							

3.1 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为：人民币壹佰零叁万壹仟元整（¥1031000.00）。合同金额包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和，如涉及系统对接的由乙方负责完成。对于上述未列明，而乙方认为必须的费用也需包含在合同总额中。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总额中。

五、付款条件

5.1、付款方式：双方签订合同后，乙方在甲方指定地点交货、安装、调试，经甲方验收合格后，甲方一年内支付合同总价款的100%。（注：甲方在付款前，通知乙方提供经甲方核定的合同标的金额的增值税发票（符合税法规定），乙方未按时提供增值税发票导致支付延时的责任自负，且乙方应在付款前向甲方提供合同标的金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的责任由乙方承担。）

5.2、乙方不得随意改变对公交易开户名称、开户银行、账号，若随意变动的，属于违反相关财务制度和税收制度，由此产生的后果由乙方自负。

六、质量保证

6.1 质保期：自货物验收合格之日起 3 年。

6.2 乙方应按采购文件及响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的且是近1~2年生产的全新的产品。

6.3 乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责无条件修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按《项目需求》中要求的时间内到达甲方现场。

6.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.6 设备如有需要，乙方需配备与之相适应的不间断稳压电源（UPS），保障特殊断电情况下设备的临时电源供应。

6.7 设备所用软件需提供终身升级，费用包含在合同金额中。

6.8 设备如有需要，乙方需提供与甲方系统的对接服务，费用包含在合同金额中。

七、项目完成时间

合同签订后45天内交货并安装验收完毕。

八、验收、安装和培训

8.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

8.2 甲方自行组织或委托政府采购代理机构组织初步验收及最终（安装）验收，由甲方或政府采购代理机构组织相关专业专家到场参与验收。如项目属于技术复杂的货物，甲方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终（安装）验收，与甲方或政府采购代理机构组织的相关专业专家共同组成验收小组。验收时乙方必须到现场，验收完毕后出具验收结果报告；验收所产生的费用（包含但不限于聘请专家、检测机构费用）由乙方承担。

8.3 验收时间以本项目验收方案约定的验收时间为准，验收结果以本项目验收报告结论为准。

8.4 初步验收：

8.4.1 甲方（或验收小组）对乙方提交的货物，依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收；对不符合要求的货物视为初步验收不合格不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

8.4.2 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证明、医疗器械注册证及医疗器械登记表（如有）、生产许可证、经营许可证复印件加盖公章交付给甲方（或验收小组），并列清单，作为甲方（或验收小组）收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方（或验收小组）。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

8.4.3 乙方应按响应文件要求提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。

8.4.4 甲方（或验收小组）应当在到货后 15 个工作日内进行初步验收，逾期不验收的，乙方可视同初步验收合格。初步验收合格后由甲乙双方签署货物初步验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

8.5 最终（安装后）验收：

8.5.1 初步验收合格并安装完成后，甲方对乙方提供的货物在使用运行前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方（或验收小组）开展最终（安装后）验收活动。

8.5.2 由甲方（或验收小组）进行最终（安装后）验收，验收内容包括采购项目的每一项技术要求和商务要求（含乙方响应文件响应的技术和商务内容）、合同与补充合同的约定，并按照采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准验收。

8.5.3 验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。对不符合要求或有质量问题的货物视为最终（安装后）验收不合格的，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

8.6 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

8.7 负责无条件完成设备的控评和验收报告，无条件配合甲方完成设备办证工作。如属于计量器具或特种设备的，还需按国家相关要求提供合格检定证书或校准证书（或检验报告）。如设备安装场地需技术安装改造的，乙方应负责无条件安装改造至设备正式投入使用。

8.8 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。因乙方违约导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

8.9 甲方应提供必要的安装条件，乙方负责货物的安装和调试。

8.10 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点。

九、货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

9.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

9.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

9.5 货物在发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

十、项目交货方式及完成地点

10.1 交货方式：现场安装验收。

10.2 项目完成地点：甲方指定地点。

十一、售后服务、保修期

11.1 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。国家法律法规、规章、规范性文件或相关技术标准、规范有更长质保期规定的，从其规定。

11.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

11.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

11.4 上述的货物质保期，按本合同“六、质量保证”关于质保期的内容执行，无条件保修包含需要更换的零配件的费用。因人为因素出现的故障不在无条件保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.5 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

十二、违约责任

12.1 逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的万分之四支付违约金。

12.2 逾期超过 10 天仍不能交货、或交付的货物不符合标准的，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

12.3 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

12.4 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同

合计金额百分之十向甲方支付违约金。

12.5 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

12.6 其他违约行为按违约货款额百分之五收取违约金并赔偿经济损失。

12.7 其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国民法典》议定。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经甲、乙方法定代表人或授权委托代理人签字加盖单位公章后生效。甲乙双方各执贰份，采购代理机构执一份。

15.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

15.3 本合同附件：（1）售后服务承诺书；（2）产品配置清单。

甲方名称及公章：梧州市人民医院

乙方名称及公章：广西鸣维科技有限公司

法定代表人（负责人）

法定代表人（负责人）

或授权委托代理人：

或授权委托代理人：

邮政编码：543000

邮政编码：530299

地 址：梧州市长洲区三路大道
139 号

地 址：南宁市邕宁区龙岗大道 9 号宝能城
市广场办公 B 五层 523 办公

联系电话：0774-2826109

联系电话：19977444317

开户名称：广西鸣维科技有限公司

开户银行：中国建设银行南宁壮锦大道支行

经办人：

银行账号：45050110090700002033

合同签订时间：2025年7月4日

合同签订地点：梧州市

(1) 售后服务承诺书

6. 售后服务承诺

(1) 售后服务理念及原则

用户第一、信誉第一、优质、完善的售后服务是我公司设施价值的延伸和对客户利益的重要保证，我公司服务质量管理体系的宗旨是：建立并不断完善科学、合理、高效的服务质量管理体系，公正、准确、及时地完成客户的售后服务质量保障工作，为我公司的客户建立良好、全面、充分的服务体系。

我公司倡导“诚信、务实、高效、创新”的企业精神，以最佳服务求发展。我公司以“专业、热情、周到、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”是我公司服务的原则。我公司服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我公司提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。

以业务为中心的可行性原则

售后服务应以满足采购方的业务需求为首要目标，要保证超声设备正常运行，硬件系统、软件系统在技术上必须是成熟的，实践检验是成功的。

“任何时候必须以满足采购方需求为第一要素”，本项目的最终目标是为采购方提供符合要求的超声设备维保服务。包括为采购方提供后续服务，我公司将动用一切有效的措施手段，力求本次服务万无一失，我的目标是：“客户至上，满足客户一切需求”。

重在措施的可靠性原则

注重预防。我公司将在传统的被动式服务的基础上提供主动式的服务，和客户一起做好超声设备维保的服务工作。采取以预防为主的策略，把一切问题消灭在萌芽中。服务人员提供不定期的技术支持服务，同过各种手段保证本次服务质量充分满足采购方需求。

服务组织。服务组织管理和流程管理是项目成功得关键。我公司将在项目经理的统一调度下，指挥技术、应用、商务及服务监督人员，在售前、服务实施、售后的各个环节紧密与客户方配合。

安全性及保密性原则

必须保证采购方人员数据信息的安全，有较好的数据安全措施，我方在服务过程中将对采购方相关数据备份提供严格的保密服务。充分考虑数据的保密措施，服务过程中处理的数据信息必须严格控制，接受采购方方监督。

本项目的数据属于涉密信息，我方将作出郑重承诺，保证我单位人员不得泄露服务过程中处理的数据信息，根据以往类似项目的经验我方也得到客户的好评。

适应性原则

按照采购方维护服务要求，提供切实为从采购方出发的维护方案，维护过程中应尊重客户的要求、接受客户的各方面的监督、积极与采购方交流沟通。

标准性原则

我公司的维护服务已建立的完善服务体系，将采用统一维护服务管理信息数据项、信息分类编码标准、数据及文件格式、各种维护资料。遵守



有关国家标准、专业标准、软件文档规范。

(2) 本地化服务中心

服务机构名称	广西鸣维科技有限公司		
地址	南宁市邕宁区龙岗大道 9 号宝能城市广场办公 B 五层 523 号办公	成立时间	2025 年 1 月
服务人数	1 人	负责人	黄健焜
电话	19977444317		

广西鸣维科技有限公司，成立于 2025 年，位于南宁市邕宁区龙岗大道 9 号宝能城市广场办公 B 五层 523 号办公，是一家以从事医疗器械推广和应用服务业为主的企业。

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；计算器设备销售；软件开发；软件销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数据处理服务；专用设备修理；日用电器修理；机械电气设备销售；电气设备修理；汽车销售；信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品销售；文具用品零售；办公用品销售；文具用品批发；电力电子元器件销售；制冷、空调设备销售；电子专用材料销售；通用设备修理；

气体压缩机械销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电力设施器材销售；电工器材销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；风机、风扇销售；供应用仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司主要业务为销售医疗器械，服务对象为广西区内的各医疗机构。

今年公司经过新的考察与学习，致力于将营销理念转向服务理念的发展方向，在服务好本公司的所有客户以及合作伙伴同时，将更多更好的产品推向给市场，让每一位客户满意！放心！

（3）售后服务保障措施

质保期 3 年，从验收合格之日起计算，因人为因素出现的故障不在保修范围内。质保期内，出现故障，派出有相应资格的技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修或人工费，只收零件费，并保证备件如期供应。

（一）接到用户维修电话后，在第一时间将信息反馈到售后服务负责人及项目负责人，负责人进行产品维修分析研究，确定维修方案。然后由售后服务中心派技术人员在最短时间上门服务，直至故障排除。

（二）我公司本部设有专门的售后服务中心

（三）从事售后服务的人员经过专业知识和操作技能的培训，具有很强的业务知识水平和实践经验及良好的职业及良好的职业道德，对客户使用本公司产品所反馈的各种质量信息进行及时的分析和处理，以满足客户对我公司提供一流服务之期盼。

（四）公司建立了《产品质量反馈卡》制度，对所有使用我公司产品的客户档案，均以计算机存储，并有专人经常性的进行客户回访和电话联系，更好地为客户提供全方位的服务，从而不断地促进公司产品质量的提高。

（五）售后服务响应时间：提供 7×24 小时维修服务，出现故障应在接到故障通知起 30 分钟内响应，一般问题 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 24 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 24 小时，如超过时限无法排除故障，无条件提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成；

（六）售后理念

- 1、服务品牌：阳光服务。
- 2、服务理念：用感恩的心服务客户。
- 3、指导思想：因需而变。
- 4、服务目标：全面满足，不断超越，永创新高，打造服务领跑者形象。
- 5、服务宗旨：客户永远是对的。
- 6、客户永远是对的

（1）客户是我们的衣食父母。

（2）我们的价值就是为客户服务，每一位员工都应怀着感恩的心，点点滴滴地、永无止境地找出让客户更加满意的办法，坚持不懈地随时了解并引导客户对公司行为的反应。

7、服务乐趣

（1）为客户提供优质服务，我们从中享受服务乐趣。

（2）在一个互相尊重、互相帮助的团队中，既能充分发挥个人才能，又能形成有效合力，我们在此过程中享受成功的乐趣。

8、超值服务

（1）只有想不到的，没有做不到的事。成功和失败的差异，往往在于



是否忽视微小事情上的有效服务。

(2) 精益求精，追求超值是提高自身素质最有效的途径之一，高素质的人才能提供超值的服 务，才能出精品。

9、服务模式

专业化主动式阳光服务（3+2），即：专业化、规范化、全程化、主动式、增值式。

(1) 通过建立健全一个完善的服务体系和服务质量监督体系，来实现为客户提供高度“专业化、标准化、规范化”的服务；通过多方位的专业化服务，来满足客户的个性化要求。

(2) 通过建立一个良好的内部人才培养体系，打造一支充满活力的、专业化水平较高的、能兢兢业业为顾客服务的服务团。团队内部明细分工协助，确保各项工作不折不扣地落实到位，严格中科软认证项目师程序，确保人员持证上岗。

(3) 持续履行一站式全程无忧服务的承诺，增加个性化的全程服务内容。

(4) 完善服务网络，通过分公司、办事处舒展服务网络，快速了解客户需求或实际存在的困难，主动帮助客户解决问题；定期或不定期地对客户进行电话回访，主动式服务不仅仅是一个态度的问题，更多的是服务的质量和效率问题。

(5) 建立完备的备用品库，加速备用件的周转，以满足客户的维修替用需求，为快速维修提供有力保证。

(6) 我们要从客户的实际需求出发，用专业的服务引导客户并为其提供全面有效的解决方案，帮助客户更好地了解和使用我公司货物。



(4) 服务响应方式及响应时间

1) 电话服务

提供 7×24 小时维修服务，出现故障应在接到故障通知起 30 分钟内响应，一般问题 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 24 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 24 小时，如超过时限无法排除故障，无条件提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成；。

7*24 客户服务电话，详细倾听客户要求并作好记录。

只要是我公司服务范围内的事情，即使受话人不清楚，也应受理客户要求，详细记录客户联系方式后立刻查询办理部门或处理人，确保当事人尽快与客户联系。

2) 现场服务

如果电话服务不能解决客户的问题，我公司将派出工程师进行现场服务，工程师在派工系统中可以查看客户电话信息，需要先与客户打电话沟通故障及派工需求，现场服务工程师到客户场地上进行维修。

(5) 设备的安装调试方案

此阶段的主要工作是项目实施人员进行货物的安装及调试，并对用户进行产品的简单操作培训，以使用户能够在系统培训时理解更加透彻。安装调试完成后，项目实施人员对产品的情况进行核查，确保产品安装、摆放到位，满足正常使用，具备培训的条件。

(一) 开箱验收

新设备到货后，由设备管理部门，会同购置单位，使用单位（或接收单位）进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符，并填写设备开



箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理，索取或索赔。

（二）设备安装

按照供应清单的设备及安装施工图等要求摆放，组织基础施工及设备搬运就位。在安装摆放时，对设备定位要考虑以下因素。

- 1、应方便工件的存放、运输和现场的清理；
- 2、设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离；
- 3、应保证设备安装、维修、操作安全的要求；

应按照安装验收有关规范要求，保证安装稳固，减轻振动，避免变形，保证精度，防止不合理的磨损。安装前要进行技术交底，组织人员认真学习设备的有关技术资料，了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。

安装过程中，对装配连接、电气线路等项目，要严格按照规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时，应采取措施，条件具备后方能进行该项项目的进行。

（三）设备试运行

设备试运转一般可分为静态、动态两种。

1、静态：是为了考核设备安装是否到位，检查设备安装完成度。

2、动态：设备在无负载、标准负载情况下进行调试，在有些情况下可结合人试验。在动态调试中应按规范检查设备各项指标是否正常，装置是否达到出厂的标准，是否正常、安全、可靠。不同负载状态下的运转，也是对机器全方位的检查。

（四）设备调试运行后的工作

首先断开设备的总电路和动力源，然后作好下列设备检查、记录工作：

1、使用完后对设备定期的清洗、机器配件润滑、紧固，更换或检修故障零、部件并进行调试，使设备进入最佳使用状态；

- 3、整理设备试运转中的情况（包括故障排除）记录；
- 4、对于无法调整和消除的问题，分析原因，从使用方法等方面进行归纳。
- 5、对设备调试后作出评定结论，处理意见，办理移交的手续。

（6）培训

（一）技术培训

设备安装验收后，我公司将为用户提供免费培训和技术咨询，我公司确保相关人员正确现场示范产品操作，讲解产品使用要领，传授维护保养知识，免费培训操作人员，并确保相关培训人员能够正确地使用设备。

（二）培训对象

设备操作及管理人员（培训对象须具有一定专业技术的技术人员或实际值班操作人员）；其他人员由用户指定。

（三）培训内容

1. 机器设备运达医院现场后积极配合科室，进行机器设备的安装、调试工作。以下是确认和调试工作的项目内容。

1) 机器设备运输后的完整性确认。

①. 为避免在运输途中造成机器设备的损坏，开箱之前工程师会同院方共同对包装箱外观进行确认。

②. 开箱后，工程师与院方核对附属品完整性，以及确认机器外观。

2) 机器设备电气安全测试。

- 根据 GB9706 的要求进行保护接地电阻测试。
- 根据 GB9706 的要求进行对地漏电流和患者漏电流的测试。

3) 为避免由于运输颠簸对重点组件造成影响，现场进行再次确认。其

内容包括但不限于：

- ①. 血泵（血泵间隙的再次确认和调试）
 - ②. 静脉夹、动脉夹的动作确认。
 - ③. 气泡监测器、血液判别器的动作确认。
 - ④. 压力传感器的动作确认。
 - ⑤. 选配件的动作确认等。
- 4) 供液模块的调试和确认。
- ①. 根据科室使用的原液进行透析液浓度的配比和调试，并送检。
 - ②. 确认供液温度。
- 5) 超滤系统的确认。
- ①. 进行平衡系统的压力确认。
 - ②. 进行超滤泵产生的压力确认。
- 6) 模拟治疗，进行断电动作测试。
- 7) 配合科室进行透析液生化、细菌培养、内毒素检测的采样工作。

2. 机器设备安装、调试合格后，负责对科室相关人员进行培训。以下是培训内容及方式。

1) 医院现场培训

推荐适用：装机培训

培训时间：机器设备安装、调试合格后，立即对医院科室相关人员进行培训。

培训地点：医院现场



培训方式：现场操作、讲解培训

培训内容（根据科室人员的情况，培训内容可能会有微调）：

①. 操作、功能性介绍

- 外观组件、操作界面的说明
- 上机操作、治疗模式切换的实操
- 治疗参数的设定及患者卡（如果有）的使用
- 浓度曲线、超滤曲线的使用
- 消毒程序的设定、选择和使用
- 血压计、血容计及 DDM 等选配件（如果有）的操作步骤等

②. 日常保养维护

- 风扇滤网的清洁及更换
- 原液滤网的更换
- 单向阀的更换
- 透析液过滤器的更换
- 外旁路滤网的更换
- 机器表面消毒

③. 常见报警的处理方法介绍，包括浓度报警、压力报警、漏血报警等。



2) 用户培训班培训

培训班培训更具有全面性，可以让参训人员从各个方面，详细的了解机器的性能特点，实现机器功能运用的最大化。

培训结束后，给所有参训并考试合格人员颁发参加培训证书。

推荐适用：适用于操作我司机器 2 年以上的人员

培训时间：每年定期开展培训班形式的专业培训

培训地点：培训中心（威海、北京、上海、沈阳、成都、广州）

培训方式：授课式讲解和实操

培训内容（根据客户需求会有微调）：

①. 基础技能培训

- 透析基础知识
- 机器配管部的各部件功能、故障介绍
- 透析机的菜单内容逐项介绍

②. 实操培训

- 易损零部件（复式泵、超滤泵、减压阀、电磁阀中的密封件等）的其拆解、更换，以及整体部件的性能介绍

③. 日常维护、保养

- 易损易耗件的说明
- 日常维护、保养的建议

3. 关于机器维修和巡检

1) 保修期内：

- ①. 机器设备出现非人为性故障，免费进行维修和零配件的更换。
- ②. 工程师每半年进行一次客户拜访，拜访内容包括机器运行期间报警信息的确认、自检数据的分析、有无漏液，临床使用需求等。

2) 保修期外：机器设备维修费用、零配件费用予以优惠。



附：易损件清单及用途说明

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

黄健焜

供应商名称（电子签章）：广西鸣维科技有限公司

日期：2025 年 6 月 19 日



DBB-EXA S部分易损件清单及用途说明

序号	设备名称	型号规格	生产厂家	用途	单价	数量	更换周期
					(元)	(个)	(小时)
1	风扇过滤网	F03-073A00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	58	3	3000
2	O 型圈 (P-10A)	R01-209A01	威高日机装(威海)透析机器有限公司	连接透析器	55	2	3000
3	O 型圈 (P-12.5)	R01-211A00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	连接透析器	58	2	3000
4	O 型圈 (P-7)	R01-200A04	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	58	2	3000
5	O 型圈 (P-10)	R01-200A02	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	55	2	3000
6	O 型圈 (P-16)	R01-200A03	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	82	1	3000
7	管路过滤器	X06-370W00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	113	4	6000
8	透析液回路过滤器 (FL1)	X01-001301	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	307	1	6000
9	O 型圈 (P-7)	QB2401-P7-F4D	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	31	4	6000
10	O 型圈 (S-46)	R01-036B37	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	113	2	6000
11	O 型圈 (S-55)	R01-036B41	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	58	2	6000
12	复式泵 O 型密封	S03-015A01	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	336	2	6000
13	O 型圈 (S-16)	R01-036B14	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	31	4	6000
14	复式泵单向阀	X04-504W00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	控制液体流向	168	4	6000
15	复式泵滑块	X60-009B00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	传动连接件	362	1	6000
16	原液泵单向阀 (入口)	X06-113W01	威高日机装(威海)透析机器有限公司	控制液体流向	250	2	6000
17	原液泵单向阀 (出口)	X06-113W02	威高日机装(威海)透析机器有限公司	控制液体流向	250	2	6000
18	原液泵 O 型密封	S03-006A00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	109	4	6000
19	O 型圈 (P-12.5)	R01-036B11	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	31	2	6000

20	UF 泵单向阀 (入口)	X06-113W01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	250	1	6000
21	UF 泵单向阀 (出口)	X06-113W02	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	250	1	6000
22	UF 泵 O 型密封	R01-036B06	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	31	1	6000
23	消毒剂吸入管	X06-881W00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	消毒液吸入	494	2	6000
24	置换液端口垫片	G02-001400	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	58	1	6000
25	置换液端口检查阀门组件	X08-024W00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	1885	1	6000
26	置换液端口垫片	G02-297B00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	168	1	6000
27	置换液端口铭牌	P21-298A01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	标签	26	1	6000
28	排液口垫片	G02-217A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	58	1	6000
29	背压阀、安全阀隔膜	D03-027A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	223	3	12000
30	原液注入背压阀隔膜	D03-030A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	110	2	12000
31	阀门套件	V01-002020	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	1046	19	12000
32	消毒剂电磁阀 (SV21,22)	V01-262B00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	5382	1	12000
33	第二除气室盖子	X01-069202	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	除气	1437	1	12000
34	脱气泵、加压泵叶轮	X60-099B00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	液体传动	502	2	12000
35	复式泵带状轴承	B07-069A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	润滑	86	2	12000
36	疏水过滤器	F03-002400	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	过滤杂质	166	5	12000
37	单向阀	X04-504W00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制气体流向	168	3	12000
38	O 型圈 (S-16)	R01-036B14	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	31	1	12000
39	阀门套件 (SV6)	V01-004301	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	2016	1	12000
40	LAP 泵管	T12-033A01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	气体流动	180	1	12000

备注：以上价格会因市场价格变化有相应的调整。保修期内免费，超过保修期，付成本费，免人工维修费。

价格有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天（日历日）



DBB-EXA ESS SA/A/C/E部分易损件清单及用途说明

序号	设备名称	型号规格	生产厂家	用途	单价	数量	更换周期
					(元)	(个)	(小时)
1	风扇过滤网	F03-073A00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	59	2	6000
2	透析器接头(红色)	C06-000101	威高日机装(威海)透析机器有限公司	连接透析器	2469	1	6000
3	透析器接头(蓝色)	C06-000102	威高日机装(威海)透析机器有限公司	连接透析器	2469	1	6000
4	O型圈(P-10)	R01-200A02	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	56	2	6000
5	O型圈(P-16)	R01-200A03	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	85	1	6000
6	管路过滤器	X06-370W00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	116	4	6000
7	O型圈(P-7)	QB2401-P7-F4D	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	31	6	6000
8	透析液回路过滤器(FL1)	X01-001301	威高日机装(威海)透析机器有限公司	过滤杂质	316	1	6000
9	O型圈(S-46)	R01-036B37	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	113	2	6000
10	O型圈(S-55)	R01-036B41	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	59	2	6000
11	复式泵密封圈	S03-015A01	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	345	2	6000
12	O型圈(S-16)	R01-036B14	威高日机装(威海)透析机器有限公司	密封	31	4	6000
13	复式泵单向阀	X04-504W00	威高日机装(威海)透析机器有限公司	控制液 体流向	173	4	6000
14	复式泵滑块	X95-000400	威高日机装(威海)透析机器有限公司	传动连 接件	413	1	6000

			限公司				
15	原液泵单向阀 (IN)	X06-113W01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	257	3	6000
16	原液泵单向阀 (OUT)	X06-113W02	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	257	3	6000
17	原液泵密封圈	S03-006A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	172	4	6000
18	O 型圈 (S-12.5)	R01-036B11	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	31	2	6000
19	脱水泵密封圈	S03-003A01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	200	1	6000
20	消毒液吸入管 O 型圈	QB2401-P5-F4D	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	28	4	6000
21	消毒液吸入管硅胶管	H06-021A05	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	消毒液吸入	254	0.8M	6000
22	置换液接口密封圈	G02-001400	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	58	1	6000
23	置换液接口 单向阀	X08-024W00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体流向	1885	1	6000
24	置换液接口密封圈	G02-297B00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	168	1	6000
25	置换液接口贴膜	P21-298A01	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	标签	26	1	6000
26	排液接口密封垫	G02-217A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	密封	59	1	6000
27	第二除气室组件	X06-064W02	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	除气	2196		6000
28	背压阀、溢流阀膜片	D03-027A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	229	3	12000
29	原液注入背压阀膜片	D03-030A00	威高日机装 (威海) 透析机器有限公司	控制液体导通	113	2	12000

			限公司				
30	阀芯套件	V01-002010	威高日机装（威海）透析机器有限公司	控制液体导通	946	21	12000
31	药液电磁阀（SV21,22）	V01-262B00	威高日机装（威海）透析机器有限公司	控制液体导通	5525	1	12000
32	脱气泵、加压泵叶轮	X60-099B00	威高日机装（威海）透析机器有限公司	液体传动	514	2	12000
33	复式泵带状轴承	B07-069A00	威高日机装（威海）透析机器有限公司	润滑	88	2	12000
34	空气过滤器	F03-002400	威高日机装（威海）透析机器有限公司	过滤杂质	166	5	12000
35	单向阀	X04-504W00	威高日机装（威海）透析机器有限公司	控制气体流向	172	4	12000
36	O 型圈（S-16）	R01-036B14	威高日机装（威海）透析机器有限公司	密封	31	4	12000
37	阀芯套件（SV6）	V01-004302	威高日机装（威海）透析机器有限公司	控制液体导通	1437	1	12000

备注：以上价格会因市场价格变化有相应的调整。保修期内免费，超过保修期，付成本费，免人工维修费。

价格有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天（日历日）



(2) 产品配置清单

7. 货物配置清单

项目编号： WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称： 血液透析机采购项目

所竞分标： 1

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	血液透析机(带滤过功能)	3 台	威高	DBB-EX A S	威高日机装 (威海)透析 机器有限公 司	威海市	详见附件
2	血液透析机	2 台	威高	DBB-EX A ESS A	威高日机装 (威海)透析 机器有限公 司	威海市	详见附件

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 黄健焜

供应商名称（电子签章）： 广西鸣维科技有限公司

日期： 2025 年 6 月 19 日

项目编号: WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称: 血液透析机采购项目

1 分标

DBB-EXA S 技术参数

- 1.供水: 压力范围: 1-7bar; 温度范围: 5°C ~ 30°C。
- 2.透析液流速: 300 ~ 700mL/min。最大流速: 3000mL/min, 最小流速: 平均 800mL/min
- 3.透析液温度: 33.0 ~ 40.0°C。
- 4.超滤速度: 0.10 ~ 4.00L/h。精度: $\pm 30\text{mL/h}$ 或 $\pm 0.1\% \times \text{透析液流速}$ 。
- 5.漏血检测器: 方法: 光学检测; 灵敏度: 0.3mL 血液/1L 透析液。
- 6.动脉血泵: 40 ~ 600mL/min。
- 7.肝素泵: 设置范围: 0.0 ~ 9.9mL/h。输出速度精度: $\pm 10\%$ 。追加量: 0.0 ~ 20.0mL。
- 8.空气监测器: 监测方法: 超声波; 监测精度: 0.0003mL。
- 9.在线 HDF/HF 置换液泵: 0.10 ~ 30.00L/h。
- 10.一次性注入补液: 40 ~ 500mL/min。
- 11.动脉压力: 测量范围: -300 ~ +500mmHg。测量精度: $\pm 10\text{mmHg}$ 。
- 12.静脉压力: 测量范围: -300 ~ +500mmHg。测量精度: $\pm 10\text{mmHg}$ 。
- 13.TMP: 测量范围: -100 ~ +500mmHg。测量精度: $\pm 10\text{mmHg}$ 。
- 14.透析器血液入口压: 测量范围: -300 ~ +735mmHg。测量精度: $\pm 10\text{mmHg}$ 。
- 15.透析液压: 测量范围: -600 ~ +600mmHg。测量精度: $\pm 10\text{mmHg}$ 。
- 16.透析液浓度: 10.0 ~ 20.0mS/cm。
- 17.碳酸氢盐浓度: 2.00 ~ 8.00mS/cm。

二、系统功能概述

- 1.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和 On-line HF 治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。
- 2.人机交互：15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，
- 3.动静脉双四合一组件包括气泡检测器、血液判别器、管路检测器和静脉夹。
- 4.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高超过 92℃，消毒脱钙一体化完成时间 35min。置换液出口和原液吸液管路可联机清洗消毒。
- 5.预冲液联机排放。
- 6.原液配方：原液配方全开放，可任意更改。
- 7.超滤系统：采用复式泵加脱水泵的容量式平衡与超滤控制系统。
- 8.浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存每种曲线 9 条。
- 9.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存 9 条曲线。
- 10.配液方式：先吸 B 液后吸 A 液，有单独的 A、B 浓缩液泵，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。
- 11.B 液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。
- 12.液面调整：具备动脉壶、DI 壶和静脉壶液面电动调整功能。
- 13.透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件。
- 14.具有自动预充系统，管路安装图文动画指导。
- 15.标配通讯组件。

- 16.标准配备血压监测仪。
17. 标准配备血容计组件。
18. 标准配备在线清除率监测仪。
- 19.置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩。
- 20.采用水电路分离设计。



项目编号：WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称：血液透析机采购项目

1 分标

DBB-EXA S 配置清单
(此配置清单为单台配置)

序号	中 文 名 称	英 文 名 称	数 量
1	主机	Main unit	1 台
2	操作手册	Operating manual	1 本
3	技术手册	Technical manual	1 本
4	合格证	Certification	1 个
5	透析液过滤器	Dialysate filter	2 个
6	架子	Stand	1 个
7	通讯组件网口 (RJ45)	Network socket (RJ45)	1 个
8	附属品	Accessories	1 套
9	在线血压监测器	Blood pressure Monitor	1 套
10	血容积组件	Blood volume Monitor	1 套
11	在线清除率监测显示器	Dialysis Dose Monitor	1 套
附属品明细			
序号	中 文 名 称	英 文 名 称	数 量
8.1	供水管组件	Water supply tube assembly	1 套
8.2	Ø8 排液管	Tube (Ø8)	1 套
8.3	血泵手柄组件	Handle	1 套
8.4	管箍	Belt (BP)	1 个
8.5	间隙调整治具	Maintenance tool (BP)	1 个

8.6	采样口组件	Sampling port assembly	1 套
8.7	药液吸管组件 (次氯酸钠)	Disinfectant suction tube assy. (Sodium hypochlorite)	1 套
8.8	药液吸管组件 (消毒液)	Disinfectant suction tube assy. (Disinfectant)	1 套
8.9	透析器接头组件	Dialyzer connecting tube assembly	1 套
8.10	透析器支架组件	Dialyser holder assy	1 套
8.11	夹式断液检测器组件	Clip sensor assy. (white, L=1000, Straight plug)	1 套

项目编号: WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称: 血液透析机采购项目

1 分标

DBB-EXA ESS A 技术参数

- 1.供水: 压力范围: 1-7bar; 温度范围: 5℃~30℃。
- 2.透析液流速: 300~700 mL/min, 调节梯度 1mL/min。
- 3.透析液压力-600~+600mmHg; 测量精度: ± 10 mmHg。
- 4.透析液温度: 33.0~40.0℃。实时监测可调, 有超温报警。
- 5.超滤速度: 0.10~4.00L/h;精度: ± 30 mL 显示分辨率可达 0.01L/h。
- 6.漏血检测器: 红绿双色光检测, 灵敏度: 0.3mL 血液/1L 透析液。
- 7.肝素泵泵速设置范围: 0.0~9.9mL/h。
- 8.超声波原理空气监测器。检测精度: 普通气泡: 0.02mL (普通气泡); 微小气泡 0.0003mL, 同时具备血液判别器
- 9.透析器入口压: 测量范围: -300~+735mmHg。测量精度: ± 10 mmHg。
- 10.静脉压力: 测量范围: -300~+500mmHg。测量精度: ± 10 mmHg。
- 11.TMP: 测量范围: -100~+500mmHg。测量精度: ± 10 mmHg。
- 12.透析液浓度: 10~20mS/cm。
13. 15 英寸彩色液晶显示器, 触摸屏操作, 可旋转, 全中文操作系统。
- 14.热水柠檬酸消毒温度最高可达 92℃, 消毒脱钙一体化完成。
- 15.停电时自动跳转后备电池供电, 支持体外循环监测, 运行时间 30 分钟, 具备断电数据保存功能。
- 16.原液配方全开放, 设备内部可同时存储 5 种不同原液配方, 可任意更改。

- 17.采用电极不间断监视泵和电磁阀的工作状态。
- 18.B 液浓度可个性化调节。
- 19.透析液浓度可个性化调节。
- 20.具备动脉壶、DI 壶和静脉壶液面电动调整功能。
- 21.标配患者卡读卡器组件，标配网络接口。
- 22.标准配备血压监测仪。
- 23.标准配备在线清除率监测仪。



项目编号: WZZC2025-J1-990129-YZLZ

项目名称: 血液透析机采购项目

1 分标

DBB-EXA ESS A 配置清单
(此配置清单为单台配置)

序号	中文名称	英文名称	数量
1	主机	Main unit	1 台
2	操作手册	Operating manual	1 本
3	技术手册	Technical manual	1 本
4	合格证	Certification	1 个
5	透析液过滤器	Dialysate filter	2 个
6	盐水挂架（指示灯）组件	Irrigator stand assembly	1 套
7	附属品	Accessories	1 套
8	在线血压监测器	Blood pressure Monitor	1 套
9	在线清除率监测显示器	Dialysis Dose Monitor	1 套
附属品明细			
序号	中文名称	英文名称	数量
7.1	供水管组件	Water supply tube assembly	1 套
7.2	Φ8 排液管	Tube(Φ8)	3 M
7.3	血泵手柄组件	Handle assy	1 套
7.4	组合螺丝<M4×8L>	Screw (M4×8L)	2 个
7.5	管箍	Belt(Hose)	1 个
7.6	间隙调整治具	Maintenance tool(BP)	1 个
7.7	采样口组件	Sampling port assembly	1 套

7.8	药液吸管组件 (次氯酸钠)	Disinfectant suction tube assy. (Sodium hypochlorite)	1 套
7.9	药液吸管组件 (消毒液)	Disinfectant suction tube assy. (Disinfectant)	1 套
7.10	透析器接头组件	Dialyzer connecting tube assembly	1 套
7.11	透析器支架组件	Dialyser holder assy.	1 套



项目采购（货物、服务类）廉洁协议

项目名称：血液透析机采购项目

项目编号： WZZC2025-J1-990129-YZLZ

甲方（采购单位）：梧州市人民医院

乙方（成交/中标供应商）：广西鸣维科技有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范甲乙双方的购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，维护医院正常医疗秩序，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及政府采购合同约定履行合同内容。

二、甲方应当严格执行货物、服务类采购合同的验收、入库等制度，对采购内容及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的宴请、旅游和营业性娱乐活动等，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的采购工作，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方不得以围标、相互串通投标，或者排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益，严禁以他人名义投标或允许他人以自己的名义投标，不得提供虚假资料参与投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。甲方发现乙方违反规定者，按甲方有关管理规定，列入医院招投标不良行为黑名单。

六、乙方指定黄健焜作为授权代表对接业务。授权代表必须在工作时间到甲方指定地点联系对接。不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人

员家中访谈并提供任何好处费，甲方发现乙方违反规定者，列入医院招投标不良行为黑名单。

七、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止采购合同。如乙方被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，则严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理。

八、本协议作为采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：梧州市人民医院

乙方（盖章）：广西鸣维科技有限公司

地址：梧州市长洲区三龙大道139号

地址：南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能
城市广场办公B五层523号办公

法定代表人：

法定代表人：

经办人签名：

经办人签名：

日期：2025年 7月4日

日期：2025年 7月4日