

合 同 书

项目名称：西门子 CT、DR 维保

项目编号：CZZC2024-G3-990319-YZLZ

合同编号：12N49895810020244004

目 录

- 1、 合同书
- 2、 采购需求
- 3、 投标函
- 4、 开标一览表
- 5、 商务要求偏离表
- 6、 技术要求偏离表
- 7、 中标通知书



《西门子 CT、DR 维保合同书》

合同编号：12N49895810020244004

采购人（甲方）：崇左市人民医院

供应商（乙方）：南宁影联医学工程有限公司

采购计划号：崇左采备[2024]1927号

项目名称：西门子 CT、DR 维保 项目编号：CZCC2024-G3-990319-YZLZ

合同类型：技术合同

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 项目一览表

序号	标的的名称	数量	单价（元）	总价（元）
1	西门子 64 排 CT 维保服务	36 个月	62375.00	2245500.00
2	西门子 DR 维保服务	36 个月	9275.00	333900.00

投标总价（人民币）：大写 贰佰伍拾柒万玖仟肆佰元整（¥2,579,400.00）

服务期限：自合同签订之日起 36 个月

2. 合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本及设计、运输（含保险）、安装和拆装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本，含材料费、换球管费用、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费、服务企业的利润、税费、差旅、交通及食宿等一切费用。由乙方根据招标文件所提供的资料自行测算报价；一经中标，报价总价作为成交人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的

规定。

第三条 项目概况

1. 设备名称及型号:

(1) 西门子 64 排 CT, 型号: SOMATOM Definition AS 128; 数量: 1 台;

(2) 西门子 DR, 型号: MuLTIX Impact; 数量: 1 台。

2. 保修年限: 自合同签订之日起 36 个月。

3. 保修类型: 全保服务。

4. 本项目服务费采用包干制, 含整机所有故障配件 (第三方产品除外)、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。

第四条 服务期和验收

1. 服务期: 自签订合同之日起 36 个月, 服务地点: 广西崇左市内, 采购人指定地点。

2. 乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务, 并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果, 甲方有权拒绝接受。

4. 乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收, 甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收, 逾期不开始验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章, 甲乙双方各执一份。

5. 甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6. 甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的, 可暂缓向乙方付款, 直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后, 方可办理付款。

7. 甲方验收时以书面形式提出异议的, 乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决, 否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 项目服务要求:

1. 包含现场维修人工费、差旅费及故障诊断

2. 保修期内更换整机所有故障配件, 包含主机、球管、平板探测器、高压油箱等备件更换费用和人工服务费用, 享受优先派工。不包含第三方产品 (如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机、空调等)。更换的旧件由中标方回收。

3. 每年度定期校准和保养, 更换易损耗件, 保障最高的开机率及安全性。具体保养次数: 每年 4 次、每季度一次。保养内容包含: 备内外部精细除尘清洁、性能测试及校准、机械及电气检查、系

统情况检查、图像质量检查、硬盘空间统计及检查、球管使用情况检查、图像处理系统检查、通讯检查以及非紧急性质的补救性维护。定期对设备的数据进行备份，确保设备安全平稳高效的运行，使设备保持国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。保养所需耗材由乙方负责提供。

4. 技术支持：365 天 24 小时在线技术支持，提供电话、微信、传真、电子邮件等联络方式，1 小时内响应。

5. 现场响应时间：接到甲方故障报修电话，乙方在线技术支持无法解决设备故障，工程师 12 小时内到达现场，天气、自然灾害和人力不可抗拒的原因除外。

6. 开机率：保修期内，对设备的开机率承诺 $\geq 95\%$ （按一年 365 天计算，即每年因故障维修累计停机时间不超过 18.5 天），超过一天三倍顺延。

7. 质量保证：保修期内，保证以上设备的运行质量及图像质量达到国家标准和西门子软件检测标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外），保证以上设备能通过省、市有关质监部门的检测，须配合甲方完成相关检测。

▲8. 常规备件：常规备件必须是原厂认证的合格的零备件，来源合法且可追溯（更换重要配件时提供报关单等监管部门所需要的全套合法证明材料）。保修期内，乙方负责提供需要维修更换的备件，保证更换后机器的参数与故障前一致；保证优先运送配件；报废备件实行回收。

▲9. 球管：乙方负责更换损坏的球管，保证所更换的球管来源合法合规，可溯源。更换球管时必须提供监管部门所需要的全套合法材料：注册证、报关单、球管原厂证书等。

▲10. 重要零配件更换时间不超过 48 小时，为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，乙方确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件 100%供应保障，备件合法合规，如因此引起的任何法律纠纷及对甲方造成损失，均由乙方承担。

11. 乙方应具备医学影像设备远程控制维护系统，可通过互联网进行远程实时监控，可通过互联网进行远程诊断故障，可通过互联网进行远程桌面连接，实时显示指导操作；在设备故障发生前进行预警，提前到场进行维护维修，避免故障停机。

12. 安全升级：必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录。

13. 乙方需具备良好的培训设施和师资力量，保修期内能提供影像设备维护保养相关培训，采购人参加培训后能获得专项职业能力证书，所需费用包含在投标报价中（食宿采购人自理）。

第六条 付款方式

合同款分 4 期支付，第一期款在签订合同后甲方收到发票后支付合同款的 30%；第二期款

在服务期满一年后甲方收到发票后支付合同款的 30%，第三期款在服务期满两年后甲方收到发票后支付合同款的 30%，第四期款在服务期满结束后甲方收到发票后支付合同款的 10%，不计利息。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的0%（注：履约保证金不超过 5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件 1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件 2），保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1. 除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3% 支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%，推迟达 15 日的，甲方有权解除合同。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

4. 在合同执行过程中，投标人未能在承诺时间内处理设备故障或未能按时将备品备件送达医院的，我院有权向投标人追究损失赔偿责任，若因此造成重大影响及经济损失的，我院不仅有权追究投标人损失赔偿责任，同时有权终止合同。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

4. 本合同履行期间，遇法定不可抗力事件致合同无法履行的，双方均不承担违约责任，双方应按有关法规政策规定及时协商处理。

第十四条 签订本合同依据

1. 中标通知书；

2. 投标报价表；

3. 商务条款偏离表；

4. 服务需求偏离表；

5. 投标文件中的其他相关文件。

6. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 8 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 3 份，乙方执 2 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，交易中心执 1 份，具同等法律效力。

6. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）崇左市人民医院 2024年12月25日	乙方（章）南宁影联医学工程有限公司 2024年12月25日
单位地址：崇左市江州区龙峡山东路6号。	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路19号阳光城·时代中心B号楼二十一层2116号房。
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人： 
电话：0771-7823460	电话：0771-3185900
电子邮箱：czyycgb@163.com	电子邮箱：13307863978@163.com
开户名称：崇左市人民医院	开户名称：南宁影联医学工程有限公司
纳税人识别号：124514004989581008	纳税人识别号：91450100096541468Q
开户银行：广西崇左农村商业银行营业部	开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市衡阳支行
账号：1457012040000530	账号：2102 1131 0930 0589 588
邮政编码：532200	邮政编码：530200

采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4. 本项目专门面向中小企业采购的项目。

5. 本项目中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件1):其他未列明行业。

6. 本项目核心产品为:无。

项号	项目名称	数量	技术服务需求
1	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	36 个月	<p>一、项目概况:</p> <p>1.设备名称及型号: (1)西门子 64 排 CT, 型号: SOMATOM Definition AS 128; 数量: 1 台, 采购预算为 310 万元。 (2) 西门子 DR, 型号: MuLTIX Impact; 数量: 1 台, 采购预算为 36 万元。</p> <p>2.保修年限: 自合同签订之日起 36 个月。</p> <p>3.保修类型: 全保服务。</p> <p>4.本项目服务费采用包干制, 含整机所有故障配件(第三方产品除外)、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。</p> <p>二、服务要求:</p> <p>1.包含现场维修人工费、差旅费及故障诊断</p> <p>2.保修期内更换整机所有故障配件, 包含主机、球管、平板探测器、高压油箱等备件更换费用和人工服务费用, 享受优先派工。不包含第三方产品(如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机、空调等)。更换的旧件由中标方回收。</p> <p>3.每年度定期校准和保养, 更换易损耗件, 保障最高的开机率及安全性。具体保养次数: 每年 4 次、每季度一次。保养内容包含: 备内外部精细除尘清洁、性能测试及校准、机械及</p>

		<p>电气检查、系统情况检查、图像质量检查、硬盘空间统计及检查、球管使用情况检查、图像处理系统检查、通讯检查以及非紧急性质的补救性维护。定期对设备的数据进行备份，确保设备安全平稳高效的运行，使设备保持国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。保养所需耗材由中标人负责提供，耗材价格已包含在中标价中。</p> <p>4.技术支持：365 天 24 小时在线技术支持，提供电话、微信、传真、电子邮件等联络方式，1 小时内响应。</p> <p>5.现场响应时间：接到采购人故障报修电话，中标人在线技术支持无法解决设备故障，工程师 12 小时内到达现场，天气、自然灾害和人力不可抗拒的原因除外。</p> <p>6.开机率：保修期内，对设备的开机率承诺$\geq 95\%$（按一年 365 天计算，即每年因故障维修累计停机时间不超过 18.5 天），超过一天三倍顺延。</p> <p>7.质量保证：保修期内，保证以上设备的运行质量及图像质量达到国家标准和西门子软件检测标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外），保证以上设备能通过省、市有关质监部门的检测，须配合采购人完成相关检测。</p> <p>▲8.常规备件：常规备件必须是原厂认证的合格的零备件，来源合法且可追溯（更换重要配件时提供报关单等监管部门所需要的全套合法证明材料）。保修期内，中标人负责提供需要维修更换的备件，保证更换后机器的参数与故障前一致；保证优先运送配件；报废备件实行回收。</p> <p>▲9.球管：中标人负责更换损坏的球管，保证所更换的球管来源合法合规，可溯源。更换球管时须提供监管部门所需要的全套合法材料：注册证、报关单（如为进口件时）、球管原厂证书等。</p> <p>▲10.重要零配件更换时间不超过 48 小时，为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，供应商确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件 100%供应保障，备件合法合规，如因此引起的任何法律纠纷及对采购人造成损失，均由中标人承担。</p> <p>11.供应商应具备医学影像设备远程控制维护系统，可通过互联网进行远程实时监控，可通过互联网进行远程诊断故障，可通过互联网进行远程桌面连接，实时显示指导操作；在设备故障发生前进行预警，提前到场进行维护维修，避免故障停机。</p> <p>12.安全升级：必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录。</p>
--	--	--

		13. 供应商需具备良好的培训设施和师资力量，保修期内能提供影像设备维护保养相关培训，采购人参加培训后能获得专项职业能力证书，所需费用包含在投标报价中（食宿采购人自理）。
二、商务条款要求		
服务时间及地点	<p>1. 服务时间：自合同签订之日起 36 个月。</p> <p>2. 地点：广西崇左市内，采购人指定地点。</p>	
付款条件	<p>合同款分 4 期支付，第一期款在签订合同后采购人收到发票后支付合同款的 30%；第二期款在服务期满一年后采购人收到发票后支付合同款的 30%，第三期款在服务期满两年后采购人收到发票后支付合同款的 30%，第四期款在服务期满结束后采购人收到发票后支付合同款的 10%，不计利息。</p>	
合同签订期	<p>自中标通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。</p>	
服务质量要求	<p>供应商必须依据国家、行业的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程及招标文件的要求，对项目内的设备进行系统的、全面的检测、保养及维修，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的高效、安全正常运行。</p>	
其他要求	<p>1. 报价要求：本项目服务费采用包干制，应包括服务成本，含材料费、换球管费用、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费、服务企业的利润、税费、差旅、交通及食宿等一切费用。由供应商根据招标文件所提供的资料自行测算报价；一经中标，报价总价作为成交人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整；</p> <p>2. 在投标活动中提供任何虚假材料，其中标无效，并报监管部门查处。</p> <p>3. 技术保障：投标供应商须具备专业服务团队，为本项目配备项目实施人员不少于 3 人，工程师不少于 1 人。</p> <p>4. 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案 1 份（包括但不限于维保实施方案、故障响应处理及团队方案、备品备件方案、拟投入技术力量方案及综合管理服务质量保证措施等），以作为评标依据。</p> <p>5. 本项目不接受联合投标。</p>	
验收条件及标准	<p>按国家、行业或其他强制性标准、规范等要求执行；服务完成，经试运行，满足正常工作环境要求等主要指标。</p>	

一、投标函

致：崇左市人民医院：

根据贵方西门子 CT、DR 维保（项目编号：CZZC2024-G3-990319-YZLZ）的招标公告，签字代表生哲群经正式授权并代表投标人南宁影联医学工程有限公司提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 响应招标文件规定的投标有效期。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： 合同金额 ；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路19号阳光城·时代中心B
号楼二十一层2116号房 邮编：530200

电话：0771-3185900 传真：0771-3185900

电子邮箱：13307863978@163.com

投标人名称：南宁影联医学工程有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市衡阳支行

银行账号：2102 1131 0930 0589 588

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

投标人名称（电子签章）：南宁影联医学工程有限公司

2024年12月5日



二、开标一览表

项目名称：西门子 CT、DR 维保 项目编号：CZZC2024-G3-990319-YZLZ

分标（如有）： /

投标人名称：南宁影联医学工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	数量及单位 ①	单价（元/月） ②	投标报价（元） ③=①×②	采购预算 （万元）
1	西门子64排CT维保服务	36 个月	62375元	2245500元	310 万元
2	西门子DR维保服务	36 个月	9275元	333900元	36 万元

36 个月合计金额大写：人民币贰佰伍拾柒万玖仟肆佰元整（¥2579400.00）

服务期：自合同签订之日起36个月

本项目服务费采用包干制，应包括服务成本，含材料费、换球管费用、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费、服务企业的利润、税费、差旅、交通及食宿等一切费用。由供应商根据招标文件所提供的资料自行测算报价；一经中标，报价总价作为成交人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整；

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托 代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：南宁影联医学工程有限公司

日期：2024年12月5日

四、商务要求偏离表

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
服务时间及地点	1. 服务时间：自合同签订之日起36个月。	我公司承诺如下： 1. 服务时间：自合同签订之日起36个月。	无偏离
服务时间及地点	2. 地点：广西崇左市内，采购人指定地点。	我公司承诺如下： 2. 地点：广西崇左市内，采购人指定地点。	无偏离
付款条件	合同款分4期支付，第一期款在签订合同后采购人收到发票后支付合同款的30%；第二期款在服务期满一年后采购人收到发票后支付合同款的30%，第三期款在服务期满两年后采购人收到发票后支付合同款的30%，第四期款在服务期满后结束后采购人收到发票后支付合同款的10%，不计利息。	我公司承诺如下： 合同款分4期支付，第一期款在签订合同后采购人收到发票后支付合同款的30%；第二期款在服务期满一年后采购人收到发票后支付合同款的30%，第三期款在服务期满两年后采购人收到发票后支付合同款的30%，第四期款在服务期满后结束后采购人收到发票后支付合同款的10%，不计利息。	无偏离
合同签订期	自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签	我公司承诺如下： 自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之	无偏离

	订事宜。	日起5个工作日内完成合同签订事宜。	
服务质量要求	<p>供应商必须依据国家、行业的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程及招标文件的要求，对项目内的设备进行系统的、全面的检测、保养及维修，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的高效、安全正常运行。</p>	<p>我公司承诺如下：</p> <p>我公司依据国家、行业的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程及招标文件的要求，对项目内的设备进行系统的、全面的检测、保养及维修，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的高效、安全正常运行。</p>	无偏离
其他要求	<p>1. 报价要求：本项目服务费采用包干制，应包含服务成本，含材料费、换球管费用、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费、服务企业的利润、税费、差旅、交通及食宿等一切费用。由供应商根据招标文件所提供的资料自行测算报价；一经中标，报价总价作为成交人与采购人签订的合同金额，合同期</p>	<p>我公司承诺如下：</p> <p>1. 报价要求：本项目服务费采用包干制，包括服务成本，含材料费、换球管费用、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费、服务企业的利润、税费、差旅、交通及食宿等一切费用。由我公司根据招标文件所提供的资料自行测算报价；一经中标，报价总价作为我公司与采购人签</p>	无偏离

	限内不做调整；	订的合同金额，合同期限内不做调整；	
其他要求	2. 在投标活动中提供任何虚假材料，其中标无效，并报监管部门查处。	我公司承诺如下： 2. 在投标活动中提供任何虚假材料，其中标无效，并报监管部门查处。	无偏离
其他要求	3. 技术保障：投标供应商须具备专业服务团队，为本项目配备项目实施人员不少于3人，工程师不少于1人。	我公司承诺如下： 3. 技术保障：我公司具备专业服务团队，为本项目配备项目实施人员10人，工程师10人。	正偏离
其他要求	4. 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份（包括但不限于维保实施方案、故障响应处理及团队方案、备品备件方案、拟投入技术力量方案及综合管理服务质量保证措施等），以作为评标依据。	我公司承诺如下： 4. 根据本项目需求，  我在响应文件中提供针对本项目的项目实施方案1份（包括但不限于维保实施方案、故障响应处理及团队方案、备品备件方案、拟投入技术力量方案及综合管理服务质量保证措施等），以作为评标依据。	无偏离
其他要求	5. 本项目不接受联合投标。	我公司承诺如下： 5. 本项目不接受联合投标。我公司独立参标，不属于联合体参与投标。	无偏离

验收条件及标准	按国家、行业或其他强制性标准、规范等要求执行；服务完成，经试运行，满足正常工作环境要求等主要指标。	我公司承诺如下： 按国家、行业或其他强制性标准、规范等要求执行；服务完成，经试运行，满足正常工作环境要求等主要指标。	无偏离
---------	---	--	-----

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：南宁影联医学工程有限公司

日期：2024年12月5日



一、技术要求偏离表

项 号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	一、项目概况： 1. 设备名称及型号： (1) 西门子64 排 CT，型号：SOMATOM Definition AS 128； 数量：1台，采购预算为 310万元。	我公司响应如下： 一、项目概况： 1. 设备名称及型号： (1)西门子64 排CT，型号：SOMATOM Definition AS 128； 数量：1台，采购预算为 310万元。	无偏离
2	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	(2) 西门子 DR，型号：MuLTIX Impact； 数量：1台，采购预算为 36万元。	我公司响应如下： (2) 西门子 DR，型号：MuLTIX Impact； 数量：1台，采购预算为 36万元。	无偏离
3	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	2. 保修年限：自合同签订之日起36个月。	我公司响应如下： 2. 保修年限：自合同签订之日起36个月。	无偏离
4	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	3. 保修类型：全保服务。	我公司响应如下： 3. 保修类型：全保服务。	无偏离
5	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	4. 本项目服务费采用包干制，含整机所有故障配件（第三方产品除外）、维修	我公司响应如下： 4. 本项目服务费采用包干制，含整机所有故障配件（第三方	无偏离

		人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。	产品除外）、维修人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。	
6	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	二、服务要求： 1. 包含现场维修人工费、差旅费及故障诊断	我公司响应如下： 二、服务要求： 1. 包含现场维修人工费、差旅费及故障诊断	无偏离
7	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	2. 保修期内更换整机所有故障配件，包含主机、球管、平板探测器、高压油箱等备件更换费用和人工服务费用，享受优先派工。不包含第三方产品（如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机、空调等）。更换的旧件由中标方回收。	我公司响应如下： 2. 保修期内更换整机所有故障配件，包含主机、球管、平板探测器、高压油箱等备件更换费用和人工服务费用，享受优先派工。不包含第三方产品（如高压注射器、稳压电源、UPS、激光相机、外配打印机、空调等）。更换的旧件由我公司回收。	无偏离
8	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	3. 每年度定期校准和保养，更换易损耗件，保障最高的开机率及安全性。具体保养次数：每年4次、每季度一次。保养内	我公司响应如下： 3. 每年度定期校准和保养，更换易损耗件，保障最高的开机率及安全性。具体保养次数：每年4次、每	无偏离

		容包含：备内外部精细除尘清洁、性能测试及校准、机械及电气检查、系统情况检查、图像质量检查、硬盘空间统计及检查、球管使用情况检查、图像处理系统检查、通讯检查以及非紧急性质的补救性维护。定期对设备的数据进行备份，确保设备安全平稳高效的运行，使设备保持国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。保养所需耗材由中标人负责提供，耗材价格已包含在中标价中。	季度一次。保养内容包含：备内外部精细除尘清洁、性能测试及校准、机械及电气检查、系统情况检查、图像质量检查、硬盘空间统计及检查、球管使用情况检查、图像处理系统检查、通讯检查以及非紧急性质的补救性维护。定期对设备的数据进行备份，确保设备安全平稳高效的运行，使设备保持国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。保养所需耗材由我公司负责提供，耗材价格已包含在中标价中。	
9	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	4. 技术支持：365 天24小时在线技术支持，提供电话、微信、传真、电子邮件等联络方式，1小时内响应。	我公司响应如下： 4. 技术支持：365 天24小时在线技术支持，提供电话、微信、传真、电子邮件等联络方式， 0.5小时内响应。 我司售后服务固定电	正偏离

			<p>话：0771-3185900， <u>400服务热线电话：</u> <u>400-8676278，</u> <u>传真号0771-3185900。</u> <u>我司技术问题总负责</u> <u>人联系电话：</u> <u>蒋工18778087799，</u> <u>李工13377117478。</u> <u>我司业务负责人联系</u> <u>电话：</u> <u>陈丽燕13307863978。</u></p>	
10	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	<p>5. 现场响应时间： 接到采购人故障报 修电话，中标人在线 技术支持无法解决 设备故障，工程师12 小时内到达现场，天 气、自然灾害和人力 不可抗拒的原因除 外。</p>	<p>5. 现场响应时间： 接到采购人故障报修 电话，我公司在在线技 术支持无法解决设备 故障，工程师8小时内 到达现场，天气、自 然灾害和人力不可抗 拒的原因除外。（提 供交通线路图，详见 P439）</p>	正偏离
11	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	<p>6. 开机率：保修期 内，对设备的开机率 承诺≥95%（按一年 365天计算，即每年 因故障维修累计停 机时间不超过18.5 天），超过一天三倍</p>	<p>6. 开机率：保修期 内，对设备的开机率 承诺≥95%（按一年 365天计算，即每年 因故障维修累计停 机时间不超过18.5</p>	无偏离

		顺延。	天），超过一天三倍 顺延。	
12	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	7. 质量保证：保修 期内，保证以上设备 的运行质量及图像 质量达到国家标准 和西门子软件检测 标准，按照厂家标准 定期进行调校/校正 （不在保修范围内的 部件造成质量不达标 除外），保证以上设 备能通过省、市有关 质监部门的检测，须 配合采购人完成相 关检测。	我公司响应如下： 7. 质量保证：保修 期内，保证以上设备 的运行质量及图像质 量达到国家标准和西 门子软件检测标准， 按照厂家标准定期进 行调校/校正（不在保 修范围内的部件造成 质量不达标除外）， 保证以上设备能通过 省、市有关质监部门 的检测，配合采购人 完成相关检测。	无偏离
13	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	▲8. 常规备件： 常规备件必须是原 厂认证的合格的零 备件，来源合法且可 追溯（更换重要配件 时提供报关单等监 管部门所需要的全 套合法证明材料）。 保修期内，中标人负 责提供需要维修更 换的备件，保证更换 后机器的参数与故 障前一致；保证优先	我公司响应如下： ▲8. 常规备件： 常规备件是原厂认 证的合格的零备件， 来源合法且可追溯 （更换重要配件时提 供报关单等监管部门 所需要的全套合法证 明材料）。保修期内， 我公司负责提供需要 维修更换的备件，保 证更换后机器的参数 与故障前一致；保证	无偏离

		运送配件；报废备件实行回收。	优先运送配件；报废备件实行回收。（提供部分核心部件报关单，详见P470-474）	
14	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	<p>▲9. 球管：中标人负责更换损坏的球管，保证所更换的球管来源合法合规，可溯源。更换球管时必须提供监管部门所需要的全套合法材料：注册证、报关单（如为进口件时）、球管原厂证书等。</p>	<p>我公司响应如下：</p> <p>▲9. 球管：我公司负责更换损坏的球管，保证所更换的球管来源合法合规，可溯源。更换球管时提供监管部门所需要的全套合法材料：注册证、报关单（如为进口件时）、球管原厂证书等。（提供部分核心部件报关单，详见P470-474）</p>	无偏离
15	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	<p>▲10. 重要零配件更换时间不超过48小时，为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，供应商确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障，备件合法合规，如因此</p>	<p>我公司响应如下：</p> <p>▲10. 重要零配件更换时间不超过48小时，为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，我公司确保备件为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障，备件合法合规，</p>	无偏离

		引起的任何法律纠纷及对采购人造成损失，均由中标人承担。	如因此引起的任何法律纠纷及对采购人造成损失，均由我公司承担。	
16	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	11. 供应商应具备医学影像设备远程控制维护系统，可通过互联网进行远程实时监控，可通过互联网进行远程诊断故障，可通过互联网进行远程桌面连接，实时显示指导操作；在设备故障发生前进行预警，提前到场进行维护维修，避免故障停机。	我公司响应如下： 11. 我公司具备医学影像设备远程控制维护系统，可通过互联网进行远程实时监控，可通过互联网进行远程诊断故障，可通过互联网进行远程桌面连接，实时显示指导操作；在设备故障发生前进行预警，提前到场进行维护维修，避免故障停机。	无偏离
17	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	12. 安全升级：必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录。	我公司响应如下： 12 安全升级：在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录。	无偏离
18	西门子 64 排 CT、DR 维保服务	13. 供应商需具备良好的培训设施和师资力量，保修期内能提供影像设备维	我公司响应如下： 13. 我公司具备良好的培训设施和师资力量，保修期内提	正偏离

	护保养相关培训，采购人参加培训后能获得专项职业能力证书，所需费用包含在投标报价中（食宿采购人自理）。	供影像设备维护保养相关培训，我司可提供两个院外培训名额，采购人参加培训并考核合格后可获得省级人社部门颁发的专项职业能力证书，所需费用包含在投标报价中（食宿采购人自理）。	
--	--	--	--

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：南宁影联医学工程有限公司

日期：2024年12月5日



中标通知书

南宁影联医学工程有限公司:

经评定, 编号为CZZC2024-G3-990319-YZLZ采购文件中的西门子CT、DR维保, 确定你公司中标, 中标价格为: 贰佰伍拾柒万玖仟肆佰元整(¥2,579,400.00)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司投标文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 郑娟

电话: 0771-7993193

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699

