

北海市政府采购合同

合同名称: 眼底荧光血管造影系统、超广角激光扫描检眼镜等设备

采购项目分标 2 合同

合同编号: BKJRY-HW-QXK-20250014

招标人 (甲方) 北海市人民医院

供应商 (乙方) 广西金夫康医药有限公司

签订合同地点: 北海市人民医院

签订合同时间: 2025 年 2 月 18 日



目 录

第一章	北海市政府采购合同	1
第二章	投标函	7
第三章	投标报价明细表	8
第四章	设备配置清单	9
第五章	商务响应表	13
第六章	技术响应表	17
第七章	售后服务承诺书	22
第八章	采购需求	24
第九章	中标通知书	30



第一章 北海市政府采购合同

合同编号：BHXY-HW-QXK-2024004
采购单位（甲方）北海市人民医院 采购计划号：BHZC2024-G1-02389
供应商（乙方）广西金夫康医药有限公司 项目名称及编号：眼底荧光血管造影系统、超广角激光扫描检眼镜等设备采购项目（BHZC2024-G1-990704-GXKL）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	医疗器械产品注册证名称	规格型号	生产厂家	单位	单价（元）	数量	金额（元）
1	眼科超声乳化治疗仪及附件	眼科超声乳化治疗仪及附件	Legion	美国爱尔康公司	台	820000.00	1	820000.00
2	眼科手术显微镜	手术显微镜	OMS-90	株式会社拓普康	台	280000.00	1	280000.0
3	超广角激光扫描检眼镜	眼用照相机	500	卡尔蔡司医疗技术（美国）有限公司	台	1490000.00	1	1490000.00
人民币合计金额（大写）：人民币贰佰伍拾玖万元整（小写）：¥2590000.00								

2. 合同合计金额包括乙方在甲方指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

第二条、质量保证

- 1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
- 2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条、权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物的运输方式：不限。

5. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗品。

第五条、交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 45 天内安装调试并交付使用，地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

6. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

10. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第六条、安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲、乙双方协定执行。

第七条、售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自安装完毕验收合格之日起 36 个月。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条、付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

本项目甲乙双方自合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 15% 货款；合同总金额的 5% 待保修期满后 10 个工作日内支付（不计利息，按要求保修）。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 6 小时内到达甲方现场。
3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为 叁 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修。

第十一条、违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额 1% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延

期货款额 1%。滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方逾期付款超过 180 天的。乙方有权终止本合同,同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的,乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在保修期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从合同金额中扣除,不足另补。

8、除了质量及不可抗力原因外,若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的,乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求,因设备已经交付且经过安装调试、检验,造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的,避免未来争端,甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十二条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十四条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经采购人审批,并签书面补充协议,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 采购招标文件;

2. 乙方提供的投标文件;

3. 投标承诺书;

4. 中标通知书。

第十七条 本合同一式五份,采购代理机构一份,甲方二份,乙方二份(可根据需要另增加)。



(本页无正文，系北海市政府采购合同之签字盖章页)



甲方（章）：北海市人民医院	乙方（章）：广西金夫康医药有限公司
单位地址：广西北海市海城区和平路 83 号	单位地址：南宁市国凯大道 19 号 E 栋二楼 201-209
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：解清	委托代理人：李艳莲
电话：0779-2022189	电话：0771-2232513
电子邮箱：bhsrmyy@126.com	电子邮箱：1026954764@qq.com
开户银行：中国银行北海分行和平东路支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁亭洪路支行
账号：626257493803	账号：4505 0160 4953 0000 0670
邮政编码：536000	邮政编码：530031
经手人（北海市人民医院）：张	签订时间：2025 年 2 月 8 日
签订地点：北海市人民医院	



合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
2. 售后服务具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
3. 保修期责任：详见附件售后服务承诺书。	
4. 其他具体事项：详见投标文件。	
甲方（章）北海市人民医院  2025 年 2 月 18 日	乙方（章）广西金夫康医药有限公司  2025 年 2 月 18 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二章 投标函

一、投标函

投 标 函

致：广西科联招标中心有限公司：

根据贵方为眼底荧光血管造影系统、超广角激光扫描检眼镜等设备采购项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：BZL2024-G1-990704-GXKL），签字代表李艳莲（全名）经正式授权并代表投标人广西金夫康医药有限公司（投标人名称）提交投标文件（其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标文件有效期自开标日起60个自然日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市国凯大道19号E栋二樓201-209 邮编：530031 电话：0771-2232513

传真：0771-2232513 电子邮箱地址：1026954761@qq.com

投标人代表姓名：李艳莲 职务：销售经理

投标人名称：广西金夫康医药有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁亭洪路支行

银行账号：4505 0160 4953 0000 0670



法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：李艳莲

投标人名称：广西金夫康医药有限公司



2024年12月25日

第三章 投标报价明细表

二、投标报价明细表

投标报价明细表

2 分标（有分标时填写） 金额单位：人民币（元）


序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	眼科超声乳化治疗仪及附件	爱尔康	Legion	美国爱尔康公司	1	台	820000.00	820000.00
2	眼科手术显微镜（手术显微镜）	拓普康	OMS-90	株式会社拓普康	1	台	280000.00	280000.00
3	超广角激光扫描检眼镜（眼用照相机）	卡尔蔡司	500	卡尔蔡司医疗技术（美国）有限公司	1	台	1490000.00	1490000.00
投标报价合计：大写：人民币 贰佰伍拾玖万元整 （小写）2590000.00								

说明：1. 报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2. 投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

3. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
投标人（名称或公章）： 金太康医药有限公司
日期：2021年12月25日



第四章 设备配置清单

三、设备配置清单

设备配置清单

分标号：分标2

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地
1	眼科超声乳化治疗仪及附件 1 台					
	Legion 白内障乳化手术系统	爱尔康	Legion	1 台	性能及指标详见技术规格书	美国
	主机			1 台		
	脚踏板			1 个		
	操作手册			1 本		
	防生罩			1 个		
	玻切手柄			1 把		
	Centurion® QZ11® 推动超声手柄			6 把		
	UltraFlex II 1/A Handpiece UltraFlex II 注吸手柄			6 把		
	LEGIONERS 含 MICROSMOOTH 套管及 MiniClared 15° 针头			6 把		
	Interpold 注吸针头-35° 刀型			6 把		
	Legion23gr Anterior Vitrectomy Tip Legion 前节成团头			2 个		
	针头投手			1 个		
	可移动轮车			1 个		
2	眼科手术显微镜（手术显微镜）1 台					

	底座	拓普康	OMS-90	1个	性能及指标详见技术响应表	日本
	第一臂			1个		
	第二臂			1个		
	主镜			1个		
	物镜 F=200mm			1个		
	脚踏开关			1个		
	X-Y 微动装置			1个		
	消毒帽			1个		
	助手镜			1个		
	说明书			1本		
	防尘罩			1个		
3	超广角激光扫描检眼镜（眼用照相机）1台					
	主机	卡尔蔡司	500	1台	性能及指标详见技术响应表	新加坡
	电脑一体机			1台		
	鼠标键盘套装			1套		
	CLARUS 软件安装 DVD			1台		
	CLARUS 阅读软件证书			1套		
	外固视灯全套			1套		
	电动升降台			1台		
	爱普生(Epson)墨仓式照片打印机 L8058			1台		
	说明书			1本		
	防尘罩			1张		

画

授权代表

投标



波黄印雪

广东黄雪印医药有限公司

日期：2024年12月25日

Appendix

附件



Legion System

Legion 白内障超声乳化手术系统

配置单 (Pack3)

产品编号	数量 (个)	产品描述
8065753075	1	LEGION® System Legion 白内障超声乳化手术系统
主机配置		
8065753075	1	Console 主机
8065752572	1	Footswitch 脚踏板
8065754017	1	Operator's Manual 操作手册
8065830099	1	Dust Cover 防尘罩
8065753050	1	LEGION® Vit Handpiece 玻切手柄
附件配置		
8065751761	6	CENTURION® OZiL® Handpiece Centurion® OZiL® 扭动超声手柄

8065751795	6	Ultraflow II I/A Handpiece Ultraflow II 注/吸手柄
8065753164	6	LEGION® FMS PAK, 0.9 MICROSMOOTH, 45° Kelman 0.9mm Mini-Flared ABS MicroTip LEGION FMS,含 MICROSMOOTH 套管及 Miniflared 45°针头
8065751013	6	Intrepid I/A tip, 35°Bent Intrepid 注吸针头, 35°弯型
8065753056	2	Legion 23g Anterior Vitrectomy Tip Legion 前节玻切头
8065740749	1	Wrench 针头扳手
8065753089	1	LEGION® Cart 可移动轮车

备注

主机保修期叁年

另有更多其它附件备选，欢迎垂询

第五章 商务响应表

五、商务响应表

分标： 分标2


项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
保修期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期 36个月 ，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
售后技术服务要求	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。
	2.售后服务：	是、响应	2.售后服务：
	项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在24小时内电话响应，1小时内提供解决方案，重大问题应在48小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用供给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在30分钟内电话响应，1小时内提供解决方案，一般问题应在12小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。
	3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。	是、响应	3.我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。
	4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。	是、响应	4.我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

	5. 设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。	是、响应	5. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。
	6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。	是、响应	6. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。
	7. 中标人提供 24 小时、365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。	是、响应	7. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：中标人提供 24 小时、365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。
	8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	是、响应	8. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
	9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。	是、响应	9. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。
	10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。	是、响应	10. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：1. 交货时间：自签订合同之日起 45 天内安装调试并交付使用。
	2. 交付地点：北海市采购单位指定的地点	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：2. 交付地点：北海市采购单位指定的地点
付款方式	本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求；本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。

质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。	是、响应	1. 质量达到国家验收合格标准。
	2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。	是、响应	2. 我公司承诺所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。
	3. 投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	是、响应	3. 我公司承诺所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
	4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。	是、响应	4. 我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
	2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
	3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行测试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行测试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
	4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
	5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可预见情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可预见情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
	6. 验收时中标人必须到现场，验收完后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：6. 验收时中标人必须到现场，验收完后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
	7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。	是、响应	我公司完全响应招标文件要求，并承诺如下：7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承

			诸书及招标、投标文件相应约定办理。
--	--	--	-------------------

填写说明：投标人应根据第三章招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人 签字：   _____

投标人名称： 电子公章 山西金太康医药有限公司

日期： 2024年12月25日

第六章 技术响应表

二、技术响应表

技术响应表

分标号：分标2

项号	标的名称	招标要求	投标响应	偏离说明
1	眼科超声乳化治疗仪及附件	一、设备用途、性能特点	一、设备用途、性能特点	无偏离
		超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。	超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。	无偏离
		二、设备性能	二、设备性能	无偏离
		1. 泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制；	1. 泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制；	无偏离
		2. 超声乳化手柄接口数量≥2，方便切换与备用；	2. 超声乳化手柄接口数量2，方便切换与备用；	无偏离
		3. 玻璃体切割速率≥2000cpm（即次/分钟），具备3种及以上切割方式，如CUT/A、IA/CUT、单切、虹膜根切等方式；	3. 玻璃体切割速率2000cpm（即次/分钟），具备3种及以上切割方式，如CUT/A、IA/CUT、单切、虹膜根切等方式；	无偏离
		4. 液体高度设置≥110cm，屏幕显示且可调；	4. 液体高度设置110cm，屏幕显示且可调；	无偏离
		5. 能量系统：具备传统超声和推动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。超声模式：超声振动方向为左、右及侧向，1000时的推动针头冲程0.0069cm共振频率≥32kHz，1000时的扭转尖端冲程扭转≥7m/s；	5. 能量系统：具备传统超声和推动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。推动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，1000时的推动针头冲程0.0069cm共振频率32kHz，1000时的扭转尖端冲程扭转7m/s；	无偏离
		6. 纵向超声乳化模式：1000时的纵向尖端冲程≥0.0084cm，共振频率≥10kHz，尖端速度纵向≥12m/s；	6. 纵向超声乳化模式：1000时的纵向尖端冲程0.0084cm，共振频率30kHz，尖端速度纵向12m/s；	无偏离
		7. Pulse 脉冲模式：脉冲数≥250pps，脉冲工作时间空占比例0-100%连续可调。脉率范围：1-250pps；	7. Pulse 脉冲模式：脉冲数250pps，脉冲工作时间空占比例0-100%连续可调。脉率范围：1-250pps；	无偏离
		8. Burst 爆破模式：爆破开始时间：2-500ms，爆破关闭时间：2500-6ms；	8. Burst 爆破模式：爆破开始时间：2-500ms，爆破关闭时间：2500-6ms；	无偏离

9. 流量控制：预设流速达 50cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注腔室报警功能，保证手术安全；	9. 流量控制：预设流速达 60cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注腔室报警功能，保证手术安全；详情请见 P239	正偏离
10. 负压设定最大值：500mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定；	10. 负压设定最大值：650mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定；详情请见 P239	正偏离
11. 使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定；	11. 使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定；	无偏离
12. 具备多种针头供选择：如专利设计的 Kelman 针头，ABS 针头，Flared，Balanced 针头等，方便医生应用不同切口大小的手术；	12. 具备多种针头供选择：如专利设计的 Kelman 针头，ABS 针头，Flared，Balanced 针头等，方便医生应用不同切口大小的手术；	无偏离
13. 脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能；	13. 脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能；	无偏离
14. 用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，具有 8G 移动数据存储；	14. 用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，具有 8G 移动数据存储；	无偏离
15. 具备晶体自动推注功能：最大速度 4.4mm/s；	15. 具备晶体自动推注功能：最大速度 4.4mm/s；	无偏离
16. 透热疗法（凝血）最大功率为 10W；	16. 透热疗法（凝血）最大功率为 10W；	无偏离
17. 超乳及灌注/抽吸针头：可满足 1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2mm 手术切口；	17. 超乳及灌注/抽吸针头：可满足 1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2mm 手术切口；	无偏离
18. 设备配置清单（包括但不限于）： (1) 配备超声乳化手柄：6 个； (2) 配备底座：1 个。	18. 设备配置清单（包括但不限于）： (1) 配备超声乳化手柄：6 个； (2) 配备底座：1 个。	无偏离

2	眼科手术显微镜	一、主显微镜	一、主显微镜	无偏离
		1. 双目：平行式双目镜；	1. 双目：平行式双目镜；	无偏离
		2. 物镜：F=200mm；	2. 物镜：F=200mm；	无偏离
		3. 目镜： $\geq 10\times$ ；	3. 目镜：10 $\times$ ；	无偏离
		4. 放大类型：5档变倍；	4. 放大类型：5档变倍；	无偏离
		5. 总放大率：3.4X-27X 范围内至少包含 5 档可调；	5. 总放大率：3.4X-27X 范围内至少包含 5 档可调；	无偏离
		6. 视野范围： $\phi 66.3$ 、 $\phi 42.3$ 、 $\phi 26.3$ 、 $\phi 17.1$ 、 $\phi 10.3$ ；	6. 视野范围： $\phi 66.3$ 、 $\phi 42.3$ 、 $\phi 26.3$ 、 $\phi 17.1$ 、 $\phi 10.3$ ；	无偏离
		7. X-Y 微动：范围 $\pm 25\text{mm}$ ；	7. X-Y 微动：范围 $\pm 25\text{mm}$ ；	无偏离
		▲8. 助手显微镜：非分光器型的助手镜，有立体感	▲8. 助手显微镜：非分光器型的助手镜，有立体感	无偏离
		▲9. 内置黄色滤光片：可弹出的黄色滤片随机配送，全面保护视网膜不受损害。	▲9. 内置黄色滤光片：可弹出的黄色滤片随机配送，全面保护视网膜不受损害。	无偏离
		二、照明器	二、照明器	无偏离
		1. 光源：12V100W 卤素灯（光导纤维系统），有备用灯泡；	1. 光源：12V100W 卤素灯（光导纤维系统），有备用灯泡；	无偏离
		2. 内置吸热并且可以防紫外线镜片，可弹出：黄色滤光片	2. 内置吸热并且可以防紫外线镜片，可弹出：黄色滤光片	无偏离
		三、机臂	三、机臂	无偏离
		1. 长度：第一臂 1000mm；第二臂 500mm；	1. 长度：第一臂 1000mm；第二臂 500mm；	无偏离
		2. 旋转度：第一臂 360 度；第二臂 360 度。	2. 旋转度：第一臂 360 度；第二臂 360 度。	无偏离
		四、柱座	四、柱座	无偏离
		1. 底座尺寸： $\phi 740\text{MM}$ （30"）。	1. 底座尺寸： $\phi 740\text{MM}$ （30"）。	无偏离
		五、电源	五、电源	无偏离
		1. 电压：AC100-120V 或 AC220-240V；	1. 电压：AC100-120V 或 AC220-240V；	无偏离
		2. 频率：50/60HZ；	2. 频率：50/60HZ；	无偏离
		3. 最大耗电量：240W。	3. 最大耗电量：240W。	无偏离
3	超广角微光扫描眼底镜	1. 设备用途：用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据；	1. 设备用途：用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据；	无偏离
		2. 成像技术原理：采用宽线眼底成像	2. 成像技术原理：采用宽线眼底成像	无偏离


技术生成真实眼底色彩眼底图像；	技术生成真实眼底色彩眼底图像；	
2. 成像模式	3. 成像模式	无偏离
(1) 真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色、绿色和蓝色光通道分解查看功能，便于不同眼底层次诊断评估；	(1) 真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色、绿色和蓝色光通道分解查看功能，便于不同眼底层次诊断评估；	无偏离
▲(2) 广波长范围 500-585 纳米绿自发光功能，检测 630-750 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等；	▲(2) 广波长范围 500-585 纳米绿自发光功能，检测 630-750 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等；同时带绿色激发光。详情请见 P274	正偏离
▲(3) 广波长范围 435-500 纳米蓝自发光功能，检测 532-650 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等；	▲(3) 广波长范围 435-500 纳米蓝自发光功能，检测 532-650 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等；同时带蓝色激发光。详情请见 P274	正偏离
(4) 具有红外成像 IR 功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构；	(4) 具有红外成像 IR 功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构；	无偏离
(5) 具有外眼，眼表成像拍摄功能；	(5) 具有外眼，眼表成像拍摄功能；	无偏离
(6) 具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况；	(6) 具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况；	无偏离
4. 拍摄监视	4. 拍摄监视	无偏离
(1) 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，便于引导拍摄；	(1) 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，便于引导拍摄；	无偏离
(2) 具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离；	(2) 具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离；	无偏离
5. 拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式 $\geq 130^\circ$ ，超广角成像模式 $\geq 200^\circ$ ，拼图模式（高达 6 张拼接） $\geq 267^\circ$ ；	5. 拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式 133° ，超广角成像模式 200° ，拼图模式（高达 6 张拼接） 267° ；详情请见 P111	正偏离
▲6. 分辨率 ≤ 7.3 微米；	▲6. 分辨率 7.3 微米；	无偏离

7. 拍摄瞳孔直径最小值≤2.5 毫米；	7. 拍摄瞳孔直径最小值 2.5 毫米；	无偏离
8. 工作距离：25 毫米，从患者眼睛至镜头；	8. 工作距离：25 毫米，从患者眼睛至镜头；	无偏离
9. 屈光补偿范围：-2.0D 至+2.0D 连续可调；	9. 屈光补偿范围：-2.0D 至+2.0D 连续可调；	无偏离
10. 光源：连续光谱光源，红光 585 - 640nm，绿光 500 - 585nm，蓝光 435 - 500nm，红外激光二极管，785nm；	10. 光源：连续光谱光源，红光 585 - 640nm，绿光 500 - 585nm，蓝光 435 - 500nm，红外激光二极管，785nm；	无偏离
11. 采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定；	11. 采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定；	无偏离
12. 自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别；	12. 自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别；	无偏离
13. 采集速度≤0.2 秒；	13. 采集速度 0.2 秒；	无偏离
14. 实时红外预览≥10 帧/秒	14. 实时红外预览 10 帧/秒	无偏离
15. 图像文件存储类型≥5 种，必须包含 DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG 五种；	15. 图像文件存储类型 5 种，必须包含 DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG 五种；	无偏离

法定代表人（负责人）或者委托代理人（电子签名）：_____

投标人名称（电子公章）：广西金夫康医药有限公司

日期：2024 年 12 月 25 日



第七章 售后服务承诺书

四、售后服务承诺书

售后服务承诺书

广西金夫康医药有限公司拥有完善的售后服务体系，为用户提供全面、优质的售后服务支持，详见下述：

1、质保期：质保期为叁年。

2、质保期内服务计划

(1) 保修范围：正常使用过程中，用户要求维修服务，保修期内设备享受每年1次跟踪回访、每年2次保养检测服务，人为因素及不可抗力因素产生的损坏不在保修范围。

(2) 响应时间：30 分钟内电话响应，4 小时内提供解决方案，6 个小时内到达仪器现场，一般问题应在 12 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。

(3) 服务内容

1) 上门服务：我公司根据故障情况提供免费上门维修服务。

2) 维护保养：我公司将定期对所供设备进行运行情况进行保养，确保设备安全、用电安全，对设备进行清洁除尘和保养，消除故障隐患，以确保设备的稳定、高效运行。

3) 免费培训：安装调试完成之后，我公司对相关操作人员进行免费技术培训，使其能够正确规范操作本产品。

3、质保期外服务计划：

(1) 故障响应：用户可通过电话、邮件等多种形式获取技术支持，我公司根据故障情况提供上门维修、维护服务。

(2) 维修方式：我公司提供保修合同和单次付费维修两种服务形式。一是按照《保修合同》维保，用户购买《保修合同》后，质保期内我公司按照合同条款规定提供保修服务；二是按单次维修所要更换的零配件收取零配件物料费。

4、技术支持计划

对所售产品提供产品生命周期内终身维护、维修，负责产品的技术咨询、安装、培训、维修、定期维护保养、产品升级和客户的投诉、建议，提供中文服务手册等相关技术支持文件及其它相关的服务。

(1) 问题解决时间：用户拨打 7*24 小时服务热线电话，即可享受全面、迅捷、优质的在线服务。

(2) 服务信息：用户服务中心接受电话、传真、电子邮件、微信等多种形式的咨询、报修，随时为用户提供全面技术咨询。

(3) 远程支持：我公司为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议和办法。当设备出现重大故障时，如客户不能通过我公司的远程协助解决故障，我公司将在确认故障内容后，尽快委派工程师提供现场维修。

(4) 软件升级：我公司对所售产品提供终身软件免费升级服务。如遇我公司同型号的产品技术升级，且该型号软件升级时需更换硬件配置，我公司将提供硬件配置优惠价格的有偿升级服务

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

投标人名称（盖章）：_____ 山西金太康医药有限公司

日期：2021 年 12 月 25 日



第八章 采购需求

序号	标的名称	数量及单位	参数要求	医疗器械管理分类
1	眼科超声乳化治疗仪及附件	1 台	一、设备用途、性能特点 超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。 二、设备性能 1. 泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制； 2. 超声乳化手柄接口数量≥ 2，方便切换与备用； 3. 玻璃体切割速率$\geq 2000\text{cpm}$（即次/分钟），具备 3 种及以上切割方式，如 CUT\IA、IA\CUT、单切、虹膜根切等方式； 4. 液体高度设置$\geq 110\text{cm}$，屏幕显示且可调； 5. 能量系统：具备传统超声和扭动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。扭动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，100%时的扭动针头冲程$\geq 0.0069\text{cm}$ 共振频率$\geq 32\text{kHz}$，100%时的扭转尖端冲程扭转$\geq 7\text{m/s}$； 6. 纵向超声乳化模式：100%时的纵向尖端冲程$\geq 0.0084\text{cm}$，共振频率$\geq 40\text{kHz}$，尖端速度纵向$\geq 12\text{m/s}$； 7. Pulse 脉冲模式：脉冲数$\geq 250\text{pps}$，脉冲工作时间空占比例 0-100% 连续可调。脉率范围：1-250pps； 8. Burst 爆破模式：爆破开始时间：2-500 ms、爆破关闭时间：2500-0ms； 9. 流量控制：预设流速达 50cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注瓶空瓶报警功能，保证手术安全； 10. 负压设定最大值：500mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定； 11. 使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定； 12. 具备多种针头供选择：如专利设计的 Kelman 针头，ABS 针头，Flared，Balanced 针头等，方便医生应用不同切口大小的手术； 13. 脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能； 14. 用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术	III

			步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，具有 8G 移动数据存储； 15. 具备晶体自动推注功能：最大速度 4.4mm/s； 16. 透热疗法（凝血） 最大功率为 10W； 17. 超乳及灌注/抽吸针头：可满足 1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2mm 手术切口； 18. 设备配置清单（包含但不限于）： （1）配备超声乳化手柄：6 个； （2）配备底座：1 个。	
2	眼科手术显微镜	1 台	一、主显微镜 1. 双目：平行式双目镜； 2. 物镜：F=200mm； 3. 目镜：≥10X； 4. 放大类型：5 档变倍； 5. 总放大率：3.4X-27X 范围内至少包含 5 档可调； 6. 视野范围：ø66.3, ø42.3, ø26.3, ø17.1, ø10.3； 7. X-Y 微动：范围±25mm； ▲8. 助手显微镜：非分光器型的助手镜，有立体感 ▲9. 内置黄色滤光片：可弹出的黄色滤片随机配送，全面保护视网膜不受损害。 二、照明器 1. 光源：12V100W 卤素灯（光导纤维系统），有备用灯泡； 2. 内置吸热并且可以防紫外线镜片，可弹出：黄色滤光片。 三、机臂 1. 长度：第一臂 400mm；第二臂 560mm； 2. 旋转度：第一臂 360 度；第二臂 300 度。 四、柱座 1. 底座尺寸：ø 740MM（30"）。 五、电源 1. 电压：AC100-120V 或 AC220-240V； 2. 频率：50/60HZ； 3. 最大耗电器：210W。	II

3	超广角 激光扫描 检眼镜	1 台 1. 设备用途：用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据； 2. 成像技术原理：采用宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图像； 3. 成像模式 （1）真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，便于不同眼底层次诊断评估； ▲（2）广波长范围 500-585 纳米绿自发荧光功能，检测 630-750 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等； ▲（3）广波长范围 435-500 纳米蓝自发荧光功能，检测 532-650 纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等； （4）具有红外成像 IR 功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构； （5）具有外眼，眼表成像拍摄功能； （6）具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况； 4. 拍摄监视 （1）采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，便于引导拍摄； （2）具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离； 5. 拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式$\geq 130^{\circ}$，超广角成像模式$\geq 200^{\circ}$，拼图模式（高达 6 张拼接）$\geq 267^{\circ}$； ▲6. 分辨率≤ 7.3 微米； 7. 拍摄瞳孔直径最小值≤ 2.5 毫米； 8. 工作距离：25 毫米，从患者眼睛至镜头； 9. 屈光补偿范围：-24D 至+20D 连续可调； 10. 光源：连续光谱光源，红光 585 - 640nm，绿光 500 - 585nm，蓝光 435 - 500nm，红外激光二极管，785nm； 11. 采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定； 12. 自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。	II
---	--------------------	--	----

		13. 采集速度 ≤ 0.2 秒; 14. 实时红外预览 ≥ 10 帧/秒; 15. 图像文件存储类型 ≥ 5 种, 必须包含 DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG 五种。	
▲商务要求			
保修期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。		
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：北海市采购单位指定的地点。		
付款方式	本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。		
售后技术服务要求	1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。 2. 售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在 2 小时内电话响应，4 小时内提供解决方案，一般问题应在 48 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。 3. 中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4. 如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。		

	5. 设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7. 中标人提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
投标人资信要求	

政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求等
资料证明文件	1. 投标时若有，需提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网站下载、打印的有产品详细说明的相关 PDF、HTML 彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2. 采购需求中的医疗器械产品，属于 II 类、III 类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件；投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件（进口产品除外，如投标产品是进口产品的，提供产品制造商授权书或国内具有销售权的经销商授权书）。
投标报价要求	▲1. 投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
进口产品	眼科超声乳化治疗仪及附件、眼科手术显微镜、超广角激光扫描检眼镜已进行进口产品采购备案，可接受进口产品投标。
▲核心产品	超广角激光扫描检眼镜，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

第九章 中标通知书

广西科联招标中心有限公司

眼底荧光血管造影系统、超广角激光扫描检眼镜等设备采购项目（BHZC2024-G1-990704-GXKL）

中标通知书

广西金大康医药有限公司：

广西科联招标中心有限公司受北海市人民医院的委托，于2025年1月14日就眼底荧光血管造影系统、超广角激光扫描检眼镜等设备采购项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开评标。经评标委员会评审，招标人确认，贵公司为本项目2分标的中标供应商。其中标项目内容为：眼科超声乳化治疗仪及附件1台，眼科手术显微镜1台，超广角激光扫描检眼镜1台采购及安装。中标金额为：人民币贰佰柒拾玖万元整。

一、请贵公司接此通知书后在25日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同，延期自误。

项目编号	中标金额（元）	采购单位
BHZC2024-G1-990704-GXKL	¥2590000.00	北海市人民医院

二、签订合同详细地点：招标人指定的地点。

三、届时请携带下列证件签订合同：

- 1. 中标通知书
- 2. 招标文件上规定的文件材料（合法定代表人授权书）
- 3. 单位公章或合同专用章
- 4. 单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

代理机构联系人：赖亭亭

联系电话：0779-3832133/3830266

采购单位联系人：叶强

联系电话：0779-2022189

