

合同编号：12N4995089022025204

政府采购合同书

合同名称：靖西市人民医院新院一批设备采购项目分标 16（宫腔镜一体镜（2套镜子）、臭氧妇科治疗仪）

合同编号：12N4995089022025204



甲方：靖西市人民医院

乙方：南宁市瑞美商贸有限公司

签订合同地点：靖西市人民医院

签订合同时间：2025年3月11日

目 录

- 1、合同书
- 2、采购需求
- 3、投标函
- 4、投标报价表
- 5、售后服务方案
- 6、中标通知书

1、合同书

(甲方) 采购单位: 靖西市人民医院

(乙方) 中标单位: 南宁市瑞美商贸有限公司

项目名称: 靖西市人民医院新院一批设备采购项目

项目编号: BSZC2025-G1-250003-GXBS

采购计划编号: JXZC2024-G1-01564-016

签订地点: 靖西市人民医院

签订时间: 2025年3月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件及响应文件规定条款和中标供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	型号规格	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	宫腔一体镜-2套镜子(宫腔镜)	科迈森	KMS-V(一体)	湖南科迈森医疗科技有限公司	1	套	155000.00	155000.00
2	臭氧妇科治疗仪(医用臭氧治疗仪)	众杰	ZJ-9000C型	徐州众杰电子科技有限公司	2	台	20000.00	40000.00

人民币合计金额: 壹拾玖万伍仟元整 (¥195000.00元)

2. 合同合计金额报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务(包括技术资料的提供)、质保期保障、设备检测、培训及与医院信息系统对接的接口费等所发生的一切费用。如招标文件及投标文件对其另有约定的,从其约定。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- 合同提供设备的生产日期不得超过半年,乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方对合同标的享有合法、完整的所有权，合同标的不存在租赁、担保或保留所有权等权利瑕疵的情形，乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件及响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输：由乙方负责。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1. 交货期：合同生效后 18 日历日天内交货完毕。地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件及响应文件和合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格（但属于隐蔽性瑕疵的除外）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位盖章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10日内及时予以解决。

第六条 培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间由甲方指定培训时间、地点：由甲方指定培训地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：按成交人响应文件承诺（自项目验收合格之日起壹年）。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项应与招标文件规定一致，（见合同附件）。
4. 若甲方因工作需要调整工作地点，成交供应商免费将设备搬迁至新的工作地点并安装调试完毕。

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：单位自筹资金。
3. **付款方式：交货安装验收合格，乙方必须开具合法全额发票，甲方正常使用满3个月后付合同价款的95%，剩余总货款的5%在质保期结束后30个工作日内一次性付清（不计利息）。**

第九条 质保金：无

第十条 履约保证金：无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十二条 质量保证

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：
 - (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理：由双方协议定价。
 - (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后8小时内到甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚（或按第十二条第一款处理）；因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因造成的问题，由乙方负责更换或甲方退货，由此造成的损失从合同剩余总货款的5%中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的招标文件及投标（响应）文件；
3. 谈判应答承诺书（如有）；
4. 中标通知书。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方持三份，乙方持一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购代理机构应当将合同在广西壮族自治区政府采购(<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/>)

2、采购需求

			<p>8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。</p> <p>9、9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。</p> <p>10、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。</p> <p>11、全中文软件操作界面。</p> <p>12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。</p> <p>13、支持药物库，可储存5000种药物信息。</p> <p>14、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。</p> <p>15、报警时可通过示意图片直观提示报警信息。</p> <p>16、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。17、压力报警阈值至少14档可调，最低50mmHg。</p> <p>18、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。</p> <p>19、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。</p> <p>20、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。</p> <p>21、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。</p> <p>22、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。</p> <p>23、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。</p> <p>24、信息储存：可存储3500条的历史记录。</p> <p>25、电池工作时间≥4.9小时@25mL/h。</p> <p>26、防异物及进液等级IP33。</p>									
16	宫腔镜一体镜(2套镜子)	1套	<p>1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；</p> <p>2.具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；</p> <p>3.★超广角镜头，视场角90°；</p> <p>4.视向角22°、景深3mm-100mm；</p> <p>5.插入部工作长度至少200mm，插入部最大宽度至少4.9mm/5.4mm，免扩宫；</p> <p>6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；</p> <p>7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；</p> <p>8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；</p> <p>9.器械插入口为喇叭形，方便器械进入；</p> <p>10.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；</p> <p>11.★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；</p> <p>12.进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；</p> <p>13.★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识；</p> <p>14.★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB/T9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性性能更优。</p> <p style="text-align: center;">配置清单</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 40%;">产品名称</th> <th style="width: 20%;">规格</th> <th style="width: 30%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	规格	数量					16
序号	产品名称	规格	数量									

			1	宫腔镜	5Fr/22°	1	
			2	宫腔镜配套手术器械 (剪刀)	Φ 1.6*410	1	
			3	宫腔镜配套手术器械 (异物钳)	Φ 1.6*410	1	
			4	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	Φ 1.6*410	1	
			5	专用内窥镜消毒盒	/	1	
			6	宫腔镜	7Fr/22°	1	
			7	宫腔镜配套手术器械 (剪刀)	Φ 2.0*410	1	
			8	宫腔镜配套手术器械 (异物钳)	Φ 2.0*410	1	
			9	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	Φ 2.0*410	1	
			10	专用内窥镜消毒盒	/	1	
16	臭氧妇科治疗仪	2台	<p>技术参数</p> <p>一、工作条件</p> <p>1、环境温度:5° C~40° C;</p> <p>2、相对湿度:≤80%;</p> <p>二、产品适用范围</p> <p>适用于妇女念珠菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎、老年性阴道炎和由大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌引发的宫颈炎的治疗,对宫颈 HPV 的消退有辅助作用,以及经阴道手术前的阴道消毒。</p> <p>三、技术参数</p> <p>1、臭氧水浓度≥2mg/L;</p> <p>2、超声雾化臭氧浓度(5-90)mg/L, 可调;</p> <p>3、臭氧气浓度(5-90)mg/L, 可调;</p> <p>4、出水流量≥1000mL/min, 可调;</p> <p>5、超声雾化率≥250mL/h;</p> <p>6、臭氧发生率(产量)不小于 3000mg/h, 可调;</p> <p>7、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀菌率>99.9%;</p> <p>8、净化后的环境臭氧浓度:<0.03mg/m³;</p> <p>四、功能特点</p> <p>1、治疗仪具有单通道臭氧水溶液治疗或臭氧雾化治疗或臭氧气化治疗转换功能;</p> <p>2、治疗仪具有臭氧浓度连续可调功能;</p> <p>3、治疗仪具有过滤器自洁功能;</p> <p>4、治疗仪具有过温保护功能;</p> <p>5、治疗仪具有低水位提示功能;</p> <p>6、治疗仪具有定时及时间显示功能;</p> <p>7、治疗仪具有处方选择功能;</p> <p>五、产品配置</p>				4

			<ul style="list-style-type: none"> 1、主机(内置医用制氧机) 2、除臭及排水装置 3、电热水器 4、妇科床配套装置 	
17	电子支气管镜	1套	<ul style="list-style-type: none"> 1. 供气管和支气管观察、诊断摄影、治疗用; 2. 视场角 100° ; 3. 视向角 0° ; 4. 景深 3-150mm; 5. ★最大插入部外径≤4.9mm; 6. 工作通道≥2.4mm; 7. 工作长度≥600mm; 8. 弯曲角度向上≥180° /向下≥130° ; 9. ★中心分辨率≥20 线对/毫米,边缘分辨率≥14 线对/毫米; 10. 色彩还原能力不低于 4 级; 11. 图像无明显几何失真; 12. 采用 LED 灯白光照明,亮度可调节; 13. LED 光源显色指数 Ra≥80; 14. 照明光源色温≥3000K; 15. 光照度≥500lx; 16. 采用电子成像技术,工作软管不含光纤; 17. 配合图像处理器搭配外接监视器、电脑均可使用; 18. 通过视频连接线可连接手机、iPad、笔记本电脑等直接成像显示; 19. 内窥镜与图像处理器采用航空插头功能,直接插拔,稳定耐用; 20. 内窥镜支持热拔插,5秒内出图,保证图像显示稳定; 21. 具有拍照录像以及回放功能; 22. 具有图像冻结、缩放功能; 23. 支持自定义按键设置; 24. 自带光源,自动防雾,无需预热; 25. 内窥镜密封达到 IPX7 级,配备防水帽可进行全浸泡消毒; 26. ★内窥镜可耐受≥1000 次邻苯二甲醛消毒; 27. 内窥镜可耐受低温等离子、环氧乙烷等灭菌。 <p style="text-align: center;">图像处理器</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 图像处理器的显示屏为高清屏; 2. 图像处理器工作时间≥180 分钟; 3. 具有自动增益调节功能; 4. 图像显示无明显几何失真; 5. 色彩还原能力不低于四级; 6. 输出分辨率至少有 1280*800; 7. 数据储存为外接 SD 卡储存,≥32G; 8. 储存格式为图片 JPG,视频 MP4 或其他; 9. 图像处理器输出信号为 HDMI 格式或其他,支持连接多个监视器,图像同步显示; 	14

3、投 标 函

1. 投 标 函

致：靖西市人民医院

根据贵方 靖西市人民医院新院一批设备采购项目（项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS）的招标公告，签字代表王莲芳（姓名）经正式授权并代表投标人南宁市瑞美商贸有限公司提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

5. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

7. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：南宁市江南区亭洪路 48-1 号南宁江南万达广场 A10 号楼二十三层 2322 号办公室

邮编：530000 电话：13397777093 传真：____/____

投标人名称：南宁市瑞美商贸有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁江南支行

银行帐号：4505 0160 4950 0000 1594

法定代表人（签字/签章）：王莲芳

投标人（盖电子公章）：南宁市瑞美商贸有限公司

2025 年 2 月 6 日



4、投标报价表

2. 开标一览表

项目名称：靖西市人民医院新院一批设备采购项目

项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS 标项：标项 16

投标人名称：南宁市瑞美商贸有限公司 单位：元

序号	标的名称	品牌	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	宫腔一体镜-2套镜子 (宫腔镜)	科迈森	1套	155000.00	155000.00
2	臭氧妇科治疗仪 (医用臭氧治疗仪)	众杰	2台	20000.00	40000.00
合计金额大写：人民币 <u>壹拾玖万伍仟元整</u> (¥ <u>195000.00</u> 元)					

法定代表人（签字/签章）：姓 莲 芳

投标人（盖电子公章）：南宁市瑞美商贸有限公司

2025年2月6日

5、售后服务方案

4. 售后服务承诺

一、货物交付：

- 1、保证货物应是全新、未用过的产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。
- 2、免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器。
- 3、为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等我方负责，并承担相关责任。
- 4、交货期限：合同生效后 18 个日历日内交货。交货地点：靖西市人民医院指定地点。

二、验收及培训：

- 1、验收时提供产品说明书及其它相关技术资料。
- 2、设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作人员。
- 3、为用户提供产品终身技术支持、技术服务。
- 4、免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。
- 5、使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为未能完成验收。

三、保修期及内容：

- (1) 保修期：自产品安装之日起主机免费保修一年。
- (2) 保修内容：保修范围涵盖整机硬件，包括免费更换或维修故障部件，终身维修。保修期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。保修期外提供终身维护和保养服务，发生维修只收配件材料成本费。
- (3) 除产品保修外，对采购人在产品使用中疑难问题随时提供免费技术咨询和支持服务，包括使用过程中的注意事项及出现的各种疑难问题。
- (4) 1. 免费电话支持：提供中文咨询电话服务，每周 7 天，每天 24 小时，全天候接听您的来电，解答用户在使用中遇到的问题，给与在线指导。
2. 现场支持：如电话支持不能解决问题，即派专业维修工程师赶赴现场进行故障处理。
3. 技术问题的解决：如遇技术问题，我方会及时组织各相关技术人员进行讨论，确定方案，并以最快的速度解决问题，以确保客户业务工作不受影响。

四、售后服务响应要求：

- (1) 接到设备服务要求后立即分钟内响应，8 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。48 小时内

修不好或者需要返厂维修的，将提供备用机给用户方使用，以保证开机率。

(2) 交货时给出生产厂家在广西设置售后服务联系人、联系电话。

五、回访制度

执行严格的用户回访制度，技术支持将定期对用户进行回访（保修期内每两个月一次），对设备进行免费保养和维护，了解设备的使用状况，倾听您的建议及意见，解决您的实际问题，最大程度地真正体现客户购买我公司产品的价值。

投标人（盖电子公章）：南宁市瑞美商贸有限公司

2025年2月6日



配置清单

序号	产品名称	型号	规格	数量	品牌
1	宫腔镜	KMS-V(一体)	5Fr/22°	1pc	科迈森
2	宫腔镜配套手术器械 (剪刀)	KMS-QX- II	Φ1.6*410	1pc	科迈森
3	宫腔镜配套手术器械 (异物钳)	KMS-QX- II	Φ1.6*410	1pc	科迈森
4	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	KMS-QX- II	Φ1.6*410	1pc	科迈森
5	专用内窥镜消毒盒			1pc	科迈森
6	宫腔镜	KMS-V(一体)	7Fr/22°	1pc	科迈森
7	宫腔镜配套手术器械 (剪刀)	KMS-QX- II	Φ2.0*410	1pc	科迈森
8	宫腔镜配套手术器械 (异物钳)	KMS-QX- II	Φ2.0*410	1pc	科迈森
9	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	KMS-QX- II	Φ2.0*410	1pc	科迈森
10	专用内窥镜消毒盒	/	/	1pc	科迈森



ZJ-9000C 型医用臭氧治疗仪

配置清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	臭氧治疗头	个	10	治疗、冲洗各 5 个
3	电源线	根	1	
4	脚踏开关	个	1	
5	接地线	根	1	
6	输气、输液管	根	若干	
7	雾化盒	个	1	
8	保险丝	只	2	
9	治疗枪	个	1	
10	转接头	个	2	
11	挂架	个	2	
12	保修卡	张	1	
13	合格证	个	1	
14	说明书	本	1	

装箱人：

徐州众杰电子科技有限公司

6、中标通知书

中标通知书

南宁市瑞美商贸有限公司：

广西百色公共资源交易有限公司受靖西市人民医院委托，就靖西市人民医院新院一批设备采购项目（项目编号：BSZC2025-G1-250003-GXBS）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，经招标人确认，贵公司为本项目靖西市人民医院新院一批设备采购项目标项 16 的中标人，中标金额为：人民币壹拾玖万伍仟元整（¥195000 元）。

请贵公司自中标通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

招标人名称：靖西市人民医院

地址：广西百色市靖西县新靖镇南门街 45 号

联系方式：0776-3050366

采购代理机构：广西百色公共资源交易有限公司

地址：广西百色市右江区迎龙路 50 号汇丰商业广场 15 楼

项目联系人：黄海洋

联系方式：0776-2981360

靖西市人民医院

2025 年 2 月 13 日

广西百色公共资源交易有限公司

2025 年 2 月 13 日