

政府采购合同

项目名称：大化县人民医院医疗设备采购

项目编号：HCZC2025-G1-290161-DZZC

分标号：4 分标

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）：广西九州通医疗器械有限公司

政府采购合同

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院 采购计划号：DHZC2025-G1-01173

供应商（乙方）：广西九州通医疗器械有限公司

项目名称：大化县人民医院医疗设备采购 项目编号：HCZC2025-G1-290161-DZZC

分标号：4 分标

签订地点：采购人指定地点

签订时间：2025年12月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

使用设备单位名称：大化瑶族自治县人民医院										
序号	使用单位	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）	总合计（元）
1	大化瑶族自治县人民医院	双板悬吊式数字放射成像系统(DR机) (注册证名称:数字化医用X射线摄影系统)	西门子	MULTIX Impact C 晴空一鹤	上海西门子医疗器械有限公司	1	台	2435000	2435000	2435000
合计金额大写：人民币 <u>贰佰肆拾叁万伍仟元整</u> (¥ <u>2435000.00</u>)										

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含

保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利,若因乙方提供的设备侵犯第三方知识产权导致甲方被索赔,乙方应全额承担赔偿金、诉讼费用及甲方因此产生的其他损失,并负责更换设备或协商解决方案。

2. 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 汽车运输。

3. 运输过程中货物损毁、灭失的风险由乙方承担,乙方根据需要可投保货物运输保险并承担保费。

4. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: /。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间: 签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕;
交付地点: 采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，验收不合格的，乙方要限期进行整改，直至验收通过为止。因验收不合格导致的整改时间计入合同履行期限内，因无法在合同履行期限内完成交付使用所产生的相关后果由乙方负责。若因验收不合格累计达到2次的，甲方可以选择解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

6. 甲方委托由使用设备单位按照自己的需求采购的设备名称、品牌，规格型号，数量，核对，进行验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式（书面形式包括邮件、微信、QQ、信件、短信等文字形式即可）向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训熟悉到位。培训时间、地点：采购单位指定地点。必须有培训照片（照片中必须有技术员和科室人员）打包整理发送给甲方。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：产品验收合格之日起3年。

3. 乙方提供设备参数和服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见

合同附件)

第八条 付款方式

乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后,乙方开具正式发票与请款函给甲方,甲方自收到乙方发票与请款函之日起一个月内一次性付清(无息)

第九条 履约保证金

履约保证金金额:按成交金额的 。

履约保证金递交方式:支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件:由成交供应商向履约保证金收取单位提供《大化瑶族自治县政府采购项目验收单》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》,保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担,合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间:12小时到达现场。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述货物质保期为不少于1年(按中标单位的售后服务为准),因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终身维修,维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收,委托第三方验收的另行规定)

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现

场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给

对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 因一方违约导致另外一方通过法律途径进行维权的，维权成本包括但不限于案件受理费、律师费、诉讼保全费、诉责险保费，由违约方承担。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人、自然人）授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标（成交）通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 竞标报价表；
5. 其他合同文件。

6. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同按照甲方需要份数，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方一份，乙方各一份（可根据需要另增加）。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 大化瑶族自治县人民医院	广西九州通医疗器械有限公司
2025年12月3日	2025年12月3日
单位地址：广西壮族自治区大化县镇北新民路10巷54号	单位地址：南宁市永林路88号综合大楼310、312室
法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人： 郭	法定代表人或者委托代理人： 陈炼
电话：0778-5820868	电话：15977310025
电子邮箱：	电子邮箱：15977310025@163.com

开户银行：广西大化农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：交通银行南宁科技支行
账号：751612010105073536	账号：451060607018010101821
邮政编码：530800	邮政编码：530000

合同附件1

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: (1). 中标通知书; (2). 投标声明书; (3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表; (4). 投标报价表;	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项: (1). 营业执照复印件 (2). 法人身份证复印件	
甲方(章) 大化瑶族自治县人民医院  2025 年 12 月 3 日	乙方(章) 广西九州通医疗器械有限公司  2025 年 12 月 3 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

(1). 中标通知书

大化县人民医院医疗设备采购
(项目编号:HCZC2025-G1-290161-DZZC)
4 分标中标通知书

广西九州通医疗器械有限公司:

鼎正众创建设集团有限公司受采购人大化瑶族自治县人民医院 委托,就 大化县人民医院医疗设备采购(项目编号:HCZC2025-G1-290161-DZZC) 采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审,采购人确认,确定贵公司为本项目 4 分标的中标供应商,其中标内容为:大化县人民医院医疗设备采购一批,详细参数见招标文件。中标价格为:人民币(大写) 贰佰肆拾叁万伍仟元整(¥2435000.00)。合同履行期限: 签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。

请贵单位自接此通知书发出之日起 15 日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),并按公开招标采购文件要求和响应文件的承诺履行完成合同。

采购人联系人:覃工
电话:0778-5820868
代理机构联系人:王琪
电话:0778-3220772

采购单位:大化瑶族自治县人民医院

代理机构:鼎正众创建设集团有限公司
2025 年 11 月 18 日

(2). 投标声明书

七、投标资格声明

致：鼎正众创建集团有限公司

我方愿意参加贵方组织的大化县人民医院医疗设备采购（项目编号：HCZG2025-G1-290161-DZZC）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

投标人应当通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和“中国政府采购网”网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

投标人名称(电子签章)：广西九州通医疗器械有限公司

2025 年 11 月 13 日



(3) 商务条款偏离表和技术需求偏离表

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1、售后服务要求：免费送货上门，免费安装调试。出现故障必须在4小时内做出答复，一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在24小时内解决。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技能。	1、售后服务要求：免费送货上门，免费安装调试。出现故障2小时内做出答复，一般问题在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在24小时内解决。培训服务：设备安装调试完成后，我公司提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技能。	正偏离
	2、交货时间及地点：(1)、交付使用时间：自签订合同之日起30个工作日内。(2) 交货地点：采购单位指定地点。	2、交货时间及地点：(1)、交付使用时间：自签订合同之日起30个工作日内。(2)、交货地点：采购单位指定地点。	无偏离
	3、付款条件：乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。	3、付款条件：乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。	无偏离
	4、其他要求：	4、其他要求：	无偏离
	(1)、投标人提供的软件必须是正版软件，	(1)、我公司提供的软件=是正版软件，采	无偏离

	采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷，由投标人承担全部责任；软件免费升级维护。	购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷，由我公司承担全部责任；软件免费升级维护。	
二	其他说明	其他说明	无偏离
	一、进口产品说明	一、进口产品说明	无偏离
	本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	无偏离
	二、投标人所提供的产品必须是 2025 年生产的全新、未使用的原装产品。	二、我公司所提供的产品是 2025 年生产的全新、未使用的原装产品。	无偏离
	▲三、特别说明：	▲三、特别说明：	无偏离
	1. 出现下列情形之一的，在评审过程中，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分及投标报价相同的，以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人：	1. 出现下列情形之一的，在评审过程中，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分及投标报价相同的，以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人：	无偏离
	非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	无偏离

	四、其他：1、不进行演示；2、不要求提供 样品；3、不组织现场踏勘。	四、其他：1、不进行演示；2、不要求提供 样品；3、不组织现场踏勘。	无偏离
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

- 1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
- 3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西九州通医疗器械有限公司



一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”

中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 目	货物 名称	招标文件需求	投标文件承诺	偏离说明
		货物参数	所提供货物的内容	
1	双板 悬吊 式数 字放 射成 像系 统 (DR 机)	1、功能需求	1、功能需求	无偏离
		用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部 等全身站立位和卧位的数字X线摄影 系统。	用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部 等全身站立位和卧位的数字X线摄影 系统。	无偏离
		2、主要技术规格和要求	2、主要技术规格和要求	无偏离
		2.1、高压发生器	2.1、高压发生器	无偏离
		2.1.1、高频逆变式高压发生器频率 $\geq$ 100KHZ	2.1.1、高频逆变式高压发生器频率 100KHZ	无偏离
		2.1.2、高压发生器标称电功率 $\geq$ 65KW	2.1.2、高压发生器标称电功率 65KW	无偏离
		2.1.3、管电压可调范围：40-150KV	2.1.3、管电压可调范围：40-150KV	无偏离
		2.1.4、最大输出毫安秒 $\geq$ 800mAs	2.1.4、最大输出毫安秒 800mAs	无偏离
		2.1.5、最短曝光时间 $\leq$ 1ms	2.1.5、最短曝光时间 1ms	无偏离
		2.1.6、具备 AEC 自动曝光控制	2.1.6、具备 AEC 自动曝光控制	无偏离
		2.1.7、发生器的操作与控制系统完全 与主机集成，在主机工作站上控制曝 光	2.1.7、发生器的操作与控制系统完全 与主机集成，在主机工作站上控制曝 光	无偏离

2.2、X线球管	2.2、X线球管	无偏离
★2.2.1、阳极热容量 $\geq 350\text{KHU}$	★2.2.1、阳极热容量 350KHU（详见 P21 页技术白皮书）	无偏离
2.2.2、阳极散热率 $\geq 97\text{KHU}/\text{min.}$	2.2.2、阳极散热率 97KHU/min.	无偏离
★2.2.3、管套热容量 $\geq 1.33\text{MHU}$	★2.2.3、管套热容量 1.35MHU（详见 P21 页技术白皮书）	正偏离
2.2.4、球管焦点 $\leq 0.6/1.2\text{mm}$	2.2.4、球管焦点 0.6/1.2mm	无偏离
2.2.5、最大承受功率 $\geq 34/80\text{KW}$	2.2.5、最大承受功率 34/80KW	无偏离
2.2.6、可通过 LCD 显示缩光野的尺寸和源像距	2.2.6、可通过 LCD 显示缩光野的尺寸和源像距	无偏离
2.2.7、可通过皮尺测量床旁拍照的距离	2.2.7、可通过皮尺测量床旁拍照的距离	无偏离
2.2.8、缩光器旋转角度 $\geq \pm 45$ 度	2.2.8、缩光器旋转角度 ± 45 度	无偏离
★2.2.9、球管架垂直运动距离 ≥ 180	★2.2.9、球管架垂直运动距离 180 厘米（详见 P17 页技术白皮书）	无偏离
2.2.10、缩光器内置三级铜滤线器 0.1/0.2/0.3mm	2.2.10、缩光器内置三级铜滤线器： 0.1/0.2/0.3mm	无偏离
2.2.11、缩光器照射野可自动调整	2.2.11、缩光器照射野可自动调整	无偏离
2.2.12、缩光器可调用上次采集的束光野大小	2.2.12、缩光器可调用上次采集的束光野大小	无偏离
2.2.13、球管架沿人体纵轴运动距离 ≥ 340 厘米	2.2.13、球管架沿人体纵轴运动距离：352 厘米（详见 P17 页技术白皮书）	正偏离
2.2.14、球管架沿人体横轴运动距离	2.2.14、球管架沿人体横轴运动距离：	正偏离

	≥210 厘米	215 厘米 (详见 P17 页技术白皮书)	
	2.2.15、X 线球管套可沿垂直轴旋转≥ -150 度/+180 度	2.2.15、X 线球管套可沿垂直轴旋转： -154 度/+182 度 (详见 P17 页技术白 皮书)	正偏离
	2.2.16、X 线球管套可沿水平轴旋转≥ ±120 度	2.2.16、X 线球管套可沿水平轴旋转 ±120 度	无偏离
	2.2.17、近台彩色触摸屏	2.2.17、近台彩色触摸屏	无偏离
	★2.2.18、可视化摆位摄像头，检查 过程实时可见患者影像，减少误拍、 重拍风险	★2.2.18、可视化摆位摄像头，检查 过程实时可见患者影像，减少误拍、 重拍风险 (彩页 P48 页摄像头处描述)	无偏离
	2.3、近台操作控制系统	2.3、近台操作控制系统	无偏离
	2.3.1、操控方式：电容式触摸屏	2.3.1、操控方式：电容式触摸屏	无偏离
	2.3.2、屏幕尺寸≥10.1 英寸	2.3.2、屏幕尺寸 10.1 英寸	无偏离
	2.3.3、屏幕重力感应自动调整方向	2.3.3、屏幕重力感应自动调整方向	无偏离
	2.3.4、可显示患者信息，如姓名、患 者编号等	2.3.4、可显示患者信息，如姓名、患 者编号等	无偏离
	2.3.5、大小焦点可快速切换	2.3.5、大小焦点可快速切换	无偏离
	2.3.6、电离室可调整	2.3.6、电离室可调整	无偏离
	2.3.7、曝光参数可实时调整 (如 kV、 ms、mAs 等)	2.3.7、曝光参数可实时调整 (如 kV、 ms、mAs 等)	无偏离
	2.3.8、可显示图形化摆位指南，技师 可按照该指南对患者进行准确的摆位	2.3.8、可显示图形化摆位指南，技师 可按照该指南对患者进行准确的摆位	无偏离
	2.3.9、可显示系统状态消息	2.3.9、可显示系统状态消息	无偏离

2.4、胸片架用固定平板探测器	2.4、胸片架用固定平板探测器	无偏离
2.4.1、探测器材料：碘化铯非晶体硅	2.4.1、探测器材料：碘化铯非晶体硅	无偏离
2.4.2、探测器有效尺寸 $\geq 42.6 \times 42.6\text{cm}$	2.4.2、探测器有效尺寸 $42.6 \times 42.6\text{cm}$	无偏离
2.4.3、像素尺寸 $\leq 139\mu\text{m}$	2.4.3、像素尺寸 $139\mu\text{m}$	无偏离
2.4.4、采集灰阶度 $\geq 16\text{bits}$	2.4.4、采集灰阶度 16bits	无偏离
2.4.5、空间分辨率 $\geq 3.6\text{lp/mm}$	2.4.5、空间分辨率 3.6lp/mm	无偏离
2.4.6、采集距阵 $\geq 3070 \times 3070$	2.4.6、采集距阵 3070×3070	无偏离
2.4.7、平板无须额外特殊冷却	2.4.7、平板无须额外特殊冷却	无偏离
★2.4.8、DQE (在 0.05lp/mm 条件下) $\geq 80\%$	★2.4.8、DQE (在 0.05lp/mm 条件下) 80% (详见 P25 页技术白皮书)	无偏离
2.5、摄影床用无线平板探测器	2.5、摄影床用无线平板探测器	无偏离
2.5.1、探测器结构：碘化铯/非晶体硅	2.5.1、探测器结构：碘化铯/非晶体硅	无偏离
2.5.2、探测器有效尺寸 $\geq 42.6 \times 42.6\text{cm}$	2.5.2、探测器有效尺寸 $42.6 \times 42.6\text{cm}$	无偏离
2.5.3、像素尺寸 $\leq 139\mu\text{m}$	2.5.3、像素尺寸 $139\mu\text{m}$	无偏离
2.5.4、采集灰阶度 $\geq 16\text{bits}$	2.5.4、采集灰阶度 16bits	无偏离
2.5.5、空间分辨率 $\geq 3.6\text{lp/mm}$	2.5.5、空间分辨率 3.6lp/mm	无偏离
2.5.6、量子捕获效率(在 0.05lp/mm , DQE) $\geq 80\%$	2.5.6、量子捕获效率(在 0.05lp/mm , DQE) 80%	无偏离
2.5.7、采集距阵 $\geq 3070 \times 3070$	2.5.7、采集距阵 3070×3070	无偏离
2.5.8、无电缆无线传输所采集图像	2.5.8、无电缆无线传输所采集图像	无偏离

2.5.9、图像预览时间 ≤ 3 秒	2.5.9、图像预览时间 3 秒	无偏离
2.5.10、探测器最大承重 $\geq 150\text{kg}$	2.5.10、探测器最大承重 150kg	无偏离
2.5.11、探测器重量 $\leq 4.2\text{kg}$	2.5.11、探测器重量 4.2kg	无偏离
2.5.12、无线平板探测器可自动充电	2.5.12、无线平板探测器可自动充电	无偏离
2.5.13、无线平板充满电后可拍摄的最大图像数 ≥ 950 张	2.5.13、无线平板充满电后可拍摄的最大图像数 950 张	无偏离
2.5.14、无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外掉落	2.5.14、无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外掉落	无偏离
2.6、摄影床	2.6、摄影床	无偏离
2.6.1、床面高度电动调节范围 $\geq 38.5\text{cm}$	2.6.1、床面高度电动调节范围 38.5cm	无偏离
2.6.2、床面尺寸 $\geq 230\text{cm} \times 80\text{cm}$	2.6.2、床面尺寸 233cm $\times$ 80cm（详见 P19 页技术白皮书）	正偏离
2.6.3、床面纵向移动范围 $\pm 44\text{cm}$	2.6.3、床面纵向移动范围 $\pm 44\text{cm}$	无偏离
2.6.4、床面横向移动范围 $\pm 14\text{cm}$	2.6.4、床面横向移动范围 $\pm 14\text{cm}$	无偏离
2.6.5、垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放	2.6.5、垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放	无偏离
2.6.6、滤线栅栅比 $\geq 13:1$	2.6.6、滤线栅栅比 13:1	无偏离
★2.6.7、滤线栅栅密度 $\geq 90\text{lp/cm}$	★2.6.7、滤线栅栅密度 92lp/cm（详见 P22 页技术白皮书）	正偏离
2.6.8、最大承重量 $\geq 300\text{kg}$	2.6.8、最大承重量 300kg	无偏离
2.6.9、球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪	2.6.9、球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪	无偏离

2.7、胸片架	2.7、胸片架	无偏离
2.7.1、胸片架可电机驱动高度变化范围：	2.7.1、胸片架可电机驱动高度变化范围：	无偏离
31.5cm-175cm	31.5cm-175cm	无偏离
2.7.2、源像距 SID: 115-180CM	2.7.2、源像距 SID: 115-180CM	无偏离
2.7.3、平板接收器可在-20 度/+90 度变化，并每 15 度显示刻度，中间任意位置可以停	2.7.3、平板接收器可在-20 度/+90 度变化，并每 15 度显示刻度，中间任意位置可以停	无偏离
2.7.4、滤线栅栅比 $\geq 13:1$	2.7.4、滤线栅栅比 13:1	无偏离
2.7.5、滤线栅栅密度 $\geq 90lp/cm$	2.7.5、滤线栅栅密度 92lp/cm (详见 P22 页技术白皮书)	正偏离
2.7.6、X 线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动	2.7.6、X 线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动	无偏离
2.7.7、无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小	2.7.7、无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小	无偏离
2.8、系统操作台	2.8、系统操作台	无偏离
2.8.1、一体机图像采集工作站	2.8.1、一体机图像采集工作站	无偏离
2.8.2、支持与 RIS 和 HIS 系统的集成	2.8.2、支持与 RIS 和 HIS 系统的集成	无偏离
2.8.3、主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置	2.8.3、主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置	无偏离
2.8.4、图形化器官程序选择	2.8.4、图形化器官程序选择	无偏离
2.8.5、窗宽窗位调整	2.8.5、窗宽窗位调整	无偏离

2.8.6、水平和垂直图像镜像	2.8.6、水平和垂直图像镜像	无偏离
2.8.7、图像旋转	2.8.7、图像旋转	无偏离
2.8.8、AP 和 PA 定位标记	2.8.8、AP 和 PA 定位标记	无偏离
2.8.9、全屏图像文本标注	2.8.9、全屏图像文本标注	无偏离
2.8.10、图像放大	2.8.10、图像放大	无偏离
2.8.11、胶片拍照的图像预览功能	2.8.11、胶片拍照的图像预览功能	无偏离
2.8.12、图像基本后处理功能，如图 像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、 反色、翻转、旋转、输入文本、长度 测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域 及角度测量	2.8.12、图像基本后处理功能，如图 像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、 反色、翻转、旋转、输入文本、长度 测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域 及角度测量	无偏离
2.8.13、标准、平滑、高对比、高细 节四种预定义图像风格一键快速切 换，且还可自定义图像风格	2.8.13、标准、平滑、高对比、高细 节四种预定义图像风格一键快速切 换，且还可自定义图像风格	无偏离
2.8.14、边缘增强	2.8.14、边缘增强	无偏离
2.8.15、噪点抑制	2.8.15、噪点抑制	无偏离
2.8.16、DICOM3.0：有 DICOM 存储、 打印，worklist 等功能	2.8.16、DICOM3.0：有 DICOM 存储、 打印，worklist 等功能	无偏离
2.8.17、主机操作系统：Windows10	2.8.17、主机操作系统：Windows10	无偏离
2.8.18、主机工作站操作台内存≥8GB	2.8.18、主机工作站操作台内存 8GB	无偏离
2.8.19、硬盘容量≥1T	2.8.19、硬盘容量 1T	无偏离
2.8.20、可存储图像数量≥10,000 幅	2.8.20、可存储图像数量 10,000 幅	无偏离
2.8.21、显示器≥23.8 英寸	2.8.21、显示器 23.8 英寸	无偏离

	2.9、长骨拼接	2.9、长骨拼接	无偏离
	★2.9.1、可实现站立位及卧位的长骨 拼接	★2.9.1、可实现站立位及卧位的长骨 拼接（详见 P62 页产品推荐书）	无偏离
	2.9.2、配备长骨拼接架	2.9.2、配备长骨拼接架	无偏离
	2.9.3、配备长骨拼接标尺	2.9.3、配备长骨拼接标尺	无偏离
	2.9.4、长骨拼接架最大承重≥200kg	2.9.4、长骨拼接架最大承重 200kg	无偏离
	2.9.5、滤线栅栅比≥13:1	2.9.5、滤线栅栅比 13:1	无偏离
	2.9.6、滤线栅栅密度≥90lp/cm	2.9.6、滤线栅栅密度 92lp/cm（详见 P22 页技术白皮书）	正偏离
	2.9.7、长骨拼接为球管打角度的采集 方式	2.9.7、长骨拼接为球管打角度的采集 方式	无偏离
	★2.10、设备主要部件：球管、高压 发生器，为设备整机制造商原厂制造	★2.10、设备主要部件：球管、高压 发生器，为设备整机制造商原厂制造 （详见 P44 页检测报告样品构成表）	无偏离
	2.11、附件	2.11、附件	无偏离
	2.11.1、电动防护帘（自动跟踪）1 套	2.11.1、电动防护帘（自动跟踪）1 套	无偏离
	2.11.2、专用配电柜 1 套	2.11.2、专用配电柜 1 套	无偏离
	2.11.3、机房适配吊顶钢结构 1 套	2.11.3、机房适配吊顶钢结构 1 套	无偏离
	质保期：3 年	质保期：3 年	无偏离
	配置清单	配置清单	无偏离
	序号 部件名称 数量 单位	序号 部件名称 数量 单位	
	1 主机系统 1 套	1 主机系统 1 套	

		2	X射线球管悬 吊支架	1	套		2	X射线球管悬 吊支架	1	套	
		3	X射线球管	1	套		3	X射线球管	1	套	
		4	高压发生器	1	套		4	高压发生器	1	套	
		5	电动升降胸片 架及滤线栅	1	套		5	电动升降胸片 架及滤线栅	1	套	
		6	胸片架用平板 探测器	1	套		6	胸片架用平板 探测器	1	套	
		7	电动升降摄影 床及滤线栅	1	套		7	电动升降摄影 床及滤线栅	1	套	
		8	摄影床用平板 探测器	1	套		8	摄影床用平板 探测器	1	套	
		9	无线遥控器	1	套		9	无线遥控器	1	套	
		10	可视化摄像头	1	套		10	可视化摄像头	1	套	
		11	虚拟剂量测量 单元	1	套		11	虚拟剂量测量 单元	1	套	
		12	曝光手闸	1	套		12	曝光手闸	1	套	
		13	长骨拼接套件	1	套		13	长骨拼接套件	1	套	
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）											

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西九州通医疗器械有限公司



(4). 投标报价表;

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 大化县人民医院医疗设备采购

项目编号: HCZC2025-G1-290161-BZC

投标人名称: 广西九州通医疗器械有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	单位	数量	单价(元)
1	双板悬吊式数字放射成像系统(DR机)(注册证名称:数字化医用X射线摄影系统)	MULTIX Impact C 晴空一鹤	台	1	2435000
报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币贰佰肆拾叁万伍仟元整(¥2435000.00元)					
合同履行期限:签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕					
验收标准:符合国家及相关部门的有关规定及要求。					

注:

- 1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。。
- 5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西九州通医疗器械有限公司

日期：2025年11月13日



一、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件

日期: 2025 年 11 月



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20150977号

企业名称	广西九州通医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91450100340313847Y
法定代表人	秦松
企业负责人	秦松
住 所	南宁市永林路88号综合大楼310、312室
经营方式	批零兼营
经营场所	南宁市永林路88号综合大楼310、312室
库房地址	南宁市永林路88号物流中心五楼(委托南宁九州通物流有限公司配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(公章): 南宁市市场监督管理局

备案日期: 2015年8月10日





医疗器械经营许可证



许可证编号：桂南药监械经营许20150356号
统一社会信用代码：91450100340313847Y
企业名称：广西九州通医疗器械有限公司
法定代表人：秦松
住所：南宁市永林路88号综合大楼110、112室
企业负责人：秦松
经营场所：南宁市永林路88号综合大楼310、312室
经营方式：批零兼营
库房地址：南宁市永林路88号物流中心五楼（委托南宁九州通物流有限公司配送）

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6810《诊断试剂和低温冷藏运输贮存》, 6845, 6846, 6854, 6856, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2025 年 9 月 1 日 至 2030 年 9 月 3 日

发证部门：南宁市行政审批局
发证日期：2025 年 8 月 20 日

投标人名称(电子签章)：广西九州通医疗器械有限公司



(6). 法人身份证复印件

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

1、法定代表人身份证明

投 标 人：广西九州通医疗器械有限公司

地 址：南宁市永林路 88 号综合大楼 310、312 室

姓 名：秦松 性 别：男

年 龄：40 职 务：总经理

身份证号码：429001198506227675

系广西九州通医疗器械有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：广西九州通医疗器械有限公司

日期：2025 年 11 月 13 日



注：自然人投标的无需提供

2、附件：法定代表身份证复印件粘贴处（正反面）



