

政府采购合同

大化县人民医院医疗设备采购

项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS

分标号： 3 分标

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）：广西中乘机电工程有限公司

签订日期：2025 年 5 月 22 日

政府采购合同

合同编号： /

采购人（甲方）： 大化瑶族自治县人民医院 采购计划号： DHZC2025-G1-00112

供应商（乙方）： 广西中乘机电工程有限公司

项目名称： 大化县人民医院医疗设备采购 项目编号： HCZC2025-G1-290007-GXCS

分标号： 3 分标

签订地点： 大化瑶族自治县人民医院办公室 签订时间： 2025 年 5 月 22 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

使用设备单位名称：										
序号	使用单位	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）	总合计（元）
1	大化瑶族自治县人民医院	半自动血凝分析仪	万孚	OCG-102	广州万孚生物技术股份有限公司	1	台	45000.00	45000.00	45000.00
2		医用转运车	湖北乐尔	LE-008-C	湖北乐尔医疗设备股份有限公司	5	台	5100.00	25500.00	25500.00

3		口腔综合治疗机	新华医疗	GRACE-D型 (订货号: GDXH509)	山东新华医疗器械股份有限公司	3	台	84500.00	253500.00	253500.00
4		产病床	乐孚科技	HL-B210D	乐孚科技河北有限公司	1	台	130000.00	130000.00	130000.00
5		光子治疗仪	金莱特医疗	JLT-MD500C1	武汉金莱特光电技术有限公司	1	台	136000.00	136000.00	136000.00
合计金额大写: 人民币 伍拾玖万元整 (¥ 590000.00 元)										

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。若因乙方提供的设备侵犯第三方知识产权导致甲方被索赔，乙方应全额承担赔偿金、诉讼费用及甲方因此产生的其他损失，并负责更换设备或协商解决方案。

2. 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。运输过程中货物损毁、灭失的风险由乙方承担，乙方根据需要可投保货物运输险并承担保费。

2. 货物的运输方式：汽车运输方式。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕；交付地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具

和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收不合格的，乙方要限期进行整改，直至验收通过为止。因验收不合格导致的整改时间计入合同履行期限内，因无法在合同履行期限内完成交付使用所产生的相关后果由乙方负责。

6. 甲方委托由使用设备单位按照自己的需求采购的设备名称、品牌，规格型号，数量，核对，进行验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训熟悉到位。培训时间、地点：采购单位指定地点。必须有培训照片（照片中必须有技术员和科室人员）打包整理发送给甲方。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：产品验收合格之日起，ACT 监测仪质保期 3 年，转运车质保期 3 年，牙科综合治疗机质保期 3 年，病产床质保期 5 年，红蓝光治疗仪质保期 3 年。

3. 乙方提供设备参数和服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

(见合同附件)

第八条 付款方式

乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）

第九条 履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的___/___。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《大化瑶族自治县政府采购项目验收单》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：出现故障可在 3 小时内做出答复，一般问题可在 8-12 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题会在 24 小时内解决。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

4. 上述的货物质保期为 半自动血凝分析仪质保期 3 年，医用转运车质保期 3 年，口腔综合治疗机质保期 3 年，产病床质保期 5 年，光子治疗仪质保期 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通

知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人、自然人）授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书;
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表;
4. 采购需求;
5. 竞标报价表;
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同按照甲方需要份数，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方一份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 大化瑶族自治县人民医院  2015年5月22日	乙方（章） 广西中乘机电工程有限公司  2015年5月22日
单位地址：广西壮族自治区大化县镇北新民路 10 巷 54 号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 15 号五象绿地中心 2 号楼 1 层 120 号商铺
法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：0778-5820868	电话：0771-5896671
电子邮箱：/	电子邮箱：/

开户银行：广西大化农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司 南宁青山路支行
账号：751612010105073536	账号：45050160455600000603
邮政编码：530800	邮政编码：530000

合 同 附 件 1

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: (1). 中标通知书; (2). 投标声明书; (3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表; (4). 投标报价表。	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项: (1). 营业执照复印件 (2). 第二类医疗器械经营备案凭证 (3). 法定代表人证明及身份证复印件	
 甲方 (章) 大化瑶族自治县人民医院 2025 年 5 月 22 日	 乙方 (章) 广西中乘机电工程有限公司 2025 年 5 月 22 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件:

1. 供应商承诺具体事项:

(1). 中标通知书;

大化县人民医院医疗设备采购
(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS)
3 分标中标通知书

广西中乘机电工程有限公司:

广西驰升项目管理有限公司受采购人大化瑶族自治县人民医院委托,就大化县人民医院医疗设备采购(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS)采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审,采购人确认,确定贵公司为本项目 3 分标的中标供应商,其中标内容为:大化县人民医院医疗设备采购一批,详细参数见招标文件。中标价格为:人民币(大写)伍拾玖万元整(¥590000.00)。合同履行期限:签订合同之后 30 日历天内交货并施工、安装、调试完毕

请贵单位自接此通知书发出之日起 15 日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),并按公开招标采购文件要求和响应文件的承诺履行完成合同。

采购人联系人:覃工

电话:0778-5820868

代理机构联系人:骆唯

电话:18877828230

采购单位:大化瑶族自治县人民医院

代理机构:广西驰升项目管理有限公司

(2). 投标声明书;

一、投标函

致: 广西融升项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 大化县人民医院医疗设备采购(3分标) 项目(项目编号: HC2C2025-G1-290007-GXCS) 的招标文件的全部内容, 授权 无(我司是法定代表人参与投标) (全权代表姓名) / (职务、职称) 为全权代表, 现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、报价文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 二、资格文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 三、技术文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 四、商务文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

据此函, 签字人兹宣布:

1、我方愿意以(大写)人民币 伍拾玖万元整(¥590000.00元) 的投标总报价, 提交货物成果时间为 签订合同之后 30 日历天内, 提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间 2025 年 05 月 07 日 10 时 00 分 (开标时间) 起遵循本投标函, 并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的, 我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标, 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内, 根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同, 并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定, 即供应商有下列情形之一的, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。



10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有： 无

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号五象绿地中心2号楼1层120号商铺

电话：0771-5896671

传真：0771-5896671

邮政编码：530022

开户名称：广西中乘机电工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行

银行账号：45050160455600000603

投标人名称(电子签章)：广西中乘机电工程有限公司

日期：2025年04月16日



(3) . 商务条款偏离表和技术需求偏离表;

四、商务条款偏离表

(注: 按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求, 详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1、售后服务要求: 免费送货上门, 免费安装调试。出现故障必须在 4 小时内做出答复, 一般问题应在 12 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 24 小时内解决。培训服务: 设备安装调试完成后, 中标人提供免费技术培训, 保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。	1、售后服务要求: 我方承诺会免费送货上门, 免费安装调试。出现故障可在 3 小时内做出答复, 一般问题可在 8-12 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题会在 24 小时内解决。培训服务: 我方承诺设备安装调试完成后, 会提供免费技术培训, 保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。	正偏离
二	2、交货时间及地点: (1)、签订合同之后 30 日历天内交货并施工、安装、调试完毕。 (2)、交货地点: 采购单位指定地点。	2、交货时间及地点: (1)、我方承诺会在签订合同之后 30 日历天内交货并施工、安装、调试完毕。 (2)、交货地点: 我方承诺会按照采购单位指定地点交货。	无偏离
三	3、付款条件: 乙方安装完毕, 培训相关人员并双方验收合格后, 乙方开具正式发票与请款函给甲方, 甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清(无息)。	3、付款条件: 我方承诺会在安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后, 开具正式发票与请款函给甲方(采购人), 甲方(采购人)自收到我方提供的发票与请款函之日起壹个月内一次性付清(无息)。	无偏离
四	4、其他要求: (1)、投标人提供的软件必须是正版软件并提供相关证书, 采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷, 由投标人承担全部责任; 软件免费升级维护。	4、其他要求: (1)、我方承诺提供的软件是正版软件并提供相关证书(详见“商务文件 24-53 页”部分资料), 采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷, 将由我方承担全部责任; 软件免费升级维护。	无偏离
3 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)			

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西中承机电工程有限公司

日期：2025 年 04 月 16 日

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	货物名称	招标文件需求	投标文件承诺	偏离说明
		货物参数	所提供货物的内容	
1	ACT 监测仪	1、★检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT 等 2、方法学：光学法+机械法 3、★试剂规格：单项单卡 4、★样本量：不高于 20ul/测试 5、样本类型：全血 6、检测通道：不少于 1 个通道 7、显示系统：不低于 3 寸彩色触摸屏 8、扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 9、打印系统：可用 miniUSB 接口外接打印机 10、通讯硬件接口：网口、DB9 串口、打印机接口、code 卡接口 11、通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 12、★电源：电源适配器：AC220±22V, 50±3Hz，及内置电池。 13、保质期：1 年	1、★检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT 等 2、方法学：凝固法（光学法+机械法） 3、★试剂规格：单项单卡 4、★样本量：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试 5、样本类型：全血 6、检测通道：1 个检测通道 7、显示系统：3.5 寸彩色触摸屏 8、扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 9、打印系统：可用 miniUSB 接口外接打印机 10、通讯硬件接口：网络接口、DB9 串口、RS232 串口、打印机接口、code 卡接口 11、通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 12、★电源：电源适配器：AC220V, 50Hz，及内置电池。 13、保质期：3 年	正偏离
2	转运车	1、整床：采用碳钢静电喷塑成型；床面、护栏均采用 ABS 工程塑料，采用进口 ABS 原料，无毒、无味，有抗冲击性、耐热性、耐低温性和耐化学药品性； 2、护栏：两侧 ABS 分段式护栏，有缓冲阻尼装置，放下时平缓静音，并可隐藏至床面； 3、起背：背部可倾斜气压控制设计，在 75 度范围内，可随意定位并很安全，单手可操作； 4、脚轮：配置万向、定向脚轮，中控制车系统，一脚刹车四轮制动，四轮采用直径为 10-15cm 的聚氨酯中控轮，双面轮设计，内镶双轴承，旋转灵活平稳。通过国际谱尼测试。脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高；脚轮外包采用聚氨酯 PU 材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液； 5、摇把：限位离合手摇升降手柄，带自动限位保护装置，隐藏式手动摇把； 6、配置氧气瓶支架及锁紧开关，配床垫，配输液架。 7、背部升降：0-75° 8、整体升降（地面到床面板）：520-820mm 9、整体升降（护栏拉起高度）：785-1050mm 10、最大承重：250KG	1、整床：采用碳钢静电喷塑成型；床面、护栏均采用 ABS 工程塑料，采用进口 ABS 原料，无毒、无味，有抗冲击性、耐热性、耐低温性和耐化学药品性； 2、护栏：两侧 ABS 分段式护栏，有缓冲阻尼装置，放下时平缓静音，并可隐藏至床面； 3、起背：背部可倾斜气压控制设计，在 75 度范围内，可随意定位并很安全，单手可操作； 4、脚轮：配置万向、定向脚轮，中控制车系统，一脚刹车四轮制动，四轮采用直径为 10-15cm 的聚氨酯中控轮，双面轮设计，内镶双轴承，旋转灵活平稳。通过国际谱尼测试。脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高；脚轮外包采用聚氨酯 PU 材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液； 5、摇把：限位离合手摇升降手柄，带自动限位保护装置，隐藏式手动摇把； 6、配置氧气瓶支架及锁紧开关，配床垫，配输液架。 7、背部升降：0-75° 8、整体升降（地面到床面板）：520-820mm 9、整体升降（护栏拉起高度）：785-1050mm 10、最大承重：250KG	正偏离

		11、背部最大升降角度: 75° 12、整体最大升降距离: 300mm 13、内径长度: 1920mm 14、床面板宽度: 640mm 15、外径宽度: 695mm 质保期: 1年	11、背部最大升降角度: 75° 12、整体最大升降距离: 300mm 13、内径长度: 1920mm 14、床面板宽度: 640mm 15、外径宽度: 695mm 质保期: 3年	
3	牙科综合治疗机	主要技术参数: 输入电压: 220V/50Hz±10%, 功率: <900W; 输入气压: 0.55-0.6MPa, 流量: ≥75L/min; 输入水压: 0.2-0.4MPa, 流量: ≥2.5L/min; 座椅高度: 最低≤380mm, 最高≥800mm; 靠背仰俯角度: 115°~185°, (具有休克治疗位); 设备尺寸: (1900-2100)mmX850mmX(1700-2200)mm(椅背最宽630mm 含扶手); 设备最小工作范围: 1600mmX2500mm; 设备净重: 200kg 质保期: 2年 技术配置表 详见附件1	主要技术参数: 输入电压: 220V/50Hz±10%, 功率: <900W; 输入气压: 0.55-0.6MPa, 流量: ≥75L/min; 输入水压: 0.2-0.4MPa, 流量: ≥2.5L/min; 座椅高度: 最低≤380mm, 最高≥800mm; 靠背仰俯角度: 115°~185°, (具有休克治疗位); 设备尺寸: (1900-2100)mmX850mmX(1700-2200)mm(椅背最宽630mm 含扶手); 设备最小工作范围: 1600mmX2500mm; 设备净重: 200kg 质保期: 3年 技术配置表 响应详见附件1(第5-6页)	正偏高
4	产床	一、规格 1. 整床长宽: L2300*W1080mm; 2. 床面长宽: L2030*860mm; 3. 床面最低高度: 490mm±10mm; 床面最高高度: 900mm±20(不含床垫); 4. 床面背板上折角度: 0-65°±5°; 5. 座板上折角度: 0-15°±5°; 6. 床面后倾角度: ≥8°±1°; 7. 脚板升降距离: 190mm±10mm; 8. 脚板上折角度: ≥90°±5°; 9. 脚板外摆角度: ≥90°。 二、功能 1. 集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的一体化产床; 2. 配有LDR产床专拍挂式并且可以隐藏的污物盆(双污物盆); 3. 操作系统: 中央护士站或护栏内外双侧控制键; 4. 背板下侧并设有手动CPR手柄, 紧急情况下可将背板匀速放平, 保护病人安全的同时, 增加抢救时间; 5. 背部、膝部、整床高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成, 整床后倾体位为手动操作完成; 6. 分体式升降护栏, 使产妇更安全; 7. 一步式隐藏式伸缩辅助台, 便于护士操作使用, 并配有机械锁定功能。 8. 提供医院选择臀部位置V型切口或直边床垫; 9. 自动座位倾斜功能; 10. 直流电机升降系统, 恒速、静音、无静电、低电压(12V); 11. 护栏为双侧内置护士与产妇控制键, 方便医患	一、规格 1. 整床长宽: L2300*W1080mm; 2. 床面长宽: L2030*860mm; 3. 床面最低高度: 485mm; 床面最高高度: 900mm(不含床垫); 4. 床面背板上折角度: 0-65°; 5. 座板上折角度: 0-15°; 6. 床面后倾角度: ≥12°; 7. 脚板升降距离: 190mm; 8. 脚板上折角度: ≥90°; 9. 脚板外摆角度: ≥90°。 二、功能 1. 集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的一体化产床; 2. 配有LDR产床专拍挂式并且可以隐藏的污物盆(双污物盆); 3. 操作系统: 中央护士站或护栏内外双侧控制键来操作产病床的调节等功能; 4. 背板下侧并设有手动CPR手柄, 紧急情况下可将背板匀速放平, 保护病人安全的同时, 增加抢救时间; 5. 背部、膝部、整床高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成, 整床后倾体位为手动操作完成; 6. 分体式升降护栏, 使产妇更安全, 产妇也可以更好的方便上下床; 7. 一步式隐藏式伸缩辅助台, 便于护士操作使用, 并配有机械锁定功能。 8. 提供医院选择臀部位置V型切口或直边床垫; 9. 产床带有自动座位倾斜功能; 10. 直流电机升降系统, 恒速、静音、无静电、低	无偏高

	双方共同调节产妇舒适度与安全； 12. 嵌入式操作按键设计在护栏内外两侧：护栏按键带有背光灯显示，便于识别防止误触碰； ★13. 感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明，可五级调光(提供省级单位出具的第三方检测报告复印件)； 14. 床体自带音乐系统，内置储存卡，可通过床头板下侧 USB 接口下载喜欢的音乐，根据不同场景更换不同音乐。柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉，有效减少紧张、焦虑情绪； 15. 不间断 US 原装进口丹麦力纳克电源系统可保证紧急情况下使用； ★16. 备用电池电量不足时具有闪烁 LED 提示(提供省级单位出具的第三方检测报告复印件)； 17. 脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置； 18. 小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低； 19. 超低的起始位置便于孕妇上下床； 20. 床体两侧配有隐藏式助力扶手，可前后调节，方便不同身高的产妇使用，产妇在生产时方便借力； 21. 配有与整床同尺寸的防水床罩，可有效防止血水羊水渗透，便于医护人员清洗消毒； 22. 床体带有低位反弹保护功能和后倾反弹保护功能。 三、材质、工艺 1. 脚轮：原装进口中控脚轮，脚轮直径 150mm，匹配中控刹车系统，使用便捷，安全稳定； 2. 主机为原装进口医用线性电机(推力 6000N)，安全电压为 DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音； 3. 可拆卸吹塑工程塑料材质床头板，床头板为厂家自有研发模具生产，床头面板贴纸可选，更贴切家庭化温馨产房的理念； 4. 护栏为 ABS 模具一次性注塑成型，护栏为厂家自有研发模具生产，表面细腻且手感好，给护理人员及产妇卫生、温馨与舒适的感觉； ★5. 床垫材质为纳米银表面材料，无缝粘合防污水，柔软透气舒适，内置中空棉(记忆棉)，舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗，床垫颜色、厚度均可选择。(提供制造商或供应商出具的第三方银离子材料检测抗菌性、防腐、阻燃性、耐磨试验的检测报告)； 6. 产品具有合法独立的明确为“产病床”的医疗器械注册证明及 CE、FDA 认证。 7. 使用期限：≥10 年。 质保期：5 年	电压(12V)； 11. 护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键，方便医患双方共同调节产妇舒适度与安全； 12. 嵌入式操作按键设计在护栏内外两侧：护栏按键带有背光灯显示，便于识别防止误触碰； ★13. 感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明，可五级调光(提供省级单位出具的第三方检测报告复印件，详见附件 2，第 18-22 页)； 14. 床体自带音乐系统，内置储存卡，可通过床头板下侧 USB 接口下载喜欢的音乐，根据不同场景更换不同音乐。柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉，有效减少紧张、焦虑情绪； 15. 不间断 US 原装进口丹麦力纳克电源系统可保证紧急情况下使用； ★16. 备用电池电量不足时具有闪烁 LED 提示(提供省级单位出具的第三方检测报告复印件，详见附件 2，第 18-22 页)； 17. 脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置； 18. 小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低； 19. 超低的起始位置便于孕妇上下床； 20. 床体两侧配有隐藏式助力扶手，可前后调节，方便不同身高的产妇使用，产妇在生产时方便借力； 21. 配有与整床同尺寸的防水床罩，可有效防止血水羊水渗透，便于医护人员清洗消毒； 22. 床体带有低位反弹保护功能和后倾反弹保护功能。 三、材质、工艺 1. 脚轮：原装进口中控脚轮，脚轮直径 150mm，匹配中控刹车系统，使用便捷，安全稳定； 2. 主机为原装进口医用线性电机(推力 6000N)，安全电压为 DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音； 3. 可拆卸吹塑工程塑料材质床头板，床头板为厂家自有研发模具生产，床头面板贴纸可选，更贴切家庭化温馨产房的理念； 4. 护栏为 ABS 模具一次性注塑成型，护栏为厂家自有研发模具生产，表面细腻且手感好，给护理人员及产妇卫生、温馨与舒适的感觉； ★5. 床垫材质为纳米银表面材料，无缝粘合防污水，柔软透气舒适，内置中空棉(记忆棉)，舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗，床垫颜色、厚度均可选择。(提供制造商或供应商出具的第三方银离子材料检测抗菌性、防腐、阻燃性、耐磨试验的检测报告，详见附件 2，第 13-17 页)； 6. 产品具有合法独立的明确为“产病床”的医疗器械注册证明，通过 ISO9001 及 13485、14001、45001 等体系认证及 CE、FDA 认证(详见附件 3，第 23-32 页)。 7. 使用期限：≥10 年。 质保期：5 年
--	---	---

5	红蓝光治疗仪	1、注册证适用范围:适用于消炎、镇痛,对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。 2、光源材料:半导体固态光源(点阵芯片集成式) 3、光源数量:四光源(27个集成模块光杯组成) 4、光源设计:四块光源板之间照射角度可调节 5、光谱中心波长:红光:640nm±10nm;蓝光:460nm±10nm 6、有效照射面积:>2500cm² 7、最大治疗深度:>15cm 8、发光芯片表面辐照度:红光:2000mW/cm²±20%;蓝光:2000mW/cm²±20% 9、温度检测系统:可实时监测治疗过程温度 10、距离传感系统:可精准控制治疗照射距离 11、操作面板:触摸屏、液晶显示 12、治疗模式:持续和脉冲照射治疗两种模式可选 13、时间控制:可从0min-99min任意可调 14、功率调节:五档可调 15、软件:取得国家软件著作权登记证书 质保期:3年	1、注册证适用范围:适用于消炎、镇痛,对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。 2、光源材料:半导体固态光源(点阵芯片集成式) 3、光源数量:四光源(27个集成模块光杯组成) 4、光源设计:四块光源板之间照射角度可调节 5、光谱中心波长:红光:640nm±10nm;蓝光:460nm±10nm 6、有效照射面积:>2500cm² 7、最大治疗深度:>15cm 8、发光芯片表面辐照度:红光:2000mW/cm²±20%;蓝光:2000mW/cm²±20% 9、温度检测系统:可实时监测治疗过程温度 10、距离传感系统:可精准控制治疗照射距离 11、操作面板:触摸屏、液晶显示 12、治疗模式:持续和脉冲照射治疗两种模式可选 13、时间控制:可从0min-99min任意可调 14、功率调节:五档可调 15、软件:取得国家软件著作权登记证书(详见附件4,第33页) 质保期:3年	无偏离
3 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)				

注:

- 1.表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。
- 2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。
- 3.采购需求中带“▲”及“★”的条款,也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章): 广东中乘机电工程有限公司

日期: 2025 年 04 月 10 日

(4). 投标报价表;

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 太化县人民医院医疗设备采购

项目编号: HCZC2025-G1-290007-GXCS

投标人名称: 广西中乘机电工程有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	单位	数量	单价(元)
1	半自动血凝分析仪	OCG-102	台	1	45000.00
2	医用转运车	LE-008-C	台	5	5100.00
3	口腔综合治疗机	GRACE-D 型 (订货号: GDX1509)	台	3	84500.00
4	产褥床	HL-B210D	台	1	130000.00
5	光子治疗仪	JLT-MD500C1	台	1	136000.00
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币伍拾玖万元整(¥ 590000.00元)					
合同履行期限: 签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。					
验收标准: 符合国家及相关部门的有关规定及要求。					

注:

1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空。如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。
注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西中乘机电工程有限公司

日期: 2025 年 04 月 16 日

2. 售后服务具体事项:

(1)、半自动血凝分析仪售后服务方案

质量保证及售后服务承诺书

感谢您选择广州万孚生物技术股份有限公司的产品，我们承诺将为您提供一整套完善的售后与技术支持服务。以下为服务内容：

【质量保证及措施】

- 1、我司保证所供货物是全新、未使用过的、最新型号的，并使用先进的工艺生产的，产品的质量、规格和性能符合国家食品药品监督管理局规定的标准要求；
- 2、对所提供的产品的质量在其保质期内负责，对经采购人验收确认属不合格、破损的，能及时更或退货；
- 3、产品包装及标识执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不超过国家规定标准
- 4、设备质保期 3 年，在质保期内，我司将对保修配件提供免费维护维修及软硬件升级服务；对于质保期外的设备，我司终身维护并提供技术服务；
- 5、医用耗材符合国家相关医用耗材质量标准，可出具我司质检部门的医用耗材《成品检验报告书》；
- 6、产品出厂日期半年以内，产品实际有效期在 3 个月以上。

【售后服务承诺】

- 5、设备安装及培训服务：在合同签订生效之日起派专职工程师负责中标设备的免费安装，同时由我司技术支持工程师对用户操作人员免费进行安装、调试、操作、日常保养等各项操作培训，如有特殊要求我司亦可提供个性化培训服务，包括方案、考题、培训资料等支持；
- 6、技术咨询及维修服务：我司在质保期内设备使用过程中，如遇到产品质量问题，我司承诺在 0.5 小时内提供远程支持，如无法立刻解决问题，24 小时内将会有工程师抵达现场处理24 小时不间断支持；

6.1 远程技术支持：短信/电话/邮件/app 支持

6.2 现场技术支持：远程技术支持无法解决问题时，我司工程师将在 24 小时内抵达现场处理问题

6.3 备用机支持：如现场支持未能处理好问题或处理时间过长耽误客户使用时，我司将提供备用机临时使用（化学发光分析仪 1900、2900 除外）

6.4 配件支持：质保期内设备免费更换零配件（客户人为因素损坏除外），质保期外按配件成本价提供

7、维护保养服务：

质保期内设备，免费维保 3 年

7.1 定期维护保养：我司工程师根据设备具体使用场景，制定定期维护保养计划，并根据计划定期安排工程师上门对设备进行维护保养。

7.2 日常维护保养：我司工程师将指导用户进行设备的日常维护保养，以保证终端用户日常设备运行正常。

7.3 定期设备校准：根据设备日常使用场景，提供每年一次的设备校准调试并形成报告

7.4 免费移机服务：当设备使用地点发生更换，我司将提供免费移机、安装及调试服务

8、售后网点技术支持人员联系方式：

我司各省均有售后网点，相应的网点地址、技术支持人员名单及联系方式动态更新，具体请详看附件

9、其他承诺

在使用过程中，若有疑问或技术难题，通过远程技术支持无法解决的，公司将派高级工程师现场亲自处理，在技术指标发生变动时及时通知用户，并对提供产品进行全过程的质量跟踪，给用户提供技术咨询、服务。感谢您的支持！

如需要服务或维修，请致电：800-999-4268、400-888-526



广州万孚生物技术股份有限公司

附件：万孚生物部分售后服务网点

省区	联系人	电话	地址
黑龙江（哈尔滨）	王晓伟	18814512643	哈尔滨市道外区南棵三道街南棵绿荫小区 65-2 栋 4 单元 604
吉林（长春）	曹勇	15500012884	吉林省长春市宽城区万达 4 公寓 13148
辽宁（沈阳）	于晨	15040317185	辽宁省 沈阳市 铁西区 小北一东路 67 甲新湖北国之春南区一栋四单元 802 室
山东（济南）	孙备	15866753679	山东省济南市天桥区堤口路世贸天城 5-1-604
山西（太原）	陈楠楠	18635787806	山西省 太原市 万柏林区 下元街道 迎泽桥西中海寰宇天下 5 号楼 3106
内蒙古西（呼市）	张龙	15949474909	内蒙古呼和浩特市赛罕区万达广场二期 1 号楼 2 单元 1204
内蒙古东（赤峰）	辛月	15148187516	内蒙古赤峰市红山区站前街财富家园 4 号楼一单元
河北（唐山）	高明	13463531190	河北省唐山市路北区新天地美域 1908-3-501
河北（石家庄）	杨斐楠	18822033752	河北省石家庄裕华区 裕翔园小区 15 号楼 1403
北京	何佳昊	17614149363	北京市东城区东直门南大街 9 号华普花园C 座 1702 室
天津	吕宝玉	18322630234	天津市南开区阳光晶典 2 号楼 2 门 201
河南（郑州）	张凯	15236270963	河南省郑州市中原区建设路秦岭路西元国际广场东塔写字楼 B 座 608 室
湖北（武汉）	左路燕	17786011690	武汉市武昌区水岸星城B区 611 栋二单元 1302 室
湖南（长沙）	康建倩	17701287384	湖南省长沙市雨花区长沙大道至雅大厦1 栋2303 室
江西（南昌）	张模强	19952003115	南昌市红谷滩区赣铁九龙府雅苑小区 27 栋一单元 1201 室
江西（赣州）	陈功浩	15979767024	江西省赣州市章贡区水韵桂城 13 栋 402

省区	联系人	电话	地址
陕西（西安）	杨徐超	1830292622	陕西省西安市经开区凤城九路海博广场 B 座 1901 室
甘肃省（兰州）	赵启东	13679482836	甘肃省兰州市北滨河西路银滩黄河大桥以西五百米永新华世界湾 3 号楼
新疆（乌鲁木齐）	阿布	18599069357	新疆乌鲁木齐市新市区天和新城城市广场 B 座 607 新疆万孚公司
四川（成都）	王杰	13551316284	四川省成都市成华区万科魅力之城金库一单元 1207
重庆	王瑜	19942234669	重庆市渝北区新南路160号龙湖国际36-1
云南（昆明）	张明武	15911689550	云南省昆明市五华区高新区融创春风十里御风苑 18 栋 1 单元
贵州（贵阳）	刘友才	18085053215	贵州省贵阳市观山湖区美的林城时代美景苑 3 栋 2503
广西一部（南宁）	许华兴	18376336511	广西南宁市青秀区枫林路 16 号江山丽园 6 栋 2 单元 1002
广西二部（玉林）	唐晨添	18277153345	广西玉林市玉州区南江街道，江南大道 233，奥利华园5栋 1 单元 1806 室
广西三部（桂林）	苏跃辉	15007806058	广西省桂林市恒大广场 9 栋 1602
海南（海口）	林艺	18689723576	海南省海口市秀英区秀华路 28 号凤凰花城嘉景庭院 14F
广东（湛江）	吴蒙	13133934361	广州市黄埔区崖鹰石路 25 号 7 楼 720
福建（厦门）	罗杰	13276996119	福州市晋安区新店镇 815 号东方高尔夫花园 16 栋 304 单元
江苏南京	张建民	13151288128	江苏省南京市秦淮区龙蟠中路 313 号凤栖园 601 室
安徽	徐雷	13739239661	安徽省合肥市瑶海区曙光路 518 号恒大中央广场 4#2803 室
浙江	许华健	18234508110	浙江省杭州市江干区明月北路 38 号德信东望府 12 幢 1 单元 901 室

(2)、医用转运车售后服务方案

售后保修服务承诺

尊敬的客户：

我单位售后服务及质量保证承诺如下：

- 1、我公司郑重承诺本次活动中，本次产品质保期限均为合同生效后 3 年。
- 2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 2 小时内响应，并及时到达现场进行检修，解决问题时间不超过 8 小时内响应。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品备品服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

3.1 维修单位名称： 湖北乐尔医疗设备股份有限公司

售后服务地点： 湖北省地区 联系人： 王强

联系电话： 15337311355 从事技术服务 5 年以上，职称： 工程师

- 4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于 两 次上门保养服务。

制造商质保承诺

敬启者：

我单位作为制造商/生产商，现承诺所提供的设备自用户验收合格之日起质保期限为3年（填写具体数据），剩余的质保期限由湖北乐尔医疗设备股份有限公司提供。在我单位承诺的质保期内的售后服务计划为：我们（湖北乐尔医疗设备股份有限公司）郑重承诺，保证（湖北乐尔医疗设备股份有限公司）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供3年原厂商现场免费服务。

超出我单位承诺质保期后的服务计划为：继续免费服务，收取材料费。

湖北乐尔医疗设备股份有限公司



(3)、口腔综合治疗机售后服务方案



售后服务承诺书

1. 服务宗旨：

山东新华医疗器械股份有限公司多年来坚持“以客户为中心”的质量方针，在售后服务方面拥有多名合格的专业维修工程师和大量备件。

山东新华医疗器械股份有限公司售后服务由客户服务中心负责。客户服务中心是一支技术精湛、敬业负责、诚实守信、服务规范的团队，致力于为用户提供完善的售后服务和技术支持！客服人员都经过严格的专业培训，能满足不同产品用户的服务要求。

2. 服务理念：

心系健康 诚信天下

3. 服务承诺：

凡经山东新华医疗器械股份有限公司售出的产品，由公司客户服务部提供优质的售后服务，同时由技术中心、质管部、市场部等各方合作为广大用户解决各种疑难问题。

①**新华医疗** 承诺向用户提供满足要求的全新、高品质产品。

②**新华医疗** 承诺安排专业工程师现场上门设备调试、使用培训、维护培训，手把手多次，全方位培训，提供新华医疗集团内部 PPT 课件，结合最新的法律法规，进行专业的医院培训，直到学会为止等服务。

③**新华医疗** 承诺对仪器设备，安装运行叁年内免费保修，终身维护。保修期外零部件只收成本费。

④**新华医疗** 承诺接到用户通知后 2 小时内做出响应并提出解决方案；若需现场服务，技术人员将在 24 小时内到达现场维修。

⑤**新华医疗** 承诺为用户培训技术人员，使其胜任基本的运行、维护工作。

⑥**新华医疗** 承诺在南宁本地配有备件库及办公室，方便维修服务，并长期供应各类运行维修配件。

⑦**新华医疗** 承诺售后服务由专人负责，建立售后用户服务档案，每月上门维保一次，定期了解用户使用情况和意见。

解决用户疑问。

山东新华医疗器械股份有限公司

2025年1月1日



(4)、病产床售后服务方案

售后服务承诺

乐孚科技河北有限公司对所提供的“乐孚”系列产品保证质量合格。对产品提供如下售后服务承诺：

质量保证承诺

我们的服务宗旨是：快速、果断、准确、周到、彻底，服务质量赢得用户满意。对所提供的“乐孚”系列产品保证质量合格。

严格按照我公司生产企业标准要求组织生产，在合同签订内按时交货，却保产品质量符合产品技术条件，使用户满意。

在发货前，我公司会对货物的质量、规格、性能、数量、进行全面的检验，在每件包装箱内，为用户提供一份装箱清单、产品使用说明书和质量合格证、保修卡。

维修服务标准

我方保证产品自安装调试合格及整个数据项目最终验收合格之日起床体5年内免费保修。保修期内免费更换损坏部分易损件、五金件，不能影响使用者工作需要并且我方安排专人负责免费维护，7*24 小时内技术响应，48 小时内派专业技术人员到现场进行维护，12 小时内解决问题，故障不能按时排除即提供备用产品供院方使用。保修期满后，免费提供技术支持，维修更换零配件只收取成本费用且免费提供技术支持。在保修期外我公司技术人员每年会有不定期回访调查用户使用情况。

注以下情况不在免费更换及保修范围内：

- (1) 人为损坏；
- (2) 不正当使用造成的损坏；
- (3) 和其它品牌产品混用；
- (4) 因不可抗力因素造成的损坏；
- (5) 其它非产品自身质量原因造成的损害。

安装团队

我方坚持为用户提供专业化，一体化物流服务，发货，收货，到货，送货安装，配有专业物流团队，已发展到十余人，贴心物流服务队从事物流派送行业平均达到八年，都是经验丰富、责任感超强的物流派送精英。坚持“运得让你放心，放得让你安心”的服务理念，追求精益物流。

安装工程师平均服务经验超过 10 年，在专业化、信息化的管理手段下，让安装服务更具实战经验和管理力度。

安装及调试服务承诺

(1) 我公司确保按合同规定时间内提交所有合同内合格产品，并派有经验的专业技术人员到场安装、调试。

(2) 我公司自带工具及配件以便安装调试顺利进行。

培训计划

我公司确保在合同规定日期前提交所有合同内合格产品，随货配有产品详细的使用说明书，合格证、厂家资质证明文件等，派有经验的技术人员到现场安装、调试。同时针对产品的使用和维护两方面进行培训。

1、使用方面

(1) 安装调试后，对各科室主要使用人员就产品的性能、使用方法、注意事项等进行全面、系统的讲解。

(2) 现场实物操作培训。

(3) 故障排除培训。

2、维护方面

(1) 对各科室主要使用人员和设备维护的相关人员就产品的维护保养、常遇问题解答、故障报修程序等方面进行培训。

(2) 对易损、易耗件保管、更换方法的培训。

3、我方保证使用人员正常操作设备的各种功能，使用后一段时间后进行二次培训。

专业维修中心

售后服务网点	详细地址	维修人员名单	固定联系电话	手机	备注
1	天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路	孟令国	022-6098061 2	1892027182 5	设有维修备件库
2	河北省廊坊市霸州市 112 国道 67.2km	孙洪滨	0316-741193 3	1510221737 9	设有维修备件库
3	广西南宁市青秀区龙光世纪大厦 B 座 1821 室	杨旭	0316-598955 9	1348108115 7	设有维修备件库

乐孚科技河北有限公司

(5)、光子治疗仪售后服务方案

售后服务承诺书

武汉金莱特光电子有限公司“一级服务、两级支持”的售后服务结构，保证金莱特的响应时间。金莱特公司承诺，接到用户电话保修信息后，维修工程师立即响应，对用户进行电话答复。现场响应为城市地区 21 小时到位，其他地区 48 小时到位。现场不能维修解决的，采用周转件代用，然后修理解决。

服务承诺及办事处（维修服务中心）职责：

- 1、保修期：本公司产品，从正式验收合格之日起免费保修 3 年。保修期内开机率 95% 以上（按 365 天计算），我方保证所供货物的适当和稳定运行，负责消除存在的任何缺陷，并提供终身维护。在保修期内维修不含人为因素引起的维修所用配件全部免费；已过保修期的设备，若需要换配件，公司只收取材料成本费。
- 2、备品备件：维修站配备有产品的备品备件，保证 5 年的供应期，终身维修。
- 3、技术服务与支持：我公司长期提供技术资料和技术支持、提供仪器最新信息及应用资料。维修服务中心设有技术援助电话，免费提供咨询和电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议 and 操作方法。
- 4、建立用户档案，定期对用户使用情况进行回访，以确保正常使用。
- 5、若所购设备在使用中出现问题请及时拨打本公司服务电话，我们在接到电话后立即给予答复并及时作出处理安排。

武汉金莱特光电子有限公司售后服务部：

服务热线：15308639281

传真：027-87750609

联系人：王金泉

地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路理工大学科技园 16 栋

武汉金莱特光电子有限公司



供货方案:

- 1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。
- 2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照企业产品说明书进行产品验收。
- 3、按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。
- 4、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。
- 5、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用。

安装调试方案:

新设备到货后，由设备科，会同厂方进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即厂方代表交涉处理，索取或索赔。设备安装调试，设备科会同设备使用科室及厂方，对设备的安装进行定位。对设备定位要考虑以下因素。

- (1)应适应工艺流程的需要
- (2)应便于使用者的医疗操作
- (3)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离
- (4)应保证设备安装、维修、操作安全的要求

安装结束后，设备使用科室应与设备科及厂方一起对设备进行试运行，试运行前应充分检查电源和设备的接地是否良好。试运行时，对设备的各功能进行核准，发现问题及时解决。

培训计划及方案

我公司将按照招标的要求在收到买方通知后按照采购方要求的时间内在用户所在地方安排培训，培训主要就仪器的基本原理，安装，调试，操作使用和保养维修等有关内容进行培训。确保被培训人员能熟练掌握技术操作，培训用场地、产品成本、有关耗材、教具、受训者的资料和师资的所有费用均由我公司承担。

- 1、培训方式：按采购方要求进行，最终用户现场培训。
- 2、培训地点：最终用户现场。
- 3、培训人数：每机至少 2-3 人。
- 4、培训完成时间：培训时间为 1-3 天。
- 5、培训时间安排内容：培训内容：设备的基本原理；安装，调试；操作使用；保养维修等，并协助用户开展各类试验项目。具体内容包括：
 - ①介绍仪器基本原理
 - ②介绍仪器设备的性能和特点，安装、调试方法和操作要领。
 - ③介绍按键功能和系统的日常操作（包括常规检测，实时工作状态，反映曲线监测等）
 - ④特殊测试（包括：定标测试，质控测试，比色杯空白测试等）及参数设置
 - ⑤仪器的维护，故障排除及保养
 - ⑥由用户方操作人员单独使用，并当场做出相应的技术指导：填写〈设备安装单〉或〈培训确认书〉。
- 6、培训教员：我公司工程师。
- 7、培训费用：年保期内有关耗材费用以及受训者的资料，师资的费用均由我公司承担。
- 8、后期培训及回访

我公司会不定期支持部分用户参与投标产品相关的学术交流会，提供相关学术交流资料和文献，配合医院开展新项目的推广工作，此外，我公司工程师会定期电话问询或到现场巡检，了解用户仪器的使用状况并进行仪器保养，同时开通免费服务热线电话，解答用户的各种问题，满足客户需求。

武汉金莱特光电电子有限公司



3. 保修期责任:

1、半自动血凝分析仪售后服务方案



质量保证及售后服务承诺书

感谢您选择广州万孚生物技术股份有限公司的产品，我们承诺将为您提供优质的售后服务与技术支持服务。以下为服务内容：

【质量保证及措施】

- 1、我司保证所供货物是全新、未使用过的、最新型号的，并使用先进的工艺生产的，产品的质量、规格和性能符合国家食品药品监督管理局规定的标准要求；
- 2、对所提供的产品的质量在其保质期内负责，对经采购人验收确认属不合格、破损的，能及时更换或退货；
- 3、产品包装及标识执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不超过国家规定标准；
- 4、设备质保期 3 年，在质保期内，我司将对保修配件提供免费维护维修及软件升级服务；对于质保期外的设备，我司终身维护并提供技术服务；
- 5、医用耗材符合国家相关医用耗材质量标准，可出具我司质检部门的医用耗材《成品检验报告书》；
- 6、产品出厂日期半年以内，产品实际有效期在 3 个月以上。

【售后服务承诺】

- 5、设备安装及培训服务：在合同签订生效之日起派专职工程师负责中标设备的免费安装，同时由我司技术支持工程师对用户操作人员免费进行安装、调试、操作、日常保养等各项操作培训，如有特殊要求我司亦可提供个性化培训服务，包括方案、考题、培训资料等支持；
- 6、技术咨询及维修服务：我司在质保期内设备使用过程中，如遇到产品质量问题，我司承诺在 0.5 小时内提供远程支持，如无法立刻解决问题，24 小时内将会有工程师抵达现场处理24 小时不间断支持；

6.1 远程技术支持：短信/电话/邮件/qq 支持

6.2 现场技术支持：远程技术支持无法解决问题时，我司工程师将在 24 小时内抵达现场处理问题

6.3 备用机支持：如现场支持未能处理的问题或处理时间过长耽误客户使用时，我司将提供备用机临时使用（化学发光分析仪 1900、2900 除外）

6.4 配件支持：质保期内设备免费更换零配件（客户人为因素损坏除外），质保期外按配件成本价提供

7、维护保养服务：

质保期内设备，免费维保 3 年

7.1 定期维护保养：我司工程师根据设备具体使用场景，制定定期维护保养计划，根据计划定期安排工程师上门对设备进行维护保养。

7.2 日常维护保养：我司工程师将指导用户进行设备的日常维护保养，以保证终端日常设备运行正常。

7.3 定期设备校准：根据设备日常使用场景，提供每年一次的设备校准测试并形成报告

7.4 免费移机服务：当设备使用地点发生更换，我司将提供免费移机、安装及调试服务

8、售后网点技术支持人员联系方式：

我司各省均有售后网点，相应的网点地址、技术支持人员名单及联系方式动态更新，具体请详见附件

9、其他承诺

在使用过程中，若有疑问或技术难题，通过远程技术支持无法解决的，公司将派高级工程师现场亲自处理，在技术指标发生变动时及时通知用户，并对提供产品进行全过程的质量跟踪，给用户提供技术咨询、服务。感谢您的支持！

如需要服务或维修，请致电：800-999-1268、400-888-526

广州万孚生物技术股份有限公司

2、医用转运车售后服务方案

售后保修服务承诺

尊敬的客户：

我单位售后服务及质量保证承诺如下：

- 1、我公司郑重承诺本次活动中，本次产品质保期限均为合同生效后 3 年。
- 2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 2 小时内响应，并及时到达现场进行检修，解决问题时间不超过 8 小时内响应。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品备品服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

3.1 维修单位名称： 湖北乐尔红设备股份有限公司

售后服务地点： 湖北省地区 联系人： 王强

联系电话： 15337311355 从事技术服务 5 年以上，职称： 工程师

- 4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于 两 次上门保养服务。



3、口腔综合治疗机售后服务方案



山东新华医疗器械股份有限公司
SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

售后服务承诺书



1. 服务宗旨：

山东新华医疗器械股份有限公司多年来坚持“以客户为中心”的质量方针，在售后服务方面拥有多名合格的专业维修工程师和大量备件。

山东新华医疗器械股份有限公司售后服务由客户服务中心负责。客户服务中心是一支技术精湛、敬业负责、诚实守信、服务规范的团队，致力于为用户提供完善的售后服务和技术支持！客服人员都经过严格的专业培训，能满足不同产品用户的服务要求。

2. 服务理念：

心系健康 诚信天下

3. 服务承诺：

凡经山东新华医疗器械股份有限公司售出的产品，由公司客户服务部提供优质的售后服务，同时由技术中心、质管部、市场部等各方合作为广大用户解决各种疑难问题。

- ①**新华医疗** 承诺向用户提供满足要求的全新、高品质产品。
- ②**新华医疗** 承诺安排专业工程师现场上门设备调试、使用培训、维护培训，手把手多次，全方位培训，提供新华医疗集团内部 PPT 课件，结合最新的法律法规，进行专业的医院培训，直到学会为止等服务。
- ③**新华医疗** 承诺对仪器设备，安装运行叁年内免费保修，终身维护。保修期外零部件只收成本费。
- ④**新华医疗** 承诺接到用户通知后 2 小时内做出响应并提出解决方案；若需现场服务，技术人员将在 24 小时内到达现场维修。
- ⑤**新华医疗** 承诺为用户培训技术人员，使其胜任基本的运行、维护工作。
- ⑥**新华医疗** 承诺在南宁本地配有备件库及办公室，方便维修服务，并长期供应各类运行维修配件。
- ⑦**新华医疗** 承诺售后服务由专人负责，建立售后用户服务档案，每月上门维保一次，定期了解用户使用情况和意见。

解决用户疑问。



山东新华医疗器械股份有限公司

2025年1月1日

4、病床售后服务方案

售后服务承诺

乐孚科技河北有限公司对所提供的“乐孚”系列产品保证质量合格，对产品提供如下售后服务承诺：

质量保证承诺

我们的服务宗旨是：快速、果断、准确、周到、彻底，服务质量赢得用户满意，对所提供的“乐孚”系列产品保证质量合格。

严格按照我公司生产企业标准要求组织生产，在合同签订内按时交货，确保产品质量符合产品技术条件，使用户满意。

在发货前，我公司会对货物的质量、规格、性能、数量、进行全面的检验，在每件包装箱内，为用户提供一份装箱清单、产品使用说明书和质量合格证、保修卡。

维修服务标准

我方保证产品自安装调试合格及整个数据项目最终验收合格之日起床体5年内免费保修。保修期内免费更换损坏部分易损件，五金件，不能影响使用者工作需要并负责安排专人负责免费维护，7*24 小时内技术响应，48 小时内派专业技术人员到现场进行维护，12 小时内解决问题。故障不能按时排除即提供备用产品供院方使用。保修期满后，免费提供技术支持，维修更换零配件只收取成本费用且免费提供技术支持。在保修期外我公司技术人员每年会有不定期回访调查用户使用情况。

注以下情况不在免费更换及保修范围内：

- (1) 人为损坏；
- (2) 不正当使用造成的损坏；
- (3) 和其它品牌产品混用；
- (4) 因不可抗力因素造成的损坏；
- (5) 其它非产品自身质量原因造成的损害。



安装团队

我方坚持为用户提供专业化，一体化物流服务，发货快，到货快，到货安装，配有专业物流团队，已发展到十余人，贴心物流服务，物流派送行业平均达到八年，都是经验丰富、责任感超强的物流派送精英。坚持“运得让你放心，放得让你安心”的服务理念，追求精益物流。

安装工程师平均服务经验超过 10 年，在专业化、信息化的管理手段下，让安装服务更具实战经验和实力。

安装及调试服务承诺

(1) 我公司确保按合同规定时间内提交所有合同内合格产品，并派有经验的专业技术人员到场安装、调试。

(2) 我公司自带工具及配件以便安装调试顺利进行。

培训计划

我公司确保在合同规定日期前提交所有合同内合格产品，随货配有产品详细的使用说明书，合格证、厂家资质证明文件等，派有经验的专业技术人员到现场安装、调试。同时针对产品的使用和维护两方面进行培训。

1、使用方面

(1) 安装调试后，对各科室主要使用人员就产品的性能、使用方法、注意事项等进行全面、系统的讲解。

(2) 现场实物操作培训。

(3) 故障排除培训。

2、维护方面

(1) 对各科室主要使用人员和设备维护的相关人员就产品的维护保养、常遇问题解答、故障报修程序等方面进行培训。

(2) 对易损、易耗件保管、更换方法的培训。

3、我方保证使用人员正常操作设备的各种功能，使用一段时间后再进行二次培训。

专业维修中心

售后服务网点	详细地址	维修人员名单	固定联系电话	手机	备注
1	天津市滨海新区华苑产业区海泰华科三路	孟令国	022-6098061 2	1892027182 5	设有维修备件库
2	河北省廊坊市霸州市 112 国道 67.2km	孙洪滨	0316-741193 3	1510221737 9	设有维修备件库
3	广西南宁市青秀区龙光世纪大厦 B 座 1821 室	杨旭	0316-598955 9	1345168415 7	设有维修备件库

乐孚科技河北有限公司

5、光子治疗仪售后服务方案

售后服务承诺书



武汉金莱特光电子有限公司“一级服务，两级支持”的售后服务结构，保证金莱特的响应时间。金莱特公司承诺，接到用户电话保修信息后，维修工程师立即响应，对用户进行电话答复。现场响应为城市地区 21 小时到位，其他地区 48 小时到位。现场不能维修解决的，采用周转件代用，然后修理解决。

服务承诺及办事处（维修服务中心）职责：

- 1、保修期：本公司产品，从正式验收合格之日起免费保修 3 年。保修期内开机率 95% 以上（按 365 天计算），我方保证所供货物的适当和稳定运行，负责消除存在的任何缺陷，并提供终身维护。在保修期内维修不含人为因素引起的维修所用配件全部免费；已过保修期的设备，若需要换配件，公司只收取材料成本费。
- 2、备品备件：维修站配备有产品的备品备件，保证 5 年的供应期，终身维修。
- 3、技术服务与支持：我公司长期提供技术资料和技术支持、提供仪器最新信息及应用资料。维修服务中心设有技术援助电话，免费提供咨询和电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
- 4、建立用户档案，定期对用户使用情况进行回访，以确保正常使用。
- 5、若所购设备在使用中出现问题请及时拨打本公司服务电话，我们在接到电话后立即给予答复并及时作出处理安排。

武汉金莱特光电子有限公司售后服务部：

服务热线：15308639281

传真：027-87750609

联系人：王金泉

地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路理工大学科技园 10 栋

武汉金莱特光电子有限公司



4. 其他具体事项:

(1). 营业执照复印件

统一社会信用代码

91450108MA5QFBN18G (1-1)

营 业 执 照

(副 本)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称

广西中鼎机电工程有限公司

注 册 资 本

谢剑万圆整

类 型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成 立 日 期

2021年05月06日

法 定 代 表 人

覃发朝

住 所

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号万象绿地中心2号楼1层320号商铺

经 营 范 围

许可项目: 建设工程施工; 特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 特种设备销售; 制冷、空调设备销售; 建筑装饰材料销售; 建筑物、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 五金产品零售; 建筑材料销售; 金属材料销售; 信息技术咨询服务; 环境保护专用设备销售; 园林绿化工程施工; 网络技术服务; 金属结构销售; 第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登 记 机 关

2023 年 05 月 17 日

(2) . 第二类医疗器械经营备案凭证

108013713

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20211506号

企业名称	广西中乘机电工程有限公司
统一社会信用代码	91450108MA5QF8N18G
法定代表人	覃发鹏
企业负责人	覃发鹏
住 所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号万象绿地中心2号楼1层120号商铺
经营方式	批零兼营
经营场所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号万象绿地中心2号楼1层120号商铺
库房地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号万象绿地中心2号楼1层120号商铺
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(章): 南宁市市场监督管理局
备案日期: 2025年4月15日

(3). 法定代表人证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标人名称: 广西中乘机电工程有限公司

地址: 中国(广西)自由贸易试验区南片片区平乐大道15号
五象绿地中心2号楼120号商铺

姓名: 覃发鹏 性别: 男

年龄: 31岁 职务: 总经理

身份证号码: 450881199407103519

系 广西中乘机电工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

中乘机电工程有限公司

4501080137134

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章): 广西中乘机电工程有限公司

日期: 2025 年 01 月 16 日

中乘机电工程有限公司

4501080137134

注: 自然人投标的无需提供

附件: 法定代表身份证复印件粘贴处(正、反面)

姓名 覃发鹏

性别 男 民族 壮

出生 1994 年 7 月 10 日

住址 南宁市青秀区柳沙路10号
民发大观天下C2栋2单元
403号

公民身份号码 450881199407103519



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南宁市公安局青秀分局

有效期限 2022.01.18-2042.01.18

(4) 法定代表人授权委托书

致： 广西驰升项目管理有限公司

本人覃发鹏（姓名）系广西中乘机电工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工覃文洁、销售经理（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的大化县人民医院医疗设备采购项目（项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于2025年4月16日签字生效，委托期限：2025年4月16日至2025年12月31日。代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：广西中乘机电工程有限公司

法定代表人（签字）：覃发鹏

法定代表人身份证号码：450881199407103519

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：450881198607063561

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签

名代替，否则作无效投标处理；

2、供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所

称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

附件：全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）



