

政府采购合同

项目名称及编号:	融安县泗顶镇中心卫生院康复科设备采购 (LZZC2025-G1-240080-GXHH)
采购单位(甲方):	融安县泗顶镇中心卫生院
供应商(乙方):	广东省中科进出口有限公司

融安县泗顶镇中心卫生院康复科设备采购合同

合同编号：LZZC2025-G1-240080-GXHH

采购单位（甲方）：融安县泗顶镇中心卫生院

供 应 商（乙方）：广东省中科进出口有限公司

项目名称及编号：融安县泗顶镇中心卫生院康复科设备采购（LZZC2025-G1-240080-GXHH）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项 号	货物名称	数 量 ①	计 量 单 位	品牌名称、厂家及国别	规格型号	单 价 （元） ②	单 项 合 计 （元）③=②× ①	质 保 期
1	医用诊疗床	3	张	龙之杰、长沙龙之杰科技有限公司、中国	LGT-9302	37,500.00	112,500.00	1 年
2	站立架	1	台	友邦、常州市友邦医疗康复器材有限公司、中国	YB-310-2	2,600.00	2,600.00	2 年
3	上下肢主被动康复训练器（上下肢） （医疗器械注册证名称：上下肢主被动康复训练器）	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-5100P	168,000.00	168,000.00	2 年
4	平衡功能评估及训练系统	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-5300B	186,500.00	186,500.00	2 年
5	四肢联动康复训练器	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-5200P	128,000.00	128,000.00	2 年
6	脑循环电刺激仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-2340B	57,000.00	57,000.00	2 年
7	低频神经肌肉电刺激仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-2320D	46,800.00	46,800.00	2 年
8	空气波压力循环治疗仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-2200H	56,000.00	56,000.00	2 年
9	低频痉挛肌电刺激治疗仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-2330D	47,000.00	47,000.00	2 年

10	振动理疗仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技 有限公司、中国	LGT-5010N	68,000.00	68,000.00	1 年
11	磁振热治疗	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技 有限公司、中国	LGT-2600D	76,500.00	76,500.00	2 年
12	低频电子脉冲治疗仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技 有限公司、中国	LGT-2300S	47,500.00	47,500.00	2 年
13	中频干扰电治疗仪	1	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技有限公司、中国	LGT-281 OCS	186,000.00	186,000.00	2 年
14	台车	6	台	龙之杰、广州龙之杰医疗科技 有限公司、中国	LGT-100	4,000.00	24,000.00	1 年
合计金额大写：人 民 币壹佰贰拾万零陆仟肆佰元整 （¥1,206,400.00）								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：不限。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：签订合同之日起 30 个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用、地点：融安县泗顶镇中心卫生院 4 楼康复科。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货安装、调试完后七个工作日内启动验收，十个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单，甲乙双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：医用诊疗床、振动理疗仪、台车 12 个月整机质保，其余产品 24 个月整机质保。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式及履约保证金

1. 付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货安装调试完毕后，合同价款需要成交供应商为采购人提供无息分期付款模式，成交供应商开具全额发票后，采购人正式开科后，科室月营业收入（扣除科室人员成本的费用）的 50% 付给成交供应商，在月营业收入达到 10 万及以上后，科室月营业收入全额的 50% 付给成交供应商，直至付完货物合同总金额为止。

2. 履约保证金：无

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 上述的货物质保期为 医用诊疗床、振动理疗仪、台车 12 个月整机质保，其余产品 24 个月整机质保，保修期：医用诊疗床、振动理疗仪、台车 12 个月整机质保，其余产品 24 个月整机质保，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4. 其他质量保证及售后服务内容详见合同附件。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 其他验收要求详见合同附件。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按合同事先约定的条款，向合同履行地法院起诉。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，按合同事先约定的条款，向甲方所在地管辖的人民法院起诉。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 招标文件/竞争性磋商文件；
2. 乙方提供的采购响应（或应答）文件；
3. 磋商/谈价记录、投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份，采购代理两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 融安县泗顶镇中心卫生院 2025年10月13日	乙方（章） 广东省中科进出口有限公司 2025年10月13日
单位地址：融安县泗顶镇泗顶街25号	单位地址：广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A楼
法定代表人：陈欢	法定代表人：李红亮
委托代理人：陈皓宇	委托代理人：刘亦卓
电 话：13597211818	电 话：020-37656613
电子邮箱：sidingbaobiao@163.com	电子邮箱：yizhuoliu@gdstie.com
开户银行：融安农商行泗顶支行	开户银行：中国银行广州先烈中路支行
账 号：2272012040000049	账 号：628857741942
邮政编码：545407	邮政编码：510070

五、商务条款偏离表

请逐条对应本招标文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一、基本要求	基本要求： 1. 中标供应商提供的设备，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，要求供货时提供生产厂家生产的产品。 2. 中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3. 中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	基本要求： 1. 我司提供的设备，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，供货时提供生产厂家6个月内生产的产品。 2. 我司负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3. 我司提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	无偏离

二、售后服务要求	售后服务要求： 1. 中标供应商须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养至熟练应用。培训所需一切费用由中标供应商承担。 2. 提供至少12个月整机质保（整机指除去一次性耗材的所有设备部件）。质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享受至少1年以上的保修期限。 3. 质保期内设备出现质量问题应及时更换，并承担相关责任；中标供应商提供上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标供应商承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号当次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标供应商须提	售后服务要求： 1. 我司须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养至熟练应用。培训所需一切费用由中标供应商承担。 2. 提供医用诊疗床、振动理疗仪、台车12个月整机质保，其余产品24个月整机质保（整机指除去一次性耗材的所有设备部件）。质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享受至少1年以上的保修期限。 3. 质保期内设备出现质量问题应及时更换，并承担相关责任；我司提供上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应，24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标供应商承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，我司须立即提供不低于故障设备规格型号当次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，我司须提供终身维修服务。定期随访、解决	正偏离
----------	---	---	-----

	供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中问题。 4. 耗材出现不良事件，要求专业技术人员立即响应，24小时内到达现场，积极响应采购人的处理措施。临近效期1个月的产品中标供应商负责更换，费用包含在投标报价中。	使用过程中问题。 4. 耗材出现不良事件，要求专业技术人员立即响应，12小时内到达现场，积极响应采购人的处理措施。临近效期1个月的产品我司负责更换，费用包含在投标报价中。	
三、学习培训要求	学习培训要求： 现场培训至熟练应用。	学习培训要求： 现场培训至熟练应用。	无偏离
四、质保期	质保期： 从验收合格之日起至少12个月。	质保期： 从验收合格之日起医用诊疗床、振动理疗仪、台车12个月整机质保，其余产品24个月整机质保。	正偏离
五、备品备件及耗材等要求	备品备件及耗材等要求： 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。	备品备件及耗材等要求： 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。	无偏离
六、合同签订时间	合同签订时间： 自中标通知书发出之日起25日内。	合同签订时间： 自中标通知书发出之日起25日内。	无偏离
七、供货和安装	供货和安装： 1. 设备供货时间要求：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 2. 耗材供货时间要求：签订合同之日起接到采购订单7个日历日内送到采购人指定地点并验收合格。 3. 供货地点：融安县泗顶镇泗顶街25号融安县融安县泗顶镇中心卫生院内指定地点。 4. 中标供应商提供不符合招标文件（或采购、响应文件）	供货和安装： 1. 设备供货时间要求：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 2. 耗材供货时间要求：签订合同之日起接到采购订单7个日历日内送到采购人指定地点并验收合格。 3. 供货地点：融安县泗顶镇泗顶街25号融安县融安县泗顶镇中心卫生院内指定地点。 4. 我司提供不符合招标文件（或采购、响应文件）和签订	无偏离

	和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 5. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 6. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 7. 中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。	的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 5. 我司应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 6. 我司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 7. 我司负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。	
八、付款方式	付款方式： 本项目无预付款，成交供应商安装调试完毕后，合同价款需要成交供应商为采购人提供无息分期付款模式，成交供应商开具全额发票后，采购人正式开科后，科室月营业收入（扣除科室人员成本的费用）的50%付给成交供应商，在月营业收入达到10万及以上后，科室月营业收入全额的50%付给成交供应商，直至付清货物合同总金额为止。	付款方式： 本项目无预付款，我司交货安装调试完毕后，合同价款需要我为采购人提供无息分期付款模式，我司开具全额发票后，采购人正式开科后，科室月营业收入（扣除科室人员成本的费用）的50%付给成交供应商，在月营业收入达到10万及以上后，科室月营业收入全额的50%付给成交供应商，直至付清货物合同总金额为止。	无偏离
九、报价要求	报价要求： 1. 本标项报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、耗材、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装	报价要求： 1. 本标项报价为人民币报价，我就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、耗材、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务	无偏离

	、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、等一切税金和费用。 2. 本标项投标报价不能超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额，否则投标作 无效处理。	、培训、维修保养、验收、等一切税金和费用。 2. 本标项投标报价不超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。	
十、验收标准及其他要求	验收标准及其他要求： 1. 以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件技术响应表及配置清单等。 3. 货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。 4. 验收小组依据投标文件技术参数响应表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： 4.1 货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在评审过程中未被发现的，以不实质响应 要求处理； 4.2 货物实际是负偏离的参数，在投标文件中表明是无偏离或正偏离，在评审过程中未被发现的，以虚假响应处理；	验收标准及其他要求： 1. 以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件技术响应表及配置清单等。 3. 货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。 4. 验收小组依据投标文件技术参数响应表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： 4.1 货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在评审过程中未被发现的，以不实质响应 要求处理； 4.2 货物实际是负偏离的参数，在投标文件中表明是无偏离或正偏离，在评审过程中未被发现的，以虚假响应处理； 4.3 货物实际是无偏离参数，技术响应表中表明是正偏离，在评审过程中未被发现的，以虚假响应处理；	无偏离

4.3 货物实际是无偏离参数，技术响应表中标明是正偏离，在评审过程中未被发现的，以虚假响应处理。 4.4 货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应处理。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将有权终止合同、拒收货物，并追究中标供应商违约责任，中标供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5. 中标供应商负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购方可验收。 6. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7. 中标供应商交付前须作全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8. 采购人对中标供应商所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 9. 中标供应商应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起 30 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商必须到现场。	4.4 货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应处理。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将有权终止合同、拒收货物，并追究中标供应商违约责任，中标供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5. 我司负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购方可验收。 6. 采购人组织验收，我司必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7. 我司交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8. 采购人对我司所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 9. 我司应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起 30 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商必须到现场。 10. 配套耗材：根据《医疗器械管理条例》等有关法规
---	---

	10. 配套耗材：根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理，对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、产品注册证号、数量及出厂质量检验合格报告单等项目进行核对。	的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、产品注册证号、数量及出厂质量检验合格报告单等项目进行核对。	
17.2 投标有效期	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。	无偏离
其他	未列入本表的招标文件要求的其他商务条款	未列入本表的招标文件要求的其他商务条款我司皆满足	无偏离

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中

投标人名称（电子签章）



日期：2025年09月29日

一、技术偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的“一、项目需求 及技术需求”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

进行填写。

序号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	技术参数	货物名称	所提供技术的内容	
1	医用诊疗床	1)产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。 2)床面总规格（长×宽）： (1)床面 2040mm×1120mm; (2)头段：720mm×1120mm; (3)腰腿段：1300mm×1120mm; 3)床体头段的角位可调范围为：0~80°，误差±5°。 4)床体升降高度可调：450mm~920mm。 5)床体动态升降最大承重≥205kg，最大静态承重≥410kg。 6)床体具有由患者停止床功能控制的装置。”	医用诊疗床	1)产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。 2)床面总规格（长×宽）： (1)床面 2040mm×1120mm; (2)头段：720mm×1120mm; (3)腰腿段：1300mm×1120mm; 3)床体头段的角位可调范围为：0~80°，误差±5°。 4)床体升降高度可调：450mm~920mm。 5)床体动态升降最大承重205kg，最大静态承重410kg。 6)床体具有由患者停止床功能控制的装置。”	无偏离

2	站立架	结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 肘部垫宽度(mm)：≥50 肘部垫额定承载质量(kg)：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135 参考规格(cm)：143×60×105 参考质量：≥34.0Kg	站立架	结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 肘部垫宽度(mm)：≥50 肘部垫额定承载质量(kg)：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135 参考规格(cm)：143×60×105 参考质量：34.0Kg	无偏高
3	上下肢主动康复训练器(上下肢)	1. 上下肢型主动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2. 上肢训练工作臂可 180° 旋转，方便进行上肢或下肢训练。 3. 上肢训练器高度可调节：0~150mm 可调，满足不同身高患者选择最佳高度进行训练。 4. 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾。 5. ▲设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。 6. ▲不少于主动训练、助力训练、对称训练、等速训练、精细训练五种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求。 7. 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度 10 级可调。 8. 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。	上下肢主动康复训练器(上下肢)	1. 上下肢型主动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2. 上肢训练工作臂可 180° 旋转，方便进行上肢或下肢训练。 3. 上肢训练器高度可调节：0~150mm 可调，满足不同身高患者选择最佳高度进行训练。 4. 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾。 5. ▲设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。 6. ▲不少于主动训练、助力训练、对称训练、等速训练、精细训练五种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求。 7. 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度 10 级可调。 8. 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。	无偏高

		9. 训练时间可调: 1~120min可调, 满足不同患者的训练时长的需求; 10. 速度调节范围: 被动运动中, 运动速度 5~60r/min可调; 11. 阻力等级: 主动模式与助力模式下, 电机阻力0~24档可调; 12. 训练方向转换: 训练过程中, 具备方向转换功能, 满足不同方面的训练; 13. 训练结果分析: 训练结束后, 系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据; 14. ▲设备可导出患者训练数据。	9. 训练时间可调: 1~120min可调, 满足不同患者的训练时长的需求; 10. 速度调节范围: 被动运动中, 运动速度 5~60r/min可调; 11. 阻力等级: 主动模式与助力模式下, 电机阻力0~24档可调; 12. 训练方向转换: 训练过程中, 具备方向转换功能, 满足不同方面的训练; 13. 训练结果分析: 训练结束后, 系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据; 14. ▲设备可导出患者训练数据。	
4	平衡功能评估及训练系统	1. 具有传感器及训练架系统; 2. 具有患者的平衡能力进行评估功能; 3. 具有≥3种游戏类型可选; 4. 训练架的承载能力: 脚踏板承重≥2000N; 腰部固定带的承重≥1000 N; 5. 训练架在竖直方向摆动角度可调, 可实现静态与动态平衡训练功能; 6. 训练架的摆动阻力≥3档可调, 实现动态平衡进阶训练; 7. 训练架垂直方向高度可调, 调节范围≤33cm; 8. 训练架的高度调节方式为气弹簧调节;	1. 具有传感器及训练架系统; 2. 具有患者的平衡能力进行评估功能; 3. 具有多种(≥3)种游戏类型可选; 4. 训练架的承载能力: 脚踏板承重2000N; 腰部固定带的承重1000 N; 5. 训练架在竖直方向摆动角度分为3档可调, 分别是0°、6°、11°, 可实现静态与动态平衡训练功能; 6. 训练架的摆动阻力5档可调, 实现动态平衡进阶训练, 满足不同阶段的患者治疗需求; 7. 训练架垂直方向高度可调, 调节范围0~33cm, 误差10%; 8. 训练架的高度调节方式为气弹簧调节, 调节方便省力;	无偏离
		1. 最大承重: ≥200kg; 2. 手柄支臂可调范围为: 0~46cm; 3. 手柄角度可调, 满足患者不同前臂角度使用;	1. 最大承重: 200kg; 2. 手柄支臂使用快拉式结构调节可调范围为: 0~46cm, 适用不同臂长的患者使用;	无偏离

5	四肢联动康 复训练器	4. 使用电磁控阻力装置, 极小的启动阻力, 患者可轻松 开始训练; 5. 电磁阻力等级≥ 10 级可调, 同时训练过程中阻力可 调节, 可随时进行训练调整; 6. 训练时间可设置: 1~99min 可调; 7. 训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累 计的 训练距离和圈数等参数, 并具备数据统计功能, 训 练结束 后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等 多种数值 8. 具备设备网络状态显示功能	四肢 联动 康 复训 练器	3. 手柄角度可调, 满足患者不同前臂角度使用; 4. 使用电磁控阻力装置, 极小的启动阻力, 患者可轻 松开始训练; 5. 电磁阻力等级至少10 级可调, 同时训练过程中阻力 可调节, 可随时进行训练调整; 6. 训练时间可设置: 1~99min 可调; 7. 训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计 的训练距离和圈数等参数, 并具备数据统计功能, 训练结束 后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值 8. 具备设备网络状态显示功能	
6	脑循环电刺 激仪	1. 具有≥ 2 通道头部电刺激功能和≥ 4 通道肢体神 经肌肉电刺激输出 2. 具有液晶触摸屏 3. 头部电刺激装置脉冲宽度 400us$\pm$100us, 脉冲周 期 18ms$\sim$46ms, 频率1Hz$\sim$56Hz 4. 头部电刺激装置输出强度 0mA$\sim$30mA 可调 5. 具有≥ 8 种内置肢体神经肌肉电刺激处方 6. 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率 4000$\pm$400Hz, 调 制 频率在 0.03$\sim$1.2Hz 范围内; 肢体神经肌肉电刺激 装置 输出强度 0mA$\sim$100mA 可调 7. 治疗时间 1$\sim$99min 连续可调, 步长 1min 8. 具有报警功能	脑循环 电刺 激仪	1. 两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激, 可同时治疗头部及肢体, 同时供两位患者使用, 提高临 床效率。 2. 具有液晶触摸屏 3. 头部电刺激装置脉冲宽度 400us$\pm$120us, 脉冲周 期18ms$\sim$46ms, 频率21Hz$\sim$56Hz 4. 头部电刺激装置输出强度 0mA$\sim$30mA 可调 5. 具有8种内置肢体神经肌肉电刺激处方 6. 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000$\pm$400Hz, 调制频 率在0.03$\sim$1.2Hz 范围内; 肢体神经肌肉电刺激装置输 出强度 0mA$\sim$100mA 可调 7. 治疗时间 1$\sim$99min 连续可调, 步长 1min	无偏 离

7	低频神经肌肉电刺激仪	1. 具有 ≥ 8 路电流输出功能; 2. 具有 ≥ 5 英寸液晶触摸显示屏; 3. 脉冲宽度 80~400us 范围内可调, 调节步长 10us; 4. 频率 1~180Hz 范围内连续可调, 步长 1Hz; 5. 仪器的上升时间: 0s~2s, 步长为 0.5s; 6. 仪器的维持时间: 0s~20s, 步长为 1s; 7. 仪器的下降时间: 0s~2s, 步长为 0.5s; 8. 仪器的断电时间: 2s~50s, 步长为 1s; 9. 治疗时间 1~99min 可调, 默认 20min; 10. 输出电流: $\geq 140\text{mA}$ (峰值电流), 步长 1mA; 11. 具有同步/异步输出功能; 12. 具有报警功能	低频神经肌肉电刺激仪	8. 具有报警功能 1. 具有8路电流输出功能; 2. 具有 ≥ 5 英寸液晶触摸显示屏; 3. 脉冲宽度 80~400us 范围内可调, 调节步长 10us; 4. 频率 1~180Hz 范围内连续可调, 步长 1Hz; 5. 仪器的上升时间: 0s~2s, 步长为 0.5s; 6. 仪器的维持时间: 0s~20s, 步长为 1s; 7. 仪器的下降时间: 0s~2s, 步长为 0.5s; 8. 仪器的断电时间: 2s~50s, 步长为 1s; 9. 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min, 默认 20min; 10. 输出电流: 140mA (峰值电流), 步长 1mA; 11. 具有同步/异步输出功能; 12. 具有报警功能	无偏离
8	空气压力	1. ≥ 5.7 英寸LCD液晶触摸显示屏; 2. ≥ 8 种专业空气波充气模式可选; 3. 双通道设计: 电疗+气压; 4. 内置两种神经肌肉电刺激模式; 5. ▲设备压强可在 5~25Kpa (38~188mmHg) 范围内连续可调, 气压单位 Kpa 和 mmHg 可进行转换; 6. 治疗时间 1min~99min 连续可调, 满足临床上的治疗	空气波压力	1. 5.7英寸LCD液晶触摸显示屏; 2. 8种专业空气波充气模式可选; 3. 双通道设计: 电疗+气压; 4. 内置两种神经肌肉电刺激模式; 5. ▲设备压强可在 5~25Kpa (38~188mmHg) 范围内连续可调, 气压单位 Kpa 和 mmHg 可进行转换; 6. 治疗时间 1min~99min 连续可调, 满足临床上的治疗需	无偏离

	循环治疗仪	需求: 7. 仪器设备充气时, 每腔压力实时监测, 实时显示当前腔道压力; 8. 具有过压保护功能; 9. 若在充气时, 突然出现停电、断电的现象, 仪器会自动泄压保护。	循环治疗仪	需求: 7. 仪器设备充气时, 每腔压力实时监测, 实时显示当前腔道压力; 8. 具有过压保护功能; 9. 若在充气时, 突然出现停电、断电的现象, 仪器会自动泄压保护。	
9	低频经颅肌电刺激治疗仪	1. 具有 ≥ 4 通道输出功能 2. 具有 ≥ 5 英寸触摸屏显示屏 3. 具有 ≥ 8 种内置处方, 具有自定义处方功能 4. 脉冲宽度 100~500 μs 范围内可调, 调节步长 10 μs 5. 输出周期 1~2s 连续可调, 步长 0.1s, 精度 $\leq \pm 10\%$ 6. 延迟时间 0.1~1.5s 连续可调, 步长 0.1s, 精度 $\leq \pm 10\%$ 7. 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min, 精度 $\leq \pm 2\%$ 8. 输出强度: 0~140mA (峰值电流范围), 步长 1mA 9. 具有报警功能	低频经颅肌电刺激治疗仪	1. 具有4通道输出功能 2. 具有 ≥ 5 英寸触摸屏显示屏 3. 具有8种内置处方, 具有自定义处方功能 4. 脉冲宽度 100~500 μs 范围内可调, 调节步长10 μs 5. 输出周期 1~2s 连续可调, 步长 0.1s, 精度 $\pm 10\%$ 6. 延迟时间 0.1~1.5s 连续可调, 步长 0.1s, 精度 $\pm 10\%$ 7. 治疗时间 1~99min 可调, 步长 1min, 精度 $\pm 2\%$ 8. 输出强度: 0~140mA (峰值电流范围), 步长 1mA 9. 具有报警功能	无偏离
10	振动理疗仪	1. 可伸缩式理疗头, 治疗时振动连续输出。 2. 采用低压供电方式, 保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。 3. 钛合金材质理疗头。	振动理疗仪	1. 可伸缩式理疗头, 治疗时振动连续输出。 2. 采用低压供电方式, 保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。 3. 钛合金材质理疗头。	无偏离

		4. 治疗手柄配备硅胶皮套。 5. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm 四档可调，转速误差±5%。 6. 治疗头振动幅度可达 6mm，误差±10%，治疗深度可达 0-60mm，表层和深层组织均可治疗。 7. 按摩头直径：Φ15mm，Φ25mm，Φ35mm，允差±5%。 8. 设备重量为≥2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。 9. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。	4. 治疗手柄配备硅胶皮套。 5. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm 四档可调，转速误差±5%。 6. 治疗头振动幅度可达 6mm，误差±10%，治疗深度可达 0-60mm，表层和深层组织均可治疗。 7. 按摩头直径：Φ15mm，Φ25mm，Φ35mm，允差±5%。 8. 设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。 9. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。	
11	磁振热治疗仪	1. ▲具有独立≥4通道输出，参数可独立调节 2. ▲磁场强度：磁感应强度在 10mT~50mT 的范围内可调，步长为 10mT，误差为±10%； 3. ▲振动频率：30~60Hz 范围可调； 4. 治疗温度 40℃、46℃、52℃、58℃共 4 级可调，精度：±3℃； 5. 具有无热治疗模式；	1. ▲具有独立4通道输出，参数可独立调节 2. ▲磁场强度：磁感应强度在 10mT~50mT 的范围内可调，步长为 10mT，误差为±10%； 3. ▲振动频率：30~60Hz 范围可调； 1. 治疗温度 40℃、46℃、52℃、58℃共 4 级可调，精度：±3℃； 5. 具有无热治疗模式；	无偏离

		6. ▲具有≥13 种处方 7. 治疗时间 1~99min 可调，以 1min 为单位设定； 8. 具有多种安全保护装置；		6. ▲具有13 种处方 7. 治疗时间 1~99min 可调，以 1min 为单位设定； 8. 具有多种安全保护装置；	
12	低频电子脉冲治疗仪	1. 仪器的工作频率为 3Hz~1000Hz 范围内，FM 变频输出，精度±10%； 2. 仪器的脉冲宽度为 120 μs ±30%； 3. 仪器最大输出电流有效值不大于 40mA； 4. 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于 7μC； 5. 仪器的最大输出幅度为 70V ±30%； 6. 单脉冲最大输出的能量不大于 300mJ； 7. 保护功能：当治疗电极的温度超过 46℃±5℃时，系统自动切断加热电源； 8. 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过 43℃，每档温度不低于 37℃； 9. 治疗形式连组合成 25 种治疗方案； 10. 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； 11. 治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。	低频电子脉冲治疗仪	1. 仪器的工作频率为 3Hz~1000Hz 范围内，FM 变频输出，精度±10%； 2. 仪器的脉冲宽度为 120 μs ±30%； 3. 仪器最大输出电流有效值不大于 40mA； 4. 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于 7μC； 5. 仪器的最大输出幅度为 70V ±30%； 6. 单脉冲最大输出的能量不大于 300mJ； 7. 保护功能：当治疗电极的温度超过 46℃±5℃时，系统自动切断加热电源； 8. 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过 43℃，每档温度不低于 37℃； 9. 治疗形式连组合成 25 种治疗方案； 10. 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； 11. 治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。	无偏离
		1. ▲两路六组（共 12 个电极）输出，一路 4 组通道，一路 2 组通道，共有 6 组通道。可三维、二维输出相互转换，最多可治疗 6 个部位；		1. ▲两路六组（共 12 个电极）输出，一路 4 组通道，一路 2 组通道，共有 6 组通道，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗 6 个部位；	无偏离

13	中频干扰电治疗仪 2. 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 3. 吸引模式：连续模式、脉冲模式（快速、中速、慢速）和自动模式； 4. 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 5. 顶板自动加热功能； 6. 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 7. ▲输出频率（基频）为1kHz~11kHz可调节，步长0.5kHz； 8. ▲差频频率在0.1~200Hz可调； 9. ▲输出电流有效值应在0mA~100mA范围内连续可调； 10. 动态节律为4s~10s可调，步长1s； 11. 差频变化周期为15s~30s可调，步长1s； 12. 五种调制度可调节：0、25%、50%、75%、100%； 13. ▲差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8种治疗模式可调； 14. 具有方案库功能； 15. 具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库；	中频干扰电治疗仪 2. 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 3. 吸引模式：连续模式、脉冲模式（快速、中速、慢速）和自动模式； 4. 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 5. 顶板自动加热功能； 6. 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 7. ▲输出频率（基频）为1kHz~11kHz可调节，步长0.5kHz； 8. ▲差频频率在0.1~200Hz可调； 9. ▲输出电流有效值应在0mA~100mA范围内连续可调； 10. 动态节律为4s~10s可调，步长1s； 11. 差频变化周期为15s~30s可调，步长1s； 12. 五种调制度可调节：0、25%、50%、75%、100%； 13. ▲差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8种治疗模式可调； 14. 具有方案库功能； 15. 具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库；
----	---	---

		16. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 17. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。		16. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 17. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。	
14	台车	台车高度：≥940mm； 台车最大载重量应为≤20Kg；台面尺寸：400*400mm； 净重：12.0(1±10%)kg	台车	台车高度：940mm； 台车最大载重量应为≤20Kg；台面尺寸：400*400mm； 净重：12.0(1±10%)kg	无偏离

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的技术要求低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“技术参数”、“所提供技术的内容”中标记。

标人名称（电子签名）：广东省中科进出口有限公司



日期：2025年09月29日

融安县泗顶镇中心卫生院康复科设备采购（LZZC2025-G1-240080-GXHH）中标通知书

广东省中科进出口有限公司：

经评定，编号为LZZC2025-G1-240080-GXHH采购文件中的融安县泗顶镇中心卫生院康复科设备采购-分标1，确定你公司中标成交，中标价格为1206400元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

广西汇海工程项目管理咨询有限公司

2025年09月30日

