

合同书

项目名称：东兴市妇幼保健院康美中心设备采购项目

项目编号及分标号：FCZC2025-J1-810075-GXBH、分标 3

合同编号：12N49883186320251404

采购单位（甲方）：东兴市妇幼保健院

中标供应商（乙方）：江西神彩贸易有限公司

签订地点：东兴市妇幼保健院

签订时间： 年 月 日

政府采购合同

本合同为中小企业预留合同：是

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	半导体激光治疗仪	武汉博激	DENLAS-10BP	武汉博激世纪科技有限公司	1	台	144950	144950
2	LED 手术灯	曲阜乐康	LK/LED-700/500	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司	1	套	45000	45000
3	高频电刀	常州延陵	POWER-420B	常州市延陵电子设备有限公司	1	台	44930	44930
4	电动手术床	曲阜乐康	LK/DS-VI	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司	1	台	45700	45700
合计金额(人民币)：(大写) 贰拾捌万零伍佰捌拾元整 (小写) ¥280580.00 元								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。

2. 履行地点：东兴市采购人指定地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：采用公路专用物流车辆运输。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用；

安装地点：东兴市采购人指定地点。

2. 安装要求：按采购人要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：根据采购人时间进行安排，培训期限为5个工作日；培训地点：东兴市采购人指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款：人民币贰拾捌万零伍佰捌拾元整（¥280580.00 元）。

3. 合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

- (4) 必要的保险费用和各项税费；
- (5) 安装费用等所有费用；
- (6) 仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

4. 付款进度安排：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向东兴市财政局申请拨合同款的 30%，资金到账后 3 个工作日内支付给供应商；设备验收合格，供应商开具全额发票给采购人，90 个工作日内支付剩余合同款的 70%。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：

1) 所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2) 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3) 成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4) 采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的 2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5) 符合采购文件参数要求及响应参数要求。

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式三份, 甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后3日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后3日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标(响应)文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 我公司承诺所有产品按国家规定实行“三包”, 保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏, 由我公司免费负责维修; 保修期满后若设备出现故障, 需更换配件的, 只收取配件费, 免收其余费用; 若不需更换配件, 则免费维修; 保修期: 我公司承诺本项目所以产品保修期为安装验收合格使用后, 保修期为3年。

第九条 履约保证金

不收取

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的, 应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第四周, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的0.5%;

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

(3) 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 %向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标（成交）通知书；
3. 投标（响应）文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查

封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书, 格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分, 设备单价不得超过招标上限价, 如超过按总价不变, 调整单价。

3. 合同生效后, 甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份, 具有同等法律效力, 财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份, 甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

甲方(盖章): 东兴市妇幼保健院

乙方(盖章): 江西神彩贸易有限公司

法定代表人或者委托代理人(签字):

法定代表人或者委托代理人(签字):

签定日期: 2025 年 月 日

签定日期: 2025 年 月 日

开户名称: 东兴市妇幼保健院

开户名称: 江西神彩贸易有限公司

银行帐号: 89431 20101 00884 478

银行帐号: 11755 92510 00093 680

开 户 行: 东兴市农商行

开 户 行: 九江农村商业银行股份有限公司

合同附件

一、中标通知书

东兴市妇幼保健院康美中心设备采购项目

FCZC2025-J1-810075-GXBH 成交通知书

江西神彩贸易有限公司：

你公司参加了东兴市妇幼保健院康美中心设备采购项目，项目编号：FCZC2025-J1-810075-GXBH的竞标。经评定，3分标确定你公司为成交供应商。

成交金额：人民币贰拾捌万零伍佰捌拾元整(¥280,580.00)；合同履行期限：自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用；供应商：江西神彩贸易有限公司。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，于25天内与采购单位东兴市妇幼保健院签订合同，延期自误。采购合同自签订前需按采购文件要求将履约保证金缴入采购人指定账户。

二、签订合同详细地点：东兴市妇幼保健院

三、届时请带齐下列证件：

1. 成交通知书
2. 采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
3. 单位公章或合同专用章
4. 本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。

采购代理机构：广西边海云项目管理有限公司

2025年8月5日



二、相关响应文件

电 子 响 应 文 件

商 务 技 术 文 件

项目名称：东兴市妇幼保健院康美中心设备采购项目

项目编号：FCZC2025-J1-810075-GXBH

所竞分标：分标 3

供应商名称：江西神彩贸易有限公司



2025 年 7 月 30 日

一、无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：江西神彩贸易有限公司



二、法定代表人证明书

供应商名称：江西神彩贸易有限公司
地 址：江西省九江市共青城市江益镇益民路 126-2 号
姓 名：陈遵浪 性 别：男
年 龄：57 职 务：总经理
身份证号码：360425196806156417
系江西神彩贸易有限公司的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：江西神彩贸易有限公司



注：自然人竞标的无需提供。

法定代表人有效身份证正反面复印件



商务要求偏离表

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付的时间和地点	1. 交付时间：自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。	1. 交付时间：若我公司中标，我公司承诺自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。	无偏离
	2. 交付地点：东兴市采购人指定地点。	2. 交付地点：若我公司中标，我公司承诺货物交付地点为东兴市采购人指定地点。	
合同签订时间	自成交通知书发出之日起25日内。	若我公司中标，我公司承诺自成交通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。	无偏离
付款条件	合同签订之日起10个工作日内，采购人向东兴市财政局申请拨合同款的30%，资金到账后3个工作日内支付给供应商；设备验收合格，供应商开具全额发票给采购人，90个工作日内支付剩余合同款的70%。	若我公司中标，我公司同意采购文件规定的付款方式：合同签订之日起10个工作日内，采购人向东兴市财政局申请拨合同款的30%，资金到账后3个工作日内支付给供应商；设备验收合格，供应商开具全额发票给采购人，90个工作日内支付剩余合同款的70%。	无偏离
售后服务	1、保修期：设备安装验收合格后使用，保修期为3年。	1、我公司承诺保修期为设备安装验收合格后使用，保修期为3年。	无偏离
	2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。	2、我公司承诺所有产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由我公司免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。	
	3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。	3、我公司承诺所提供的产品均为全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。	

	调试合格。 4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在 2 小时内响应，一般故障在 2 小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障 24 小时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕；如故障 72 小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 5、维修保养：定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于 2 次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。 6、热线技术支持服务：保持 24 小时电话及电子邮件技术支持。 7、培训要求：供应商应安排专业技术人员对采购人的使用设备技术人员免费进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，并提供成套培训资料，培训时间为 5 个工作日。 8、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。	4、我公司承诺故障或技术支持应急维修响应时间为接到故障通知后，在 2 小时内响应，一般故障在 2 小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障 24 小时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕；如故障 72 小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 5、我公司承诺定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于 2 次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。 6、我公司承诺保持 24 小时电话及电子邮件技术支持。 7、我公司承诺安排专业技术人员对采购人的使用设备技术人员免费进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，并提供成套培训资料，培训时间为 5 个工作日。 8、我公司承诺存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。	
包装和运输	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。	我公司承诺所有货物均按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。	无偏离
验收标准	1、所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产	1、我公司提供的所有产品均为全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人和我公司双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，我公司将提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替	无偏离

	品，并经采购人确认后方可更换。	代产品，并经采购人确认后方可更换。	
	2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。	2、我公司承诺在交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求和我公司投标响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并接受相关规定处理、处罚。	
	3、成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。	3、我公司承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我公司保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控；任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司将与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司将赔偿该损失。	
	4、采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。成交人承担因多次验收而产生的验收费用。	4、采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由我公司承担。我公司在进行报价时已将验收费用考虑在内。我公司承担因多次验收而产生的验收费用。	
	5、本项目验收时，成交人须出具成交货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。	5、本项目验收时，我公司承诺出具成交货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。	
进口产品说明	本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。	本公司所提供的所有产品均为非进口产品。	无偏离

其他要求	1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 必要的保险费用和各项税费； (5) 安装费用等所有费用； (6) 仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。	1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 必要的保险费用和各项税费； (5) 安装费用等所有费用； (6) 仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。	无偏离
	2、采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意一项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，竞标无效。 “商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。	2、我公司提供的所有产品技术参数均满足采购文件要求，带“▲”标注的技术参数无负偏离，不带“▲”标注的技术参数无负偏离。	
	3、以上竞标产品属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在响应文件中提供相应竞标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子章。	3、以上竞标产品属于医疗器械管理范围的产品，我公司已在响应文件中提供相应竞标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子章。	

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：江西神彩贸易有限公司

日期：2025 年 7 月 30 日



陈遵浪

售后服务承诺

我公司具有信誉良好、技术精湛、资质齐全的服务团队。根据采购文件要求，我公司认真组织技术队伍，为了更好的服务于客户，我司提供技术咨询，设备选型直至整体解决方案，确保设备的质量性能，供货时间，服务保障，以及设备在保修期内、外的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并作出如下承诺：

一、安装方案：

（一）安装现场环境调查及现场勘察

为确保各项目实施小组到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行，我公司将在实施前3天内对采购单位设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向采购单位提交所有设备安装的具体要求，确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。

（二）到货验收

1. 我公司提供的所有货物均为全新和未使用过的产品，随机技术资料齐全（包括用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准。交货前不允许提前开箱、调试；所有设备到达采购人指定地点后，由采购人对货物进行清点、核实，并由采购人和我公司双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，我公司将提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2. 我公司承诺在交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、我公司投标响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并接受相关规定处理、处罚。

3. 我公司承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商

品：我公司保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控；任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司将与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司将赔偿该损失。

（三）现场安装调试

所有设备验收合格后，项目实施小组开始设备安装调试工作。项目实施小组包括项目经理和多名技术人员，负责现场设备、辅助设备的安装和调试，安装调试工作完成后填写项目安装调试报告。我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。

（四）安装调试承诺

1. 我公司承诺：完全响应采购文件交货期，保证严格按照采购方的交货时间和产品质量要求，及时送达客户指定地点，运输过程中所有费用由我公司承担。

2. 我公司中标后，将派出有经验的项目经理和技术人员到采购单位现场进行调研，根据采购单位要求和使用实际情况制定安装方案，设备送达采购单位指定地点后，按采购单位确定的方案进行安装调试，直到设备正常使用运行验收。

3. 我公司保证所提供的产品质量均符合国家标准、行业标准和采购单位要求。

4. 我公司保证所提供的产品均为行业正品，质量优良，无假冒伪劣，不以次充好。

5. 我公司负责所有设备安装、调试，以及所有所需配套设施的供应、安装、调试。

6. 在完成安装、调试、检测后，可向采购单位提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。

7. 我公司保证本次所投设备均是全新合格设备，响应本次采

购项目，本项目所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在竞标报价中，采购人无须再追加任何费用。

二、质保期：

我公司承诺所有设备安装验收合格使用后，保修期为3年。所有产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由我公司免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。

三、安全保障措施：

1. 运输安全保障措施

1.1 保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。

1.2 货物运输由专业的物流公司，保证货物一次装车，中途不卸货，货物在运输途中不发生二次搬运，配备专业卸货人员及工具，一次性到达安装位置。

2. 安装安全保障措施

2.1 辐射防护：应根据相关法规和安全标准，在设备周围建立辐射防护区域。使用合适的辐射防护材料，如铅板、铅玻璃等，来减小辐射的影响。对辐射防护区域进行标识和限制进入。

2.2 安全培训：设备操作人员应接受相关的安全培训。操作人员应了解辐射的危害、防护措施、设备的正确操作方法和紧急情况的应对措施。

2.3 安全标识和警示：在设备周围和辐射防护区域内设置必要的安全标识和警示标志，以提醒人员注意辐射风险和遵循安全规定。

2.4 紧急停机装置：设备上具备紧急停机装置，以便在紧急情况下迅速关闭设备。

2.5 定期检查和维护：定期检查设备的运行状态和防护措施的有效性。

合规检查和认证：遵守相关法规和安全标准，定期进行合规检查和认证。

四、服务响应时间：

(1) 我公司承诺在质保期内保持 24 小时电话热线及电子邮件技术支持。

(2) 我公司承诺在质保期内，如接到故障通知，在 2 小时内响应，一般故障在 2 小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障 24 小时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕；如故障 72 小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

五、培训服务：

1. 技术培训要求：所有设备安装调试验收合格后，我公司安排专业技术人员对采购人的使用设备技术人员免费进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，并提供成套培训资料，培训时间为 5 个工作日。

2. 我公司提供远程支持服务，通过电话或在线系统与客户联系，更快地诊断和解决一些常见或简单的问题，以减少设备停机。

3. 在设备维修期间如需更换零部件，我公司采取就近调货的原则，保障 48 小时内设备可正常运行。

4. 在设备正常运行的情况下，售后巡检人员与采购人代表商定定期维护计划，并长期与设备操作人员进行电话沟通设备运行状况。

5. 我公司所提供的所以产品均为全新未经使用的合格产品。为保证设备正常运行，我公司存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

6. 我公司提供的货物是按照出厂原包装，并附加货物运输外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

7. 合同签订时间：我公司自中标通知书发出之日起 25 日内与采购人签订合同。

8. 交货时间和地点：自签订合同之日起 7 个工作日内交货安装调试完毕并交付使用，交货地点为采购人指定地点。

六、应急处理方案：

1. 建立一个紧急响应机制，客户可以在紧急情况下迅速获得帮助。接到通知后即刻响应，2 小时内迅速组建在线服务技术小组，2

小时内做出故障初步判别并给出解决方案。可以是电话指导、远程在线指导。

2. 远程支持：如果可能，首先尝试通过远程支持解决问题。通过客户提供的设备信息和远程连接工具，技术支持人员可以远程诊断设备问题，并提供解决方案。这有助于减少设备停机时间，快速解决一些常见问题。

3. 现场工程师快速派遣：对于无法通过远程支持解决的问题，迅速派遣经验丰富的现场工程师到客户所在地。同时，建立各区域的合理服务覆盖网络，以缩短响应时间。

4. 沟通和协调：与客户保持及时沟通和协调，提供实时的修复进展报告和预计恢复时间。这可以帮助客户了解问题的处理状态，做好相应的准备。

5. 优先服务递延：如果有多个客户同时遇到紧急问题，可以根据设备保修和服务协议，给予紧急问题优先处理。在资源有限的情况下，优先考虑那些对设备正常运行和重要的工作有较大影响的客户。

6. 问题追踪和总结：对于出现的紧急问题，售后服务团队应当记录问题细节、解决方案和响应时间，以供今后参考和改进。在任何紧急情况下，均以快速、专业和透明的方式处理问题，以最大限度地减少设备停机时间，使客户满意。

供应商（电子签章）：江西神彩贸易有限公司

日期：2025年7月30日



三、采购需求文件

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

分标 3

1	半导体激光治疗仪	1 台	1、类型:半导体激光 2、终端输出功率:0-10W, 连续可调 3、激光功率不稳定性:±1% 4、激光功率复现性:±1% 5、波长:980nm(±10nm) 6、光学技术:光学耦合技术 7、激光输出方式:连续、单脉冲、重复脉冲 8、脉冲宽度:1ms~1000ms 9、脉冲频率:0.5Hz~500Hz 10、光纤系统传输效率:≥85% 11、光束发散角:≤30° 12、传输系统:带 SMA-905 标准连接器的 200 μm、400 μm、600 μm 接触式及非接触式光纤和探头 13、出光定时调节范围:0-9999s, 连续可调 14、功率反馈功能:内置激光功率指示器, 可随时检测功率 15、瞄准光:红色指示光, 亮度可调 16、操作方式:高档精密彩色触摸液晶屏 17、冷却方式:风冷 18、安全分类:I 类 B 型
2	LED 手术灯	1 套	1、超长的使用寿命: 采用新型 LED 冷光源, 寿命可达 6 万小时以上, 无需更换灯泡。LED 光源优于传统卤素灯, 又能满足节能与环保的要求。 2、完美的冷光效果: 采用新型 LED 冷光源, 光谱中没有紫外线和红外线, 既没有热量也没有辐射, 医生头部和伤口区域温升≤1℃, 几乎无温升。 3、理想的符合净化要求的外形设计: 全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理, 彻底消除了净化空气中的流动死角, 满足了现代手术室高标准的层流要求, 有利于手术室的无菌要求。 4、一键切换灯光模式: 可通过控制器调节无影灯照度、色温, 一键切换正常、深腔、浅表、腔镜模式, 方便医护人员对不同手术照明需求快速操作。 5、RGB 色彩补偿功能: R: 红色功能, 饱和红色对应显色指数中的 R9, 红色光有助于更好的分辨血管组织, 采用 610NM 的红光可以促进伤口愈合, 对皮肤感染具有治疗作用。 G: 绿色功能, 饱和绿色对应显色指数中的 R11, 补偿 R11 值, 使其值达到全光谱标准。 B: 蓝色功能, 饱和蓝色对应显色指数中的 R12, 波长为 470NM 的蓝光具有抑制炎症的功效, 补偿 R12 值, 使其值达到全光谱标准。 红色、绿色、蓝色又称为三原色光, 使在长时间手术过程中不易产生视觉疲劳, 满足医护人员的各种手术之需。 6、超强的深部照明, 完美的无影效果: LED 灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱, 从而保证了柔和均匀的深部聚集效

			果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。 7、色温可调功能： 手术无影灯的色温从 3000K 到 5700K 可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。 8、良好的悬挂系统： 轻巧的优质平衡臂悬挂系统（可选配进口臂），六组万向关节联动，360 度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。 9、结构精巧的调焦系统： 具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了 LED 手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（$\leq 134^{\circ}\text{C}$）高温灭菌处理，具有独特的一键腔镜模式。 10、明亮均匀的照明： LED 光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达 16000LUX。采用数字方式无级调控 LED 的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。照明深度：$\geq 1200\text{mm}$，最大辐照度$\leq 500 \text{ W/m}^2/\cong 350\text{W/m}^2$。
3	高频电刀	1 台	1、仪器类型：1 类 CF 型，防除颤普通设备。 2、工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率 10S/30S。 3、输出功率：标准模式 强烈模式 单极纯切：350W（500Ω） 350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 喷凝模式 单极电凝：120W（500Ω） 120W（500Ω） 100W（1000Ω） 标准模式 宏模式 双 极：50W（100Ω） 80W（200Ω） 4、电源：单相交流 220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A. 5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm 6、净重：主机 9.5kg，脚踏开关：2.3kg. 7、使用条件：环境温度 5℃～40℃，湿度≤80% 8、CPU 单片机及 CPLD 高速可编程门阵列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调制型电刀。 9、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 10、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。 11、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 12、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。 13、安全装置：1. 具备计算机自检功能，故障代码显示告检。 14、安全装置：2. 除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 15、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 16、双电刀笔控制，能同时双人进行手术。

4	电动手术床	1 台	1、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移及刹车采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制。 2、台面可作纵向移动，与 C 型臂配套使用可进行射线诊查或拍片； 3、台面板采用高强度并可透 X 光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。 4、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。 5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间； 6、双控制器控制设有误操作的锁开关。手持操控器及立柱控制器采用 24V 直流电压，操作简便、安全可靠； 7、两套相互独立的微电脑处理器控制系统，确保手术床在一套系统发生故障时，启用另外一套备用系统。 8、手术台选用医用级 304 不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便； 9、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁； 10、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠； 11、台面可选配内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 12、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接 220V 交流电经电源器转变为 24V 直流电驱动电机动作。 13、启动平移功能时，床面必须处于水平状态。 技术参数： 1、台面长宽：2040（±20）×535（±20）mm； 2、台面高度：最低 720（±20）---最高 1030（±20）mm（电动）； 3、台面纵向平移：300mm（电动）； 4、台面左、右倾斜（侧倾）：≤20°（电动）； 5、台面前倾≤23° 后倾≤23°（电动）； 6、背板上折：≤83° 下折：≤17°（电动）； 7、头板上折≤28° 下折≤17°（手动）； 8、腿板上折≤15° 下折≤90° 外展 90° 可拆卸（手动）； 9、电动刹车； 10、腰桥升降 120mm（±10）；
---	-------	-----	--

四、标准规范及有关技术文件

货物配置清单

项目编号：FCZC2025-J1-810075-GXBH

项目名称：东兴市妇幼保健院康美中心设备采购项目

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	半导体激光治疗仪	1 台	武汉博激	DENLAS-10BP	武汉博激世纪科技有限公司	湖北武汉	1、类型:半导体激光 2、终端输出功率:0-10W, 连续可调 3、激光功率不稳定性:±1% 4、激光功率复现性:±1% 5、波长:980nm(±10nm) 6、光学技术:光学耦合技术 7、激光输出方式:连续、单脉冲、重复脉冲 8、脉冲宽度:1ms~1000ms 9、脉冲频率:0.5Hz~500Hz 10、光纤系统传输效率:≥85% 11、光束发散角:≤30° 12、传输系统:带 SMA-905 标准连接器的 200 μm、400 μm、600 μm 接触式及非接触式光纤和探头 13、出光定时调节范围:0-9999s, 连续可调 14、功率反馈功能:内置激光功率指示器, 可随时检测功率 15、瞄准光:红色指示光, 亮度可调 16、操作方式:高档精密彩色触摸液晶屏 17、冷却方式:风冷 18、安全分类:I 类 B 型
2	LED 手术灯	1 套	曲阜乐康	LK/LED-700/500	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司	山东曲阜	1、超长的使用寿命: 采用新型 LED 冷光源, 寿命可达 6 万小时以上, 无需更换灯泡。LED 光源优于传统卤素灯, 又能满足节能与环保的要求。

					司	2、完美的冷光效果： 采用新型 LED 冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升$\leq 1^{\circ}\text{C}$，几乎无温升。 3、理想的符合净化要求的外形设计： 全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。 4、▲一键切换灯光模式： 可通过控制器调节无影灯照度、色温，一键切换正常、深腔、浅表、腔镜模式，方便医护人员对不同手术照明需求快速操作。 5、▲RGB 色彩补偿功能： R：红色功能，饱和红色对应显色指数中的 R9，红色光有助于更好的分辨血管组织，采用 610NM 的红光可以促进伤口愈合，对皮肤感染具有治疗作用。 G：绿色功能，饱和绿色对应显色指数中的 R11，补偿 R11 值，使其值达到全光谱标准。 B：蓝色功能，饱和蓝色对
--	--	--	--	--	---	--



						应显色指数中的 R12，波长为 470NM 的蓝光具有抑制炎症的功 效，补偿 R12 值，使其值达到全 光谱标准。 红色、绿色、蓝色又称为三 原色光，使在长时间手术过程中 不易产生视觉疲劳，满足医护人 员的各种手术之需。 6、超强的深部照明，完美的无影效果： LED 灯头的整体设计使光束 聚集为一个高亮度的均匀光柱， 从而保证了柔和均匀的深部聚 集效果，保证手术对高亮度，高 深度的照明需求。 7、色温可调功能： 手术无影灯的色温从 3000K 到 5700K 可调，使诊断更加准确， 并且不会使医护人员因长时间 工作而产生眼睛疲劳。 8、良好的悬挂系统： 轻巧的优质平衡臂悬挂系 统（可选配进口臂），六组万向 关节联动，360 度全方位设计， 可满足手术中的各种高度、角度 和体位的需要，移动方便，定位 准确。 9、结构精巧的调焦系统： 具有手动调焦技术，操作简
--	--	--	--	--	--	---

						单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（$\leq 134^{\circ}\text{C}$）高温灭菌处理，具有独特的一键腔镜模式。 10、明亮均匀的照明： LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。照明深度：$\geq 1200\text{mm}$，最大辐照度$\leq 500\text{ W/m}^2/\leq 350\text{W/m}^2$。																																				
3	高频电刀	1台	常州 延陵	POWER-1480	1、仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 2、▲工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 3、输出功率： <table><tr><th>输出功率</th><th>标准模式</th><th>强热模式</th><th></th></tr><tr><td>非热纯切</td><td>200W(5000)</td><td>200W(5000)</td><td></td></tr><tr><td>非热凝一</td><td>200W(5000)</td><td>200W(5000)</td><td></td></tr><tr><td>非热凝二</td><td>200W(5000)</td><td>200W(5000)</td><td></td></tr><tr><td>非热凝三</td><td>200W(5000)</td><td>120W(5000)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>标准模式</td><td>非热模式</td><td>电凝模式</td></tr><tr><td>非热电凝</td><td>200W(5000)</td><td>120W(5000)</td><td>100W (10000)</td></tr><tr><td></td><td>标准模式</td><td>电凝式</td><td></td></tr><tr><td>电凝</td><td>200W(10000)</td><td>100W(20000)</td><td></td></tr></table> 4、电源：单相交流220V$\pm 22\text{V}$，50HZ$\pm 1\text{HZ}$，最大电流$\leq 4\text{A}$。 5、外形尺寸：450mm$\times$355mm$\times$175mm 6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：	输出功率	标准模式	强热模式		非热纯切	200W(5000)	200W(5000)		非热凝一	200W(5000)	200W(5000)		非热凝二	200W(5000)	200W(5000)		非热凝三	200W(5000)	120W(5000)			标准模式	非热模式	电凝模式	非热电凝	200W(5000)	120W(5000)	100W (10000)		标准模式	电凝式		电凝	200W(10000)	100W(20000)		
输出功率	标准模式	强热模式																																								
非热纯切	200W(5000)	200W(5000)																																								
非热凝一	200W(5000)	200W(5000)																																								
非热凝二	200W(5000)	200W(5000)																																								
非热凝三	200W(5000)	120W(5000)																																								
	标准模式	非热模式	电凝模式																																							
非热电凝	200W(5000)	120W(5000)	100W (10000)																																							
	标准模式	电凝式																																								
电凝	200W(10000)	100W(20000)																																								

						2.3kg. 7、使用条件：环境温度 5℃～40℃，湿度≤80% 8、CPU 单片机及 CPLD 高速可编程门阵列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。 9、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 10、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。 11、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 12、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。 13、安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 14、安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质
--	--	--	--	--	--	---



						量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 15、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 16、双电刀笔控制，能同时双人进行手术。
4	电动手术床	1 台	曲阜乐康	LK/DS-41	曲阜乐康医疗设备科技有限公司 山东曲阜	1、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移及刹车采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制。 2、台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片； 3、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。 ▲4、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。 5、头腿板可拆卸，腿板可

						手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间； 6、双控制器控制设有误操作的锁开关。手持操控器及立柱控制器采用 24V 直流电压，操作简便、安全可靠； ▲7、两套相互独立的微电脑处理器控制系统，确保手术床在一套系统发生故障时，启用另外一套备用系统。 8、手术台选用医用级 304 不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便； 9、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁； 10、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠； 11、台面可选配内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 12、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接 220V 交流电经电源器转变为 24V 直流电驱动电机动作。 13、启动平移功能时，床面必须处于水平状态。 技术参数：
--	--	--	--	--	--	---



							1、台面长宽：2040（±20） ×535（±20）mm； 2、台面高度：最低 720(±20)——最高 1030(±20)mm（电 动）； 3、台面纵向平移：300mm（电 动）； 4、台面左、右倾斜（侧倾）： ≤20°（电动）； 5、台面前倾≤23° 后倾≤ 23°（电动）； 6、背板上折：≤83° 下折： ≤17°（电动）； 7、头板上折≤28° 下折≤ 17°（手动）； 8、腿板上折≤15° 下折≤ 90° 外展 90° 可拆卸（手动）； 9、电动刹车； 10、腰桥升降 120mm（±10）；
--	--	--	--	--	--	--	---

备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配
置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、
数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：陈遵浪

供应商（电子签章）：江西神彩贸易有限公司

日期：2025 年 7 月 30 日





医疗器械经营许可证

统一社会信用代码: 91360405MACF56KJ9X

许可证编号：赣九药监械经营许20230222号

法定代表人:陈遵浪

企业名称：江西神彩贸易有限公司

住 所：江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号 企业负责人：陈遵浪

经营场所：江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号 经营方式：批发；

库房地址：江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号

[illegible]

许可期限：自 2023 年 12 月 11 日 发证部门：九江市行政审批局

至 2028 年 12 月 10 日 发证日期：2023 年 12 月 11 日

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：赣九药监械经营备20230529号

企业名称	江西神彩贸易有限公司
统一社会信用代码	91360405MACF56KJ9X
法定代表人	陈遵浪
企业负责人	陈遵浪
住 所	江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号
经营方式	批发
经营场所	江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号
库房地址	江西省九江市共青城市江益镇益民路126-2号
经营范围	2017年分类目录-II类：01有源手术器械；02无源手术器械；03神经和血管手术器械；04骨科手术器械；05放射治疗器械；06医用成像器械；07医用诊察和监护器械；08呼吸、麻醉和急救器械；09物理治疗器械；10输血、透析和体外循环器械；11医疗器械消毒灭菌器械；14注射、护理和防护器械；15患者承载器械；16眼科器械；17口腔科器械；18妇产科、生殖、避孕器械；19医用康复器械（19-01认知言语视听障碍康复设备除外）；20中医器械；21医用软件；22临床检验器械；6840（不含体外诊断试剂）



备案部门（公章）：九江市市场监督管理局

备案日期：2023-12-20

1. 半导体激光治疗仪制造商相关证明材料

医疗器械生产许可证



许可证编号：鄂食药监械生产许20110348号

生产地址：武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医械园58栋A、B单元5、6层

生产范围：三类：6824医用超声诊断设备；二类：6824医用超声诊断设备；01-02超声手术设备及其附件；03-03超声治疗设备。

招标用

招标用



住所：武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医械园58栋A、B单元5、6层

发证部门：武汉市卫生健康委员会

招标用



2021 年 4 月 12 日

有效期至：至 2025 年 8 月 19 日

武汉市卫生健康委员会

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20174010507

注册人名称	武汉德恩科技有限公司
注册人住所	武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B8栋
生产地址	武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B8栋A、B单元5、6层
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	半导体激光治疗仪
型号、规格	DENLAS-10SM、DENLAS-10SP
结构及组成	产品由主机和脚踏开关组成，主机包含半导体激光器、电源系统及控制装置、安全防护装置。
适用范围	在医疗机构中使用，用于人体软组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗口腔牙龈组织增生的目的。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注准20173241507

审批部门：

批准日期：二〇二二年五月十八日

生效日期：二〇二二年十一月十四日

有效期至：二〇二七年十一月十三日

东兴市妇幼保健院



[illegible]

统一社会信用代码
91370681065904254L

(副本) 2-1

照
执
业
营



打道回府。主休使
出动了變更事假
記，各案，并
元，假冒信息。
本論更多相關理

名称	曲阳永源隆	统一社会信用代码	91130726071202673
类型	股份有限公司	登记机关	曲阳县市场监督管理局
法定代表人	王学军	住所	阜平路100号
成立日期	2013年04月02日	注册资本	壹仟捌佰壹拾捌万元整

[illegible]

登记机关

2025 年 01 月 09 日

國家企業信用情報公示系統網址:

市场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督检验检疫总局

医疗器械生产许可证

许可证编号: 鲁食药监械生产许 20160016 号

企业名称: 曲阜乐康医疗科技股份有限公司 生产地址: 曲阜市金兰路南首路东

法定代表人: 魏子强

企业负责人: 魏子强

生产范围:
2017 年分类目录: II 类: 01-08 手术照明设备, 15-01 手术台,
15-03 医用病床

住所: 曲阜市金兰路南首路东

发证部门: 山东省药品监督管理局

有效期限: 至 2026 年 05 月 10 日 发证日期: 2022 年 03 月 11 日

国家药品监督管理局制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号	鲁宁食药监械经营备 20180198 号
企业名称	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91370881065904254L
法定代表人	魏志强
企业负责人	魏志强
住 所	曲阜市金兰路南首路东
经营方式	批零兼营
经营场所	曲阜市金兰路南首路东
库房地址	曲阜市金兰路南首路东
经营范围	II 类:01 有源手术器械, 02 无源手术器械, 15 患者承载器械。(植入、介入类医疗器械除外)

备案部门 (公章):

备案日期: 2023 年 10 月 31 日

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：鲁械注准 20152010524

注册人名称	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司
注册人住所	曲阜市金兰路南首路东
生产地址	曲阜市金兰路南首路东
代理人名称	-
代理人住所	-
产品名称	LED无影灯
型号、规格	LK/LED-700/500、LK/LED-700/700、LK/LED-500、LK/LED-700。
结构及组成	产品主要由底座、旋转臂直灯管、平衡臂、Y型管、灯体、调光电路系统所组成；灯体由灯壳、灯帽、LED灯珠反射光路系统所组成；调光电路系统由熔断器、开关电源和微电脑调光器及调色温装置组成；LED灯珠反射光路系统由LED灯珠、灯底座、灯座盘、灯杯透镜组成。
适用范围	主要适用于医疗机构手术室为病人手术时照明用。
附件	产品技术要求；鲁械注准 20152010524
其他内容	
备注	原医疗器械注册证编号：鲁械注准 20152540524

审批部门：山东省药品监督管理局

批准日期：2015年10月20日

有效期至：2020年10月19日

注册证编号





医疗器械生产许可证



许可证编号： 苏药监械生产许20010343号

統一社會信用代碼: 91320412137328111Q

企业名称:

作者：[美] 詹姆斯·C. 麦卡锡 著

法定代表人：

7 李士

江苏省人力资源和社会保障厅 苏人社发〔2019〕10号

企业负责人：克瑞国

地址

天宁区图书馆1号内1号楼层

层、二层、五层、2号楼五层、3号楼四层、五层

生 产 范 围

附录01 系统附件清单

生 产 范 围：01-03为铸造附属技术设备及附件，02-03为其他铸锭生产设备及附件，02-03为其他铸锭生产设备及附件，02-03为其他铸锭生产设备及附件。14-04由山阳县、19-02的测量设备制造

2020 年 09 月 25 日

发证部门：

江蘇省社會科學院

至 2025 年 3 月 31 日

发证日期: ..

田
○
氏



医疗器械生产许可证
(副本)



许可证编号: 苏药监械生产许 20010343 号

统一社会信用代码: 91320402137328111Q

发证部门: 江苏省药品监督管理局



2022 年 09 月 15 日

企业名称: 常州市延陵电子设备有限公司

法定代表人: 范维国

企业负责人: 范维国

住 所: 江苏武进经济开发区顺泰路25号

生产地址: 生产地址1: 天宁区团结路11号内1号楼
一层、二层、五层, 2号楼五层, 3号楼
四层、五层

生产范围: 01-01-03 超声电子设备及附件
01-01-03 超声电子设备及附件, 01-03 超声
-其他器械, 14-04-01 超声, 19-03 超声及超声器械

许可期限: 自 2020 年 04 月 25 日
至 2025 年 04 月 24 日



变更记录

变更内容: 法定代表人变更:由“范维国”变更为“范维国” 生产地址变更:由“生产地址1: 天宁区团结路11号内1号楼一层、二层、五层, 2号楼五层, 3号楼四层, 五层”变更为“天宁区团结路11号内1号楼一层、二层、五层, 2号楼五层, 3号楼四层, 五层”	年月日
变更内容:	年月日
变更内容:	年月日



变更记录

变更内容:	年月日
变更内容:	年月日
变更内容:	年月日

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20163012111

注册人名称	常州市延陵电子设备有限公司
注册人住所	江苏武进经济开发区稻香路23号
生产地址	常州市郑陆和平工业园区恒安路
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	高频电刀
型号、规格	POWER-420B、POWER-420A、POWER-420X、POWER-420X2、POWER-420M、POWER-420BM、POWER-420M2
结构及组成	产品组成：高频主机：POWER-420B、POWER-420A、POWER-420X、POWER-420X2、POWER-420M、POWER-420BM、POWER-420M2；手控刀：YL99A；脚控刀：YL99C；双极镊子：FC01；中性电极：YLSP；极板夹头：LI01；脚踏开关：YLFS-01（双脚踏）、YLFS-02（单脚踏）。
适用范围	用于对人体组织进行切割、凝血或两者兼用的手术中。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注准20163252211

审批部门：国家药品监督管理局

核准日期：二〇一六年三月九日
有效期至：二〇二一年三月九日

中华人民共和国

医疗器械注册变更文件

注册证编号：国械注准20163012111

产品名称	高频电刀
变更内容	常州市医疗器械有限公司 “生产地址：常州市郑陆和平工业园区恒安路”变更为“生产地址：常州市郑陆和平工业园区恒安路天宁区团结路11号内1号楼一层、二层、五层，2号楼五层，3号楼四层，五层”。
备 注	常州贸易有限公司 本文件与“国械注准20163012111”注册证共同使用。

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇一六年十一月十一日

医疗器械
注册专用章

[illegible]

统一社会信用代码
91370881065904254L

(副本) 2-1

照执业指



打獵市場上供應
量減了兩成多費
已。專家、作
司、假冒信息。
本局更多利用國

[illegible]

住所	白草市金兰路南侧路东
成立日期	2013年04月03日
注册资本	叁仟捌佰壹拾捌万元整

巨源公司

登记机关

2025 年 01 月 09 日

國家企業信用情報公示系統網址:

<http://www.gst.gov.au>

该城主体应处于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

医疗器械生产许可证

许可证编号:鲁食药监械生产许20160016号

企业名称:曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 生产地址:曲阜市金兰路南首路东

法定代表人:魏宇强

企业负责人:魏宇强

生产范围:
2017 年分类目录:Ⅱ类: 01-08 手术照明设备, 15-01 手术台,
15-03 医用病床

住所:曲阜市金兰路南首路东

发证部门:山东省药品监督管理局

有效期至:至 2026 年 05 月 10 日 发证日期:2022 年 03 月 11 日

国家药品监督管理局制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号	鲁宁食药监械经营备 20180198 号
企业名称	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91370881065904254L
法定代表人	魏金强
企业负责人	魏金强
住 所	曲阜市金兰路南首路东
经营方式	批零兼营
经营场所	曲阜市金兰路南首路东
库房地址	曲阜市金兰路南首路东
经营范围	II 类:01 有源手术器械, 02 无源手术器械, 15 患者承载器械。(植入、介入类医疗器械除外)

备案部门(公章):

备案日期: 2023 年 10 月 31 日

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：鲁械注准 20152010522

注册人名称	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司
注册人住所	曲阜市金兰路南首路东
生产地址	曲阜市金兰路南首路东
代理人名称	-
代理人住所	-
产品名称	电动手术台
型号、规格	LK/DS-IV、LK/DS-VII、LK/DS-VI。
结构及组成	手术台由床体和附件（臂托、腿托、肩卡、腰卡、麻醉输液架、牵引架）组成。
适用范围	该产品适用于医疗机构手术中患者身体支撑。
附件	产品技术要求：鲁械注准 20152010522
其他内容	
备注	原医疗器械注册证编号：鲁械注准 20152540522

审批部门：山东省药品监督管理局

注册日期：2020 年 09 月 29 日

有效期至：2025 年 09 月 28 日

（审批部门盖章）

