

南京科联科医疗设备有限公司

合

同



项目编号：GLZC2025-G1-990484-GXJL

项目名称：桂林市中西医结合医院医疗设备一批采购项目

采购单位：桂林市中西医结合医院

供应单位：南京科联科医疗设备有限公司

合同书

采购单位（甲方）： 桂林市中西医结合医院

供 应 商（乙方）： 南京科联科医疗设备有限公司

签 订 地 点： 桂林市中西医结合医院

第一条 合同标的及合同金额

1、供货一览表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	智能采血管贴标系统	科联科医疗	KLKROB08	南京科联科医疗设备有限公司	1	套	246600.00	246600.00
人民币合计金额（大写）贰拾肆万陆仟陆佰元整（小写）¥246600.00 元								

第一条 交付和验收

1. 交货时间：合同签订之日起 14 个日历日内交货并完成安装调试、地点：桂林市中西医结合医院

（乙方将货物运送至甲方要求的指定地点，并经安装调试可投入正常使用，视为乙方完成交货）

2. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。如不一致甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在完成交货后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单三份并加盖采购单位公章，甲方执二份，乙方执一份。

5. 设备项目安装完成后，试用过后，可以安排验收，最终验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。

7. 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（函运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第二条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在接到甲方通知后的 5 个工作日内及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，每逾期 1 日需向甲方支付货款额 3% 违约金。逾期超 7 日的，甲方有权解除合同。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

第四条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：5 年。

第五条 付款方式

验收合格后，乙方开具合法有效的增值税发票或普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额 95%，剩余 5% 在质保期结束后支付（无息）。

第六条 合同争议解决及其他

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

3. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

5. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

6. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条 合同生效

1. 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

甲方（公章）桂林市中西医结合医院	乙方（公章）南京科联科医疗设备有限公司
单位地址：桂林市七星区半塘路6号	单位地址：南京市江北新区中山科技园科创大道9号A9幢第四层
法定代表人：明蒋印福	法定代表人：孙晓静
委托代理人：[Signature]	委托代理人：曾琳玲
电话：	电话：025-57671900
开户名称：桂林市中西医结合医院	开户名称：南京科联科医疗设备有限公司
开户银行：交通银行桂林开发区支行	开户银行：北京银行南京草场门大街支行
账号：453008020010470009088	账号：20000051883200061025249
邮政编码：541004	邮政编码：211505
经办人：黄喜凤	经办人：孙晓静
年 月 日	年 月 日

技术偏离表

项号	标的名称	招标文件技术要求	投标人的响应内容	偏离说明
1	智能采血管贴标系统	一、智能贴标机	智能贴标机，型号：KLKROB08	无偏离，详见第 54 页
2		▲1、备管方式：全自动桌面式，一带一方式，自动选择采血管，自动打印粘贴标签，全程无需人工干预；（投标时以提供实物图片及通过 CMA 或 CNAS 认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章为准）	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，采用全自动桌面式，一带一方式，自动选择采血管、自动打印粘贴标签，全程无需人工干预	无偏离，详见第 20 页
3		▲2、备管主机宽度<25cm、备管主机高度<45cm、备管主机深度<65cm，以匹配现有场地尺寸要求，保证采血工作人员合适的采血操作空间；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，备管主机宽 22cm、备管主机高 42.8cm、备管主机深 63.1cm，以匹配现有场地尺寸要求，保证采血工作人员合适的采血操作空间	无偏离，详见第 21 页
4		3、处理能力：单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合速度≥1400 管/小时；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合速度≥1400 管/小时	无偏离，详见第 31 页
5		4、打印模块移出设计：打印机模块可从主机侧面旋转移出，方便换纸，方便打印模块维护；（投标时以提供设备打印模块从主机侧面旋转移出方便换纸的实物图片及通过 CMA 或 CNAS 认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章为准）	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，打印机模块可从主机侧面旋转移出，方便换纸，方便打印模块维护	无偏离，详见第 31 页
6		5、模块集成打印机分辨率：≥300DPI；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，模块集成打印机分辨率 300dpi	无偏离，详见第 32 页
7		6、装载容量：整机装载≥320 支采血管，并可配置试管装载支架；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，整机可装载 320 支采血管，并可配置试管装载支架	无偏离，详见第 32 页
8		7、试管仓设计：试管仓侧面打开设计，可侧面加管，异常时可从侧面观察试管仓底部；（投标时以提供设备侧方便捷开盖，加管及指引出侧面观察试管仓底部实物图片并加盖投标人公章为准）	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，试管仓采用侧面打开设计，可侧面加管，异常时可从侧面观察试管仓底部	无偏离，详见第 32 页
9		▲8、在线采血管仓：单台模块在线装载采血管仓≥8 个仓，支持同时在线	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，单台模块在线装载采血管	无偏离，详见第 23 页

		装载采血管种类≥8 种类;提供设备单台模块在线装载采血管仓≥8 个仓;	仓 8 个仓, 支持同时在线装载采血管种类 8 种类	页
10		9、连续不停机装载: 上方装管下方通道取管, 开放式试管仓, 加管无需取出试管仓, 具备中途不停机, 随时连续装载采血管功能;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 采用上方装管下方通道取管, 开放式试管仓, 加管无需取出试管仓, 具备中途不停机, 随时连续装载采血管功能	无偏离, 详见第 32 页
11		★10、试管要求: 试管开放; 规格直径 12-18mm, 长度 75-100mm; 橡胶盖、塑胶盖、无盖、符合要求的尿管均可上机使用;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 试管开放; 规格直径 12-18mm, 长度 75-100mm; 橡胶盖、塑胶盖、无盖、符合要求的尿管均可上机使用	无偏离, 详见第 54 页
12		▲11、标签装载量: 单台主机模块, 一次性在线标签装载量≥1500 个标贴/卷*2 卷(共 3000 个标贴); (投标时以提供设备主机打印机装载标签纸数量实物图片并加盖投标人公章为准)	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 单台主机模块, 一次性在线标签装载量≥1500 个标贴/卷*2 卷(共 3000 个标贴)	无偏离, 详见第 24 页
13		12、标签格式: 标签打印格式能够随意设定, 支 90/180/270 度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 标签打印格式能够随意设定, 支 90/180/270 度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正	无偏离, 详见第 33 页
14		13、标签粘贴: 每种试管可单独设定不同的标签粘贴位置高度, 以适应不同品牌类型检验设备的要求, 同时可通过设备的软件界面随时进行便捷的灵活调整、设定;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 每种试管可单独设定不同的标签粘贴位置高度, 以适应不同品牌类型检验设备的要求, 同时可通过设备的软件界面随时进行便捷的灵活调整、设定	无偏离, 详见第 33 页
15		14、双打印机: 集成内置式双热敏打印机, 一台自动打印粘贴试管, 一台自动打印切标; 中文、英文标准字库, 支持免费升级; 支持条码类型和文字类型, 支持特殊容器标签打印功能;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 集成内置式双热敏打印机, 一台自动打印粘贴试管, 一台自动打印切标; 中文、英文标准字库, 支持免费升级; 支持条码类型和文字类型, 支持特殊容器标签打印功能	无偏离, 详见第 34 页
16		▲15、取管方式: 水平置管, 上进下出平躺预置式取管, 非机械臂抓取管, 装管、选管、贴管全程试管均水平躺置, 支持所有厂家品牌试管; (投标时以提供设备使用水平装管、水平贴管的实物图片并加盖投标人公章为准)	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 取管方式为水平置管, 上进下出平躺预置式取管, 非机械臂抓取管, 装管、选管、贴管全程试管均水平躺置, 支持所有厂家品牌试管	无偏离, 详见第 25 页
17		16、覆盖粘贴功能: 可检测原管标签, 并原位覆盖粘贴;	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求, 可检测原管标签, 并原位	无偏离, 详见第 34 页

			覆盖粘贴	页
18		▲17、自动换纸功能：内置的双热敏打印机，均具备一键自动换纸功能，新标签纸卷的安装无需打开打印头、穿纸调校等繁琐操作；（投标时以提供设备一键自动换纸功能实物图片及通过 CMA 或 CNAS 认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章为准）	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，内置的双热敏打印机，均具备一键自动换纸功能，新标签纸卷的安装无需打开打印头、穿纸调校等繁琐操作	无偏离，详见第 26 页
19		18、试管及标签处理设计：患者的所有采血管和额外的非装载试管标签自动打印并从同一出口掉入同一个试管盒，操作更简单，同时避免采血遗漏；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，具备患者的所有采血管和额外的非装载试管标签自动打印并从同一出口掉入同一个试管盒，操作更简单，同时避免采血遗漏	无偏离，详见第 35 页
20		19、报警异常图文提示：根据故障等级，具备分级报警功能，在主机集成的嵌入式控制一体机中报警，且具备故障排除操作图文提示界面；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，可根据故障等级，具备分级报警功能，在主机集成的嵌入式控制一体机中报警，且具备故障排除操作图文提示界面	无偏离，详见第 35 页
21		▲20、嵌入式集成控制一体机：贴标主机正面有集成嵌入式一体机（非外接），屏幕≥10.5 英寸，彩显，可触控；（投标时以提供生产厂家对外公开发布的操作手册或产品彩页或通过 CMA 或 CNAS 认证第三方检测机构出具的检测报告或印刷版技术白皮书或注册证信息有效技术支持证明文件并加盖投标人公章为准）；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，贴标主机正面有集成嵌入式一体机（非外接），屏幕 10.5 英寸，彩显，可触控	无偏离，详见第 28 页
22		21、易维护贴管模块：贴管模块无需拆卸螺丝即可整体旋转打开，方便清洁维护；	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，贴管模块无需拆卸螺丝即可整体旋转打开，方便清洁维护	无偏离，详见第 36 页
23		▲22、工作提示：工作中，主机集成的嵌入式控制一体机中能提示当前患者的总管数及实时完成的管数；（投标时以提供设备使用中主机集成的嵌入式控制一体机中能提示当前患者的总管数及实时完成的管数实物图片并加盖投标人公章为准）	我司提供的智能贴标机满足招标文件技术要求，工作中，主机集成的嵌入式控制一体机中能提示当前患者的总管数及实时完成的管数	无偏离，详见第 30 页
24		二、护士终端一体机	护士终端一体机，型号配套定制	无偏离，详见第 36 页
25		1、桌面终端：尺寸：≥13.3 英寸；多点电容式触摸屏；WIN10 系统；≥1920*1080 分辨率；集成智能采血终	我司提供的护士终端一体机满足招标文件技术要求，桌面终端尺寸 15.6 英寸；多点电容式触摸屏；WIN10 系	无偏离，详见第 36 页

	端控制软件；扫描枪接口：RS 串口或 USB；	统；1920*1080 分辨率；集成智能采血终端控制软件；扫描枪接口：RS 串口或 USB	
26	2、桌上台配置：集成屏幕可旋支架、条码固定座、备用打印机固定位、采血用具摆放位、备用采血管架等，金属烤漆材质，高度≤40cm；宽度≤15cm；	我司提供的护士终端一体机满足招标文件技术要求，桌上台配置集成屏幕可旋支架、条码固定座、备用打印机固定位、采血用具摆放位、备用采血管架等；金属烤漆材质；高 40cm；宽 15cm	无偏离，详见第 37 页
27	3、安装方式：桌面式放置。	我司提供的护士终端一体机满足招标文件技术要求，安装方式采用桌面式放置	无偏离，详见第 37 页
28	三、条码扫描仪	条码扫描仪，型号配套定制	无偏离，详见第 37 页
29	1、扫描方式：CMOS；	我司提供的条码扫描仪满足招标文件技术要求，采用 CMOS 扫描方式	无偏离，详见第 37 页
30	2、使用方式：固定、手持；	我司提供的条码扫描仪满足招标文件技术要求，使用方式为固定或手持	无偏离，详见第 37 页
31	3、接口：RS-232，USB；	我司提供的条码扫描仪满足招标文件技术要求，配备 RS-232，USB 接口	无偏离，详见第 37 页
32	4、识读码制：支持一维码、二维码；	我司提供的条码扫描仪满足招标文件技术要求，支持一维码、二维码识读码制	无偏离，详见第 37 页
33	四、窗口叫号显示屏	窗口叫号显示屏，型号配套定制	无偏离，详见第 38 页
34	1、分辨率：≥1920*1080；≥2 个 USB2.0 端口/集成以太网卡/支持无线 WIFI/支持立体声音频输出/HDMI/AUDIO；	我司提供的窗口叫号显示屏满足招标文件技术要求，分辨率：≥1920*1080；≥2 个 USB2.0 端口/集成以太网卡/支持无线 WIFI/支持立体声音频输出/HDMI/AUDIO	无偏离，详见第 38 页
35	2、尺寸≥32 寸	我司提供的窗口叫号显示屏满足招标文件技术要求，尺寸 32 寸	无偏离，详见第 38 页
36	3、显示比列≥16：9	我司提供的窗口叫号显示屏满足招标文件技术要求，显示比列 16：9	无偏离，详见第 38 页
37	4、亮度≥250cd/m2	我司提供的窗口叫号显示屏满足招标文件技术要求，亮度 250cd/m2	无偏离，详见第 38 页

38	五、排队信息综合显示屏	排队信息综合显示屏，型号配套定制	无偏离， 详见第 39 页
39	1、分辨率：≥1920*1080；智能主板：≥2 个 USB2.0 端口/集成以太网卡/支持无线 WIFI/支持立体声音频输出/HDMI；	我司提供的排队信息综合显示屏满足招标文件技术要求，分辨率：≥1920*1080；智能主板：2 个 USB2.0 端口/集成以太网卡/支持无线 WIFI/支持立体声音频输出/HDMI	无偏离， 详见第 39 页
40	2、LED 液晶屏，显示尺寸≥60 英寸	我司提供的排队信息综合显示屏满足招标文件技术要求，采用 60 英寸的 LED 液晶显示屏	无偏离， 详见第 39 页
41	3、显示比例：16:9；	我司提供的排队信息综合显示屏满足招标文件技术要求，显示比例：16:9	无偏离， 详见第 39 页
42	4、亮度：≥250cd/m²；	我司提供的排队信息综合显示屏满足招标文件技术要求，亮度 250cd/m²	无偏离， 详见第 39 页
43	六、采血叫号系统	采血叫号系统，型号配套定制	无偏离， 详见第 39 页
44	1、患者就诊缴费后在自助排队终端上取号排队。	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，患者就诊缴费后在自助排队终端上取号排队	无偏离， 详见第 39 页
45	2、具有过号处理和应急处理功能	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具有过号处理和应急处理功能	无偏离， 详见第 39 页
46	3、多种优先排队策略，可根据用户需求定制，特殊照顾患者可优先采血，叫号系统根据规定提前插队叫号，如老人、小孩、军人等，实现人性化智能叫号。	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具备多种优先排队策略，可根据用户需求定制，特殊照顾患者可优先采血，叫号系统根据规定提前插队叫号，如老人、小孩、军人等，实现人性化智能叫号	无偏离， 详见第 39 页
47	4、大屏可展示窗口号、正在采血、等待采血等信息，内容可定制；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，大屏可展示窗口号、正在采血、等待采血等信息，内容可定制	无偏离， 详见第 39 页
48	5、语音叫号软件：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具备国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果	无偏离， 详见第 40 页
49	6、触发叫号方式：软件控制自动触发叫号；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具备软件控制自动触发叫号	无偏离， 详见第 40 页

50	7、重复呼叫：具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能	无偏离，详见第 40 页
51	8、转发呼叫：具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者	无偏离，详见第 40 页
52	9、糖耐量多次智能叫号：支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能	无偏离，详见第 40 页
53	10、叫号显示：可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息；	我司提供的采血叫号系统满足招标文件技术要求，可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息	无偏离，详见第 40 页
54	七、智能采血贴标系统	智能采血贴标系统，型号配套定制	无偏离，详见第 41 页
55	1、系统组成：能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，具备完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能	无偏离，详见第 41 页
56	2、排队管理软件：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及 LED 显示屏的同步控制和管理；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，具备通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及 LED 显示屏的同步控制和管理	无偏离，详见第 41 页
57	3、登记功能：自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息等内容)，自动打印非血标签功能，触屏控制功能，自动扣费，自动审核收费、拒止未收费患者登记采血功能，刷卡一步最简化快捷操作流程；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，具备自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息等内容)，自动打印非血标签功能，触屏控制功能，自动扣费，自动审核收费、拒止未收费患者登记采血功能，刷卡一步最简化快捷操作流程	无偏离，详见第 41 页
58	4、分时段多规则优先设置：具备急诊优先功能，老人优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，具备急诊优先功能，老人优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段	无偏离，详见第 41 页
59	5、登记功能：具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量	无偏离，详见第 41 页

60	6、查询统计功能：软件可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种查询统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，支持软件针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种查询统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表	无偏离，详见第 41 页																																																								
61	7、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求	无偏离，详见第 42 页																																																								
62	8、应急终端功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血永不停止；	我司提供的智能采血贴标系统满足招标文件技术要求，在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血永不停止	无偏离，详见第 42 页																																																								
63	八、配置清单		配置清单	无偏离，详见第 44 页																																																							
64	<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>产品配置</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>标本采集管理系统</td><td>SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">采血叫号系统</td><td>32 寸取号排队机</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>语音播报系统</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>取号排队软件</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>窗口显示屏 32 寸</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>等候显示屏 60 寸</td><td>个</td><td>1</td></tr></table>		序号	项目	产品配置	单位	数量	1	标本采集管理系统	SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等	套	1	2	采血叫号系统	32 寸取号排队机	套	1	语音播报系统	套	1	取号排队软件	套	1	窗口显示屏 32 寸	个	3	等候显示屏 60 寸	个	1	<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>产品配置</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>标本采集管理系统</td><td>SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">采血叫号系统</td><td>32 寸取号排队机</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>语音播报系统</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>取号排队软件</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>窗口显示屏 32 寸</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	序号	项目	产品配置	单位	数量	1	标本采集管理系统	SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等	套	1	2	采血叫号系统	32 寸取号排队机	套	1	语音播报系统	套	1	取号排队软件	套	1	窗口显示屏 32 寸	个	3					无偏离，详见第 44 页
序号	项目	产品配置	单位	数量																																																							
1	标本采集管理系统	SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等	套	1																																																							
2	采血叫号系统	32 寸取号排队机	套	1																																																							
		语音播报系统	套	1																																																							
		取号排队软件	套	1																																																							
		窗口显示屏 32 寸	个	3																																																							
		等候显示屏 60 寸	个	1																																																							
序号	项目	产品配置	单位	数量																																																							
1	标本采集管理系统	SCMS 系统 Y 含主控模块、自助登记、项目自动筛选判定模块、叫号预叫号多规则优先排队模块、中央调度模块、数据分析及输出模块、应急处理及语音广播模块等	套	1																																																							
2	采血叫号系统	32 寸取号排队机	套	1																																																							
		语音播报系统	套	1																																																							
		取号排队软件	套	1																																																							
		窗口显示屏 32 寸	个	3																																																							

		3	智能 采血 窗口 模块 系统	桌面触摸 式核对终 端	台	3			等候显示 屏 60 寸	个	1	
				采血桌	套	3		3	智能 采血 窗口 模块 系统	桌面触摸 式核对终 端	台	3
				扫描器	个	3				采血桌	套	3
				应急标签 打印单元	台	3				扫描器	个	3
										应急标签 打印单元	台	3
		4	智能 贴标 主机	贴标主机	台	3		4	智能 贴标 主机			
										贴标主机	台	3