

政府采购货物买卖合同

项目名称：钟山县妇幼保健院母胎监护仪采购

合同编号：HZZC2025-J1-220060-GDQZ

甲 方：钟山县妇幼保健院

乙 方：南宁杰麦康商贸有限公司

签订时间：



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、 创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目 具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、 分包主要内容等信息的，可 根据采购项目具体情况添加信息项。

政府采购合同协议书

甲方（全称）：钟山县妇幼保健院（采购人）

乙方（全称）：南宁杰麦康商贸有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 钟山县妇幼保健院母胎监护仪采购

采购项目编号: HZZC2025-J1-220060-GDQZ

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：产科中央监护软件1套、母亲/胎儿多参数监护仪8套

品牌: 广州莲印 规格型号: 0bVue、LM-F3 plus

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是
☒否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是
☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: 无

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具 体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：580000.00

大写：伍拾捌万元整

分包金额（如有）小写：无

大写：无

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：所有产品供货至指定地点且安装调试完毕，经甲方验收小组验收合格并对甲方指定的使用人员培训合格、乙方提供发票之日起30个工作日内甲方支付合同款项的 80%给乙方，剩余 20%验收合格 1 年内支付完毕。

1. 如发生卖方违约情形的, 买方每付款次序中可先扣除卖方应支付的违约金或赔偿金, 但扣除部分金额不应体现在卖方出具的发票金额中。

2. 买方按照以上付款的前提是收到卖方付款申请, 且卖方在申请付款时应按买方要求出具等额发票, 否则 买方付款时间可以顺延至收到发票之日起 15 个工作日内。

□分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：无。（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

□绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年7月30日, 完成日期: 2026年7月30日。

(2) 履约地点: 甲方指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是 落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 按照招标文件验收标准及规范执行

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或 歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的 其他文件

6. 合同生效

本合同自双方于“广西政府采购云平台”系统签字盖章后生效。

7. 合同份数

合同订立时间: 在线签章最终完成时间即为签订时间 合同订立地点:

采购人指定地点

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	贺州市钟山县钟山镇西路35-2号	住 所	南宁市国凯大道东19号金凯工业园14栋5楼526
联 系 人	杨继棒	联 系 人	文艺
联系电话	18406715858	联系电话	18677173800
通信地址	贺州市钟山县钟山镇西路35-2号	通信地址	南宁市国凯大道东19号金凯工业园14栋5楼526
邮政编码	542699	邮政编码	530031
电子邮箱	1113510792@qq.com	电子邮箱	55371871@qq.com
统一社会信用代码	124511224993198967	统一社会信用代码	91450100MA5N3CX9XQ
开户名称	钟山县妇幼保健院	开户名称	南宁杰麦康商贸有限公司
开户银行	农行钟山县支行	开户银行	中国农业银行南宁市南湖支行
银行账号	20329101040001133	银行账号	2001 2101 0400 49258
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释, 见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中, 甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点, 按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后, 甲方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查, 并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划, 并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复, 并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收, 未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的, 视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款, 不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由, 拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后, 乙方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约, 充分合理安排, 确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 配合甲方的履约检查及验收, 并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在 **【政府采购合同专用条款】** 规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在 **【政府采购合同专用条款】** 规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。

甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应

当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同 专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训直至熟练；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供

适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体 要 求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲 方 提出异议 或作出 说明 的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担 的 其他义务 和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担 的 其他义务 和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义 务 的 顺 序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺 陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保 密 的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支 付 时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金 不予退还的 情形	

第二节 第 13.3 款	履约保证金 退 还时间及 逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更 换相关具 体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔 偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的 方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_ 2_种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申 请仲裁，仲裁地点 为_____； (2) 向钟山县人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

中标通知书

中标(成交)通知书

南宁杰麦康商贸有限公司:

经评定,编号为HZZC2025-J1-220060-GDQZ采购文件中的钟山县妇幼保健院母胎监护仪采购-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为580000元。

自此通知书发出之日起25天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:杨继棒

电话:18406715858

代理机构联系人:陈工

电话:13607841895

广东确正工程咨询有限公司

2025年07月11日

投标（响应）文件

（一）竞标人技术承诺（竞标产品参数（技术性能指标）偏离）

（1）竞标产品参数（技术性能指标）偏离表

序号	标的	采购参数（技术性能指标）	竞标响应（品牌型号，详细参数（性能指标））	偏离说明
1	产科中央监护软件	1、系统支持主流WiFi网络/有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网，如医院现有网络不能满足需求，需另外自行组网，连接网络内母胎监护设备，实现数据统一管理。	1、系统支持主流WiFi网络/有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网，如医院现有网络不能满足需求，需另外自行组网，连接网络内母胎监护设备，实现数据统一管理。	无偏离
		2、为满足医院未来业务发展需要，系统应支持接入≥32台的设备。	2、为满足医院未来业务发展需要，系统支持接入300台的设备。 见检验报告P40	正偏离
		3、为保护医院未来设备采购的自主性，系统应能支持接入国内外主流品牌胎儿监护设备、母胎监护仪设备，实现由院方统一管控。	3、为保护医院未来设备采购的自主性，系统支持接入国内外主流品牌胎儿监护设备、母胎监护仪设备，实现由院方统一管控。	无偏离
		4、支持实时记录并显示胎儿监护数据，支持自动开始监护。	4、支持实时记录并显示胎儿监护数据，支持自动开始监护。	无偏离
		5、应具有多种监护界面，可适合多种模式监护需求（母胎监护、胎儿监护、多参监护）。支持显示事件记录、支持显示孕妇信息。	5、具有多种监护界面，可适合多种模式监护需求（母胎监护、胎儿监护、多参监护）。支持显示事件记录、支持显示孕妇信息。	无偏离
		6、支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PAD可查看实时监护数据。	6、支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PAD可查看实时监护数据。	无偏离
		7、具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持自动打印分析报告。	7、具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs 5种智能评分方法。支持自动打印分析报告。	无偏离
		8、系统应支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录。	8、系统支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录。	无偏离

		9、支持监护时间设置，到点文字、语音提醒。	9、支持监护时间设置，到点文字、语音提醒。	无偏离																																																
		10、系统能自动保存数据，数据库可永久保存50万份以上记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。	10、系统能自动保存数据，数据库可永久保存100万份以上记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。 见技术参数P27	正偏离																																																
		11、系统应支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印。	11、系统支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印。	无偏离																																																
		12、系统应可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程，提高科室工作效率。	12、系统可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程，提高科室工作效率。	无偏离																																																
		13、系统应提供各类统计报表，满足科室需要。	13、系统提供各类统计报表，满足科室需要。	无偏离																																																
		14、系统应接入医院HIS系统，可在HIS系统查看、打印、保存监护数据，包含HIS系统接口费用	14、系统接入医院HIS系统，可在HIS系统查看、打印、保存监护数据，包含HIS系统接口费用	无偏离																																																
		配置清单：		无偏离																																																
		<table><tr><th>序号</th><th>产品配置</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>中央监护信息中心软件</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>3</td><td>打印机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>电源线</td><td>1</td><td>根</td></tr><tr><td>5</td><td>合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号		产品配置	数量	单位	1	中央监护信息中心软件	1	套	2	21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）	1	台	3	打印机	1	台	4	电源线	1	根	5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套	<table><tr><th>序号</th><th>产品配置</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>中央监护信息中心软件</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>3</td><td>打印机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>电源线</td><td>1</td><td>根</td></tr><tr><td>5</td><td>合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	产品配置	数量	单位	1	中央监护信息中心软件	1	套	2	21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）	1	台	3	打印机	1	台	4	电源线	1	根	5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套
序号	产品配置	数量	单位																																																	
1	中央监护信息中心软件	1	套																																																	
2	21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）	1	台																																																	
3	打印机	1	台																																																	
4	电源线	1	根																																																	
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套																																																	
序号	产品配置	数量	单位																																																	
1	中央监护信息中心软件	1	套																																																	
2	21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）	1	台																																																	
3	打印机	1	台																																																	
4	电源线	1	根																																																	
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套																																																	
2	母亲/胎儿多参	1、监护参数：监测胎儿胎心率、胎动及孕妇的宫缩压力、无创血压、血氧饱和度、脉率、心电、呼吸、体温。	1、监护参数：监测胎儿胎心率、胎动及孕妇的宫缩压力、无创血压、血氧饱和度、脉率、心电、呼吸、体温。	无偏离																																																

数 监 护 仪	2、多晶片无线胎心探头，超声工作频率： $\geq 1\text{MHz}$ ，超声输出功率： $I_{\text{ob}} < 10\text{mW/cm}^2$ 。胎心率测量和显示范围30~240BPM，胎心率测量误差 $\leq \pm 1\text{BPM}$ 。	2、多晶片无线胎心探头，超声工作频率：1MHz，超声输出功率： $I_{\text{ob}} < 10\text{mW/cm}^2$ 。胎心率测量和显示范围30~240BPM，胎心率测量误差 $\pm 1\text{BPM}$ 。	无偏离
	3、宫缩压力测量范围覆盖0~100单位，非线性误差 $\leq 10\%$ 。	3、宫缩压力测量范围覆盖0~100单位，非线性误差10%。	无偏离
	4、一体化无线探头架，探头架应具有防反误插和防脱落设计结构，以免掉落，支持探头自适应识别。	4、一体化无线探头架，探头架具有防反误插和防脱落设计结构，以免掉落，支持探头自适应识别。	无偏离
	5、主机内置大容量电池，支持移动中监护。电池续航 ≥ 2 小时。	5、主机内置大容量电池，支持移动中监护。电池续航4小时。 见技术参数P45	正偏离
	6、主机具有 ≥ 11 英寸高分辨率电容式触摸屏。屏幕可视角度应0~180度可调。	6、主机具有12英寸高分辨率电容式触摸屏。屏幕可视角度应0~180度可调。 见技术参数P45	正偏离
	7、主机支持对接独立一体化多参数子机（标配），同时具备心电导联线、无创血压袖带、血氧探头、体温探头。多参数子机可在不同监护主机之间自由绑定/解绑，自动切换母胎监护或胎儿监护模式。多参数子机电池续航 ≥ 4 小时。	7、主机支持对接独立一体化多参数子机（标配），同时具备心电导联线、无创血压袖带、血氧探头、体温探头。多参数子机可在不同监护主机之间自由绑定/解绑，自动切换母胎监护或胎儿监护模式。多参数子机电池续航4小时。	无偏离
	8、多参数监护技术要求： 心电测量：心率的测量范围：15bpm~300bpm，心率测量误差： $\pm 1\text{bpm}$ ，心率参数分辨率：1bpm。 呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm~120rpm，测量误差： $\pm 2\text{rpm}$ ，分辨率：1rpm。 无创血压测量：具有手动、自动和连续三种测量模式，仪器的自动血压测量间隔时间应可设置，具有过压保护功能。 血氧饱和度测量：测量范围：0%~100%，显示分辨率：1%，测量误差：	8、多参数监护技术： 心电测量：心率的测量范围：15bpm~300bpm，心率测量误差： $\pm 1\text{bpm}$ ，心率参数分辨率：1bpm。 呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm~120rpm，测量误差： $\pm 2\text{rpm}$ ，分辨率：1rpm。 无创血压测量：具有手动、自动和连续三种测量模式，仪器的自动血压测量间隔时间可设置，具有过压保护功能。 血氧饱和度测量：测量范围：0%~100%，显示分辨率：1%，测量误差：	无偏离

在70~100%范围内，测量误差±2%。 脉率测量：测量范围：25bpm~250bpm； 测量误差应为±3bpm；分辨率：1bpm。 体温测量：测量范围：0℃~50℃；测 量误差：25℃~45℃范围内，±0.1℃ （不包括传感器误差）；显示分辨率： 0.1℃。	在70~100%范围内，测量误差±2%。 脉率测量：测量范围：25bpm~250bpm； 测量误差为±3bpm；分辨率：1bpm。 体温测量：测量范围：0℃~50℃；测 量误差：25℃~45℃范围内，±0.1℃ （不包括传感器误差）；显示分辨率： 0.1℃。	
9、无线探头具备IP68级防护等级，支持 水中分娩。	9、无线探头具备IP68级防护等级，支 持水中分娩。	无偏离
10、无线探头应具有显示屏，支持显示 孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、 连接等情况，方便临床进行判断。	10、无线探头具有显示屏，支持显示孕 妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、 连接等情况，方便临床进行判断。	无偏离
11、无线探头与主机无障碍实时通讯距 离需≥80米。	11、无线探头与主机无障碍实时通讯距 离80米。	无偏离
12、无线探头与监护仪主机通信中断并 重新连接后，通信中断（≥30分钟）期 间的检测数据能续传。	12、无线探头与监护仪主机通信中断并 重新连接后，通信中断（10小时）期间 的检测数据能续传。 见技术参数P46	正偏离
13、无线胎心率探头支持≥5小时胎心 率数据及≥80分钟胎心音存储，无线官 缩压力探头支持≥5小时宫缩压力值 数据存储。	13、无线胎心率探头支持10小时胎心率 数据及120分钟胎心音存储，无线宫缩 压力探头支持10小时宫缩压力值数据 存储。见技术参数P46	正偏离
14、具备双胎监护功能，支持单胎、双 胎自动配置。	14、每台胎监机都具备双胎监护功 能，支持单胎、双胎自动配置。可与任 一同品牌胎心探头组成双胎胎机。	无偏离
15、支持无线连接WiFi打印机，具备自 动选段、自动打印功能，可打印A4等格 式报告，降低热敏纸消耗成本。	15、支持无线连接WiFi打印机，具备自 动选段、自动打印功能，可打印A4等格 式报告，降低热敏纸消耗成本。	无偏离
16、数据自动存储，存储容量应满足大 于2万例的监护档案（约7000小时）。 支持监护数据档案回顾，支持打印多 种报告格式，可通过设置选择报告模板 样式。	16、数据自动存储，存储容量满足4万 例的监护档案。支持监护数据档案回 顾，支持打印多种报告格式，可通过设 置选择报告模板样式。 见技术参数P45	正偏离

17、支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理依据。	17、支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理依据。	无偏离																								
18、支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持手动修改校正分析结果。	18、支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs 5种智能评分方法。支持手动修改校正分析结果。	无偏离																								
19、具有报警提醒：三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警界限可调。	19、具有报警提醒：三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警界限可调。	无偏离																								
20、具有多种数据通讯接口及协议（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理。支持U盘导出监护报告。	20、具有多种数据通讯接口及协议（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理。支持U盘导出监护报告。	无偏离																								
母亲/胎儿多参数监护仪配置清单： <table> <tr> <th>序号</th> <th>产品配置</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>母胎监护仪主机</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>无线胎心探头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>无线宫缩压力探头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>电源线</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> </table>			序号	产品配置	数量	单位	1	母胎监护仪主机	1	台	2	无线胎心探头	1	个	3	无线宫缩压力探头	1	个	4	电源线	1	根	5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套
序号	产品配置	数量	单位																							
1	母胎监护仪主机	1	台																							
2	无线胎心探头	1	个																							
3	无线宫缩压力探头	1	个																							
4	电源线	1	根																							
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套																							
母亲/胎儿多参数监护仪配置清单： <table> <tr> <th>序号</th> <th>产品配置</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>母胎监护仪主机</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>无线胎心探头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>无线宫缩压力探头</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>电源线</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> </table> 整体增配2个胎心探头，增配4套中央站客户端软件，可实现任意电脑（4台以内）实时管理胎监数据。			序号	产品配置	数量	单位	1	母胎监护仪主机	1	台	2	无线胎心探头	1	个	3	无线宫缩压力探头	1	个	4	电源线	1	根	5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套
序号	产品配置	数量	单位																							
1	母胎监护仪主机	1	台																							
2	无线胎心探头	1	个																							
3	无线宫缩压力探头	1	个																							
4	电源线	1	根																							
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套																							

		多参数监护子机配置清单:				多参数监护子机配置清单:				无偏离
		序号	产品配置	数量	单位	序号	产品配置	数量	单位	
		1	多参数子机	1	台	1	多参数子机	1	台	
		2	心电导联线	1	根	2	心电导联线	1	根	
		3	无创血压袖套	1	条	3	无创血压袖套	1	条	
		4	血氧探头	1	个	4	血氧探头	1	个	
		5	体温探头	1	个	5	体温探头	1	个	



说明：请按所竞标产品的实际品牌型号及其参数（技术性能指标）配置，逐条对应《采购文件》“第三章项目需求和说明--二. 参数（技术性能指标）要求--2. 详细参数（技术性能指标）要求”中参数及要求编制本表（本表适用于货物参数（技术性能指标）不明确或有误以及竞标人选用其他品牌型号替代等情形。若竞标产品与采购要求对比无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”；若竞标产品与采购要求对比存在优于采购需求（参数（技术性能指标）配置）情形时，请在偏离表中填写“正偏离”，当“正偏离”情形为创新技术时，还须解析该创新技术的原理以及采用该创新标准对项目的“优异性”；若竞标产品与采购要求对比存在低于采购需求（参数（技术性能指标）配置）情形时，请在偏离表中填写“负偏离”）。

(2) 竞标产品涉及承诺参数（技术性能指标）载列《证照》一览表

序号	标的	可能涉及的评审因素
1	产科中央监护软件	◆《证照》名称（全称）：中华人民共和国医疗器械注册证 ◆《证照》证号：注册证编号：粤械注准20212210102 ◆《证照》授予（或签发或批准或发证或发奖）部门：广东省药品监督管理局 ◆《证照》授予（或签发或批准或发证）日期：2021年01月20日 ◆《证照》体现内容：生产地址，产品名称，型号，结构及组成，适用范围 ◆《证照》所在《响应文件》页码：P25-26
2	母亲/胎儿多参数监护仪	◆《证照》名称（全称）：中华人民共和国医疗器械注册证 ◆《证照》证号：注册证编号：粤械注准20222070568 ◆《证照》授予（或签发或批准或发证或发奖）部门：广东省药品监督管理局 ◆《证照》授予（或签发或批准或发证）日期：2022年04月29日 ◆《证照》体现内容：生产地址，产品名称，型号，结构及组成，适用范围 ◆《证照》所在《响应文件》页码：P43-44

说明：竞标人对应其《响应文件》“1.竞标人技术承诺（竞标产品参数（技术性能指标）偏离）——（1）竞标产品参数（技术性能指标）偏离表”中涉及竞标产品参数（技术性能指标）持有的相关《证照》信息编制，至少包含但不限于《采购文件》“第三章 项目需求和说明——二、参数（技术性能指标）要求——2.详细参数（技术性能指标）要求”中载列的必须提供的各项《证照》，且应针对每填写项附相关证明材料（若该材料非竞标人而为其产品制造商（生产厂家）的，则此材料须加盖该产品产品（产品制造商（生产厂家））单位公章，否则视为竞标人有可能存在非诚信情况使用持有者信息，该材料作无效处理）；竞标人如无适用填写情形的，请在表格内填写“无”。

(二) 竞标人商务承诺

(1) 商务条款偏离表偏离表

序号	采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
1	1.《项目合同》履行期限	1.《项目合同》履行期限	无偏离
	◆供货期:合同生效后 10 天内将设备送至采购人指定供货地点,安装调试完 毕并验收合格后交付使用。	◆供货期:合同生效后 10 天内将设备送至采购人指定供货地点,安装调试完 毕并验收合格后交付使用。	无偏离
	◆质保期:质保期按照产品的国家标准质保期≥3年。质保期自交货验收合格之日起计,若厂家免费质保期超过此年限的,按厂家规定执行;质保期内完全 免费上门维修、免费更换配件。	◆质保期:质保期按照产品的国家标准质保期3年。质保期自交货验收合格之日起计,若厂家免费质保期超过此年限的,按厂家规定执行;质保期内完全 免费上门维修、免费更换配件。	无偏离
	◆供货地点:采购人指定供货地点	◆供货地点:采购人指定供货地点。	无偏离
2	2.检验考核要求	2.检验考核	无偏离
	在《成交结果公告》公示期满之日起至《项目合同》签订之日前,采购人有权对《成交结果公告》载明的供应商的竞标产品按照其竞标承诺进行测试,采购人有权要求成交供应商提供产品送国家市场监督管理总局(或产品所属行业 相关监督管理部门或上述部门授权设立的第三方检测(验)机构)进行检测(验)并出具《检测(验)报告》,检测(验)费用由成交供应商负责。对测试或《检测(验)报告》检测(验)标准(或内容或结果)与供应	在《成交结果公告》公示期满之日起至《项目合同》签订之日前,采购人有权对《成交结果公告》载明的我公司的竞标产品按照其竞标承诺进行测试,采购人有权要求我公司提供产品送国家市场监督管理总局(或产品所属行业 相关监督管理部门或上述部门授权设立的第三方检测(验)机构)进行检测(验)并出具《检测(验)报告》,检测(验)费用由成交供应商负责。对测试或《检测(验)报告》检测(验)标准(或内容或	无偏离

	商《响应文件》承诺相符的产品予以留样作为货物交验对比标准;检测(验)结果与成交供应商《响应文件》承诺不符的,视其履约能力审查存在诚信问题,取消其成交资格,并保留追究其涉嫌虚假应标的责任,由此引发的所有损失由该成交供应商负责。	结果)与我公司《响应文件》承诺相符的产品予以留样作为货物交验对比标准;检测(验)结果与我公司《响应文件》承诺不符的,视其履约能力审查存在诚信问题,取消其成交资格,并保留追究其涉嫌虚假应标的责任,由此引发的所有损失由我公司负责。	
	3.质保期服务要求	质保期服务	无偏离
	(1)所提供合同产品必须是全新、完整、未使用过的近半年内生产组装的。承诺在质保期内对产品提供免费保修,所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均须提供免费换新。	(1)所提供合同产品是全新、完整、未使用过的近半年内生产组装的。承诺在质保期内对产品提供免费保修,所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均须提供免费换新。	无偏离
	(2)竞标人的保修承诺不得低于该竞标产品的产品制造商(生产厂家)规定的产品出厂相关保修、“三包”服务。	(2)我公司的保修承诺不低于该竞标产品的产品制造商(生产厂家)规定的产品出厂相关保修、“三包”服务。	无偏离
3	(3)在货物交收时,项目发包人对项目承接(包)人所交货物依照留样(如有)标准、项目承接(包)人的《响应文件》所承诺的参数(技术性能指标)和有关标准进行现场交验。性能达到技术要求的给予签收,有任意项指标不满足的不予签收,并参照相关法律法规和合同约定条款进行处罚,由此造成的项目延误等所有责任均由项目承接(包)人承担。	(3)在货物交收时,项目发包人对我公司所交货物依照留样(如有)标准、我公司的《响应文件》所承诺的参数(技术性能指标)和有关标准进行现场交验。性能达到技术要求的给予签收,有任意项指标不满足的不予签收,并参照相关法律法规和合同约定条款进行处罚,由此造成的项目延误等所有责任均由我公司承担。	无偏离
	(4)竞标人应在《响应文件》的售后服务中承诺负责本项目项目发包人具体安排操作人员的免费培训服务,使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理,熟练操作设备。	(4)我公司在《响应文件》的售后服务中承诺负责本项目项目发包人具体安排操作人员的免费培训服务,使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理,熟练操作设备。	无偏离

	(5) 竞标人须有 24 小时售后服务电话。承诺在质保期内购置货物在使用过程中出现的问题, 在 1 小时内响应, 如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的, 在接用户通知后, 6 小时赶到现场提供免费服务 (含差旅费、住宿费、评估费、维修费等有可能产生的一切费用); 到达现场 4 小时内未解决的, 项目承接 (包) 人须提供同款备品备件和详细的应急解决方案以保证项目发包人的正常使用, 因项目承接 (包) 人工作延误, 造成项目发包人损失的, 项目承接 (包) 人承担赔偿责任。在质量保证期内出现设备质量问题, 项目发包人则有权要求免费更换产品, 更换的质量保证期从设备更换并经验收小组重新验收合格之日起计算。	(5) 我公司有 24 小时售后服务电话。承诺在质保期内购置货物在使用过程中出现的问题, 在 1 小时内响应, 如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的, 在接用户通知后, 6 小时赶到现场提供免费服务 (含差旅费、住宿费、评估费、维修费等有可能产生的一切费用); 到达现场 4 小时内未解决的, 我公司提供同款备品备件和详细的应急解决方案以保证项目发包人的正常使用, 因我公司工作延误, 造成项目发包人损失的, 我公司承担赔偿责任。在质量保证期内出现设备质量问题, 项目发包人则有权要求免费更换产品, 更换的质量保证期从设备更换并经验收小组重新验收合格之日起计算。 厂家联系电话: 400 - 003 - 0299 公司联系电话: 18677173800	无偏离
--	--	---	-----

说明: 请逐条对应《采购文件》“第三章项目需求和说明——三. 商务要求”编制本表。若与采购要求对比无偏离时, 请在偏离表中填写“无偏离”; 若与采购要求对比存在优于采购需求情形时, 请在偏离表中填写“正偏离”; 若与采购要求对比存在低于采购需求情形时, 请在偏离表中填写“负偏离”。

配置清单



ObVue型中央监护信息中心软件配置清单

序号	配件名称	数量	单位
单套标配:			
1	中央监护信息中心软件	1	套
2	一体机电脑(含键盘、鼠标)	1	套
3	图文输出设备(打印机)	1	台
4	电源线	1	根
5	随机文件(合格证、保修卡、装箱单、说明书,用户验收单各1)	1	套

配置清单

LM-F3 plus型母亲胎儿多参数监护仪配置清单

序号	配置名称	数量	单位
标配:			
1	主机	1	台
2	无线胎心探头	1	个
3	无线宫缩压力探头	1	个
4	多参数子机	1	个
5	心电导联线	1	个
6	无创血压袖套	1	个
7	血氧探头	1	个
8	体温探头	1	个
9	电源线		根
10	随机文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，验收单）		套

项目需求和说明

一. 总说明

1. “详细参数（技术性能指标）要求”中的品牌型号、参数（技术性能指标）要求仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但需以详细、正确的品牌型号、参数（技术性能指标）配置填写《响应文件》中的“竞标产品参数（技术性能指标）偏离表”，否则其《响应文件》（竞标）作否决处理。

2. 凡在“参数（技术性能指标）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的采购项，竞标人须在《响应文件》中的“竞标产品参数（技术性能指标）偏离表”中将其配置参数（技术性能指标）要求详细列明，须按竞标产品的实际情况真实编制参数（技术性能指标），不能提供虚假参数（技术性能指标），否则其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3. 如竞标人在采购活动过程中发现采购项目中所列的任意参数（技术性能指标）要求存在潜在排他性（存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》第二十条载列的任一情况），贵方可以就此以书面纸质形式（可编辑 WORD 格式的电子文件应同步发送至采购代理机构电子邮箱）说明该项参数（技术性能指标）要求存在潜在排他性（书面说明报告须附相关专利或其名录信息等材料以此说明该项参数（技术性能指标）要求特殊性或为某品牌特有），评标时，经谈判小组（评标委员会）复核书面材料后，信息材料情况属实的，则判定该参数（技术性能指标）要求不作为性能（配置）要求，即该参数（技术性能指标）要求是否偏离不再作为评标办法和评标标准的审定条件或评分条件。

4. 下列技术条款、商务条款均不接受负偏离，存在任意项负偏离情形的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

二. 参数（技术性能指标）要求

1、系统配置

序号	系统配置		数量
1	产科中央监护系统	产科中央监护系统	1
2	母亲/胎儿多参数监护仪	母亲/胎儿多参数监护仪主机	8
		多参数子机	8

2、详细参数（技术性能指标）要求

（一）产科中央监护软件

1、系统支持主流WiFi网络/有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网，如医院现有网络不能满足需求，需另外自行组网，连接网络内母胎监护设备，实现数据统一管理。

2、为满足医院未来业务发展需要，系统应支持接入≥32台的设备。

3、为保护医院未来设备采购的自主性，系统应能支持接入国内外主流品牌胎儿监护设备、母胎监护仪设备，实现由院方统一管控。

4、支持实时记录并显示胎儿监护数据，支持自动开始监护。

5、应具有多种监护界面，可适合多种模式监护需求（母胎监护、胎儿监护、多参监护）。支持显示事件记录、支持显示孕妇信息。

6、支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PAD可查看实时监护数据。

7、具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持自动打印分析报告。

8、系统应支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录。

9、支持监护时间设置，到点文字、语音提醒。

10、系统能自动保存数据，数据库可永久保存50万份以上记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。

11、系统应支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印。

12、系统应可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程，提高科室工作效率。

。

13、系统应提供各类统计报表，满足科室需要。

14、系统应接入医院HIS系统，可在HIS系统查看、打印、保存监护数据，包含HIS 系统接口费用

配置清单：

序号	产品配置	数量	单位
1	中央监护信息中心软件	1	套
2	21英寸显示屏以上电脑（含键鼠）	1	台
3	打印机	1	台
4	电源线	1	根
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套

（二）母亲/胎儿多参数监护仪

1、监护参数：监测胎儿胎心率、胎动及孕妇的宫缩压力、无创血压、血氧饱和度、脉率、心电、呼吸、体温。

2、多晶片无线胎心探头，超声工作频率： $\geq 1\text{MHz}$ ，超声输出功率： $I_{ob} < 10\text{mW/cm}^2$ 。胎心率测量和显示范围30~240BPM，胎心率测量误差 $\leq \pm 1\text{BPM}$ 。

3、宫缩压力测量范围覆盖0~100单位，非线性误差 $\leq 10\%$ 。

4、一体化无线探头架，探头架应具有防反误插和防脱落设计结构，以免掉落，支持探头自适应识别。

5、主机内置大容量电池，支持移动中监护。电池续航 ≥ 2 小时。

6、主机具有 ≥ 11 英寸高分辨率电容式触摸屏。屏幕可视角度应0~180度可调。

7、主机支持对接独立一体化多参数子机（标配），同时具备心电导联线、无创血压袖带、血氧探头、体温探头。多参数子机可在不同监护主机之间自由绑定/解绑，自动切换母胎监护或胎儿监护模式。多参数子机电池续航 ≥ 4 小时。

8、多参数监护技术要求：

心电测量：心率的测量范围：15bpm~300bpm，心率测量误差： $\pm 1\text{bpm}$ ，心率参数分辨率：1bpm。

呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm~120rpm，测量误差： $\pm 2\text{rpm}$ ，分辨率：1rpm。

无创血压测量：具有手动、自动和连续三种测量模式，仪器的自动血压测量间隔时间应可设置，具有过压保护功能。

血氧饱和度测量： 测量范围： 0%~100%， 显示分辨率： 1%， 测量误差： 在70~100%范围内， 测量误差±2%。

脉率测量： 测量范围： 25bpm~250bpm； 测量误差应为±3bpm； 分辨率： 1bpm。

体温测量： 测量范围： 0℃~50℃； 测量误差： 25℃~45℃范围内， ±0.1℃（不包括传感器误差）； 显示分辨率： 0.1℃。

9、无线探头具备IP68级防护等级，支持水中分娩。

10、无线探头应具有显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接等情况，方便临床进行判断。

11、无线探头与主机无障碍实时通讯距离需≥80米。

12、无线探头与监护仪主机通信中断并重新连接后，通信中断（≥30分钟）期间的检测数据应能续传。

13、无线胎心率探头支持≥5小时胎心率数据及≥80分钟胎心音存储，无线宫缩压力探头支持≥5小时宫缩压力值数据存储。

14、具备双胎监护功能，支持单胎、双胎自动配置。

15、支持无线连接WiFi打印机，具备自动选段、自动打印功能，可打印A4等格式报告，降低热敏纸消耗成本。

16、数据自动存储，存储容量应满足大于2万例的监护档案（约7000小时）。支持监护数据档案回顾，支持打印多种报告格式，可通过设置选择报告模板样式。

17、支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理依据。

18、支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持手动修改校正分析结果。

19、具有报警提醒：三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警界限可调。

20、具有多种数据通讯接口及协议（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理。支持U盘导出监护报告。

母亲/胎儿多参数监护仪配置清单：

序号	产品配置	数量	单位
1	母胎监护仪主机	1	台
2	无线胎心探头	1	个

3	无线宫缩压力探头	1	个
4	电源线	1	根
5	合格证，保修卡，装箱单，说明书等文件	1	套

多参数监护子机配置清单：

序号	产品配置	数量	单位
1	多参数子机	1	台
2	心电导联线	1	根
3	无创血压袖套	1	条
4	血氧探头	1	个
5	体温探头	1	个

三. 商务要求

1. 《项目合同》履行期限

◆**供货期：**合同生效后 10 天内将设备送至采购人指定供货地点，安装调试完 毕并验收合格后交付使用。

◆**质保期：**质保期按照产品的国家标准质保期 ≥ 3 年。质保期自交货验收合格 之日起计，若厂家免费质保期超过此年限的， 按厂家规定执行；质保期内完全 免费上 门维修、免费更换配件。

◆**供货地点：**采购人指定供货地点。

2. 检验考核要求

在《成交结果公告》 公示期满之日起至《项 目合同》签订之日前，采购人有权对《成交结果公告》载明的供应商的竞标产品按照其竞标承诺进行测试，采购 人有权要求成交供应商提供产品送国家市场监督管理总局相关部门（或产品所属行业 相关监督管理部门或上述部门授权设立的第三方检测（验）机构）进行检测（验）并出具《检测（验）报告》，检测（验） 费由成交供应商负责。对测试或《检 测（验）报告》检测（验）标准（或内容或结果）与供应商《响应文件》承诺相 符的产品予以留样作为货物交验对比标准；检测（验）结果与成交供应商《响应 文件》承诺不符的，视其履约能力审查存在诚信问题，取消其成交资格，并保留 追究其涉嫌虚假应标的责任，由此引发的所有损失由该成交供应商负责。

3. 质保期服务要求

(1) 所提供合同产品必须是全新、完整、未使用过的近半年内生产组装的。承诺在质保期内对产品提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均须提供免费换新。

(2) 竞标人的保修承诺不得低于该竞标产品的产品制造商（生产厂家）规定的产品出厂相关保修、“三包”服务。

(3) 在货物交收时，项目发包人对项目承接（包）人所交货物依照留样（如有）标准、项目承接（包）人的《响应文件》所承诺的参数（技术性能指标）和有关标准进行现场交验。性能达到技术要求的给予签收，有任意项指标不满足的不予签收，并参照相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由项目承接（包）人承担。

(4) 竞标人应在《响应文件》的售后服务中承诺负责本项目项目发包人具体安排操作人员的免费培训服务，使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备。

(5) 竞标人须有 24 小时售后服务电话。承诺在质保期内购置货物在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后，6 小时赶到现场提供免费服务（含差旅费、住宿费、评估费、维修费等有可能产生的一切费用）；到达现场 4 小时内未解决的，项目承接（包）人须提供同款备品备件和详细的应急解决方案以保证项目发包人的正常使用，因项目承接（包）人工作延误，造成项目发包人损失的，项目承接（包）人负赔偿责任。在质量保证期内出现属设备质量问题，项目发包人则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从设备更换并经验收小组重新验收合格之日起计算。

四. 其他要求

1. 成交人履约能力审查

1.1 在签订《项目合同》前，如果成交人的经营、财务状况发生较大变化可能造成不能履行合同，“竞标身份属性”发生变化已不再满足资格条件要求，无法按照《采购文件》要求提交履约保证金（如有）等情形，不符合成交条件的，应及时书面告知采购人或采购代理机构。成交人主动列明本项情形的，视为“情势变更”，对其本应承担的相应法律责任和后果予以免除。

1.2 承包人应满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第六十八号）》第二十二条规定的各项条件，竞标人应仔细审阅以下各项条件的解析标准，将其自身情况自行逐一比对，全部满足要求的方可在其《响应文件》中按“《响应文件》（格式）——、资格响应文件——3. 竞标人满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第六十八号）》第二十二条规定的信用承诺”要求提供《政府采购供应商信用承诺函》。**采购人有权在签订《项目合同》前要求成交人提交具体实质材料进行原件核查**，有任意项材料未能提交或提交的材料不能满足解析标准的，视其为“不诚信应标”，取消其成交资格，不予其签订《项目合同》，并将该情况报送项目采购活动监督管理部门作“不良行为记录”处理，对该行为造成延误项目实施的损失，有权要求其支付相应赔偿。

1.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

◆竞标人为“独立法人”性质的，应持有有效的《营业执照》；

◆竞标人为“事业单位”性质的，应持有有效的《事业单位法人证书》；

◆竞标人为“其他组织”性质的，应持有有效的《民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书》；

◆竞标人为“自然人”性质的，应持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆竞标人为“独立法人（或其他组织）”性质的，应持有2024年度经持有有效的《会计师事务所执业证书》的第三方审定机构审计出具的《财务报表》，内容至少应含有①“资产负债表”、②“利润表”、③“现金流量表”及④“附注（或财务情况）说明书”；

◆竞标人为“事业单位”性质的，应持有2024年度经有效签章（盖有单位公章和有《事业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少应含有①“资产负债表”、②“收入支出表或者收入费用表”、③“财政补助收入支出表”及④“附注（或财务情况）说明书”；

◆竞标人为“自然人”性质的，应持有其基本账户开户银行（系指该自然人名下近一年（本项目竞标截止日期往前计算365个日历日）内流水额最大的账户所在开户行）为其出具的有效《资信证明》，或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库〔2012〕124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的有效《竞（投）标担保函》

说明：竞标人使用《财务报表》作为其具有本项健全的财务会计制度的证明材料时，如竞标人《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”所在年度为2024年或2025年，故尚未进行财务年度审计故而未能提供《财务报表》的，应当提供其基本账户开户银行为其出具的有效《资信证明》或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库（2012）124号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的有效《竞（投）标担保函》。

1.2.3 具有履行《项目合同》所必需的设备和专业技术能力；

◆竞标人递交的《响应文件》中拟投入本项目的设备和专业技术能力系竞标人能力签订《项目合同》前为其合法所有（提供材料至少包含购置发票或登记证明）或占有（提供材料至少覆盖相应专业工程计划时长的合法有效的《租赁合同》），应对《采购文件》“第三章 项目需求和说明”载列的所有实质性内容有相应的响应承诺。

1.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国设立的税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”近半年内连续三个月；（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”在要求月份内及以后的竞标人，此项材料不需提交），属于特殊政策扶持情形的，亦应出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件在网查询的页面截图（应能清晰反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为竞标人在“税款所属时期”内进行的合法交易行为对应产生的所有税项；

◆竞标人为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

1.2.5 本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录；

◆竞标人在其递交的《响应文件》中应有相应“本项目竞标截标日往前计算3个自然年（1095个日历日）内，在经营活动中没有重大违法记录”的声明。

1.3 竞标人应根据“第一章 竞争性谈判公告——1. 项目基本情况——5. 采购需求——5.2 采购内容（范围（“标的”））属性”列明的标准核实自身在本项目竞标时的“身份属性”，如为“中小企业的”，按“第五章《响应文件》（格式）——二、报价响应文件——3. 竞标人认为有需要提供其他材料或说明——附件 1：

《中小企业声明函》（格式）”说明内容如实声明。采购人有权对成交人《响应文件》中的《中小企业声明事函》的声明事项进行核实，如发现竞标人存在未据实填写（如谎报（或漏算）从业人员、营业收入、资产总额等）的情形，视其为“不诚信应标”，取消其成交资格，不予其签订《项目合同》，并将该情况报送项目采购活动监督管理部门作“不良行为记录”处理，对其该行为造成延误项目实施的损失，有权要求其支付相应赔偿。