

“政采云”平台合同编号：12N4989581432025802

崇 左 市 政 府 采 购

崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购 合同

项目编号：CZZC2025-G1-990086-GXHT

计划编号：崇左采备[2025]645号-001、崇左采备
[2025]645号-002、崇左采备[2025]645号-003、崇左采备[2025]645号-004、崇
左采备[2025]645号-005、崇左采备[2025]645号-006

采购人：崇左市妇幼保健院

中标供应商：河南普善医疗器械有限公司

签订日期：2025 年 07 月 02 日

合同目录

一、第一部分 合同书.....	(1)
二、第二部分 合同一般条款.....	(5)
三、第三部分 合同专用条款.....	(10)
四、第四部分 合同附件.....	(13)
4.1中标通知书	(13)
4.2招标文件服务需求一览表	(14)
4.3投标函	(22)
4.4开标一览表	(24)
4.5投标服务技术偏离表	(26)
4.6商务条款偏离表	(32)

第一部分 合同书

2025 年 6 月 18 日, 广西和拓项目管理有限公司 以 公开招标方式 对 崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购 项目进行了采购。经 崇左市妇幼保健院 评定, 河南普善医疗器械有限公司为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起十五日内, 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 崇左市妇幼保健院 (以下简称: 甲方) 和 河南普善医疗器械有限公司 (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

- 1.2.1.1 名称: 体检车;
- 1.2.1.2 数量: 1台;
- 1.2.1.3 质量: 合格。

1.3 价款

本合同总价为: 人民币 1720000.00 元 (大写: 壹佰柒拾贰万 元人民币, 含税)。

分项价格:

序号	分项名称	品牌	规格、型号	分项价格
1	体检车	品牌: 厦门金龙、深圳艾克瑞;	医疗车(型号: XMQ5166XYL); 车载数字X射线机(型号: AKHX-19Z-I)	1720000.00
总价				1720000.00

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同价款一次性支付，在货物安装且验收合格后6个月内，甲方收到乙方开具的全额发票起10个工作日内支付合同总价的100%。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票（普票）。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用；

1.5.2 交付地点：崇左市妇幼保健院指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付；

1.5.4 货物及质保期限：三年。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【 】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付1000（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交崇左市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：崇左市妇幼保健院

乙方：河南普善医疗器械有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

12451400498958143M

91410728MA9G17XM28

住所：崇左市江州区佛子路26号

住所：河南省新乡市长垣市赵堤 镇大寨社区168号

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：崇左市江州区佛子路26号

约定送达地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇大寨社区168号

邮政编码：

邮政编码：453400

电话：0771-7911250

电话：15037380722

传真：0771-3900863

传真：/

电子邮箱：

电子邮箱：1018734638@qq.com

开户银行：广西崇左农村商业银行营业部

开户银行：中国农业银行股份有限公司长垣县支行

开户名称：崇左市妇幼保健院

开户名称：河南普善医疗器械 有限公司

开户账号：145712010103206688

开户账号：16404101040041269

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地

址的，应于 7 个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2 本合同（☐是 ☒否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

知识产权归甲方所有

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

/

2.4.2装运标的物的要求和通知：

/

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为人民币壹佰柒拾贰万元整（¥1720000.00元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☒采用一次性支付方式，付款条件为：合同价款一次性支付，在货物安装且验收合格后6个月内，甲方收到乙方开具的全额发票起10个工作日内支付合同总价的100%。

☐采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：/

第二期付款：/

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在7日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 7 日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

同等

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照相关履约验收评价管理办法规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	符合采购要求
2	交货产品的质量文件	符合采购要求

4	交货产品技术、性能指标	符合采购要求
5	售后货物承诺	符合采购要求
6	其他工作	符合采购要求

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）采购合同；
- （4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
- （5）其他需提供的相关材料。

/

1. 中标通知书

中 标 通 知 书

项目名称	崇左市妇幼保健院 2025 年第一批设备采购	
项目编号	CZZC2025-G1-990086-GXHT	
采购人	崇左市妇幼保健院	
采购代理机构	广西和拓项目管理有限公司	
采购方式	公开招标	
中标（成交）供应商	河南普善医疗器械有限公司	
中标（成交）内容	崇左市妇幼保健院 2025 年第一批设备采购 2 分标：采购体检车 1 台；具体详见招标文件采购需求。	
中标（成交）总价（元）	人民币壹佰柒拾贰万元整（¥1720000.00）	
中标公告时间及中标通知书发出时间	2025 年 6 月 23 日	
合同签订日期	2025 年 7 月 7 日前 按照采购文件规定：采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。	
合同公示日期	合同签订之日起 2 个工作日内 《政府采购法实施条例》第五十条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。	
采购人 联系方式	联 系 人	韦工
	联系电话	0771-7911250
采购代理机构 联系方式	联 系 人	梁炯颂、林荣立
	联系电话	0771-5937510
广西和拓项目管理有限公司 地 址：崇左市江州区城南区新城路中段北侧（龙胤金街）31 栋 1-105 号房 电 话：0771-5937510		

2. 招标文件需求一览表

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、本项目所属行业为：工业

5、本项目核心产品为：无

2分标货物需求一览表							
采购清单及货物参数	序号	采购货物名称	数量	单位	分项预算合计（万元）	货物参数	备注
	1	体检车	1	台	176	（一）医疗车技术要求 1、整车要求：医疗车专用车型 1.1总长：≥10990mm 1.2总宽：≥2500mm 1.3总高：≥3400mm ▲1.4轴距：≥5620mm 1.5前悬：≤2200mm 1.6后悬：≤3180mm 1.7接近角/离去角：≥9/8(°) ▲1.8总质量：≤16300kg 1.9整备质量：≤15000kg 2、发动机： 2.1发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机 2.2功率：≥220KW ▲2.3排放标准：国六排放 2.4排量：≥7600ml 3、底盘： 3.1变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器 3.2轮胎：国产真空胎（11R22.5） 3.3前轮距：≥2070 3.4后轮距：≥1868 3.5悬架：多片簧，弹簧片数≥8/10	

					3.6制动：符合ECE标准双回路气制动，前盘后鼓制动器 ▲3.7轴荷：≤5000/11000 3.8缓速器：电涡流缓速器 3.9调整臂：国产自动调整臂 3.10离合器：Φ430/推式 4、车身主要配置参数 4.1车身结构：半承载式 4.2内饰：成型内饰 4.3乘客门及门泵：≥2门，气动单扇外摆门 4.4车窗、风档：全封闭粘接式钢化玻璃，左右最前一扇侧窗玻璃的推拉窗 4.5后视系统：彩色倒车监视器 4.6空调系统：空调非独立顶置式 4.7地板：国产防滑、高级耐磨地板革 4.8雨刮器：单机双臂对刮式 4.9车辆配备车载电脑：倒车监控+行车记录仪+智能导航 （二）车载X射线机技术要求 1、整体要求 ▲1)所投X光机必须具备整机注册证。 2) 具有体检专用数字 X 射线采集及处理。 2、操作台控制面板 （1）控制面板：≥7寸触控屏 （2）分辨率：≥1024*600 （3）显示器类型：TFT液晶屏 （4）触控类型：电容触摸 3、高频高压发生装置 （1）功率：≥50KW （2）输入电源：单相220V，带二级储能电池，外出体检时不受电源的限制，无需动力电。 ▲（3）输入功率：≥5KVA （4）摄片电压：40-150KV （5）最大电流时间积：≥500mAs	
--	--	--	--	--	---	--

					(6) 摄影mA范围：≥ 10 mA，≤ 630mA (7) 具备微控高压发生装置控制 4、X射线管球组件（注明品牌、型号） (1) 旋转阳极热容量：≥ 300KHU (2) 双焦点：≤ 0.6 mm/1.2 mm (3) 具备X射线管恒温自动化调节控制 5、平板探测器（注明品牌、型号） (1) 探测器类型：非晶硅 (2) 闪烁体：CSI； (3) 像素间距：≤ 130微米； (4) 像素：$\geq 3300 \times 3400$像素； (5) 分辨率：≥ 3.81p/mm； (6) 有效成像区域：$\geq 410 \times 420$mm； (7) 重量：≤ 4kg； ▲(8) 可移动平板，支持无线WIFI传输及有线传输两种模式 (9) 具备医疗病理平板探测器感光识别及控制感应 6、图像采集系统 (1) 工作站主机：24英寸显示器（分辨率1920 x 1200），CPU 英特尔酷睿i3以上，4GB内存 (3) 影像工作站 ①中文操作界面 ②DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量，标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合。 ③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）并可直接打印诊断报告④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，方便快捷，录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图) ⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告，节省人力工时 ⑥图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、	
--	--	--	--	--	--	--

					CPI/PC, 提供同时包含上述测试的一次性通过证书。 7、束光器：电动 8、高压电缆：≥6米/75KV（2条） 9、滤线栅：18" × 18" r=12 N≥40 焦片距（FFD）：1.8m 10、车载机架：固定球管、平板探测器装置，上下行程680mm, 偏差±5%。 11、具备全自动机械运动系统控制。 12、车载X射线机防护设施技术要求 12.1 X光机铅防护：≥2mm四周铅板防护，配备电动滑移铅门，车辆出厂时提供计量质量检测报告。 12.2 X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，提供食品药品监督管理局注册证或备案信息表证明。 12.2.1 铅屏风性能指标： 12.2.1.1 防护屏铅当量：≥0.5mmPb； 12.2.1.2 上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a) 防护屏升降调节范围：500-700mm；b) 运动速度：30mm/s±5 mm/s。 12.2.1.3 输入电源标记：输入电源为 AC220V±10%，50Hz。 （四）车内其它配套附件及安装要求 1、投标商须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准 （1）检查床2张：配工作台、围帘 （2）电测听室1间：符合听力筛查要求 （3）工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求 （4）驻车空调：≥3台，规格：1.5P （5）医用冰箱：≥85L （6）车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用 （7）车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒, 高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。	
--	--	--	--	--	---	--

商务条款	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 二、交货时间：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、货物地点：崇左市妇幼保健院指定地点。 四、验收标准、规范： 1、中标人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。 2、为防止虚假应标，签订合同后采购人有权要求中标人提供本项目中指定设备到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到招标文件要求的，采购人将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。 3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 五、售后服务要求： ▲1. 保修期3年, 软件免费升级, 并确保备品备件的充足。质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。 2. 设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收。免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备。 3. 故障响应时间：售后服务4小时内快速响应，售后工程师24小时内抵达现场提供技术支持。免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。 4. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 5. 投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 6. 投标人应承诺设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。
--------------------	---

	六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： 1.1 投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、场地布置、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 1.2 如有专机专用耗材和试剂，需列出清单及市场供货价作为参考。 2、付款方式： (1) 合同价款一次性支付，在货物安装且验收合格后6个月内，采购人收到成交人开具的全额发票起10个工作日内支付合同总价的100%； (2) 付款前成交人需提供请款报告、足额发票。 (3) 不需另行提交质量保证金。 3、投标产品为进口产品的，确保投标产品为全新原装进口产品，并须提供相应的产品报关单及注册证（验收时提供）和售后服务承诺书，保证售后和质量。
--	--

其他说明	一、进口产品说明 ☒ 本表分标货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☐ 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；出厂日期不超过6个月。 2、投标人可根据实际情况，在投标文件中提出设备性能、售后服务承诺、企业信誉业绩等证明等材料。
------	---

3. 投标函

一、投标函

致广西和拓项目管理有限公司：

我方已仔细阅读了贵方组织的 崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购项目（项目编号：CZZC2025-G1-990086-GXHT）的招标文件的全部内容，授权 程艳艳（全权代表姓名）总经理（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币 壹佰柒拾贰万元（¥1720000.00） 元的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）_____，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

2 分标报价为（大写）人民币 壹佰柒拾贰万元（¥1720000.00） 元，提交货物成果时间：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用；

_____ 分标报价为（大写）人民币 _____ 元（¥_____元），提交货物成果时间：_____；

.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

日期：2025年06月17日

4. 开标一览表

崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称：崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购

项目编号：CZZC2025-G1-990086-GXHT 分标：2分标

投标人名称：河南普善医疗器械有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	交货期	货物品牌、型号、规格、生产厂家
1	体检车	医疗车1台；车载数字X射线机（含防护及防护装置）1台；检查床（B超检查床、心电检查床）2张；电测听室1间；工作指示灯、照明灯若干、座椅（医生操作椅1把、圆凳7把），操作台（采血台、肺功能台、影像工作台）3张；驻车空调3台；医用冰箱（85L）1台（相关货物具体尺寸详见商务技术文件中车内配置清单）	1台	1720000.00	1720000.00	自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用	品牌：厦门金龙、深圳艾克瑞； 型号规格：医疗车（型号：XMQ5166XYL）；车载数字X射线机（型号：AKHX-19Z-I） 生产厂家：医疗车（厦门金龙联合汽车工业有限公司）；车载数字X射线机（深圳艾克瑞电气有限公司）
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰柒拾贰万元整 （¥1720000.00元）							
2 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

河南普善医疗器械有限公司

第 3 页

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：河南普善医疗器械有限公司

日期：2025年06月17日



5. 投标服务技术偏离表

崇左市妇幼保健院2025年第一批设备采购

一、技术需求偏离表

项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物 名称	货物参数	货物 名称	所提供货物的内容	
1	体检 车	(一) 医疗车技术要求	体检 车	(一) 医疗车技术要求	无偏离
		1、整车要求：医疗车专用车型		1、整车要求：医疗车专用车型，品牌：厦门金龙；型号：XMQ5166XYL	无偏离
		1.1 总长：≥10990mm		1.1 总长：10990mm	无偏离
		1.2 总宽：≥2500mm		1.2 总宽：2500mm	无偏离
		1.3 总高：≥3400mm		1.3 总高：3640mm，车更高，车内空间更大	正偏离
		▲1.4 轴距：≥5620mm		▲1.4 轴距：5640mm	无偏离
		1.5 前悬：≤2200mm		1.5 前悬：2200mm	无偏离
		1.6 后悬：≤3180mm		1.6 后悬：3150mm	无偏离
		1.7 接近角/离去角：≥9/8(°)		1.7 接近角/离去角：9/8(°)	无偏离
		▲1.8 总质量：≤16300kg		▲1.8 总质量：15900kg	无偏离
		1.9 整备质量：≤15000kg		1.9 整备质量：14100kg	无偏离
		2、发动机：		2、发动机：广西玉柴 型号：YCK08310-60	无偏离
		2.1 发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机		2.1 发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机	无偏离
		2.2 功率：≥220KW		2.2 功率：228KW，发动机功率越大车辆动力储备越充足	正偏离
		▲2.3 排放标准：国六排放		▲2.3 排放标准：国六排放	无偏离
		2.4 排量：≥7600ml		2.4 排量：7698ml，汽车的排量越大马力越大，动力越强	正偏离
		3、底盘：		3、底盘：厦门金龙 型号：XMQ6112AYD6T	无偏离
		3.1 变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器		3.1 变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器	无偏离
		3.2 轮胎：国产真空胎（11R22.5）		3.2 轮胎：国产真空胎（11R22.5）	无偏离
		3.3 前轮距：≥2070		3.3 前轮距：2070	无偏离
		3.4 后轮距：≥1868		3.4 后轮距：1870	无偏离
		3.5 悬架：多片簧，弹簧片数≥8/10		3.5 悬架：多片簧，弹簧片数10/12	无偏离
		3.6 制动：符合ECE标准双回路气制动，前盘后鼓制动器		3.6 制动：符合ECE标准双回路气制动，前盘后鼓制动器	无偏离
		▲3.7 轴荷：≤5000/11000		▲3.7 轴荷：5000/10900	无偏离
		3.8 缓速器：电涡流缓速器		3.8 缓速器：电涡流缓速器	无偏离
		3.9 调整臂：国产自动调整臂		3.9 调整臂：国产自动调整臂	无偏离

河南普善医疗器械有限公司

第 50 页

3.10 离合器: Φ430/推式	3.10 离合器: Φ430/推式	无偏离
4、车身主要配置参数	4、车身主要配置参数	无偏离
4.1 车身结构: 半承载式	4.1 车身结构: 半承载式	无偏离
4.2 内饰: 成型内饰	4.2 内饰: 成型内饰	无偏离
4.3 乘客门及门泵: ≥2 门, 气动单扇外摆门	4.3 乘客门及门泵: 2 门, 气动单扇外摆门	无偏离
4.4 车窗、风挡: 全封闭粘接式钢化玻璃, 左右最前一扇侧窗玻璃的推拉窗	4.4 车窗、风挡: 全封闭粘接式钢化玻璃, 左右最前一扇侧窗玻璃的推拉窗	无偏离
4.5 后视镜: 彩色倒车监视器	4.5 后视镜: 彩色倒车监视器	无偏离
4.6 空调系统: 空调非独立顶置式	4.6 空调系统: 空调非独立顶置式	无偏离
4.7 地板: 国产防滑、高级耐磨地板革	4.7 地板: 国产防滑、高级耐磨地板革	无偏离
4.8 雨刮器: 单机双臂刮刮式	4.8 雨刮器: 单机双臂刮刮式	无偏离
4.9 车辆配备车载电脑: 倒车监控+行车记录仪+智能导航	4.9 车辆配备车载电脑: 倒车监控+行车记录仪+智能导航 (带本机地图、一键导航、资讯服务)+收音机+外接U盘+MP3 播放+智能运营分析系统+维修保养+电脑系统故障诊断), 智能化程度高	正偏离
(二) 车载 X 射线机技术要求	(二) 车载 X 射线机技术要求	无偏离
1、整体要求	1、整体要求	无偏离
▲1) 所投 X 光机必须具备整机注册证。	▲1) 所投 X 光机具备整机注册证。品牌: 深圳艾克瑞, 型号: AKHX-19C-I	无偏离
2) 具有体检专用数字 X 射线采集及处理。	2) 具有体检专用数字 X 射线采集及处理。并具有软件著作权证书 (详见 55-60 页)。	无偏离
2、操作台控制面板	2、操作台控制面板	无偏离
(1) 控制面板: ≥7 寸触控屏	(1) 控制面板: 7 寸触控屏	无偏离
(2) 分辨率: ≥1024*600	(2) 分辨率: 1024*600	无偏离
(3) 显示器类型: TFT 液晶屏	(3) 显示器类型: TFT 液晶屏	无偏离
(4) 触控类型: 电容触摸	(4) 触控类型: 电容触摸	无偏离
3、高频高压发生装置	3、高频高压发生装置 品牌: 赛德科 (SEDECAL) 型号: AKHF-500 (SHFR500 转换)	无偏离
(1) 功率: ≥50KW	(1) 功率: 50KW	无偏离

(2) 输入电源: 单相 220v, 带二级储能电池, 外出体检时不受电源的限制, 无需动力电。	(2) 输入电源: 单相 220v, 带二级储能电池, 外出体检时不受电源的限制, 无需动力电。	无偏离
▲ (3) 输入功率: $\geq 5\text{KVA}$	▲ (3) 输入功率: 6KVA	无偏离
(4) 摄片电压: 40-150KV	(4) 摄片电压: 40-150KV	无偏离
(5) 最大电流时间积: $\geq 500\text{mAs}$	(5) 最大电流时间积: 630mAs	无偏离
(6) 摄影 mA 范围: $\geq 10\text{mA}$, $\leq 630\text{mA}$	(6) 摄影 mA 范围: 10 mA-630mA	无偏离
(7) 具备微控高压发生装置控制	(7) 具备微控高压发生装置控制, 并具有计算机软件著作权证书 (详见 56-61 页)	无偏离
4、X 射线管球组件 (注明品牌、型号)	4、X 射线管球组件 (品牌: 佳能 型号: B7252X)	无偏离
(1) 旋转阳极热容量: $\geq 300\text{KHU}$	(1) 旋转阳极热容量: 300KHU	无偏离
(2) 双焦点: $\leq 0.6\text{ mm}/1.2\text{ mm}$	(2) 双焦点: 0.6 mm/1.2 mm	无偏离
(3) 具备 X 射线管恒温自动化调节控制	(3) 具备 X 射线管恒温自动化调节控制, 并具有计算机软件著作权证书 (详见 56-61 页)	无偏离
5、平板探测器 (注明品牌、型号)	5、平板探测器 (品牌: 佳能 型号: AR-C4343W)	无偏离
(1) 探测器类型: 非晶硅	(1) 探测器类型: 非晶硅	无偏离
(2) 闪烁体: CSI;	(2) 闪烁体: CSI;	无偏离
(3) 像素间距: $\leq 130\text{ 微米}$;	(3) 像素间距: 125 微米; 像素间距越小, 单位面积内像素数量越多, 分辨细节的能力就越强, 图像越清晰	正偏离
(4) 像素: $\geq 3300 \times 3400\text{ 像素}$;	(4) 像素: 3320 $\times$ 3408 像素; 像素高, 图像更清晰	正偏离
(5) 分辨率: $\geq 3.81\text{p/mm}$;	(5) 分辨率: 4.01p/mm; 分辨率更高, 图像更清晰	正偏离
(6) 有效成像区域: $\geq 410 \times 420\text{mm}$;	(6) 有效成像区域: 415 $\times$ 426mm; 有效像素区域大, 单次拍片的范围大	正偏离
(7) 重量: $\leq 4\text{kg}$;	(7) 重量: 3.7kg; 重量轻, 便于外出体检使用	正偏离

▲ (8) 可移动平板, 支持无线 WIFI 传输及有线传输两种模式	▲ (8) 可移动平板, 支持无线 WIFI 传输及有线传输两种模式	无偏离
(9) 具备医疗病理平板探测器感光识别及控制感应	(9) 具备医疗病理平板探测器感光识别及控制感应, 并具有计算机软件著作权证书 (详见 56-61 页)	无偏离
6、图像采集系统	6、图像采集系统	无偏离
(1) 工作站主机: 24 英寸显示器 (分辨率 1920x1200), CPU 英特尔酷睿 i5 以上, 4GB 内存	(1) 工作站主机: 戴尔 24 英寸显示器 (分辨率 1920x1200), CPU 英特尔酷睿 i5, 4GB 内存, 1TB 移动硬盘	正偏离
(3) 影像工作站	(3) 影像工作站	无偏离
①中文操作界面	①中文操作界面	无偏离
②DICOM 浏览器: 快速图文采集成像, 标准 DICOM3.0 图像格式, 自动设置最佳窗宽窗位, 根据组织部位范围, 快速调窗, 多窗显示, 拼图, 镜像, 旋转, 反相缩放, 漫游, 浏览图像。裁剪, 分割, 测量, 标注。组织均衡, 平滑, 尖锐, 降噪, 边缘提取, 卷积滤波, 数据分析; 图像加减, 平均, 融合。	②DICOM 浏览器: 快速图文采集成像, 标准 DICOM3.0 图像格式, 自动设置最佳窗宽窗位, 根据组织部位范围, 快速调窗, 多窗显示, 拼图, 镜像, 旋转, 反相缩放, 漫游, 浏览图像。裁剪, 分割, 测量, 标注。组织均衡, 平滑, 尖锐, 降噪, 边缘提取, 卷积滤波, 数据分析; 图像加减, 平均, 融合。	无偏离
③中文诊断报告编辑, 自定义报告格式, 所见所得。(提供诊断报告模板, 短语, 任意安排) 并可直接打印诊断报告	③中文诊断报告编辑, 自定义报告格式, 所见所得。(提供诊断报告模板, 短语, 任意安排) 并可直接打印诊断报告	无偏离
④页面设置: 图文并用, 上部显示图像, 下部书写报告, 快捷方便, 录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图)	④页面设置: 图文并用, 上部显示图像, 下部书写报告, 快捷方便, 录入、采集、诊断一屏式功能(实物图详见 62 页)	无偏离
⑤适用性: 在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理, 诊断及打印报告, 节省人力工时	⑤适用性: 在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理, 诊断及打印报告, 节省人力工时	无偏离
⑥图像软件通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类必检项目: SwF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC, 提供同时包含上述测试的一次性通过证书。	⑥图像软件通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类必检项目: SwF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC, (同时包含上述测试的一次性通过证书详见 63-66 页)。	无偏离

7、束光器：电动	无偏离
8、高压电缆：≥6米/75KV（2条）	无偏离
9、滤线栅：18"×18" r-12 N≥40 焦片距（FFD）：1.8m	无偏离
10、车载机架：固定球管、平板探测器装置，上下行程680mm，偏差±5%。	正偏离
11、具备全自动机械运动系统控制。	无偏离
12、车载X射线机防护设施技术要求	无偏离
12.1 X光机铅防护：≥2mm 四周铅板防护，配备电动滑移铅门，车辆出厂时提供计量质量检测报告。	正偏离
12.2 X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，提供食品药品监督管理局注册证或备案信息表证明。	无偏离
12.2.1 铅屏风性能指标：	无偏离
12.2.1.1 防护屏铅当量：≥0.5mmPb；	无偏离
12.2.1.2 上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a) 防护屏升降调节范围：500-700mm；b) 运动速度：30mm/s±5 mm/s。	无偏离
12.2.1.3 输入电源标记：输入电源为 AC220V±10%，50Hz。	无偏离
（四）车内其它配套附件及安装要求	无偏离
1、投标商须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准	无偏离
（1）检查床2张：配工作台、围帘	无偏离
（2）电测听室1间：符合听力筛查要求	无偏离

	(3) 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作要求	(3) 工作指示灯、照明灯、座椅（医生操作椅 1 把、圆凳 7 把），操作台 3 张，满足体检工作要求	无偏离
	(4) 驻车空调：≥3 台，规格：1.5P	(4) 驻车空调：顶置式 1 台、壁挂式 2 台，一共 3 台，规格：1.5P	无偏离
	(5) 医用冰箱：≥85L	(5) 医用冰箱：85L，品牌：海尔	无偏离
	(6) 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用	(6) 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用	无偏离
	(7) 车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。	(7) 车内所有功能性设施遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。	无偏离

后附技术需求偏离表中需附上的证明文件

投标人名称(电子签章)：河南普善医疗器械有限公司

日期：2025年 06月 17日

6. 商务条款偏离表

三、商务条款偏离表

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可以抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可以抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
二	二、交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。	二、交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。	无偏离
三	三、货物地点：崇左市妇幼保健院指定地点。	三、货物地点：崇左市妇幼保健院指定地点。	无偏离
四	四、验收标准、规范：	四、验收标准、规范：	无偏离
	1、中标人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。	1、如我公司中标，我公司代表人员必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。	无偏离
	2、为防止虚假应标，签订合同后采购人有权要求中标人提供本项目中指定设备到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到招标文件要求的，采购人将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。	2、为防止虚假应标，签订合同后采购人有权要求我公司提供本项目中指定设备到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到招标文件要求的，采购人将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。	无偏离
五	3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	3、我公司在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，我公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
	五、售后服务要求： ▲1. 保修期3年，软件免费升级，并确保备品备件的充足。质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。	五、售后服务要求： ▲1. 保修期3年，软件免费升级，并确保备品备件的充足。质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。	无偏离

	2. 设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收。免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备。	2. 设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收。免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备。	无偏离
	3. 故障响应时间：售后服务4小时内快速响应，售后工程师24小时内抵达现场提供技术支持。免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。	3. 故障响应时间：售后服务2小时内快速响应，售后工程师12小时内抵达现场提供技术支持。免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。	正偏离
	4. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。	4. 每半年2次定期回访以及对设备保养。	正偏离
	5. 投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。	5. 我公司应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。	无偏离
	6. 投标人应承诺设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。	6. 我公司应承诺设有固定的售后服务点（地址：南宁市江南区同乐大道50号7栋5楼；技术人员：张瀚取；联系电话：19577093189）。	无偏离
六	六、其他要求：	六、其他要求：	无偏离
	1、报价必须含以下部分，包括：	1、报价必须含以下部分，包括：	无偏离
	1.1 投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、场地布置、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。	1.1 投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、场地布置、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。	无偏离
	1.2 如有专机专用耗材和试剂，需列出清单及市场供货价作为参考。	1.2 如有专机专用耗材和试剂，需列出清单及市场供货价作为参考。	无偏离
	2、付款方式：	2、付款方式：	无偏离
	（1）合同价款一次性支付，在货物安装且验收合格后6个月内，采购人收到成交人开具的全额发票起10个工作日内支付合同总价的100%；	（1）合同价款一次性支付，在货物安装且验收合格后6个月内，采购人收到成交人开具的全额发票起10个工作日内支付合同总价的100%；	无偏离
	（2）付款前成交人需提供请款报告、足额发票。	（2）付款前成交人需提供请款报告、足额发票。	无偏离
	（3）不需另行提交质量保证金。	（3）不需另行提交质量保证金。	无偏离

	3、投标产品为进口产品的，确保投标产品为全新原装进口产品，并须提供相应的产品报关单及注册证（验收时提供）和售后服务承诺书，保证售后和质量。	3、投标产品为进口产品的，确保投标产品为全新原装进口产品，并须提供相应的产品报关单及注册证（验收时提供）和售后服务承诺书，保证售后和质量。	无偏离
2	分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		

投标人名称(电子签章)：河南普善医疗器械有限公司

日期：2025年 06月 17日

