

政府采购合同

合同名称：全州县中医医院住院楼血透室特殊设备及安装采购项目

合同编号：GLZC2024-J1-240286-GXTG

采购人（甲方）：桂林市全州县中医医院

中标人（乙方）：广西珂深威医疗科技有限公司

签订合同地点：全州县中医医院

签订合同时间：2025年1月7日

目录

1. 采购合同	3
2. 售后服务承诺	22
3. 成交通知书	26



采购合同

项目名称：全州县中医医院住院楼血透室特殊设备及安装采购项目

项目编号：GLZC2024-J1-240286-GXTG

甲方：桂林市全州县中医医院（采购人）

乙方：广西珂深威医疗科技有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
血透室专用配套设备							
1	制水、纯水预处理系统	大连康仑医疗设备有限公司、大连康仑、DKL-NH7	1. 产水量：3600L/h（25℃）； 2. 产水水质：符合AMI透析用水标准，符合国家YY9571-2015血液透析和相关治疗用水标准； 3. 全自动源水加压系统两套； 4. 保安过滤器 20寸 5μ：2套； 5. 全自动砂滤罐一套，应配备自动控制阀； 6. 全自动活性炭罐一套（采用椰壳活性炭填料，碘吸附值≥1000mg/g），应配备自动控制阀； 7. 全自动软化器一套，应配备自动控制阀； 8. 精密过滤器 20寸 5μ：2套；	1	套	135049.00	135049.00
2	反渗透主机系统	大连康仑医疗设备有限公司、大连康仑、DKL-NH7	1. 一级高压泵 1套；二级高压泵 1套；原装反渗透膜 8040：8套；膜壳 8040：8套； 2. 阀门、仪表：1批；主机管路：1批；设备结构机架：1套 3. 采用数字仪表进行在线监测，具备仪表校正功能，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。 4. 标配系统温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，夜间自动间隔循环模式； ▲5. 具有渗漏检测功能，水处理设备在待机和化学消毒（除清洗	1	套	209180.00	209180.00

			<p>步骤外)时,会自动监测系统渗漏情况。如出现渗漏,程序进入停止状态,并提示人工检查漏点。</p> <p>▲6.中英文界面显示,用户可选择中文/英文两种操作语言的工作界面。</p> <p>▲7.用户使用权限设定功能,水处理设备通过密码的方式进行登录;分用户权限和工程师权限,两权限分别对设备操作、记录查询、参数设置有不同的管理权限。工程师权限增加了设置出厂参数和启动激活测试。</p> <p>8.循环水箱,压力传感数字控制,时时动态液位状态显示,并具有数字标示;</p> <p>▲9.营运数据分析系统,对预处理及主机泵、阀等关键元件的工作量进行数据采集和记录,可对数据清零。</p> <p>10.浓水排放控制:可对系统排水进行灵活设置,根据反渗透系统进水电导进行自动开启或关闭,或长时间间隔开启或关闭。根据需要个性化设定,实现系统对产水率、回收率的调节与设定。</p> <p>11.设备具有双级全自动化学消毒功能,具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式,流程式操作,可单独为系统一级脱钙;</p> <p>12.设备具有全自动故障运行模式,故障一级和故障二级模式,可全自动运行时间表,并自动切换到待机清洗模式,系统的自清洁功能正常运行。</p> <p>▲13.设备具有激活测试模式,水处理设备可手动进行制水和手动测试硬件。</p> <p>14.全自动控制功能,根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行,同时具有一键式强制关机功能。</p> <p>▲15.具有工艺流程动态显示、营运数据维护、激活测试功能、渗漏报警功能。</p>				
3	热消毒装置系统	大连康仑医疗设备有限公司、大连	<p>▲1.独立的热消毒系统,控制系统不和反渗透主机共用,独立的PLC和10英寸人机对话界面。要求采用过流非接触式加热方</p>	1	套	18660.00	18660.00

		康仑、DKL-NH7	法, PEX 管路, 高温循环泵。 2. 热消毒具备强制终止功能, 可立即终止当前进程, 进入清洗过程, 热消毒升温、消毒、清洗、待机的过程显示, 及系统温度、压力值、泵、阀、加热棒等的状态显示。热消毒装置设有病房管路末端纯水取样口。				
4	纯水循环系统	大连康仑医疗设备有限公司、大连康仑、DN25/32	循环管路 PEX 管路	1	套	50736.00	50736.00
5	全自动透析浓缩液集中供应系统	大连康仑医疗设备有限公司、大连康仑、DKL-CCDS-A2、DKL-CCDS-B2	<p>1. 10 寸彩色液晶触摸屏, 品牌 PLC、电气元件, 自主研发控制系统;</p> <p>▲2. A 液、B 液主机分体式密闭机柜 2 台, 2 套智能控制系统独立运行互不影响; 配液桶、储液桶采用 PP 材质, 全密闭结构, 配备 0.2μm 空气过滤器, 防止外部细菌进入;</p> <p>▲3. 搅拌泵采用品牌电机, 316L 不锈钢材质, A 液循环泵采用双磁泵设计, B 液循环泵采用卫生级 SUS316L 离心泵, 防空转三重保护;</p> <p>4. 滤器外置结构, 方便更换滤芯;</p> <p>5. A 液、B 液系统在有故障时可单独工作, 便于系统在线维护;</p> <p>6. 控制系统可采用全自动/手动方式控制; 系统主要性能参数, 可在合理范围内由专业人员进行个性化设定; 内置时钟: 系统内置时钟与自然时间保持高度一致, 确保控制系统运转正常; 在线监测功能: 在线监测实时显示系统主要部件工作状态, 和桶内液面高度, 监控系统运行状态, 便于系统维护;</p> <p>7. 定时排气功能: 系统可设定时间, 在上机前, 自动循环供液管路, 排空气体;</p> <p>8. 自动配液: 自动化集中配制供应浓缩透析液, 缩短配液时间。可按任意人份设定配液份数, 配制准确, 不浪费;</p> <p>9. 配液水量采用液位传感器控制, 确保透析液浓度值精确、重</p>	1	套	566990.00	566990.00

		<p>复性高；</p> <p>10. 多重过滤系统：滤芯和微孔过滤元件组成，有效阻挡住未完全溶解的药粉颗粒，和过滤细菌以及热源物质；</p> <p>11. 配液系统自动清洗：设备配液开始和完毕后，都能自动清洗配液系统，避免药液腐蚀及细菌污染，提高元器件使用寿命；</p> <p>▲12. 滤器自动清洗：B液系统配液输送完成后，自动对过滤器进行清洗，避免弱碱性B液在滤器内长时间停留，滋生细菌；</p> <p>▲13. 电导率监测控制功能：系统对AB液电导率在配液后有检测功能，检测到电导率符合设定范围，才可自动向储液桶输送；</p> <p>14. 储液容量控制功能：自动配液后，时时监测储液桶空余容量，相匹配后，自动上液；</p> <p>▲15. 双向差分供液方式，采用主管路+次管路静态双路供液，保证每台设备药液的充足供给，同时可以在线维修。差分供液装置模具成型产品，B液要求采用耐温抑菌材质；红蓝硅胶管和原装品牌的PEX管；</p> <p>▲16. 专用接口：与透析机原有供液AB管路密闭式固定连接，采用耐腐、抑菌材质阀门，不得采用插拔方式连接，以杜绝插拔过程中AB液体渗漏和接口裸露增大细菌污染几率风险；</p> <p>17. 待机渗漏锁止功能：AB液系统休息待机模式，出现跑冒滴漏时，能够自动停止设备运行；</p> <p>18. 供液系统的循环设计，具备在透析机工作或停止的情况下透析液不间断流动的功能。防止液体长期停滞，杜绝死腔；</p> <p>▲19. B液自动加温装置，加温装置要求采用非接触、非浸入的过流式加热装置，不能有析出与氧化；B液系统多种消毒抑菌方式：热消，热化消，化消，水洗，均可以预约，方便操作人员自由安排时间；</p> <p>20. 自动清洗功能：每天完成治疗后，系统内的所有B液排空，并用符合标准的透析用水进行冲洗，满足《血液净化标准操作</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>规程》2020版要求。清洗完成后，可预约时间配液替换，缩短每天维护时间；</p> <p>▲21. B液系统热消毒功能和热化学消毒功能：温度不低于85℃，持续时间大于20min，满足《血液净化标准操作规程》2020版要求；</p> <p>22. 强制中止功能，在消毒时，系统可自动进入排空、清洗进程，及时应对急诊病人；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

二、血透室专用柜体

1	护士站	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W3700*D600*H800	<p>1.尺寸：3700*600*800</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板</p>	1	张	9990.00	9990.00
2	接诊台	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W6215*D600*H800	<p>1.尺寸：6215*600*800</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板</p>	1	张	16780.00	16780.00
3	血透室柜子	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W8200*D600*H1200	<p>1.尺寸：8200*600*1200</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板，单面开柜门</p>	1	组	20295.00	20295.00
4	血透室柜子	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W9950*D800*H1200	<p>1.尺寸：9950*800*1200</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板，双面开柜门，中间背板</p>	6	组	32835.00	197010.00
5	血透室柜子	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W5750*D800*H1200	<p>1.尺寸：5750*800*1200</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板，双面开柜门，中间背板</p>	1	组	18975.00	18975.00
6	血透室柜子	广西凯蒂斯家居有限责任公司	<p>1.尺寸：9950*415*1200</p> <p>2.台面：18mm厚人造石台面</p> <p>3.台身：18mm厚生态免漆板，</p>	2	组	17000.00	34000.00

		司、凯蒂斯、W9950*D415*H1200	单面开柜门				
7	血透室柜子	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W8800*D750*H1200	1.尺寸：8800*750*1200 2.台面：18mm 厚人造石台面 3.台身：18mm 厚生态免漆板，单面开柜门	1	组	27225.00	27225.00
8	阳性治疗室吊柜	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W4300*D300*H700	规格：W4300*D300*H700 1、柜体：采用18mm厚生态免漆板，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 2、柜门：选用18mm厚生态免漆板，板截面用2mmPVC封边条及涂胶，利用快速预热涂胶封边机，对其进行封边，要求粘力、密封性好。	1	组	3225.00	3225.00
9	阴性治疗室吊柜	广西凯蒂斯家居有限责任公司、凯蒂斯、W7150*D300*H700	规格：W7150*D300*H700 1、柜体：采用18mm厚生态免漆板，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 2、柜门：选用18mm厚生态免漆板，板截面用2mmPVC封边条及涂胶，利用快速预热涂胶封边机，对其进行封边，要求粘力、密封性好。	1	组	5360.00	5360.00
三、血透室医疗设备配套专用用电							
一层血透室医疗设备配套专用用电							
1	1层血透室集中供液设备配电箱1AT.JZ	广西柳州上线电气有限公司、柳州上线、1AT.JZ	1、名称:1AT.JZ 2、规格：配电箱负荷20KW，配置详见设计图纸 3、箱体材质:冷轧板SPCC,厚度：1.2~2.0mm 4、接线端子材质：纯铜	1	台	1500.00	1500.00
2	1层血透室纯水设备配电箱1AT.CS	广西柳州上线电气有限公司、柳州上线、1AT.CS	1、名称:1AT.CS 2、规格：配电箱负荷35KW，配置详见设计图纸 3、箱体材质:冷轧板SPCC,厚度：1.2~2.0mm 4、接线端子材质：纯铜	1	台	2080.00	2080.00
二层血透室医疗设备配套专用用电							

1	2层血透机插座配电箱 2XT	广西柳州上线电气有限公司、柳州上线、2XT	1、名称:2XT 2、规格:配电箱负荷 135KW,配置详见设计图纸 3、箱体材质:冷轧板 SPCC,厚度:1.2~2.0mm 4、接线端子材质:纯铜	1	台	19600.00	19600.00
2	插座	浙江人民建筑电器有限公司、人民电器、R86N-S	1、类型:三孔插座(安全型) 2、规格:250V 16A 3、尺寸:86mm*86mm 4、材质:阻燃 PC+紫铜	86	个	22.00	1892.00
3	电线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司、穿山牌、WDZ-BYJ-4 mm ²	1、规格:WDZ-BYJ-4 mm ² 2、阻燃等级:B1级 3、绝缘等级:0.6/1KV 4、线制:单芯线	3152	m	7.50	23640.00
4	电线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司、穿山牌、WDZ-BYJ-6 mm ²	1、规格:WDZ-BYJ-6 mm ² 2、阻燃等级:B1级 3、绝缘等级:0.6/1KV 4、线制:单芯线	2952	m	9.80	28929.60
5	线管	云南创峰制管有限公司、创峰、Φ20	1、材质:JDG 2、规格:Φ20 3、壁厚:1.6mm	1251	m	19.00	23769.00
6	线管	云南创峰制管有限公司、创峰、Φ25	1、材质:JDG 2、规格:Φ25 3、壁厚:1.6mm	825	m	22.00	18150.00

四、血透室医疗设备配套专用给排水

一层血透室医疗设备配套专用给排水

1	陶瓷洗手池	广东朝阳卫浴有限公司、朝阳、立柱式	1、规格:立柱式 2、材质:陶瓷(配套上下水配件,不锈钢冷热水感应龙头)	1	套	1320.00	1320.00
2	不锈钢角阀	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	1、规格:DN20 转 DN15 2、有优异的抗冲击强度,静液强度高,耐化学品性能,适用温度-14~95℃;	2	个	55.00	110.00
3	PPR截止阀	中国联塑集团控股有限公司	1、规格:DN50 2、有优异的抗冲击强度,静液强度高,耐化学品性能,适用	1	个	83.00	83.00

		司、联塑、DN50	温度-14~95℃;				
4	PPR冷水管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN20	1、规格：DN20（含管件，支吊架）	7.2	米	60.00	432.00
5	PPR热水管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN20	1、规格：DN20（含管件，支吊架）	7.2	米	61.00	439.20
6	PPR冷水管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN50	1、规格：DN50（含管件，支吊架）	38.8	米	93.00	3608.40
7	复合硅酸盐管道保温棉	重庆垫江三元保温材料有限公司、重庆垫江三元、DN50	1、规格：DN50以下3mm厚	0.039	立方米	1330.00	51.87
8	UPVC排水管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN75	1、规格 DN75（含管件） 2、具有特强的化学稳定性能，耐强酸、强碱，不结垢，无二次污染。 3、表面粗糙系数为 0.009。	18.2	米	68.00	1237.60
9	UPVC排水管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN100	1、规格 DN100（含管件，支吊架） 2、具有特强的化学稳定性能，耐强酸、强碱，不结垢，无二次污染。 3、表面粗糙系数为 0.009。	8	米	77.00	616.00
10	侧排地漏	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	1、规格：DN75 2、材质：不锈钢地漏	4	个	205.00	820.00
11	防水翼环	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	不锈钢防水翼环 DN100	4	个	356.00	1424.00
二层血透室医疗设备配套专用给排水							
1	埋地PVC套管	中国联塑集团有限公司、联塑、DN40	1、规格 DN40（含管件）	99.9	米	80.00	7992.00
2	UPVC	中国联塑	1、规格 DN50（含管件）	183.9	米	62.00	11401.80

	排水管	集团控股有限公司、联塑、DN50	2、具有特强的化学稳定性能，耐强酸、强碱，不结垢，无二次污染。 3、表面粗糙系数为 0.009。				
3	UPVC 排水管	中国联塑集团控股有限公司、联塑、DN100	1、规格 DN100（含管件，支吊架） 2、具有特强的化学稳定性能，耐强酸、强碱，不结垢，无二次污染。 3、表面粗糙系数为 0.009。 1、规格 DN100（含管件） 2、具有特强的化学稳定性能，耐强酸、强碱，不结垢，无二次污染。 3、表面粗糙系数为 0.009。	92	米	77.00	7084.00
4	UPVC 检修口	中国联塑集团控股有限公司、联塑、DN100	1、规格：DN100 2、有优异的抗冲击强度，静液压强度高，耐化学品性能，适用温度-14~95℃；	4	个	15.00	60.00
5	楼板开孔（含修复）	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	规格：DN150 2、楼板机械钻孔及修复	10	个	300.00	3000.00
B、血透室医用气体							
A、医用中心供氧系统							
1	氧气二级减压箱	澳柯赛（桂林）医疗器械有限公司、澳柯赛、VBO3-OXY	1、出口压力：0.3-0.5MPa 可调； 2、最大流量：300L/min； 3、两路供气、一备一用； 4、配置安全泄压装置，超压时自动泄压； 5、箱体设计百叶窗，防止箱体内氧浓度升高。	1	套	4300.00	4300.00
2	气体阀门箱	澳柯赛（桂林）医疗器械有限公司、澳柯赛、2气	1、控制医用气体管路（医用氧气、医用负压）开闭。 2、医用氧气压力指示、医用负压压力指示。 3、进气方式：水平或垂直进气。	1	套	2500.00	2500.00
3	氧气流量计	广州市唯量工控技术有限公司、唯量、MEMS-0615	1、LED 数字显示，可显示瞬时流量和总量； 2、配有 RS485 通讯模块，便于集中控制和远程传输； 3、通气流量 18m ³ /h，量程 0-300L/min； 4、精度：±2.5%； 5、工作电压：8-24V DC，最大工作压力≤1.0Mpa。	1	套	3400.00	3400.00
4	氧气流量	国工阀门有限公司	1、主体材质：铜接件； 2、规格：φ22。	3	个	300.00	900.00

	计球阀	司、国工、 φ22					
5	病房 氧气 维修 阀	澳柯赛 (桂林) 医疗器械 有限公司、澳柯 赛、 XCF04-A	1、主体材质：铜接件；	18	套	55.00	990.00
6	供氧 分管	浙江海亮 股份有限 公司、海 亮、φ 22*1.5	1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ22； 3、厚度：1.5mm。	60	米	145.00	8700.00
7	供氧 支管	浙江海亮 股份有限 公司、海 亮、φ 12*0.8	1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ12； 3、厚度：0.8mm。	16	米	40.00	640.00
8	供氧 支管	浙江海亮 股份有限 公司、海 亮、φ 8*0.8	1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格：φ8； 3、厚度：0.8mm。	34	米	28.00	952.00
9	集成 式设 备带	广西珂深 威医疗科 技有限公 司、珂深 威、 KSW-ZT-0 1A1、 KSW-OXY- D2	1、产品尺寸：长650mm*宽 350mm*高72mm 2、产品材质： 面板：PC+ABS 塑料；等级： V0 级 底盒：铝合金；厚度：1.5mm 3、结构形式：气体腔、强电腔、 弱电腔完全隔离 ▲4、抗拉强度、铁含量、铜含 量、锌含量、铬含量、钛含量必 须满足下述具体要求。其中，抗 拉强度：224N/mm ² 、含铁量： 0.24%、含铜量：≤0.01%、含 锌量：0.018%、含铬量： 0.0062%、含钛量：0.0081%。 ▲5、镉、铅、汞、六价铬等有 害微量元素要求必须达到标准 要求。其中，含镉量：N.D.未检 出、含铅量：N.D.未检出、含汞 量：N.D.未检出、含六价铬量： 阴性（不存在六价铬镀层）。 ▲6、符合 GB8624-2012 燃烧 性能 A 级。 7、产品标准配置： ▲7.1、国标气体终端（包含氧 气、吸引）其中氧气终端：安装 中心距尺寸 45mm；机械强度：	81	套	4550.00	368550.00

			<p>终端能承受一个平稳的不小于600N 的轴向拉伸力。拔插次数20 万次；流量≥150L/min。</p> <p>7.2、五孔插座 1 套；开关 1 套；整体式床头灯 1 套</p> <p>7.3、供氧和吸引支管：铜管</p> <p>7.4、电源线：3*2.5 护套电源线</p> <p>7.5、内部线槽结构形式：气体腔、强电腔、弱电腔完全隔离</p> <p>7.6、医用气体检测仪-分机： ▲7.6.1、具有同时或任一组合监测显示医用氧气、医疗空气、医用真空三种医用气体的信息参数，且参数异常时，具有峰鸣提示功能。 ▲7.6.2、具有同时或任一组合监测显示医用氧气的压力、浓度、流量、一氧化碳含量、水分含量（露点）的参数。 7.6.3、配有按钮导航进入查看详细信息及历史数据，历史数据和报警记录，可记录5000条数据和时间。 7.6.4、医用氧气流量参数直监测范围为：0-10L/min</p>				
10	信号线	佛山市一限天科技有限公司、金山角、FD-5E223	1、超五类网线 含水晶头。	20	米	4.00	80.00
11	护套电源线	长沙众达电缆制造有限公司、众达、3*2.5mm ²	1、规格：3*2.5mm ² 。	340	米	9.30	3162.00
12	氧气吸入器	澳柯赛（桂林）医疗器械有限公司、澳柯赛、XCQ-06	<p>1、工作压力：0.4Mpa；</p> <p>2、输出流量：1-10L/min；</p> <p>3、输入接口：国标。</p> <p>▲4、湿化液为纯化水质，应为无色的澄清液体，无臭。不挥发物 0.1mg；重金属<0.00001%。微生物限度符合规定。</p>	12	个	190.00	2280.00
13	球头帽咀	澳柯赛（桂林）医疗器械有限公司、澳柯赛、12YC	<p>1、主体材质：优质铜；</p> <p>2、规格：12YC。</p>	5	个	25.00	125.00
14	管道介质	广西珂深威医疗科	现场制作。	1	项	100.00	100.00

	流向标识	技术有限公司、珂深威、定制					
15	管道系统试压、气密性试验	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	现场制作。	110	米	2.00	220.00
16	管道系统吹扫	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	现场制作。	170.1	米	2.00	340.20
17	铝合金装饰罩	佛山海阁鲁铝业有限公司、海阁鲁、60mm*30mm	1、主体材质：铝合金； 2、规格：60mm*30mm。	22	米	49.00	1078.00
18	房间穿墙开孔及套管	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	水钻开孔及PVC套管。	18	个	10.00	180.00
19	管道接驳配件	浙江海亮股份有限公司、海亮、定制	弯头、直通、三通。	1	宗	1020.00	1020.00
20	辅材	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	开孔、管道支架制作及安装、焊条、焊丝、自喷漆等。	1	批	1000.00	1000.00
B、医用中心吸引系统							
21	吸引分管	浙江清辉管道科技有限公司、清辉、 $\phi 42*2.0$	1、材质：医用无缝不锈钢管,06Cr19Ni10; 2、规格： $\phi 42$; 3、厚度：2.0mm。	60	米	135.00	8100.00
22	吸引支管	浙江海亮股份有限公司、海亮、 $\phi 28*1.5$	1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格： $\phi 28$; 3、厚度：1.5mm。	16	米	230.00	3680.00
23	吸引支管	浙江海亮股份有限公司、海亮、 $\phi 10*1.0$	1、材质：医用脱脂紫铜管； 2、规格： $\phi 10$; 3、厚度：1.0mm。	34	米	32.00	1088.00

24	负压吸引器	余姚市宇峰医疗器械有限公司、宇峰、YF-X1	1、材质：优质铜； 2、工作压力：-0.07-0Mpa 可调； 3、流量：≥2.5L/min； 4、吸引瓶容积：1L。	8	套	200.00	1600.00
25	管道介质流向标识	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	现场制作。	1	项	100.00	100.00
26	房间穿墙开孔及套管	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	水钻开孔及 PVC 套管。	18	个	10.00	180.00
27	管道系统试压、气密性试验	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	现场制作。	94	米	2.00	188.00
28	管道系统吹扫	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、定制	现场制作。	94	米	2.00	188.00
C. 医用信息化护理系统							
29	医用信息化管理主机	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-686	1、外形尺寸：255mm*280mm*88mm； 2、安装方式：台式安装； 3、安装位置：护士站； 4、接入方式：总线制； 5、主要功能：(1) 病房信息护理系统核心管理设备；(2) 为系统提供工作电源；(3) 管理系统内所有设备以实现呼叫、对讲、呼叫信息上传、病房及床头设备信息发布、广播宣教、背景音乐播放等功能。	1	套	5800.00	5800.00
30	医用信息化医护分机	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-686	1、外形尺寸：320mm*227mm*82mm (10.4 吋液晶显示，触摸屏)； 2、安装方式：台式安装； 3、安装位置：护士站、治疗室、值班室等； 4、接入方式：总线制； 5、主要功能： (1) 液晶显示医生、护士、患者等相关信息、接听床头分机的呼叫；	1	套	5580.00	5580.00

			<p>(2) 呼叫床头分机，与床头分机对讲；</p> <p>(3) 有分机呼叫时语音播报分机床号或房号；</p> <p>(4) 现场对本机编号（一个系统有多个医护分机时）；</p> <p>(5) 现场音量调节；</p> <p>(6) 对系统设备进行广播等。</p>				
31	医用信息化床头分机(5寸)	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-686	<p>外形尺寸：190mm×92mm×16mm；（手柄独特LED照明灯设计）</p> <p>安装方式：墙面或设备带明装；</p> <p>安装位置：病房床头；</p> <p>接入方式：总线制；</p> <p>主要功能：</p> <p>▲（1）分机传呼到主机的信号声音63.8分贝。</p> <p>（2）液晶显示医生、护士、患者等相关信息。</p> <p>（3）有专用换药呼叫功能，采用4个彩色灯分别提示所需要护理项目。</p>	81	套	940.00	76140.00
32	医用信息化卫浴分机	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-686	<p>1、外形尺寸：无线型86mm*86mm*15mm；</p> <p>2、安装方式：无线型可标准86底盒或表贴明装；</p> <p>3、安装位置：病房卫生间；</p> <p>4、接入方式：无线；</p> <p>5、主要功能：</p> <p>（1）紧急呼叫；</p> <p>（2）独特防水功能，防水等级可达IPX1-8；</p> <p>（3）现场编号等。</p>	2	套	90.00	180.00
33	医用信息化走廊显示屏	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-686	<p>外形尺寸： 940mm*180mm48mm；</p> <p>安装方式：吸顶式安装；</p> <p>安装位置：病房走道；</p> <p>接入方式：总线制；</p> <p>▲主要功能：</p> <p>（1）双面LED点阵。</p> <p>（2）常态时显示日期、时间信息，呼叫时双面显示患者床号或卫生间房号信息。</p> <p>（3）中文显示内容可根据需求现场任意修改。</p>	1	套	3300.00	3300.00
34	医用信息化信号主线	长沙众达电缆制造有限公司、众达、3*2.5mm ²	1、规格：3*2.5mm ² 。	95	米	9.30	883.50
35	医用	长沙众达	1、规格：3*1.0mm ² 。	204	米	5.50	1122.00

	信息 化信 号分 线	电缆制造 有限公 司、众达、 3*1.0mm ²					
D、医用气体报警系统							
36	区域 报警 分机 (正 压氧 气、 负 压)	广西珂深 威医疗科 技有限公 司、珂深 威、 KSW-MGA9 7-A (二 气)	<p>1、具备监测氧气参数（压力）并显示；</p> <p>2、氧气压力检测范围：0-1.0Mpa。</p> <p>2、当氧气参数（压力）值发生偏离时，分机启动声光报警提示；</p> <p>3、具备手动/手机 APP/中央监控电脑调控分机参数；</p> <p>3、报警声响可静音取消，但灯光报警提示信息继续保持；</p> <p>4、报警声响不小于 55 dB(A)；</p> <p>5、氧气压力参数值恢复正常后，声光报警信息自动取消；</p> <p>6、分机报警信息数据具备网络传输功能，至报警系统主机和手机 APP；</p> <p>7、具备监测负压参数（压力）并显示；</p> <p>7、负压压力检测范围为：0-1.0Mpa。</p> <p>8、当负压参数（压力）值发生偏离时，分机启动声光报警提示；</p> <p>9、负压压力参数值恢复正常后，声光报警信息自动取消。</p> <p>▲10.正压气体检测显示范围应为 0MPa~0.7MPa，负压气体检测显示范围应为 -100kPa ~ 0kPa；</p> <p>▲11.压力范围内报警限值应可灵活设置，监测到气压压力超过报警设置限值，启动分机报警；</p> <p>▲12.安全要求应符合 GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求》的要求；</p>	1	台	4500.00	4500.00
37	正压 压力 传感 器	广西珂深 威医疗科 技有限公 司、珂深 威、 KSW-BJXT	<p>1、采集正压医用气体的参数信息；</p> <p>2、电压：DC24V；</p> <p>3、量程：0-1.0Mpa；</p> <p>4、精度：0.5%FS；</p> <p>5、输出电流：4-20mA；</p> <p>6、壳体材质：304 不锈钢材质。</p>	1	个	450.00	450.00
38	负压 压力	广西珂深 威医疗科	1、采集负压医用气体的参数信息；	1	个	450.00	450.00

	传感器	技有限公司、珂深威、KSW-BJXT	2、电压：DC24V； 3、量程：-0.1-0Mpa； 4、精度：0.5%FS； 5、输出电流：4-20mA； 6、壳体材质：304 不锈钢材质。				
39	区域报警分机电源适配器	广西珂深威医疗科技有限公司、珂深威、KSW-BJXT	1、用于区域报警分机供电； 2、电压：DC 12V； 3、电流：3A； 4、单线长度：1-2 米。	1	个	120.00	120.00
40	信号线	长沙众达电缆制造有限公司、众达、2*1.0mm ²	1、规格：2*1.0	80	米	5.00	400.00
合 计							1987282.17

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）壹佰玖拾捌万柒仟贰佰捌拾贰元壹角柒分人民币（¥1987282.17元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期按国家有关规定实行产品“三包”，货物采购需求有明确规定按照其规定，其他货物质保期不少于 1 年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明

书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用时间：响应文件承诺的时间且不超过采购人要求。

交付使用地点：全州县中医医院采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执三份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：全州县中医医院指定地点。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

合同签订7个工作日内支付合同金额的30%，所有设备安装调试完毕并验收合格后1个月后支付合同金额的67%，正常运行一年后支付合同金额的3%（无息）。所有设备安装调试完毕并验收合格后，供应商须向采购人提供全额正规合法的有效发票。（备注：在合同履行期内，若因国家政策原因导致国家资金被取消或者抽走，甲方应付乙方款项转为甲方自筹资金给付，甲方付款时间以甲方自筹资金到账后再给付乙方，乙方自愿同意甲方付款方式改变并承诺不追究甲方因此造成逾期付款的任何责任。）

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的可按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%。超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 谈判中的谈判记录；
5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方名称（公章）：桂林市全州县中医医院

法定代表人：_____

委托代理人：蒋以 冯国祥 刘集

电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日期：2025年1月7日

乙方（公章，自然人除外）：广西珂深威医疗科技有限公司

法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：飞蒋印剑

委托代理人：罗水龙

电话：0773-5857358

开户名称：广西珂深威医疗科技有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司桂林分行

银行账号：555010100100215437

日期：2025年1月7日

2. 售后服务承诺

5. 供应商的售后服务承诺书

优质售后服务的实现是以设备的先进性、成熟性、设备部件的优质性及设备运行的稳定性为前提的，换言之，一套设计落后、质量低劣、故障频繁的设备，即使提供的售后服务再完善，均会对用户的正常使用设备造成影响。为了保证不影响用户的正常使用，我公司为用户提供高品质的产品，而且也为用户提供优质的售后服务。

一、规范标准承诺：

采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

二、质保期承诺：

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
2. 保修（质保）期：货物采购需求有明确规定按照其规定，其他货物保修期 1 年（厂家保修（质保）期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修（质保）期均自交货验收合格之日起计算。

三、交付时间和地点承诺：

1. 交付时间：自合同签订之日起 3 个月内安装调试完成并验收合格交付使用。
2. 交付地点：全州县中医院采购人指定地点。

四、售后服务承诺：

1、售后服务热线

售后服务电话：0773-5857358 公司 400 客服电话：400-8091778

2、故障响应时间

保修（质保）期内，如果出现故障，我公司在接到采购人通知后应在 2 小时内给予响应，8 小时内进行故障处理，如必要则 24 小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题 48 小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

3、维修程序

维修人员到现场后，首先了解、检查设备出现情况；确定后，向采购人说明需维护、维修内容，大约工作时间等；然后迅速做好维修工作，维修完毕，按照程序整理、清扫现场，填写表格。并请采购人填写维修意见签名确认，随后上报总部，总部设专门监督人员电话回访，对工程人员、维修人员的工作质量、服务质量、服务态度等进行跟踪检查。

4、售后服务措施


我公司提供的以下售后服务均应包含在谈判报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2. 保修（质保）期：货物采购需求有明确规定按照其规定，其他货物保修期 1 年（厂家保修（质保）期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修（质保）期均自交货验收合格之日起计算。


3. 送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4. 保修（质保）要求：

（1）保修（质保）期内，如果出现故障， 我公司在接到采购人通知后应在 2 小时内给予响应，8 小时内进行故障处理，如必要则 2 小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题 48 小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过 2 小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供保修（质保）期内提供软件升级服务。

（3）我公司如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面单据。保修（质保）期内厂家应每年对设备进行 1-2 次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

5. 在保修（质保）期内， 我公司应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修（质保）期内因货物本身的质量问题发生故障，我公司应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由我公司承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、我公司双方协议定价。

（3）退货处理：我公司应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6. 售后服务其他要求按合同条款执行。

五、安装和培训承诺：

1. 采购人应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 我公司承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

3. 我公司对提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。我公司应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训。

4. 提供不限人数的技术培训 1 次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。

5. 培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。

6. 培训内容

—制水、纯水预处理系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用信息化护理系统、医用气体报警系统工作原理及工艺流程

一制水、纯水预处理系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用信息化护理系统、医用气体报警系统操作规程

一制水、纯水预处理系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用信息化护理系统、医用气体报警系统维护保养

一系统各附属设施的日常操作及维护保养

一操作规程及维护保养

一培训人员对各系统的实操操作

一紧急情况应急处理及保修管理规范。

一机动培训

7. 培训人员安排

接受培训的人数不做限制，建议安排主要成员参与，培训人员安排表如下：

人员类型	人数安排（建议）	说明
现场管理人员	1人	参与全部培训
医技人员	2人	参与全部培训
维修技术人员	2人	参与全部培训
操作人员	2人	参与全部培训

六、付款条件（进度和方式）承诺：

合同签订7个工作日内支付合同金额的30%，所有设备安装调试完毕并验收合格后1个月后支付合同金额的67%，正常运行一年后支付合同金额的3%（无息）。所有设备安装调试完毕并验收合格后，我公司须向采购人提供全额正规合法的有效发票。（备注：在合同履行期内，若因国家政策原因导致国家资金被取消或者抽走，甲方应付乙方款项转为甲方自筹资金给付，甲方付款时间以甲方自筹资金到账后再给付乙方，乙方自愿同意甲方付款方式改变并承诺不追究甲方因此造成逾期付款的任何责任。）

七、包装和运输承诺：

1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，我公司应当执行。
4. 产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由我公司自行承担。

八、保险承诺:

本项目合同履行中相关的一切税费、保险均由我公司全部自行承担。

九、验收标准承诺:

1. 我公司必须按招标文件要求、响应文件承诺提供产品,且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品生产厂家合格产品的出厂质量标准。


2. 设备需全新、完好、无破损,产品到货后,采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验,必要时,采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、响应文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品生产厂家合格产品的出厂质量标准,采购人有权不予验收,由此造成采购人的经济损失由我公司承担全部赔偿责任。

3. 验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

4. 货物相关尺寸误差须参照国家标准的要求。

5. 采购项目需求中要求提供的检测报告复印件,在签订合同前向采购人提供检测报告原件核查,我公司必须按照采购人的要求在1个工作日内提供,否则采购人有权按照合同条款追究我公司的违约责任,上报财政部门进行处理,按虚假应标处罚并上报《国家企业信用信息公示系统》。

6. 我公司未经采购人同意擅自更换项目经理,被视为违约行为,需要承担相应的违约责任。

供应商[公章(CA 签章), 自然人签字或个人 CA 签章]:  张浩
日 期: 2024年12月31日

3. 成交通知书

广西天罡工程项目管理有限公司关于全州县中医医院住院楼血透室特殊设备及安装采购项目（项目编号：
GLZC2024-J1-240286-GXTG）
成交通知书

广西珂深威医疗科技有限公司：

广西天罡工程项目管理有限公司受桂林市全州县中医医院委托，就全州县中医医院住院楼血透室特殊设备及安装采购项目（项目编号：GLZC2024-J1-240286-GXTG）采用竞争性谈判进行采购，按规定程序进行了谈判。经谈判小组评审推荐，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。

成交供应商	项目经理、注册编号	成交金额（元）	成交供应商地址
广西珂深威医疗科技有限公司	梁志锐、 桂 0773-222-0196	壹佰玖拾捌万柒仟贰佰捌拾贰元壹角柒分 (1987282.17 元)	桂林市灵川县定江镇长隆路 11 号

一、请贵公司接到本通知书后，三个工作日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

二、签订合同详细地点：桂林市全州县中医医院（全州县全州镇桂黄北路 11 号）

联系人：李院长 联系电话：0773-4815250

三、届时请带齐下列证件：

- （一）成交通知书；
- （二）竞标文件上规定的文件材料（含法人代表人授权书）；
- （三）单位公章或合同专用章；
- （四）本单位的开户银行、帐号及开户名称。

特此通知

采购代理机构：广西天罡工程项目管理有限公司

