

北海市人民政府采购合同

合同名称：急诊医学科便携式电动胸腔按压机、泌尿外科尿动力学
检测系统等设备购置项目标项 2 采购合同

合同编号：BHRY-HW-QXK-20250071

招标人（甲方）北海市人民医院

供应商（乙方）广西东桃医疗设备有限公司

签订合同地点：北海市人民医院

签订合同时间：2025 年 月 日

目 录

第一章	北海市政府采购合同	1
第二章	投标函	7
第三章	投标报价明细表	9
第四章	设备配置清单	11
第五章	商务响应表	12
第六章	技术响应表	19
第七章	售后服务承诺书	30
第八章	采购需求	32
第九章	中标通知书	38

第一章 北海市政府采购合同

合 同 编 号：BHRH-HW-QXK-20250071 采购单位（甲方） 北海市人民医院
采购计划号：BH2C2024-C1-02445 供 应 商（乙方） 广西东桃医疗设备有
限公司 项目名称及编号：急诊医学科便携式电动胸腔按压泵、泌尿外科尿动力学检测
系统等设备购置项目、项目编号：BH2C2025-G1-990022-KWZB

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，
按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	医疗器械 产品注册 证名称	规格 型号	生产 厂家	单位	单 价 (元)	数 量	金 额 (元)
1	尿动力学检测系统	尿动力学 分析仪	Nidoc 970B	成都维信电 子科大新技 术有限公司	台	443000.00	1	443000.00
2	硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）	硬性电子 膀胱肾盂 镜	9802.86 71	南昌沃克医 疗科技有限 公司	支	75000.00	1	75000.00
3	硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）	硬性电子 膀胱肾盂 镜	9803.86 71	南昌沃克医 疗科技有限 公司	支	75000.00	1	75000.00
4	硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）	硬性电子 膀胱肾盂 镜	9809.80 61	南昌沃克医 疗科技有限 公司	支	75000.00	1	75000.00
5	医用加压器	医用加压器	ISA-III A型	杭州好克光 电仪器有限 公司	台	15250.00	2	30500.00
人民币合计金额（大写）：人民币陆拾玖万捌仟伍佰元整 （小写）：¥698500.00								

尿动力学检测系统配置及附件

序号	名称	数量及单位
1	主机	1 台
2	压力传感器	1 台
3	灌注单元	1 台
4	推注泵	1 台
5	尿流率	1 台
6	牵引机	1 台
7	EMG 单元	1 台
8	软件和功能显示	1 台
9	导管	2 根

医用加压器配置及附件

序号	名称	规格	数量及单位
1	加压器（蠕动泵）	/	1 台
2	传感器	/	1 个
3	短穿刺针	/	1 支
4	医用加压器部件	加压器皮管	1 套

2. 合同合计金额包括乙方在甲方指定地点交付所投产品时所产生的任何费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

第二条、质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条、权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物的运输方式：不限。
5. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗品。

第五条、交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用，地点：甲方指定地点。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

6. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

7. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

9. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

10. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第六条、安装和培训(是否增加伴随服务内容)

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:甲、乙双方协定执行。

第七条、售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期:自安装完毕验收合格之日起:尿动力学检测系统保修期 60 个月;硬性电子膀胱肾盂镜(小儿镜)、硬性电子膀胱肾盂镜(成人镜)、硬性电子膀胱肾盂镜(经皮肾镜)、医用加压器保修期 12 个月。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条、付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质:财政性资金。

3. 付款方式:

本项目甲乙双方自合同签订之日起 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的 30%货款;设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的 50%货款;交付使用至 6 个月后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的 15%货款;合同总金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息,按要求保修)。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计(期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求)。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费修理和更换

零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在三个工作日内到达甲方现场。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为：尿动力学检测系统保修期 60 个月；硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）、医用加压器保修期 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修。

第十一条、违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额 1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额 1% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方逾期付款超过 180 天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

8. 除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十二条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
2. 售后服务具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
3. 保修期责任：详见附件售后服务承诺书。	
4. 其他具体事项：详见投标文件。	
甲方（章）北海市人民医院	乙方（章）广西东桃医疗设备有限公司
2025 年 月 日	2025 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二章 投标函

一、投标函

投 标 函

致：北海市人民医院

根据贵方 项目名称：急诊医学科便携式电动胸腔按压泵、泌尿外科尿动力学检测系统等设备购置项目（项目编号：BHZC2025-G1-990022-KWZB）的招标公告，签字代表 （姓名）经正式授权并代表投标人 广西东桃医疗设备有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 60 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市洪历路 27 号辰逸产业园 5 号楼标准厂房 4 层 401 号 A 室

邮编：530000

电话:
投标人
开户行
银行帐户
法定代表人



投标人（盖公章）：广西东桃医疗器械有限公司



2025 年 03 月 25 日

第三章 投标报价明细表

二、开标一览表

开标一览表

项目名称：急诊医学科便携式电动胸腔按压泵、泌尿外科尿动力学检测系统等设

备购置项目 项目编号：BHJC2025-G1-990022-KWZB 分标：02 分标

投标人名称：广西东桃医疗设备有限公司 单位：元

序号	标的的名称	品牌	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	尿动力学检测系统	维信	1 台	443000.00	443000.00
2	硬性电子膀胱肾盂镜（小儿 镜）	沃克	1 支	75000.00	75000.00
3	硬性电子膀胱肾盂镜（成人 镜）	沃克	1 支	75000.00	75000.00
4	硬性电子膀胱肾盂镜（经皮 肾镜）	沃克	1 支	75000.00	75000.00
5	医用加压器	好克	2 台	15250.00	30500.00
合计金额大写：人民币 <u>陆拾玖万捌仟伍佰元整</u> （¥698500.00）					

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）

投标人（盖公章）：广西东桃医疗设备有限公司

日期：2025 年 03 月 25 日

第四章 设备配置清单

一、设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标： 02 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	尿动力学检测系统	1 台	维信	Nidoc 970B	成都维信电子科大新技术有限公司	成都	详见产品技术偏离表及其附件
2	硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）	1 支	沃克	9802.8671	南昌沃克医疗科技有限公司	南昌	详见产品技术偏离表及其附件
3	硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）	1 支	沃克	9803.8671	南昌沃克医疗科技有限公司	南昌	详见产品技术偏离表及其附件
4	硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）	1 支	沃克	9809.8061	南昌沃克医疗科技有限公司	南昌	详见产品技术偏离表及其附件
5	医用加压器	2 台	好克	ISA-ⅢA 型	杭州好克光电仪器有限公司	杭州	详见产品技术偏离表及其附件

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：江西东海医疗设备有限公司

日 期：2025 年 03 月 25 日

第五章 商务响应表

五、商务要求偏离表

所投分标：_02_分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。	1. 我公司承诺交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。	无偏离
	2. 交付地点：北海市采购单位指定的地点。	2. 我公司承诺交付地点：北海市采购单位指定的地点。	无偏离
付款方式	本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。	我公司承诺本项目采购人及我公司双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向我公司支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向我公司支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向我公司支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。	无偏离
保修期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，尿动力学检测系统自交付验收合格之日起保修期 60 个月，硬性电子膀胱	无偏离

	项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	胱肾盂镜（小儿镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）、医用加压器自交付验收合格之日起保修期 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	
售后技术服务要求	1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。	1. 我公司负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由我公司承担。	无偏离
	2. 售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在 2 小时内电话响应，4 小时内提供	2. 售后服务： 项目在安装调试过程中，我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，我公司在 2 小时内电话响应，4 小时内提供	无偏离

	解决方案，一般问题应在 48 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。	解决方案，一般问题在 48 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由我公司承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。	
	3. 中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。	3. 我公司向采购人开放该设备所有数字接口，不额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由我公司支付。	无偏离
	4. 如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。	4. 如果采购人需要时，我公司提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不额外收取费用。	无偏离
	5. 设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，	5. 设备生产时间：我公司提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，	无偏离

	采购人有权拒绝接受。	采购人有权拒绝接受。	
	6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。	6. 我公司承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。	无偏离
	7. 中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。	7. 我公司提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由我公司负责提供，不得额外收取费用。	无偏离
	8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	8. 我公司提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	无偏离
	9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。	9. 我公司售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。	无偏离
	10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。	10. 在保修期满后，我公司继续提供备件和维修服务。	无偏离
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。	1. 质量达到国家验收合格标准。	无偏离
	2. 投标人所提供的货物型号、	2. 我公司所提供的货物型号、	无偏离

	技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。	技术规格、技术参数等质量与招投标文件和承诺相一致。	
	3. 投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	3. 我公司所提供的货物是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	无偏离
	4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。	4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，我公司需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。	无偏离
	5. 采购需求中的医疗器械产品，属于 II 类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。	5. 采购需求中的医疗器械产品，属于 II 类医疗器械，我公司投标提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。	无偏离
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工	1. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）	无偏离

	作日内进行验收。	后七个工作日内进行验收。	
	2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。	2. 我公司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。	无偏离
	3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。	3. 采购人对我公司提供的货物在使用前进行调试时，我公司负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。	无偏离
	4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。	4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。	无偏离
	5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，并在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。	5. 项目实施过程中，非我公司责任发生不可履约情况的，我公司立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。	无偏离
	6. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。	6. 验收时我公司必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由我公司负责。	无偏离
	7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。	7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：广西东桃医疗设备有限公司

日 期：2025 年 03 月 25 日



第六章 技术响应表

二、技术要求偏离表

技术要求偏离表

所投分标：_02_分标

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1.	尿动力学检测系统	一、适用范围及用途： 检测尿路各部压力、流率及生物电活动，从而了解尿路排送尿液的功能和机制，及排尿功能障碍性疾病的病理生理变化，为临床诊断提供准确的客观依据；	一、适用范围及用途： 检测尿路各部压力、流率及生物电活动，从而了解尿路排送尿液的功能和机制，及排尿功能障碍性疾病的病理生理变化，为临床诊断提供准确的客观依据；	无偏离
2.		二、技术参数与性能要求： 1. 主机： ▲1.1 产品的基本性能：产品正常工作，显示屏显示正常，压力测定误差应 $\leq 2\%$ 。	二、技术参数与性能要求： 1. 主机： ▲1.1 产品的基本性能：产品正常工作，显示屏显示正常，压力测定误差应 $\leq 2\%$ 。 (见检验报告 P94)	无偏离
3.		▲1.2 可升降操作台，显示器高度及方向可调。	▲1.2 可升降操作台，显示器高度及方向可调。(见彩页 P16-19)	无偏离
4.		▲1.3 主机单元盒及传感器高度可调。	▲1.3 主机单元盒及传感器高度可调。(见彩页 P16-19)	无偏离
5.		1.4 储液瓶挂架的数量不少于 2 个，承重应不小于 10N。	1.4 储液瓶挂架的数量 2 个，承重 10N。	无偏离
6.		2. 压力传感器：	2. 压力传感器：	无偏离

	2.1 压力测定范围： -2.45kPa+19.61kPa(-25cmH ₂ O~+200cmH ₂ O)，误差≤2%。	2.1 压力测定范围： -2.45kPa+19.61kPa(-25cmH ₂ O~+200cmH ₂ O)，误差≤2%。	
7.	2.2 水测压传感器，确保多次复用和感控要求。	2.2 水测压传感器，确保多次复用和感控要求。	无偏离
8.	3. 灌注单位： ▲3.1 灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式	3. 灌注单位： ▲3.1 灌注模式分推注与旋转蠕压（灌注）两种模式（见检验报告 P104）	无偏离
9.	3.2 灌注率设定范围分为两档：2mL/min~10mL/min、10mL/min~80mL/min；	3.2 灌注率设定范围分为两档：2mL/min~10mL/min、10mL/min~80mL/min；	无偏离
10.	3.3 灌注率误差：2mL/min~80mL/min时：误差≤2%。	3.3 灌注率误差：2mL/min~80mL/min时：误差≤2%。	无偏离
11.	3.4 无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。	3.4 无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。	无偏离
12.	4. 尿流率： 4.1 排尿量测定范围：0mL~1000mL，误差≤1%；	4. 尿流率： 4.1 排尿量测定范围：0mL~1000mL，误差≤1%；	无偏离
13.	4.2 排尿时间测定范围：0s~240s，误差≤1%；	4.2 排尿时间测定范围：0s~240s，误差≤1%；	无偏离
14.	4.3 尿流率测定范围：0~50mL/s，误差≤2%。	4.3 尿流率测定范围：0~50mL/s，误差≤2%。	无偏离
15.	5. 牵引机：	5. 牵引机：	无偏离

		5.1 牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s 四档，误差 $\leq$ 2%；	5.1 牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s 四档，误差 $\leq$ 2%；	
16.		5.2 牵引长度： $\geq$ 280mm。	5.2 牵引长度： $\geq$ 280mm。	无偏离
17.		6. EMG 单元： 6.1 测量信号幅度范围： 20 μ V $\sim$ 1000 μ V；	6. EMG 单元： 6.1 测量信号幅度范围： 20 μ V $\sim$ 1000 μ V；	无偏离
18.		6.2 频率范围：通频带不窄于 20Hz $\sim$ 500Hz (-3dB)，不包括限波波段；	6.2 频率范围：通频带不窄于 20Hz $\sim$ 500Hz (-3dB)，不包括限波波段；	无偏离
19.		6.3 共模抑制比 (CMRR)： $\geq$ 100dB；	6.3 共模抑制比 (CMRR)： $\geq$ 100dB；	无偏离
20.		6.4 差模输入阻抗： $\geq$ 5M Ω 。	6.4 差模输入阻抗： $\geq$ 5M Ω 。	无偏离
21.		7. 软件和功能显示： 7.1 全中文操作界面，测量参数符合 ICS 标准。	7. 软件和功能显示： 7.1 全中文操作界面，测量参数符合 ICS 标准。	无偏离
22.		7.2 检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；	7.2 检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；	无偏离
23.		7.3 展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。	7.3 展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。	无偏离
24.		7.4 具有病历报告打印功	7.4 具有病历报告打印功能，	无偏离

		能，具有自动分析功能。	具有自动分析功能。																																																													
25.		7.5 具有膀胱压超限保护功能。	7.5 具有膀胱压超限保护功能。	无偏离																																																												
26.		三、设备配置与配件： <table> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> <tr><td>1</td><td>主机</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>2</td><td>压力传感器</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>3</td><td>灌注单元</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>4</td><td>推注泵</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>5</td><td>尿流率</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>6</td><td>牵引机</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>7</td><td>EMG 单元</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>8</td><td>软件和功能显示</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>9</td><td>导管</td><td>2 根</td></tr> </table>	序号	名称	数量及单位	1	主机	1 台	2	压力传感器	1 台	3	灌注单元	1 台	4	推注泵	1 台	5	尿流率	1 台	6	牵引机	1 台	7	EMG 单元	1 台	8	软件和功能显示	1 台	9	导管	2 根	三、设备配置与配件： <table> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> <tr><td>1</td><td>主机</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>2</td><td>压力传感器</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>3</td><td>灌注单元</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>4</td><td>推注泵</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>5</td><td>尿流率</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>6</td><td>牵引机</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>7</td><td>EMG 单元</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>8</td><td>软件和功能显示</td><td>1 台</td></tr> <tr><td>9</td><td>导管</td><td>2 根</td></tr> </table>	序号	名称	数量及单位	1	主机	1 台	2	压力传感器	1 台	3	灌注单元	1 台	4	推注泵	1 台	5	尿流率	1 台	6	牵引机	1 台	7	EMG 单元	1 台	8	软件和功能显示	1 台	9	导管	2 根	无偏离
序号	名称	数量及单位																																																														
1	主机	1 台																																																														
2	压力传感器	1 台																																																														
3	灌注单元	1 台																																																														
4	推注泵	1 台																																																														
5	尿流率	1 台																																																														
6	牵引机	1 台																																																														
7	EMG 单元	1 台																																																														
8	软件和功能显示	1 台																																																														
9	导管	2 根																																																														
序号	名称	数量及单位																																																														
1	主机	1 台																																																														
2	压力传感器	1 台																																																														
3	灌注单元	1 台																																																														
4	推注泵	1 台																																																														
5	尿流率	1 台																																																														
6	牵引机	1 台																																																														
7	EMG 单元	1 台																																																														
8	软件和功能显示	1 台																																																														
9	导管	2 根																																																														
27.	硬性电	一、适用范围及用途：	一、适用范围及用途：	无偏离																																																												
28.	子膀胱肾盂镜（小儿镜）	硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）通过图像处理器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像；用于输尿管结石治疗，检查手术，也可用于拔管，膀胱结石的检查与治疗。	与本公司电子内窥镜图像处理器配套，通过视频监视器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像，泌尿外科检查手术时使用。	无偏离																																																												
29.		二、设备配置与配件：	二、设备配置与配件：	无偏离																																																												
30.		1. 配置 1：硬性电子膀胱肾	1. 配置 1：硬性电子膀胱肾	无偏离																																																												

		盂镜（小儿镜） 1 条	盂镜（小儿镜） 1 条	
31.		三、技术参数与性能要求：	三、技术参数与性能要求：	无偏离
32.		1. 视向角：≥0°	1. 广角视野，视向角：12° ；	无偏离
33.		2. 视场角：≥100°	2. 视场角：100° ，成像范围 广；	无偏离
34.		3. 景深：2-50 mm	3. 景深：2-50 mm；	无偏离
35.		▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥16 万像素；	▲4. 一体化视频插头，集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计；高清 16 万像素，图像画质清晰；	无偏离
36.		▲5. 镜管插入最细端≤6/7. 5Fr，工作长度≥430mm	▲5. 镜管插入端 6/7. 5Fr；有效工作长度 430mm；	无偏离
37.		6. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性；	6. 镜身与冲洗转接头一体化设计，激光焊接密封，确保清洗、消毒过程中不进水气、雾气；	无偏离
38.		7. 左右双通道进水设计；	7. 左右水双通道进出水，通过水阀开关控制；	无偏离
39.		8. 镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性；	8. 采用高透率柱状晶体光电成像技术，半硬性一体式硬镜，可以允许镜体微弯，回弹性好；	无偏离
40.		9. 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损；	9. 物镜镜头采用蓝宝石保护镜片密封，不易磨损，安全耐用。	无偏离
41.		10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒。	10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒；	无偏离
42.		11. 配套直径 4Fr 的异物钳、活检钳等器械；	11. 配套直径 4Fr 的取石钳。	无偏离

43.		12. 镜体与插入头，连接软线为一体式设计，可整体环氧乙烷、低温等离子消毒	12. 一体化视频插头，集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计，整体洗消，无需拆分；	无偏离
44.	硬性电	一、适用范围及用途：	一、适用范围及用途：	无偏离
45.	子膀胱肾盂镜（成人镜）	硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）通过图像处理器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像。硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）用于输尿管结石治疗，检查手术，也可用于拔管，膀胱结石的检查与治疗。	与本公司电子内窥镜图像处理器配套，通过视频监视器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像，适用于泌尿外科检查、手术时使用。	无偏离
46.		二、设备配置与配件：	二、设备配置与配件：	无偏离
47.		1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜） 1 条	1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜） 1 条	无偏离
48.		三、技术参数与性能要求：	三、技术参数与性能要求：	无偏离
49.		（一）硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）	（一）硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）	无偏离
50.		1. 视向角：≥0°	1. 广角视野，视向角：12°；	无偏离
51.		2. 视场角：≥100°	2. 视场角：100°，成像范围广；	无偏离
52.		3. 景深：2-50mm	3. 景深：2-50 mm；	无偏离
53.		▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥16 万像素	▲4. 一体化视频插头，集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计，高清 16 万像素，图像画质清晰；	无偏离
54.		▲5. 镜管插入最细端≤	▲5. 镜管插入端 8/9.8Fr；	无偏离

		8/9. 8Fr, 工作长度 $\geq 430\text{mm}$	有效工作长度 430mm;	
55.		6. 一体化镜桥, 激光焊接确保密封性	6. 镜身与冲洗转接头一体化设计, 激光焊接密封, 确保清洗、消毒过程中不进水气、雾气;	无偏离
56.		7. 左右双通道进水设计	7. 左右水双通道进出水, 通过水阀开关控制;	无偏离
57.		8. 镜管硬度适中, 使用时可适当微弯并具有回弹性	8. 采用高透率柱状晶体光电成像技术, 半硬性一体式硬镜, 可以允许镜体微弯, 回弹性好;	无偏离
58.		9. 物镜采用蓝宝石镜片密封, 不易磨损	9. 物镜镜头采用蓝宝石保护镜片密封, 不易磨损, 安全耐用。	无偏离
59.		10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒	10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒;	无偏离
60.		11. 配套直径 5Fr 的异物钳、活检钳等器械	11. 配套直径 5Fr 的取石钳	无偏离
61.		12. 镜体与插入头, 连接软管为一体式设计, 可整体环氧乙烷、低温等离子消毒	12. 一体化视频插头, 集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计, 整体洗消, 无需拆分; 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒;	无偏离
62.	硬性电	一、适用范围及用途:	一、适用范围及用途:	无偏离
63.	子膀胱肾盂镜 (经皮肾镜)	硬性电子膀胱肾盂镜(经皮肾镜)通过图像处理器提供影像, 供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像; 用于输尿管结石治	与本公司电子内窥镜图像处理器配套, 通过视频监视器提供影像, 供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像, 适用于泌尿外	无偏离

		疗，检查手术，也可用于拔管，膀胱结石的检查与治疗。	科检查、手术时使用。	
64.		二、设备配置与配件：	二、设备配置与配件：	无偏离
65.		1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（标准经皮肾镜）1 条	1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（标准经皮肾镜）1 条	无偏离
66.		三、技术参数与性能要求：	三、技术参数与性能要求：	无偏离
67.		1. 视向角：≥0°	1. 广角视野，视向角：12°；	无偏离
68.		2. 视场角：≥100°	2. 视场角：100°，成像范围广；	无偏离
69.		3. 景深：2-50 mm	3. 景深：2-50 mm；	无偏离
70.		▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥16 万像素	▲4. 一体化视频插头，集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计，整体洗消，无需拆分；高清 16 万像素，图像画质清晰；	无偏离
71.		▲5. 镜管插入最细端≤15/18Fr	▲5. 镜管插入端 15/18Fr，椭圆形镜管设计，可高效出水；	无偏离
72.		6. 有效使用工作通道≥11Fr	6. 有效使用工作通道 11Fr	无偏离
73.		7. 可使用 1.9mm 弹道碎石杆和 3.3mm 超声碎石杆	7. 可使用 1.9mm 弹道碎石杆和 3.3mm 超声碎石杆，大通道适用于经皮肾镜手术使用；	无偏离
74.		8. 有效工作长度 225-300mm	8. 有效工作长度 225mm；	无偏离
75.		9. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性；左右双通道进	9. 镜身与冲洗转接头一体化设计，激光焊接密封，确保	无偏离

		水设计；镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性，物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损	清洗、消毒过程中不进水气、雾气；左右水双通道进出水，通过水阀开关控制；采用高透率柱状晶体光电成像技术，半硬性一体式硬镜，可以允许镜体微弯，回弹性好；物镜镜头采用蓝宝石保护镜片密封，不易磨损，安全耐用。	
76.		10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒	10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒；	无偏离
77.		11. 配套直径 6Fr 的异物钳、活检钳等器械	11. 配套直径 6Fr 的取石钳	无偏离
78.		12. 镜体与插入头，连接软线为一体式设计，可整体环氧乙烷、低温等离子消毒	12. 一体化视频插头，集成数据传输 LED 冷光源与镜体一体化设计，整体洗消，无需拆分；适用于环氧乙烷、低温等离子消毒；	无偏离
79.	医用加压器	一、适用范围及用途：产品供内窥镜手术时对手术部位的冲洗和手术废液的吸引用。	一、适用范围及用途：产品供内窥镜手术时对手术部位的冲洗和手术废液的吸引用。	无偏离
80.		二、技术参数与性能要求：	二、技术参数与性能要求：	无偏离
81.		1. 特点：液体灌注，用于内窥镜手术时对手术部位的冲洗。	1. 特点：液体灌注，用于内窥镜手术时对手术部位的冲洗。	无偏离
82.		2. 输入电压和频率：~220V、50Hz。	2. 输入电压和频率：~220V、50Hz。	无偏离
83.		3. 输入功率：50-80VA。	3. 输入功率：50-80VA。	无偏离

84.	4. 熔断丝规格：250V、 $\phi 5 \times 20$ 。	4. 熔断丝规格：250V、 $\phi 5 \times 20$ 。	无偏离																														
85.	5. 防电击类型：I 类。	5. 防电击类型：I 类。	无偏离																														
86.	6. 防电击的程度：具有 BF 型一个应用部分。	6. 防电击的程度：具有 BF 型一个应用部分。	无偏离																														
87.	7. 对有害进液的防护程度：普通设备(不防进液的封闭设备)。	7. 对有害进液的防护程度：普通设备(不防进液的封闭设备)。	无偏离																														
88.	8. 对有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。	8. 对有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。	无偏离																														
89.	9. 按工作制式分：连续运行。	9. 按工作制式分：连续运行。	无偏离																														
90.	10. 最大流量： $\geq 0.5\text{L}/\text{min}$ （液体）	10. 最大流量： $\geq 0.5\text{L}/\text{min}$ （液体）	无偏离																														
91.	11. 正压力范围：0~250mmHg 可调；高压档 SPN 档。	11. 正压力范围：0~250mmHg 可调；高压档 SPN 档。	无偏离																														
92.	12. 操作温度： $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。	12. 操作温度： $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。	无偏离																														
93.	13. 湿度：30%~75%。	13. 湿度：30%~75%。	无偏离																														
94.	三、设备配置与配件： <table><tr><td>序</td><td>产品</td><td>规</td><td>数</td><td>单</td></tr><tr><td>号</td><td>名称</td><td>格</td><td>量</td><td>位</td></tr><tr><td>1</td><td>加 压</td><td>/</td><td>1</td><td>台</td></tr></table>	序	产品	规	数	单	号	名称	格	量	位	1	加 压	/	1	台	三、设备配置与配件： <table><tr><td>序</td><td>产品</td><td>规</td><td>数</td><td>单</td></tr><tr><td>号</td><td>名称</td><td>格</td><td>量</td><td>位</td></tr><tr><td>1</td><td>加 压</td><td>/</td><td>1</td><td>台</td></tr></table>	序	产品	规	数	单	号	名称	格	量	位	1	加 压	/	1	台	无偏离
序	产品	规	数	单																													
号	名称	格	量	位																													
1	加 压	/	1	台																													
序	产品	规	数	单																													
号	名称	格	量	位																													
1	加 压	/	1	台																													

			器 (蠕 动 泵)						器 (蠕 动 泵)						
		2	传 感 器	/	1	个			2	传 感 器	/	1	个		
		3	短 穿 刺针	/	1	支			3	短 穿 刺针	/	1	支		
		4	医 用 加 压 器 部 件	加 压 器 皮 管	1	套			4	医 用 加 压 器 部 件	加 压 器 皮 管	1	套		

- 注：
- 1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
 - 2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
 - 3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
 - 4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）： 广西东利医疗设备有限公司

日 期：2025 年 03 月 25 日

第七章 售后服务承诺书

六、售后服务承诺

售后服务承诺书

1. 我公司承诺交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。
2. 我公司承诺交付地点：北海市采购单位指定的地点。
3. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，尿动力学检测系统自交付验收合格之日起保修期 60 个月，硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）、硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）、医用加压器自交付验收合格之日起保修期 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
4. 我公司负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由我公司承担。
5. 售后服务：

项目在安装调试过程中，我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，我公司在 2 小时内电话响应，4 小时内提供解决方案，一般问题在 48 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由我公司承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。
6. 我公司向采购人开放该设备所有数字接口，不额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由我公司支付。
7. 如果采购人需要时，我公司提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不额外收取费用。
8. 设备生产时间：我公司提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。
9. 我公司承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。
10. 我公司提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年提供一次维护

保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由我公司负责提供，不得额外收取费用。

11. 我公司提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

12. 我公司售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

13. 在保修期满后，我公司继续提供备件和维修服务。

14. 质量达到国家验收合格标准。

15. 我公司所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量与招标文件和承诺相一致。

16. 我公司所提供的货物是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

17. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，我公司承担被招标人终止合同的一切风险和费用。

18. 医疗器械产品属于 II 类医疗器械，我公司投标提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。

19. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

20. 我公司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。

21. 采购人对我公司提供的货物在使用前进行调试时，我公司负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

22. 项目实施过程中，非我公司责任发生不可履约情况的，我公司立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。

23. 验收时我公司必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由我公司负责。

24. 其余按照厂家承诺。

投标人盖章： 西安东岳医疗设备有限公司

日期：2025 年 03 月 25 日

第八章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

02 分标 最高限价：70.8 万元。

本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。投标总报价不得高于分标最高限价。

序号	标的的名称	数量	单位	所属行业	技术要求
1	尿动力学检测系统	1	台	工业	一、适用范围及用途： 检测尿路各部压力、流率及生物电活动，从而了解尿路排送尿液的功能和机制，及排尿功能障碍性疾病的病理生理变化，为临床诊断提供准确的客观依据； 二、技术参数与性能要求： 1. 主机： ▲1.1 产品的基本性能：产品正常工作，显示屏显示正常，压力测定误差应≤2%。 ▲1.2 可升降操作台，显示器高度及方向可调。 ▲1.3 主机单元盒及传感器高度可调。 1.4 储液瓶挂架的数量不少于2个，承重应不小于10N。 2. 压力传感器： 2.1 压力测定范围：-2.45kPa+19.61kPa（-25cmH ₂ O～+200cmH ₂ O），误差≤2%。 2.2 水测压传感器，确保多次复用和感控要求。 3. 灌注单位：

				▲3.1 灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式 3.2 灌注率设定范围分为两档：2mL/min~10mL/min、10mL/min~80mL/min； 3.3 灌注率误差：2mL/min~80mL/min 时：误差≤2%。 3.4 无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。 4. 尿流率： 4.1 排尿量测定范围：0mL~1000mL，误差≤1%； 4.2 排尿时间测定范围：0s~240s，误差≤1%； 4.3 尿流率测定范围：0~50mL/s，误差≤2%。 5. 牵引机： 5.1 牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s 四档，误差≤2%； 5.2 牵引长度：≥280mm。 6. EMG 单元： 6.1 测量信号幅度范围：20μV~1000μV； 6.2 频率范围：通频带不窄于 20Hz~500Hz（-3dB），不包括限波波段； 6.3 共模抑制比（CMRR）：≥100dB； 6.4 差模输入阻抗：≥5MΩ。 7. 软件和功能显示： 7.1 全中文操作界面，测量参数符合 ICS 标准。 7.2 检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析； 7.3 展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 7.4 具有病历报告打印功能，具有自动分析功能。 7.5 具有膀胱压超限保护功能。 三、设备配置与配件： <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量及单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>压力传感器</td><td>1 台</td></tr><tr><td>3</td><td>灌注单元</td><td>1 台</td></tr><tr><td>4</td><td>推注泵</td><td>1 台</td></tr><tr><td>5</td><td>尿流率</td><td>1 台</td></tr><tr><td>6</td><td>牵引机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>7</td><td>EMG 单元</td><td>1 台</td></tr><tr><td>8</td><td>软件和功能显示</td><td>1 台</td></tr><tr><td>9</td><td>导管</td><td>2 根</td></tr></table>	序号	名称	数量及单位	1	主机	1 台	2	压力传感器	1 台	3	灌注单元	1 台	4	推注泵	1 台	5	尿流率	1 台	6	牵引机	1 台	7	EMG 单元	1 台	8	软件和功能显示	1 台	9	导管	2 根
序号	名称	数量及单位																																
1	主机	1 台																																
2	压力传感器	1 台																																
3	灌注单元	1 台																																
4	推注泵	1 台																																
5	尿流率	1 台																																
6	牵引机	1 台																																
7	EMG 单元	1 台																																
8	软件和功能显示	1 台																																
9	导管	2 根																																
2	硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）	1	支	一、适用范围及用途： 硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜）通过图像处理器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像；用于输尿管结石治疗，检查手术，也可用																														

				于拔管，膀胱结石的检查与治疗。 二、设备配置与配件： 1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（小儿镜） 1 条 三、技术参数与性能要求： 1. 视向角：$\geq 0^\circ$ 2. 视场角：$\geq 100^\circ$ 3. 景深：2-50 mm ▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥ 16 万像素； ▲5. 镜管插入最细端$\leq 6/7.5\text{Fr}$，工作长度$\geq 430\text{mm}$， 6. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性； 7. 左右双通道进水设计； 8. 镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性； 9. 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损； 10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒。 11. 配套直径 4Fr 的异物钳、活检钳等器械； 12. 镜体与插入头，连接软线为一体式设计，可整体环氧乙烷、低温等离子消毒
3	硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）	1	支	一、适用范围及用途： 硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）通过图像处理器提供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像。硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜）用于输尿管结石治疗，检查手术，也可用于拔管，膀胱结石的检查与治疗。 二、设备配置与配件： 1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜） 1 条 三、技术参数与性能要求： （一）硬性电子膀胱肾盂镜（成人镜） 1. 视向角：$\geq 0^\circ$ 2. 视场角：$\geq 100^\circ$ 3. 景深：2-50mm ▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥ 16 万像素 ▲5. 镜管插入最细端$\leq 8/9.8\text{Fr}$，工作长度$\geq 430\text{mm}$ 6. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性 7. 左右双通道进水设计 8. 镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性 9. 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损 10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒 11. 配套直径 5Fr 的异物钳、活检钳等器械 12. 镜体与插入头，连接软线为一体式设计，可整体环氧乙烷、低温等离子消毒
4	硬性电子膀胱肾盂镜	1	支	一、适用范围及用途： 硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）通过图像处理器提

	(经皮肾镜)			供影像，供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像；用于输尿管结石治疗，检查手术，也可用于拔管，膀胱结石的检查与治疗。 二、设备配置与配件： 1. 配置 1：硬性电子膀胱肾盂镜（标准经皮肾镜）1 条 三、技术参数与性能要求： 1. 视向角：≥0° 2. 视场角：≥100° 3. 景深：2-50 mm ▲4. 一体化视频插头，冷光源照明，使用方便快捷；图像分辨率≥16 万像素 ▲5. 镜管插入最细端≤15/18Fr 6. 有效使用工作通道≥11Fr 7. 可使用 1.9mm 弹道碎石杆和 3.3mm 超声碎石杆 8. 有效工作长度 225-300mm 9. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性；左右双通道进水设计；镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性，物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损 10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒 11. 配套直径 6Fr 的异物钳、活检钳等器械 12. 镜体与插入头，连接软线为一体式设计，可整体环氧乙烷、低温等离子消毒
5	医用加压器	2	台	一、适用范围及用途： 产品供内窥镜手术时对手术部位的冲洗和手术废液的吸引用。 二、技术参数与性能要求： 1. 特点：液体灌注，用于内窥镜手术时对手术部位的冲洗。 2. 输入电压和频率：~220V、50Hz。 3. 输入功率：50-80VA。 4. 熔断丝规格：250V、Φ5×20。 5. 防电击类型：I 类。 6. 防电击的程度：具有 BF 型一个应用部分。 7. 对有害进液的防护程度：普通设备（不防进液的封闭设备）。 8. 对易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 9. 按工作制式分：连续运行。 10. 最大流量：≥0.5L/min（液体） 11. 正压力范围：0~250mmHg 可调；高压档 SPN 档。 12. 操作温度：+10℃~+40℃。

					13.湿度：30%~75%。 三、设备配置与配件：																									
					<table><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>加压器（蠕动泵）</td><td>/</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>传感器</td><td>/</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>短穿刺针</td><td>/</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td>4</td><td>医用加压器部件</td><td>加压器皮管</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	产品名称	规格	数量	单位	1	加压器（蠕动泵）	/	1	台	2	传感器	/	1	个	3	短穿刺针	/	1	支	4	医用加压器部件	加压器皮管	1	套
序号	产品名称	规格	数量	单位																										
1	加压器（蠕动泵）	/	1	台																										
2	传感器	/	1	个																										
3	短穿刺针	/	1	支																										
4	医用加压器部件	加压器皮管	1	套																										
一、商务要求																														
交货时间及地点		1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：北海市采购单位指定的地点。																												
付款方式		本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的 15%货款；中标金额的 5%待保修期满后 10 个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。																												
保修期		按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。																												
售后技术服务要求		1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。 2. 售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在 2 小时内电话响应，4 小时内提供解决方案，一般问题应在 48 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费用。 3. 中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4. 如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。 5. 设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7. 中标人提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维																												

	护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5. 采购需求中的医疗器械产品，属于 II 类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
其它	无
二、进口产品说明	
▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。	

第九章 中标通知书

广西科文招标有限公司
急诊医学科便携式电动胸腔按压泵、泌尿外科尿动力学检测系
统等设备购置项目
(BHZC2025-G1-990022-KWZB)

中 标 通 知 书

广西东桃医疗设备有限公司：

贵单位参加了本招标机构急诊医学科便携式电动胸腔按压泵、泌尿外科尿动力学检测系
统等设备购置项目的投标，项目编号：BHZC2025-G1-990022-KWZB，经评标委员会评定，确定
贵单位为本项目中标人，中标金额为：陆拾玖万捌仟伍佰元整（¥698,500.00）。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，请尽快与招标单位北海市人民医院签订合同。

二、签订合同详细地点：北海市人民医院指定地点。

三、签订合同前，中标人按招标文件规定应向招标代理机构一次付清中标服务费，中标
服务费金额为：捌仟叁佰捌拾贰元整（¥8,382.00）。

上述款项，请按下列开户名称、开户银行和银行账号转入。以收到银行进账单为据，否
则不予签订合同。

（1）开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

（2）开户银行：建设银行广西北海银海支行

（3）银行账号：45050165004200000257

特此通知。

