

# 采 购 合 同

采购人（甲方）：巴马瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）：江西节浪贸易有限公司

合同编号：HCZC2024-J1-270172-GXXZ (A)

签订时间：2024年 4 月 30 日



# 目 录

1. 《广西壮族自治区政府采购合同》 .....	2
2. 成交通知书 .....	7
3. 响应函 .....	8
4. 商务条款偏离表和技术偏离表 .....	10
5. 采购需求 .....	17
6. 开标一览表 .....	22
7. 设备性能配置清单 .....	23
8. 售后服务方案 .....	24

# 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：HCZC2024-J1-270172-GXXZ (A)

采购计划号：BMZC2024-J1-00069-002

采购人（甲方）巴马瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）江西节浪贸易有限公司

签订地点：巴马瑶族自治县人民医院 签订时间：    年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	血液透析机	东丽 “Toray”	TQS-88 (单泵)	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	1	台	176000.00	176000.00
人民币合计金额（大写） <u>壹拾柒万陆仟圆整</u>							（小写） <u>¥176000.00元</u>	

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

## 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即

使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：普通汽车运输。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

#### 第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之日起30日历天内交货并安装调试完毕；交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：安装调试完毕后，按采购要求时间进行培训，巴马瑶族自治县人民医院。

#### 第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：壹年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

#### 第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：货物验收合格并交付正常使用后15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的97%，余下的3%于质量保证期届满之日起15个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

## 第九条 履约保证金

履约保证金金额：无。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

## 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

## 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间24小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

## 第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、

质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

#### 第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 响应函；
3. 商务条款偏离表和技术偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
7. 售后服务方案
8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将采购合同在指定媒体上公告并于合同签订之日起两个工作日内将合同扫描件在“广西政府采购云平台”系统备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（章）  2024年4月30日	乙方（章）江西节浪贸易有限公司  2024年04月29日
单位地址：广西河池市凤县 新兴街186号	单位地址：江西省吉安市吉州区城南专业市场钓源大1号（华美立家家居建材市场）46栋3-09号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人：蔡荣英
电话：13597087832	电话：13768273830
电子邮箱：baiyiyi@163.com	电子邮箱：798458508@qq.com
开户银行：广西农村信用社	开户银行：中国建设银行股份有限公司进贤李渡支行
账号：7366012040000713	账号：36050110659800003012
邮政编码：547500	邮政编码：343016

## 2. 成交通知书

**广西翔正项目管理有限公司**  
**巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目 (A 分标)**

### 成 交 通 知 书

江西节浪贸易有限公司：

你单位参加了本采购代理机构组织的项目名称：巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目（项目编号：HCZC2024-J1-270172-GXXZ），经谈判小组评审，采购单位确定你单位为该项目的成交人，现将有关事项通知如下：

成交金额	成交人地址	采购单位
人民币壹拾柒万陆仟元整 (¥176000 元)	江西省吉安市吉州区城南专业市场 钓源大 1 号 (华美立家家居建材) 46 栋 3-09 号	巴马瑶族自治县人民医院

- 一、请接到本通知后，在 15 日内与采购单位签订合同，延期自误。
- 二、签订合同详细地点：采购单位指定地点。
- 三、按照采购文件的有关规定，成交人在签订合同前，须向广西翔正项目管理有限公司河池分公司提交相应的成交服务费。

上述款项，请按下列开户名称、开户银行和银行帐号转入。以收到银行进账单为据，否则不予签订合同。

开户名称：广西翔正项目管理有限公司河池分公司

开户银行：中国银行河池拥政路支行

银行账号：622357495308

四、届时请带齐下列证件：

- (1) 成交通知书
- (2) 采购文件上规定的文件材料 (含法定代表授权书)
- (3) 单位公章或合同专用章
- (4) 本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。





### 3. 响应函

#### 一、响应函

#### 响应函

致：巴马瑶族自治县人民医院：

我方(江西节浪贸易有限公司)系中华人民共和国合法供应商,经营地址 江西省吉安市吉州区城南专业市场钧源大1号(华美立家家居建材市场)46栋3-09号。

我方愿意参加贵方组织的(巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目)(A分标)项目的竞标,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物,我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构;不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商;在获知本项目采购信息后,与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此,我方宣布同意如下:

(1) 将按谈判文件的约定履行~~合同~~责任和~~义务~~;

(2) 已详细审查全部谈判文件,包括补遗文件(如有);

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料;

(4) 本项目竞标有效期至首次响应文件提交截止之日起60天。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 具有独立承担民事责任的能力;

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,

完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：江西省吉安市吉州区城南专业市场钓源大1号（华美立家家居建材市场）46栋3-09号

电话：13768273830

传真：      /      

邮政编码：343016

开户名称：江西节浪贸易有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司进贤李渡支行

银行账号：36050110659800003012

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：江西节浪贸易有限公司

日期：2024年4月11日



#### 4. 商务条款偏离表和技术偏离表

#### 四、商务条款偏离表

#### 商务条款偏离表

项目名称：巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2024-T1-270172-GXXZ

分标：A分标

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明	
▲一、 商务条款	<b>售后服务要求</b>	<b>售后服务响应</b>	无偏离	
	1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。	1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，免费保修 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。	无偏离	
	2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对设备维修。 (3) 其余按厂家承诺。	2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对设备维修。 (3) 其余按厂家承诺。	无偏离	
	<b>合同签订时间</b>	<b>合同签订时间</b>	无偏离	
	自成交通知书发出之日起 15 日内	自成交通知书发出之日起 15 日内	无偏离	
	<b>交付时间及地点</b>	<b>交付时间及地点</b>	无偏离	
	1. 交付时间：签订合同之日起 30 日历天内交货并安装调试完毕。	1. 交付时间：签订合同之日起 30 日历天内交货并安装调试完毕。	无偏离	
	2. 交付地点：采购人指定地点。	2. 交付地点：采购人指定地点。	无偏离	
	<b>付款方式</b>	<b>付款方式</b>	无偏离	
	合同签订后，货物验收合格并交付正常使用后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 97%，余下的 3%于质量保证期届满之日起 15 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方要求甲方付款前，应向甲方开具等额增值税普通发票。	合同签订后，货物验收合格并交付正常使用后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 97%，余下的 3%于质量保证期届满之日起 15 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方要求甲方付款前，应向甲方开具等额增值税普通发票。	无偏离	
	▲二、 商务条款其他要求	1、质量标准：所有产品达到国家标准、行业标准。	1、质量标准：所有产品达到国家标准、行业标准。	无偏离
		2、验收条件及标准：符合国家及相关部门的有关规定及要求。	2、验收条件及标准：符合国家及相关部门的有关规定及要求。	无偏离
		3、项目验收方式：	3、项目验收方式：	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
	(1) 出厂检验: 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货;	(1) 出厂检验: 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货;	无偏离
	(2) 安装调试检验: 货物到达后, 由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收 (但不作为最终合格的保证); 应达到合同规定的要求; 货物安装调试 (包括整机性能试验) 过程, 成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人;	(2) 安装调试检验: 货物到达后, 由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收 (但不作为最终合格的保证); 应达到合同规定的要求; 货物安装调试 (包括整机性能试验) 过程, 成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人;	无偏离
	(3) 验收: ①成交方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单, 验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后, 由采购人先进行数量验收, 安装调试后 (如需要) 再进行质量性能验收。②采购人对成交方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家 (设备制造国) 有关标准进行验收, 性能达到技术要求的, 给予签收。验收不合格的不予签收, 后果由乙方负责。③对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品, 成交方应协助采购人完成相关的工作。④验收费用: 验收所发生的费用由成交方负责。⑤为了防止虚假应标, 项目成交结果公示期间, 若有异议, 采购方有权要求成交竞标方提供所投产品白皮书或相关证明材料, 若不能提供或参数不符合要求, 以虚假应标论处。	(3) 验收: ①成交方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单, 验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后, 由采购人先进行数量验收, 安装调试后 (如需要) 再进行质量性能验收。②采购人对成交方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家 (设备制造国) 有关标准进行验收, 性能达到技术要求的, 给予签收。验收不合格的不予签收, 后果由乙方负责。③对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品, 成交方应协助采购人完成相关的工作。④验收费用: 验收所发生的费用由成交方负责。⑤为了防止虚假应标, 项目成交结果公示期间, 若有异议, 采购方有权要求成交竞标方提供所投产品白皮书或相关证明材料, 若不能提供或参数不符合要求, 以虚假应标论处。	无偏离
三、进口产品说明	本分标货物不接受进口产品参与竞标, 否则作无效标处理。	本分标货物不接受进口产品参与竞标, 否则作无效标处理。	无偏离
四、其它要求	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括:	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括:	无偏离
	(1) 货物的价格;	(1) 货物的价格;	无偏离
	(2) 包装、运输和装卸费用、检验、税费以及质保期保障等所发生的一切费用;	(2) 包装、运输和装卸费用、检验、税费以及质保期保障等所发生的一切费用;	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
	(3) 各项税费收。	(3) 各项税费收。	无偏离
	如因采购需求引起采购量(包含量增量减)变化的, 则按竞标人竞标时所填报的各种型号单价及采购人实际用量进行实际结算。	如因采购需求引起采购量(包含量增量减)变化的, 则按竞标人竞标时所填报的各种型号单价及采购人实际用量进行实际结算。	无偏离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 竞标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称 (电子签章): 江西节浪贸易有限公司

日期: 2024年4月11日



五、技术需求偏离表

技术需求偏离表

项目名称：巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2024-J1-270172-GXXZ

分 标：A分标

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	
1	血液透析机(单泵)	1台	1、▲中/英文操作界面。	血液透析机(单泵) (注册证：国械注进20143070001) 名称：单人血液透析机	1台	1、▲中/英文操作界面。	无偏离
			2、▲采用不小于 10 英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化，方便观察记录。			2、▲采用 10.4 英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化，方便观察记录。	无偏离
			3、具备快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。			3、具备快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。	无偏离
			4、拥有 4 色报警灯，17 种报警铃声，可帮助医护及时准确判断报警类型。			4、拥有 4 色报警灯，17 种报警铃声，可帮助医护及时准确判断报警类型。	无偏离
			5、拥有 3 个独立的 CPU 控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机 24V 直流控制，具有电磁屏蔽功能。			5、拥有 3 个独立的 CPU 控制系统（驱动、监视和控制系统），内部电机 24V 直流控制，具有电磁屏蔽功能。	无偏离
			6、电源 AC 220—240V，50/60HZ。			6、电源 AC 220—240V，50/60HZ。	无偏离
			7、可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。			7、可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。	无偏离
			8、▲具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10 种消毒模式，无需专用消毒液。			8、▲具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式，10 种消毒模式，无需专用消毒液。	无偏离
			9、透析液安全模式功能：吸液完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。			9、透析液安全模式功能：吸液完成后可自动停止，节约透析液和反渗水。	无偏离
			10、透析重要参数在线图表监测功能。将(AP, VP, DP, TMP, 电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。			10、透析重要参数在线图表监测功能。将(AP, VP, DP, TMP, 电导度)时实在线监测以曲线记录过程，以利医师掌握治疗过程。	无偏离
			11、▲超滤：采用不小于 500ML 容量双平衡腔密闭回路超滤系统。			11、▲超滤：采用 500ML 容量双平衡腔密闭回路超滤系统。	无偏离
			12、兼容多种透析液配方，机内可预设记忆 3 种配方			12、兼容多种透析液配方，机内可预设记忆 3 种配方	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	
			13、高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法			13、高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法	无偏离
			14、血泵可以单独使用；做血液灌流时不需透析液在机循环。			14、血泵可以单独使用；做血液灌流时不需透析液在机循环。	无偏离
			15、内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。			15、内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示。	无偏离
			16、具备以下安全监测技术			16、具备以下安全监测技术	无偏离
			1、动脉(AP)压监测 -400~+500(mmHg)±3(mmHg)			1、动脉(AP)压监测 -400~+500(mmHg)±3(mmHg)	无偏离
			2、静脉(VP)压监测 -200~+400(mmHg)±3(mmHg)			2、静脉(VP)压监测 -200~+400(mmHg)±3(mmHg)	无偏离
			3、透析压(DP)监测 -400~+400(mmHg)±3(mmHg)			3、透析压(DP)监测 -400~+400(mmHg)±3(mmHg)	无偏离
			4、跨膜压(TMP)监测 -400~+500(mmHg)±6(mmHg)			4、跨膜压(TMP)监测 -400~+500(mmHg)±6(mmHg)	无偏离
			5、超滤率范围 0.00-5.0L/h 陶瓷泵脱水,超滤目标量:0.00-40.00L			5、超滤率范围 0.00-5.0L/h 陶瓷泵脱水,超滤目标量:0.00-40.00L	无偏离
			6、透析液流速 300~700ml/min 可调、执行高低流量透析功能。			6、透析液流速 300~700ml/min 可调、执行高低流量透析功能。	无偏离
			7、透析液温度 调整范围:33~40℃ 设有过温保护装置。			7、透析液温度 调整范围:33~40℃ 设有过温保护装置。	无偏离
			8、电导度浓度 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围13.0~18.0ms/cm,设9档可调进行高低钠透析。			8、电导度浓度 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围13.0~18.0ms/cm,设9档可调进行高低钠透析。	无偏离
			9、血液流速 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调) 流速范围:0、20~600ml/min 连续可调。			9、血液流速 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调) 流速范围:0、20~600ml/min 连续可调。	无偏离
			10、肝素流速 流速范围:0.0~			10、肝素流速 流速范围:0.0~	无偏离



项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	
			9.9ml/h 注射器适用10cc, 20cc, 30cc 设有快速注射, 持续注射与肝素自动预停功能。			9.9ml/h 注射器适用10cc, 20cc, 30cc 设有快速注射, 持续注射与肝素自动预停功能。	
		11、	空气侦测 采用超声波探测原理可侦测血管内气泡(最小容积0.02ml 以上)。		11、	空气侦测 采用超声波探测原理可侦测血管内气泡(最小容积0.02ml 以上)。	无偏离
		12、	漏血侦测 采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能。		12、	漏血侦测 采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能。	无偏离
		17、	具备以下个性化透析方程式		17、	具备以下个性化透析方程式	无偏离
		1、UF 超滤方程式	UF 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。		1、UF 超滤方程式	UF 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。	无偏离
		2、电导度(Na+ 可调)方程式	Na+ 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。		2、电导度(Na+ 可调)方程式	Na+ 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。	无偏离
		3、血流速方程式	B 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。		3、血流速方程式	B 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。	无偏离
		4、肝素方程式	S 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。		4、肝素方程式	S 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。	无偏离
		18、	Kt/V 曲线		18、	Kt/V 曲线	无偏离
			Kt/V 曲线可以方便监测透析的充分性。			Kt/V 曲线可以方便监测透析的充分性。	无偏离
		19、	UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 30 分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD 屏幕的正常运转并保存治疗数据。		19、	UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 30 分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD 屏幕的正常运转并保存治疗数据。	无偏离
		20、	可通用各厂牌血液回路管。		20、	可通用各厂牌血液回路管。	无偏离
		21、	可通用各厂牌消毒液。		21、	可通用各厂牌消毒液。	无偏离
		22、	▲可选配以下功能		22、	▲可选配以下功能	无偏离



项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	技术(产品)名称	数量	技术参数配置要求	
			1、无创血压监测器。			1、无创血压监测器。	无偏离
			2、有超纯透析功能。			2、有超纯透析功能。	无偏离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 竞标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的, 以佐证材料为准。

供应商名称 (电子签章): 山西节浪贸易有限公司

日期: 2024年4月11日



## 5. 采购需求

### 第二章 采购需求

说明:

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“▲”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4. 产品所属行业：本项目产品所属行业为工业类。

A 分标

标的名称	数量	单位	序号	技术参数及性能配置要求	
血液透析机(单泵)	1	台	1▲	中/英文操作界面。	
			2▲	采用不小于 10 英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化,方便观察记录。	
			3	具备快捷窗口:一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。	
			4	拥有 4 色报警灯, 17 种报警铃音, 可帮助医护及时准确判断报警类型。	
			5	拥有 3 个独立的 CPU 控制系统(驱动、监视和控制系统), 内部电机 24V 直流控制, 具有电磁屏蔽功能。	
			6	电源 AC 220—240V, 50/60HZ。	
			7	可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。	
			8▲	具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式, 10 种消毒模式, 无需专用消毒液。	
			9	透析液安全模式功能:吸液完成后可自动停止, 节约透析液和反渗水。	
			10	透析重要参数在线图表监测功能。将(AP, VP, DP, TMP, 电导度)时实在线监测以曲线记录过程, 以利医师掌握治疗过程。	
			11▲	超滤:采用不小于 500ML 容量双平衡腔密闭回路超滤系统。	
			12	兼容多种透析液配方, 机内可预设记忆 3 种配方	
			13	高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法	
			14	血泵可以单独使用:做血液灌流时不需透析液在机循环。	
			15	内部水路工作状态实时动态显示, 内部零件自检与使用寿命显示。	
			16	具备以下安全监测技术	
				1、动脉(AP)压监测	-400~+500(mmHg)±3(mmHg)
				2、静脉(VP)压监测	-200~+400(mmHg)±3(mmHg)
				3、透析压(DP)监测	-400~+400(mmHg)±3(mmHg)
				4、跨膜压(TMP)监测	-400~+500(mmHg)±6(mmHg)
	5、超滤率范围	0.00-5.0L/h 陶瓷泵脱水, 超滤目标量:0.00-40.00L			
	6、透析液流速	300~700ml/min 可调、执行高低流量透析功能。			
	7、透析液温度	调整范围:33~40℃ 设有过温保护装置。			
	8、电导度浓度	醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围 13.0~18.0ms/cm, 设 9 档可调进行高低钠透析。			
	9、血液流速	双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可			

				调) 流速范围:0、20~600ml/min 连续可调。
			10、肝素流速	流速范围:0.0~9.9ml/h 注射器适用 10cc, 20cc, 30cc 设有快速注射, 持续注射与肝素自动预停功能。
			11、空汽侦测	采用超声波探测原理可侦测血管内气泡(最小容积 0.02ml 以上)。
			12、漏血侦测	采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能。
			具备以下个性化透析方程式	
		17	1、UF 超滤方程式	UF 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。
			2、电导度(Na + 可调)方程式	Na + 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。
			3、血流速方程式	B 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。
			4、肝素方程式	S 曲线可任意设置, 预设 8 种处方程序可记忆保存与更改。
		18	Kt/V 曲线	Kt/V 曲线可以方便监测透析的充分性。
		19	UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 30 分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD 屏幕的正常运转并保存治疗数据。	
		20	可通用各厂牌血液回路管。	
		21	可通用各厂牌消毒液。	
		22▲	可选配以下功能	
			1、无创血压监测器。	
			2、有超纯透析功能。	
<b>备注:</b>				
1、打“▲”的为关键技术条款要求, 必须满足, 否则为不实质性响应采购文件要求, 评审时响应文件将被作为无效文件处理; 一般技术参数、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 3 项数(含)以上的, 视为不实质性响应招标文件要求, 评审时响应文件将被作为无效文件处理。				
2、经评审小组评审, 商务或技术文件不实质性响应采购文件要求的, 评审时响应文件将被作为无效文件处理。				
<b>▲一、商务条款</b>				
售后服务要求			1. 质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、	

	<p>更换配件，不得收取任何费用。</p> <p>2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：</p> <p>(1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。</p> <p>(2) 定期回访以及对设备维修。</p> <p>(3) 其余按厂家承诺。</p>
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内
交付时间及地点	<p>1. 交付时间：签订合同之日起 30 日历天内交货并安装调试完毕。</p> <p>2. 交付地点：采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>合同签订后，货物验收合格并交付正常使用后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 97%，余下的 3% 于质量保证期届满之日起 15 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。</p> <p>本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方要求甲方付款前，应向甲方开具等额增值税普通发票。</p>
<b>▲二、商务条款其他要求</b>	
<p>1、质量标准：所有产品达到国家标准、行业标准。</p> <p>2、验收条件及标准：符合国家及相关部门的有关规定及要求。</p> <p>3、项目验收方式：</p> <p>(1) 出厂检验：乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；</p> <p>(2) 安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）；应达到合同规定的要求；货物安装调试（包括整机性能试验）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人；</p> <p>(3) 验收：①成交方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。②采购人对成交方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。③对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，成交方应协助采购人完成相关的工作。④验收费用：验收所发生的费用由成交方负责。⑤为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，若有异议，采购方有权要求成交竞标方提供所投产品白皮书或相关证明材料，若不能提供或参数不符合要求，以虚假应标论处。</p>	
<b>三、进口产品说明：本分标货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。</b>	

#### 四、其它要求

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物的价格；
- (2) 包装、运输和装卸费用、检验、税费以及质保期保障等所发生的一切费用；
- (3) 各项税费收。

如因采购需求引起采购量(包含量增量减)变化的，则按竞标人竞标时所填报的各种型号单价及采购人实际用量进行实际结算。

## 6. 开标一览表

### 二、响应报价表

#### 响应报价表

项目名称：巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2024-J1-270172-GXXZ

分 标：A分标

供应商名称：江西节浪贸易有限公司

序号	货物名称	具体货物内容(含品牌、规格型号)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	提交货物 时间	备注
1	血液透析机(单泵)	血液透析机 产品注册证名称： 单人血液透析机 品牌：东丽“Toray” 型号 TQS-88(单泵)	1台	179000.00	179000.00	签订合同之日起30日历天内交货并安装调试完毕。	
报价合计(包含税费等所有费用)：(大写)人民币 <u>壹拾柒万玖仟圆整</u> (¥179000.00元)							
交货期限：签订合同之日起30日历天内交货并安装调试完毕。							
交货地点：采购人指定地点。							

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人(签字) 蔡荣英

供应商名称(电子签章) 江西节浪贸易有限公司

日期：2024年4月11日



7. 设备性能配置清单

六、配置清单

货物配置清单

项目名称: 巴马瑶族自治县人民医院医疗设备采购项目

项目编号: HCZC2024-J1-270172-GXXZ

分 标: A分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	血液透析机 (单泵) (注册证名称: 单人血液透析机)	1台	东丽 "Toray"	TQS-88 (单泵)	东丽医疗科技 (青岛)股份有限公司	山东 青岛	1、▲中/英文操作界面。 2、▲采用 10.4 英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化, 方便观察记录。 3、具备快捷窗口: 一键式图标按钮便利操作人员轻松操作。 4、拥有 4 色报警灯, 17 种报警铃声, 可帮助医护及时准确判断报警类型。 5、拥有 3 个独立的 CPU 控制系统 (驱动、监视和控制系统), 内部电机 24V 直流控制, 具有电磁屏蔽功能。 6、电源 AC 220—240V, 50/60HZ。 7、可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。 8、▲具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式, 10 种消毒模式, 无需专用消毒液。 9、透析液安全模式功能: 吸液完成后可自动停止, 节约透析液和反渗水。 10、透析重要参数在线图表监测功能。将 (AP, VP, DP, TMP, 电导度) 时实在线监测以曲线记录过程, 以利医师掌握治疗过程。 11、▲超滤: 采用 500ML 容量双平衡腔密闭回路超滤系统。 12、兼容多种透析液配方, 机内可预设记忆 3 种配方。 13、高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法。 14、血泵可以单独使用: 做血液灌流时不需透析液在机循环。 15、内部水路工作状态实时动态显示, 内部零件自检与使用寿命显示。 16、具备安全监测技术。 17、具备个性化透析方程式。 18、Kt/V 曲线。 19、UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 30 分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD 屏幕的正常运转并保存治疗数据。 20、可通用各厂牌血液回路管。 21、可通用各厂牌消毒液。 22、▲可选配以下功能 1、无创血压监测器。 2、有超纯透析功能。

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致, 否则响应文件作无效处理。

供应商名称 (电子签章) 江西节浪贸易有限公司

日期: 2024 年 4 月 11 日





## 8. 售后服务方案

### 七、售后服务方案

#### 售后服务方案

为了更好做好售中、售后服务工作，除了生产制造商作出的售后服务承外，我公司额外作出如下承诺：

我方提供的产品质量优良，已通过厂商出厂检验，是具有合法销售途径的全新、完整、未使用过的产品。

我方按国家规定和厂家承诺实行“三包”，终身维护、长期提供良好的技术支持及零配件的优惠；其余按厂家承诺，质保期内免费维修、免费更换零部件，在广西区内有维修服务网点和维修工程师，定期回访以及对设备维修。

我方承诺免费送货上门，免费安装调试，免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。运输、卸货、安装、技术培训等费用由我公司承担。免费提供技术培训及技术咨询，对用户技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

质保期为自验收合格后12个月内全免费上门包修。终生维护保养；质保期内免费更换零配件及免工时费。提供售后服务联系电话及联系人，维修响应时间：接故障通知立即应答，24小时内到达现场排除故障，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。特别注明除外。终身维护（期间只收材料成本费免收其他费用）。

对因用户方人员的不当使用所造成的设备损坏不归我公司负责保修，但我公司积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的优良配件和技术服务。

**投标报价：**投标报价为指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物的价格；
- (2) 包装、运输和装卸费用、检验、税费以及质保期保障等所发生的一切费用；
- (3) 各项税费收。

**验收方式：**符合国家及相关部门的有关规定及要求。

(1) 出厂检验：我方将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人，如有缺失及时补齐。

(2) 安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）；应达到合同规定的要求；货物安装调试（包括整机性能试验）过程，成交人作详细检验记录。安装调试检验结果是符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录提供给采购人；

(3) 验收：①成交方交货前对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单随货物交采购人。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。②采购人对我方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由我方负责。③对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，我方协助采购人完成相关的工作。④验收费用：验收所发生的费用由我方负责。⑤为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，若有异议，采购方有权要求我方提供所投产品白皮书或相关证明材料，若不能提供或参数不符合要求，以虚假应标论处。

#### 付款方式：

1、合同签订后，货物验收合格并交付正常使用后 15 个工作日内采购方向我方支付合同总金额的 97%，余下的 3%于质量保证期届满之日起 15 个工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

2、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，我方要求采购方付款前，向采购方开具等额增值税普通发票。

**交付时间及地点：**签订合同之日起 30 日历天内交货并安装调试完毕。采购人指定地点。

供应商名称（电子签章）：江西中浪贸易有限公司

日期：2024 年 4 月 11 日

